

TOMO II

2015

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"



DOCUMENTO TECNICO:

**MANUAL DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE MATERIALES E
INSUMOS MEDICOS DEL
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

MARZO 2015

**FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA
SHUCO DE 1.4 L**

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Vidrio transparente.
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Con graduación impresa nítida y durable.
- Con tapa hermética y de fácil apertura más conexión.
- Con triple repuesto jebe u otro que rodea la tapa del frasco de aspiración.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700141959

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SANTO ESPÍRITO"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA
THOMAS DE 1.4 L**

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Vidrio transparente.
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Con graduación impresa nítida y durable.
- Con tapa hermética y de fácil apertura más conexión
- Con triple repuesto jebe u otro que rodea la tapa del frasco de aspiración

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700141958

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFF. DFI. SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 75282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 503

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Cable más adaptador (transformador) de 220 voltios reusable con garantía de un año

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700140908

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 504

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Cable más adaptador (transformador) de 210 a 220 voltios reusable con garantía de un año

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700140907

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEI. SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GAS OXIDO DE ETILENO 100% X 100 G

EMPAQUE:

- Individual caja de cartón, que proteja la integridad del producto, que garantice el transporte y almacenaje.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tubo metálico blindado conteniendo sustancia esterilizante de óxido de etileno líquido al 100%.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico, incoloro.
- Límite de inflamabilidad inferior al 3% y superior al 100%.
- Irrompible ante golpes y caldas.
- Largo 16.5 cm diámetro 3.8 cm.
- Sellado hermético.
- Soluble al agua.
- Aroma detectable aprox. De 500 a 750 ppm.
- Cartucho debe ser insertado y retirado sin dificultad.
- El cartucho debe ser compatibles con el equipo.

DIMENSIONES:

- Peso: 100 gramos = 3.52 onzas

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 354300140014

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10CM x 10 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI

EMPAQUE:

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI), que cumpla con la norma técnica nacional.

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

DIMENSIONES:

- En 8 pliegues, extendido 45cm x 45cm .Doblada 10cm x 10cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700270214

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DE SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 37282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM x 7.5 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI

EMPAQUE:

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI), que cumpla con la norma técnica nacional.

CARACTERÍSTICAS:

- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

DIMENSIONES:

- En 8 pliegues, extendido 19cm x 35cm .Doblada 7.5cm x 7.5cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495700270152

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 528
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON TIRAS

EMPAQUE:

- Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual aséptico
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida o polipropileno SMS
- Gramaje 20 á30 gramos /m2 +/- 5%
- Copas de gorro 17 gr.

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de sujeción con dos amarres en la parte posterior
- Color verde ó azul
- Que no se desgarre durante su uso
- No desprenda pelusas
- Hidrofóbico

DIMENSIONES:

- Contorno 65 cm adaptable a todo tamaño de cráneo
- Alto de 13cm

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500011307

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON ELASTICO

EMPAQUE:

- Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual aséptico
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tela no tejida de celulosa o polipropileno SMS
- Elástico en la circunferencia , suave y resistente
- Gramaje 20 a30 gramos x m2

CARACTERÍSTICAS:

- Elástico en la circunferencia , suave y resistente
- Diámetro 45cm
- Color verde o blanco
- Que no se desgarre durante su uso
- No desprenda pelusas
- Hidrófobo

DIMENSIONES:

- Adaptable a todo tamaño de cráneo.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495500011306

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 75262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100 UNI

EMPAQUE:

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

CARACTERÍSTICAS:

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

DIMENSIONES:

- Medidas: Small,

PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700280019

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P 19282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100 UNI

EMPAQUE:

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.
-

MATERIAL:

- Látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

CARACTERÍSTICAS:

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

DIMENSIONES:

- Medio

PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700280018

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY GERARDA GONZALEZ ESPINOZA
C.E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100 UNI

EMPAQUE:

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.
-

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

CARACTERÍSTICAS:

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

DIMENSIONES:

- Large

PRESENTACIÓN: Caja x 100 unidades

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700280017

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. ELY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15280
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6

EMPAQUE:

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- Látex de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

DIMENSIONES:

- Talla : 6

PRESENTACIÓN: Par

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700290014

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2

EMPAQUE:

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

DIMENSIONES:

- 6 1/2

PRESENTACIÓN: Par

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700290002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.B. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7

EMPAQUE:

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

DIMENSIONES:

- Talla 7

PRESENTACIÓN: Par

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700290003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. N° 13282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2

EMPAQUE:

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

DIMENSIONES:

- Talla 7 1/2,

PRESENTACIÓN: Par

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700290004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC EDY LUANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15182
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8

EMPAQUE:

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- látex de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

DIMENSIONES:

- Talla 8

PRESENTACIÓN: Par

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700290005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 16282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODÓN 6 IN X 100

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Algodón 100% natural para uso clínico hospitalario.
- Madera de superficie lisa.

CARACTERÍSTICA:

- Compacto con buena adhesiva del algodón a la varilla.
- Condición: aséptico.

DIMENSIONES:

- De 6 pulgadas.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 135000190094

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EGY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT MR 410

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Cámara acrílica
- Base de aluminio, espiral de aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

- Para uso en oxígeno terapia, halos y otras aplicaciones donde el flujo de gas sea constante
- Con control electrónico que mantiene preciso e invariable el calefactor a la T° del Gas
- Temperatura de control de Calefactor 45-75 C
- Protección contra sobre temperatura: 93° C más – menos 5° C
- Dimensiones: 13.5 x 17 cm x 15.6 cm
- Peso: 1.3 Kg
- Requerimiento de energía: 230 VC. 50-60 Hz
- Potencia de 85 W.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142239

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Cámara acrílica.
- Base de aluminio, espiral de aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

- Para uso en oxígeno terapia, halos y otras aplicaciones donde el:
- Flujo de gas sea constante.
- Con control electrónico que mantiene preciso e invariable el calefactor a la T° del gas.
- Temperatura de control de calefactor de 45 – 75 °C.
- Protección contra sobre temperatura de 93 °C más – menos 5 °C.
- Máxima presión de trabajo 20 Kpa.
- Dimensiones 13.5 x 17 x 15.6 CMS.
- Peso de 1.3 Kg.
- Requerimiento de energía de 230 VAC 50 – 60 Hz.
- Potencia de 85 W.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142230

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ROSENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO LECTURA RÁPIDA X

50

EMPAQUE:

- Multiempaque con caja dispensadora
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo vial de Polipropileno flexible, con filtro y orificio en extremo superior, con cinta conteniendo Esporas *sterothermophilus*
- Ampolla: vidrio con medio de cultivo enzimático.
- De lectura rápida de 1 a 3 horas.
- Acoplamiento hermético de tapa y cuerpo

PRESENTACIÓN:

- Caja x 50 unidades. Incubadora en calidad de comodataX: Incubadora o placa calefactora para lectura rápida 1 a 3 horas

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060086

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY EVANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.N. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CALOR HUMEDO X 100

EMPAQUE:

- Multi- empaque
- Empaque de film flexible
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Pastilla química
- Papel y empaque laminado

CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- Con movimiento frontal respondiendo a los parámetros de esterilización a vapor.
- Que responda a temperaturas de 121 °C y 134 °C.
- El Viraje visiblemente diferenciado a través de la ventada (no aceptado/ aceptado)
- Clase V

DIMENSIONES:

- Tira laminadas debe medir 2cm de ancho y de 5cm a 10cm de largo.

PRESENTACIÓN: Por 100 unidades

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060174

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR HUMEDO X 480

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad, manipulación, transporte y almacenaje del producto.
- De fácil apertura
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tiras de cartulina con sustancia química reactiva.

CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico.
- Reactiva al vapor, temperatura o tiempo.
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira..
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.
- Clase IV

PRESENTACIÓN:

- Tiras de cartulina debe medir 1.5cm de ancho y de 10cm a 12 cm de largo

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO

CÓDIGO SIGA: 512000060080

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO X 60 YD

EMPAQUE:

- Doble empaque
- Empaque primario en cartón
- Empaque secundario en plástico
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Cinta indicadora adhesiva con tinta termoquímica

CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- En el anillo interno debe estar impreso el nombre del producto, fecha de vencimiento, N° de lote.
- Cinta adhesiva con tinta reactiva al proceso de esterilización.
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.

DIMENSIONES:

- Rollo de 60 yardas.
- Clase I

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060050

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA DOMÍNGUEZ ESPINOZA
C.E. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 50

EMPAQUE:

- Multiempaque con caja dispensadora
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo de Polipropileno flexible con filtro para oxido de etileno y orificio en el extremo superior, conteniendo tira con Esporas de bacillus atrophaeus. Tubo con etiqueta y barra indicadora reactiva.
- Ampolla de vidrio con medio de cultivo enzimático.
- Tubo conteniendo el bio – indicador.
- De lectura rápida de 1 a 4 horas.
- Acoplamiento hermético de tapa y cuerpo

DIMENSIONES:

- 5.5 cm de largo, 0.8 cm de diámetro aproximadamente.

PRESENTACIÓN:

- Caja x 50 unidades. Incubadora en calidad de comodata: incubadora o placa calefactora para lectura rápida de 1 a 4 horas.

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060155

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 480

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad, manipulación, transporte y almacenaje del producto.
- De fácil apertura
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tiras de cartulina con sustancia química reactiva.

CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico.
- Reactiva a uno o más parámetros de esterilización
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira.
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.
- Clase IV

PRESENTACIÓN:

- Tiras de cartulina 1.5 cm x 10 cm o 20 cm. aprox.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060106

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 250

EMPAQUE:

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tiras de papel con tinta reactiva.

CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- El Viraje visiblemente diferenciado.
- Clase V
- Reactiva a: Tiempo, Temperatura, Humedad relativa y Concentración de gas
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira.
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.

DIMENSIONES:

- De 10 x 2 cm.

PRESENTACIÓN:

- 250 unidades

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060172

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A PEROXIDO DE HIDROGENO X 30

EMPAQUE:

- Empaque en caja de cartón plastificado
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente
- Rotulado indica del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Vial con medio de cultivo con reactivo que evidencia un cambio de color (luego de ser procesado e incubado). Ante la supervivencia de microorganismos.
- Impregnado con esporas de *Geobacillus Sterothermophilus* y medio de cultivo, ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial tiene con medio selectivo para su uso con peróxido de hidrógeno.
- Tiempo de incubación 24 horas.

PRESENTACIÓN: Caja x 30

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060201

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO 18 MMS
X 50 M

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la Manipulación y Almacenaje.
- Que garantice la Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Abrir Manualmente
- Exento de partículas Extrañas
- Exento de Rebabas y/o Aristas cortantes.
- Rotulado: Según Bases.

MATERIAL:

- Tipo: Cinta Adhesiva con Sustancia Química Reactiva
- Acabado: Libre de Rebabas y/o Aristas Cortantes.
- Condiciones Biológicas: Aséptico - Atoxico.

CARACTERÍSTICAS:

- Adecuado Viraje de Control en el anillo Interno debe estar impreso el Nombre del Producto y Fecha de Vencimiento.

DIMENSIONES:

- Rollo de 50 a 60 Yardas.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060203

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
60 YD**

EMPAQUE:

- Empaque individual dispensador.
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil abrir manualmente.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

MATERIAL:

- Cintas indicadora reactiva con sustancia química de viraje a la esterilización por peróxido de hidrógeno.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta con adhesivo sensible a la presión.
- Cinta con sustancia química en el lado no adhesivo sensible al peróxido de hidrógeno.
- El componente químico cambia de color cuando ha sido expuestos a las condiciones del proceso plasma peróxido de hidrógeno.
- Cambio de color rosado a azul.
- No genera residuos tóxicos o contaminantes.

PRESENTACIÓN: Rollo de 19 mm x 54 metros.

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060136

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY OLIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 250

EMPAQUE:

- Empaque en caja de cartón plastificado.
- Garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rababas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado indica del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

MATERIAL:

- Tira indicadora reactiva con sustancia química de viraje a la esterilización por peróxido de hidrógeno.

CARACTERÍSTICAS:

- Tira de 7.5 a 10 cm. Con indicador químico.
- Posee una línea continua de tinta.
- Tinta que cambia de un color a otro color altamente diferenciado cuando ha sido expuesta a las condiciones del proceso plasma peróxido de hidrógeno.
- No genera residuos tóxicos o contaminantes.

PRESENTACIÓN: Caja x 250 tiras.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060137

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1L

PRESENTACIÓN:

- Envase inmediato: Bolsa (Sachet) transparente que permite visualizar su contenido, inserta herméticamente a la válvula doble check anti goteo, para ser usado en dispensador con sensor (no requiere tocar el dispensador para servirse del producto).
- Envase que garantiza las propiedades físicas químicas e integridad del producto
- Empaque (envase secundario): Caja de cartón dúplex por unidad de bolsa. Resistente al manipulación, transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Jabón líquido
- Presentación: 1000 ml
- Sin partículas extrañas en el producto.
- Con triclosan al 0,025%
- Uso exclusivo para higiene de manos.
- pH neutro
- Transparente, por el cual permite visualizar el contenido del producto y si este contiene partículas en suspensión.
- Con sustancias tenso activas dermo protectoras y humectantes para la piel, para que su repetido uso afecte lo menos posible las manos del personal de salud.
- Con Notificación Sanitaria de acuerdo a la normativa vigente Decisión 516.
- Vencimiento del producto: mayor a 26 meses después de su fabricación.
- Con sistema de partes internas y externas movibles (no una sola pieza), con el fin de realizar la limpieza, mantenimiento y cambio de las piezas del dispensador.
- Con baterías incluidas.
- Dispensador con sensor automático que permite ser utilizado con bolsas de jabón líquido o alcohol gel x 500, 800 y 1200 ml
- Con dispositivo de cierre para evitar vandalismos.
- Con interruptor de seguridad, que apaga automáticamente la unidad; si el dispensador no ha sido cerrado correctamente. Con el fin de evitar el gasto innecesario de las baterías.
- Fabricado en plástico ABS, duradero y resistente y de uso continuo.
- Dispensador debe contar con una ventana rectangular en la tapa para visualizar los niveles de consumo de jabón o de alcohol gel.
- Instalación en forma permanente con tornillos y bandas adhesivas.
- Cuenta con indicaciones de uso, instalación y recomendaciones.

DIMENSIONES:

- Standard

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 139200100090

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL LICENCIADO MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15292
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 50 ML

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- De apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Cuerpo PVC grado medico uso hospitalario.
- Bombilla de caucho natural o material sintético (Elastómero) de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico
- Que no presente fluorescencias ni defectos de apariencia.
- Con línea de graduación permanente.
- Con aletas que permitan ejercer presión
- Transparente, resistente a la manipulación, que no pierda sus propiedades y características físicas.
- Bombilla flexible, que se adapte al diámetro interno del cuerpo de la jeringa.
- Debe asegurar perfecta hermeticidad.
- Cono de acoplamiento (pivote) con protector y adaptable a los calibres de las sondas.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 50 ML

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350293

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDVIELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15222
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 1ml con aguja 21 G x 1 ½"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350040

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA GARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA CORTAZAR ESPINOZA
C.E.P. 15272
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 27 G x 1 ½"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 1ml con aguja 27 G x 1 ½"

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26 G x 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 1ml con aguja 26 G x 1/2"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350046

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA VARIÁ CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C. E. P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 1ML C/A 25 G x 5/8"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 1ml con aguja 25 G x 5/8 "

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350044

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 3 ML G/A 21 x 1 ½"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 3ml con aguja 21 G x 1 ½"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350021

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 13202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 23 x 1"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 3ml con aguja 23 G x 1"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350026

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 5 ML C/ A 21 x 1 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

DIMENSIONES:

- Jeringa 5ml con aguja 21 G x 1 1/2"

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350032

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELVIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 10 ML C/ A 21 x 1 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 10ml con aguja 21 G x 1 1/2 "

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350051

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDOY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 20 ML C/A 21 x 1 ½"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 20ml con aguja 21 G x 1 ½"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350055

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 50ml con aguja 21 G x 1 ½"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350261

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EGY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 1ML SIN AGUJA

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1ml.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 1ml sin aguja

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350069

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSEMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15292
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 3ml sin aguja.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350061

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 5 ML S/ A

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa 5ml sin aguja

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350062

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 10ml sin aguja

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350057

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15482
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación. Transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades de esterilidad e integridad del producto.
- Peel Open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero médico y caucho natural de uso clínico hospitalario.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalérgico, atóxico.

CARACTERÍSTICAS:

PISTON (JUNTA DE ESTAQUEIDAD)

- Fabricado de elastómero (material de caucho natural o material sintético que no presenta (florescencias no defectos de apariencia)
- No podrá ser del mismo material que el vástago.
- El émbolo deberá desplazarse sin dificultad, moviéndose con suavidad a lo largo de su recorrido dentro del cilindro, tanto en su introducción como en su extracción.
- A pesar de ser una pieza distinta al vástago, no deberá separarse del mismo ni se apreciará movimiento axial relativo entre ellos durante su uso.
- Debe asegurar una completa hermeticidad.

LINEA INDICE (LINEA FIDUCIAL)

- Deberá ser una línea perimetral junto al extremo del pistón, bien definida y claramente visible
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.

CONO DE ACOPLAMIENTO

- De preferencia debe tener protector.
- Con Luer Lock hasta jeringas con capacidad de 20 cc.
- La configuración del vástago y del disco de empuje será la adecuada para permitir con facilidad y seguridad el desplazamiento del pistón en el cilindro su uso normal.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 20ml sin aguja

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350060

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
.....
EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DESCARTABLE 50 ML S/A

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

CARACTERISTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 50 ml sin aguja

PRESENTACION: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CODIGO SIGA: 495700350068

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

DIMENSIONES:

- Jeringa de 60 ml
-

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350095

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 26 X 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Graduación: en 100 unidades.
- Con aguja, descartable, de 26 G x 1/2 "

DIMENSIONES:

- 26 G x 1/2"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350310

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 29 G x 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Graduación: en 100 unidades.
- Con aguja, descartable, de 29 G x 1/2 "

DIMENSIONES:

- 29 G x 1/2"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350098

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA 26 G x 1/2"

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Estéril, hipo alergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Con aguja, descartable, de. 26G x 1/2"

DIMENSIONES:

- 26 G x 1/2"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350252

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E. 1282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DE 1 ML P/ GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/ HEPARINA DE LITIO

EMPAQUE:

- Individual en papel rotulado de apertura uniforme y sin aristas cortantes.
- Que garantice esterilidad e integridad.

CARACTERÍSTICAS:

- Jeringa para uso pediátrico.
- Heparina controlada, disminuye las interferencias con los electrolitos, especialmente los bivalentes heparina de litio 2.8 unidades internacionales.
- Aguja de pared ultra delgada de filo diamantado.
- Aguja de pared ultra delgada de filo diamantado Nº 25 G x 5/8".
- Muestreo Pre-seteado y aspirado. Facilita la toma permitiendo el uso del método más conveniente.
- Cilindro de Poli-propileno de alta densidad. Asegura una excelente estabilidad de los gases.
- Sistema de conexión Luer Lock. Una forma cómoda y segura de insertar la aguja.
- La rápida y homogénea mezcla del anti coagulante con la muestra.
- Formulación de la heparina estandarizada. Una correcta fórmula y capacidad anti coagulante que asegura la correlación con el tiempo entre lotes.
- Pistón de diseño patentado con evacuación del aire en forma circunferencia. Permite la completa eliminación del aire de la muestra y mejora el tiempo de llenado.
- Mecanismo de pistón de doble acción. Permite el aspirado de la muestra cuando es requerido sin necesidad de adaptadores.
- Diseño ultra moderno. Compartible con los nuevos analizadores gases y electrolitos en conjunto. Con paneles extensos de test por muestra.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350251

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
GEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DE VIDRIO 5 ML CON PICO DE VIDRIO

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Vidrio.

CARACTERÍSTICA:

- Jeringa graduada, con pico de vidrio, el embolo deberá desplazarse sin dificultad

DIMENSIONES

- Jeringa de 5 ml

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701130036

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSALBA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DE CENTRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA DE VIDRIO 10 ML CON PICO DE VIDRIO

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Vidrio.

CARACTERISTICA:

- Jeringa graduada, con pico de vidrio, el embolo deberá desplazarse sin dificultad

DIMENSIONES

- Jeringa de 10 ml

PRESENTACION: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CODIGO SIGA: 495701130013

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL TOCÉN DE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EBY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 10 CC

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

DIMENSIONES:

- Jeringa 10cc.

PRESENTACIÓN

- Se solicitará de acuerdo a la necesidad las bombas Infusoras, en calidad de Connotada

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 20 CC

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIALES:

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica

CARACTERÍSTICAS:

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

DIMENSIONES:

- Jeringa 20cc.

PRESENTACIÓN:

- Se solicitará de acuerdo a la necesidad las bombas Infusoras, en calidad de Connotada

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR ELECTRIC X 4

EMPAQUE:

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo tela- nilón, blando sin látex reutilizable
- Acabado, libre de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- De 2 entradas
- Con blender o blader (con especificación universal)
- Kit de 4 brazaletes de diferente tamaño.

DIMENSIONES:

	Circunferencia del brazo	ancho del manguito
• extremidad		
• lactante <	8 a 12.8cms	48mm a 52mm
• Lactante >	9 a 14 cms	5 o 6cms
• Preescolar	13 a 19 o 20cms	7 o 7.5 cms
• Escolar –adolescente	18 a 26 cms	9 o 9.5 cms

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142223

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 13282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY X 4

EMPAQUE:

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo tela- nilón, blando sin látex reutilizable
- Acabado, libre de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- De una sola entrada
- Con blender o blader (con especificación universal)
- Kit de 3 brazaletes de diferente tamaño.

DIMENSIONES:

	Circunferencia del brazo o extremidad	ancho del manguito
• lactante <	8.5 a 12.8 cms	48mm a 52mm
• Lactante >	9 a 14 cms	5 o 6cms
• Preescolar	13 a 19 o 20cms	7 o 7.5 cms
• Escolar -adolescente	18 a 26 cms	9 o 9.5 cms

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45212
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO
NEWPORT E - 500**

EMPAQUE:

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Siliconado, transparente reusable con N° de código.

CARACTERÍSTICAS:

CIRCUITO DE CORRUGADO COMPUESTO POR:

- 1 corrugados transparente reusable siliconados
- 3 corrugados transparente reusable siliconados
- 1 corrugado transparente siliconado
- Una línea proximal 1/8
- Dos trampas de agua de material acrílico, transparente, reusable.
- 4 sujetadores
- 1 codos acrílico para conexión a tubo Endotraqueal
- 1 adaptador acrílico para conexión a humidificador
- 1 pieza en "y" con entrada para línea proximal
- Sensor de temperatura
- 1 Adaptador, para pieza en Y.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142878

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR
MECANICO NEWPORT E - 500**

EMPAQUE:

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Siliconado, transparente reusable con # de código.

CARACTERÍSTICAS:

CIRCUITO DE COARRUGADOS COMPUESTO POR:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| • 05 Corrugados transparentes reusable siliconados | TUB24P |
| • 03 Adaptadores de corrugados celeste de material flexible. | ADP333M |
| • 10 Conectores acrílico para corrugado | ADP150M |
| • 01 Pieza en Y con entrada para línea proximal | 900MR145 |
| • 01 Línea proximal 1/8 | TUB1200P. |
| • 04 Sujetadores | CLP150P. |
| • 02 Trampas de agua de material acrílico con válvula de seguridad | WTR100P. |
| • 01 Adaptador para sensor de temperatura transparente reusable | 900MR146 |

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741786

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY CLIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 11282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR
MECANICO VELA**

EMPAQUE:

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Un adaptador de abrazadera D.I. de 22 mm
- Una conexión cónica, macho de 7.5 mm.
- Dos adaptadores acodados de 90 grados.
- Un conector en Y.
- Dos trampa de agua, natural, Autoclavable.
- Cuatros tubos del circuito, pared interior lisa, de 76.2 cms.
- Un tubo del circuito, pared interior lisa, de 45.7 cms.
- Un diafragma de la válvula de exhalación.
- Una válvula de exhalación.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741785

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JUEGO DE CABLES PARA CALEFACCION DE HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR
MECANICO VELA 810**

EMPAQUE:

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Cable adaptador para humidificador
- Cable calentador para humidificador
- Sensor de temperatura
- Ventilador mecánico / Viasys

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700170271

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR
VOLUMETRICO**

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Fácil apertura
- Exento de partículas extrañas

MATERIAL:

- Corrugados resistentes y reusables

CARACTERÍSTICAS:

- 6 Corrugados de 10 mm
- 1 Cable calefactor para la rama inspiratoria.
- 2 Trampas de agua
- 1 Adaptador en "Y" con puerto de presión.
- 1 Adaptador recto con puerto de temperatura
- 1 Restrictor de flujo
- 7 Adaptadores
- 1 alambre pasa cable
- Corrugados originales para ventilador SLE5000

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142164

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEF. OFICINA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EVELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



KIT DE MONITORIZACION PICCO – GASTO CARDIACO UNIVERSAL

EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Fácil de abrir.
- Resistente a la manipulación y almacenaje.
- Rotulado envase inmediato, impresión indeleble de nombre del producto en idioma español, número de lote, número de registro sanitaria, fecha de vencimiento datos del importador.
- Libre de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- látex

CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto de receptor de la presión mas sensor PV 4048
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- A traumático, no trombogenico
- No reesterilizable, de un solo uso

DIMENSIONES:

- Standard.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LAPIZ MARCADOR DE PIEL PARA CIRUGIA

EMPAQUE:

- Individual
- Estéril
- Papel de grado medico Peel Open
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Exento de partículas extrañas

MATERIAL:

- Tinta de Cloruro de Metilrosanilina
- No toxica y sirve para marcar la capa EPIDERMIS de la piel.
- Estéril, atoxico, a pirógeno e hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- No produce arañones a la piel
- Marcador de piel de doble punta
- Una punta del marcador fina y la otra gruesa.
- Con regla estéril descartable
- Fácil de limpiar o borrar con alcohol.

FUNCION:

- Permite reducir el diámetro del trocar reusable de 10 mm a 5 mm
- Para la introducción de instrumentos endoscópicos de 5 mm a la cavidad abdominal.

DIMENSIONES:

- Tamaño: Longitud 350 cm.

PRESENTACIÓN: Por unidad con regla estéril descartable

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741154

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)

EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Policarbonato de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Reusables
- Transparente.
- Resistente a la manipulación (que no se deteriore durante su uso)
- Bordes anatómicos con protección de los ojos.
- Antifog (antiniebla) permanente, que no se empañe con su uso.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Deben permitir el uso simultáneo de lentes con medida.

DIMENSIONES:

- Standard.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000280485

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LINEA DE INFUSIÓN SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSIÓN

EMPAQUE:

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

MATERIAL:

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

CARACTERÍSTICAS:

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara de goteo flexible en la sección inferior y rígida transparente en la sección superior, para permitir mejor y mayor visualización del goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonometro que permite mejor agarre y previene el deslizamiento, mejorando la seguridad en la manipulación de la línea.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas de 15 micras.
- Con regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción la momento de desechar la línea.
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados de medicamentos, autosellable.
- Con protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.
- Con clamp de seguridad y sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).

DIMENSIONES:

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741866

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15312
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LINEA DE INFUSIÓN CON BURETA PARA PARA BOMBA DE INFUSIÓN

EMPAQUE:

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

MATERIAL:

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

CARACTERÍSTICAS:

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara graduada de 150 ml.
- La cámara graduada de 150 ml cuenta con anillo de flotación para mejor visualización del nivel del fluido.
- Anillo de flotación de la cámara graduada posee membrana de silicona que previene la introducción de aire en la cámara de goteo al quedar vacía la cámara graduada de 150 ml.
- Cámara de goteo flexible en la sección inferior y rígida transparente en la sección superior para permitir mejor y mayor visualización del goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonometro que permite mejor agarre y previene deslizamiento.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas de 15 micras.
- Con regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.
- Con sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados de medicamentos, autosellable.
- Los protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.

DIMENSIONES:

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741867

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. EDY ELIANA RONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 13786
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN

EMPAQUE:

- Individual desechable con empaque, estéril.
- De fácil apertura PEEL POUCH.
- Exento de partículas extrañas libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con número de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario.

MATERIAL:

- PVC de grado medico

CARACTERÍSTICAS:

- Con sello de bomba.
- Sin filtro de aire.
- Sin segmento de bomba.
- Con tubuladura de PVC grado médico.
- Adaptable a la bomba en cualquier parte de la línea.
- Con bayoneta universal que permita el ajuste hermético
- Que permita el paso de grandes, medianos y pequeños volúmenes de líquidos en tiempos reducidos.
- Con válvula en "Y" multiperforable.
- Con conector universal.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741868

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 19282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LINEA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA

EMPAQUE:

- Individual de papel plastificado con sellado hermético.
- Fácil apertura (bordes de apertura no menor de 0.5cm)
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Material polietileno o PVC grado médico uso hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico y a pirógeno.
- Extensión Flexible, transparente de doble entrada,
- Con extremos adaptables a la jeringa (Luer Lock corrugable), y el otro a la catéter del paciente Luer look- enroscable) y con protectores que mantengan la esterilidad.
- Longitud 1.5mts, volumen de interno 2.75 ml.
- Con memoria de forma.

DIMENSIONES:

(*) Compatibles con modelos de bomba de infusión de acuerdo al cuadro de necesidades.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700141874

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE INFUSIÓN

EMPAQUE:

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

MATERIAL:

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

CARACTERÍSTICAS:

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara de goteo de color anaranjado flexible en la sección inferior y rígida translúcida en la sección superior que permita visualizar el goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonómico que permite mejor agarre y previene el deslizamiento, mejorando la seguridad en la manipulación de la línea.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas 15 micras.
- Con regulador de flujo manual que posee ranura de inserción de punzón, para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados, libre de aguja para mayor seguridad.
- Con protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.
- Con clamp de seguridad y sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).

DIMENSIONES:

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700742156

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LINTERNA TIPO LAPICERO

EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna médica de examen.
- Luz halógena para una iluminación constante y duradera.
- Tamaño máximo de 20 cms.
- Batería tipo pila AA ó AAA recargable.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 285400110005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE

EMPAQUE:

- Individual
- Garantiza la hermeticidad del producto.
- Papel
- Fácil apertura.

MATERIAL:

- Poliamida.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de poliamida, hermético sin filtraciones.
- Rotación de la llave en 360 grados.
- Pivote Luer Lock que garantiza cierre hermético sin filtraciones.
- Con tapas protectoras en todos los conectores.
- Con tope cada 45°

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700380002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

EMPAQUE:

- Envase individual de polietileno de alta resistencia
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Rotulado según bases.

COMPOSICION:

- Lubricante vegetal hidrosoluble para instrumental quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS:

- No aceitoso
- No siliconado
- No pegajoso
- No toxico
- PH neutro
- Permite el paso del vapor de autoclave y gas de oxido de etileno.
-

PRESENTACIÓN:

- Por unidad (galón de 4 litros)

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 175500300011

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA S

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminado)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB),
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m²

DIMENSIONES:

- Talla S

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500010972

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB),
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m2

DIMENSIONES:

- Talla "M"

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500010973

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME
LIC. EDDY ELIANA SANCHEZ ESPINOZA
C.E.P. 19182
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB).
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m2

DIMENSIONES:

- Talla "L"

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500011275

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA S

EMPAQUE:

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

CARACTERÍSTICA:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m²

DIMENSIONES:

- Talla "S"

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500010442

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M

EMPAQUE:

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, tr laminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas tr laminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

CARACTERÍSTICA:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m²

DIMENSIONES:

- Talla "M",

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500010435

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA L

EMPAQUE:

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

CARACTERÍSTICA:

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m²

DIMENSIONES:

- Talla "L"

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500011372

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
Lic. EDY ELIANA LONZA LEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANDILÓN DESCARTABLE

EMPAQUE:

- Polietileno de baja densidad de fácil apertura.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.

MATERIAL:

- Tela no tejida de Polipropileno SMS

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico
- Tela no Tejida SMS
- Respirable.
- Con refuerzo plástico en el pecho y mangas.
- Ajustable al cuello
- Sistema de sujeción dorsal cómodo y seguro, mediante cintas o sistema similar, eficaz para utilización durante periodos prolongados de tiempo.
- Gramaje: 40 grs.

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495500011443

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EBY ELIZABETH GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 7.5 CM x 200 MTS

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y sus atmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES:

- 7.5 cm x 200 mts

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340022

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ROSCENIA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. FRY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15240
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM x 200 MTS

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a mas.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES:

- 10 cm v 200 mts

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340023

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EGY EMIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15482
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 200 M

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES:

- 15 cm x 200 mts

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340058

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 2.5CM x 7.5 CM x 100M

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y sus atmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 2.5 cm x 7.5 cm x 100 mts

PRESENTACIÓN: (en rollos)

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340054

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 12282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 10 CM x 100M

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARÁCTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 5 cm x 10 cm x 100m

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340048

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 15
CM x 100M**

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 5cm x 15 cm x 100 mts

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340049

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15292
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 20 CM x 100M

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 5 cm x 20 cm x 100 m

PRESENTACIÓN: Por unidad (en rollos)

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340050

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15286
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 30
CM x 100M**

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 8 cm x 30 cm x 100

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340091

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EBY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 40 CM x 100 M

EMPAQUE:

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m²
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

DIMENSIONES

- 8 cm x 40 cm x 100 mts

PRESENTACIÓN: Por unidad (en rollos)

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EGY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 16282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 12 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 12cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340064

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 15 cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340041

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 18 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 18cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340075

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 20 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 20cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340038

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 25cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340042

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 30 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 30cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340043

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 12282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 35 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 35cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340044

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 40 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICA:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 40cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340065

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 5 CM x 60 M

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

DIMENSIONES:

- 5cm x 60m
- Largo no menor de 60m.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495701340039

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELLIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANTA ABSORBENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 IN X 40 IN

EMPAQUE:

- Que garantice la hermeticidad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Exento de partículas extrañas
- Empaque individual con bolsa de polietileno
- Atoxico, a pirógeno

CARACTERÍSTICAS:

- **SIMPLE:** Porque se coloca en la superficie donde absorbe u controla el flujo de fluidos.
- **SEGURO:** Mantiene limpia la superficie (protegiendo al grupo de trabajo y libre de deslizamiento, incluso durante procedimientos con liquido intenso)
- **EFFECTIVO:** Rápido absorción irrigaciones, sangre y fluidos corporales, propiedades de absorción y retención de fluidos.
- **CONVENIENTE:** Retiene todo tipo de soluciones, incluyendo salinas, betadine, sangre, fluidos corporales y agentes cáusticos. Fácil de usar y retirar.
- **COMPLETO:** Solo el absorbente de fluidos de superficie en centro quirúrgico contiene y controla desperdicio de fluidos. Estos deben ser desechados como desperdicios infecciosos.

DIMENSIONES:

- 46" x 40" (116.84 cm / 101.60 cm)

PRESENTACIÓN:

- Caja x 25 unidades

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 497000020437

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JSPA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANTA ABSORBENTE ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO 45.72 CM X 1.02 CM.
APROX.**

EMPAQUE:

- Que garantice la hermeticidad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Exento de partículas extrañas
- Empaque individual con bolsa de polietileno
- Atoxico, a pirógeno

CARACTERÍSTICAS:

- **SIMPLE:** Porque se coloca en la superficie donde absorbe u controla el flujo de fluidos.
- **SEGURO:** Mantiene limpia la superficie (protegiendo al grupo de trabajo y libre de deslizamiento, incluso durante procedimientos con liquido intenso)
- **EFFECTIVO:** Rápido absorción irrigaciones, sangre y fluidos corporales, propiedades de absorción y retención de fluidos.
- **CONVENIENTE:** Retiene todo tipo de soluciones, incluyendo salinas, betadine, sangre, fluidos corporales y agentes cáusticos. Fácil de usar y retirar.
- **COMPLETO:** Solo el absorbente de fluidos de superficie en centro quirúrgico contiene y controla desperdicio de fluidos. Estos deben ser desechados como desperdicios infecciosos.

DIMENSIONES:

- 45.72 cm * 1.02 cm

PRESENTACIÓN:

- Caja x 25 unidades

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 497000020381

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.C. 15782
A DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTRO CON VISOR X 25 UNIDADES

EMPAQUE

:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Mascarilla de tela no tejida, tres capas protectoras, suave, inodora, hipo alergénico, libre de pelusas, capa interior no irritante.
- Visor de material transparente tipo cristal, que no pierda durante el uso su transparencia, anti niebla Antifog), bordes anatómicas, libre de rebabas.
- Condiciones biológicas: aséptico, atóxica e hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- De tres (3) pliegues como mínimo y cuatro (4) amarras horizontales
- Debe tener una barra moldeable de adaptación anatómica a la nariz en el borde superior de la mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar ni producir incomodidad al usuario.
- Con una eficiencia de filtración mínima de 96%

DIMENSIONES:

- Estándar.

PRESENTACIÓN:

- Caja

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495700410020

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

EY. ELICIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15212
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARILLA DESCARTABLE N 95

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Polipropileno de uso clínico hospitalario. (No fibra de vidrio).
- Sujetadores elásticos.
- Clip metálico.

CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones biológicas: Aséptico e hipo alergénico.
- Anatómica.
- Que no desprenda pelusas.
- Capacidad de filtración del 95% o más de partículas de 0.3 micras de diámetro.
- Con cintas elásticas selladas y resistentes que aseguren el ajuste y sello facial.
- reforzado con clip metálico de aluminio
- Que mantenga su memoria de forma conservando sus características.
- Impermeables a líquidos y fluidos.

DIMENSIONES:

- Estándar.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700410022

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL SOCERTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C. P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARILLA DESCARTABLE N 100

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Polipropileno de uso clínico hospitalario. (No fibra de vidrio).
- Sujetadores elásticos.
- Clip aluminio.

CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones biológicas: Aséptico e hipo alergénico.
- Anatómica.
- Filtro con nivel de eficacia igual o mayor a 99%
- Con válvula de exhalación.
- Que no desprenda pelusas.
- Con cintas elásticas selladas y resistentes que aseguren el ajuste y sello facial.
- reforzado con clip metálico de aluminio
- Que mantenga su memoria de forma conservando sus características.
- Impermeables a líquidos y fluidos.

DIMENSIONES:

- Estándar.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO: 495700410141

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 14782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRÚRGICO C / TRES FILTROS x 50

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- No tejida no tejida de polipropileno SMS de alta eficiencia para la filtración bacteriana, hidrófoba.
- tres capas: fibra larga (no despeluz), microfibras (impermeable) y fibra larga (no despeluz)
- inodoro, hipoadérgico.
- Barra de aluminio.
- Amarras de tela no tejida SMS

CARACTERÍSTICAS:

- Condiciones biológicas: Aséptico.
- De tres (3) pliegues como mínimo.
- Cuatro (4) amarras horizontales extra largas, con costura o sellado resistente.
- Barra de aluminio en el borde superior de la mascarilla de fácil adaptación anatómica a la nariz.
- Con una eficiencia de filtración bacteriana mínima de 96%
- Debe indicar la parte que estará en contacto con la piel.

DIMENSIONES:

- Standard.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 495700410019

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA FACIAL

EMPAQUE:

- Individual.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Que garantice la integridad de su producto.
- Rotulado según bases.

MATERIAL:

- Polímero grado médico de uso hospitalario, transparente, con bordes de silicona de ajuste adecuado y cómodo para el paciente.
- Condiciones biológicas aséptico hipo alergénico, atóxico.

CARACTERÍSTICAS:

- Mascara oro nasal, con sujetador que permita buena fijación y retiro rápido
- Sin válvulas exhalatoria con conector universal para poder usarlo con ventilador de presión o volumen.

DIMENSIONES:

- "S"

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Firma]
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

[Firma]
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARA FACIAL PEDIATRICA N° 0 SILICONADO

EMPAQUE:

- Individual.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Que garantice la integridad de su producto.
- Rotulado según bases.

MATERIAL:

- Polímero grado médico de uso hospitalario, transparente, con bordes de silicona de ajuste adecuado y cómodo para el paciente.
- Condiciones biológicas aséptico hipoalergénico, atóxico.

CARACTERÍSTICAS:

- Mascara oro nasal, con sujetador que permita buena fijación y retiro rápido
- Sin válvulas exhalatoria con conector universal para poder usarlo con ventilador de presión o volumen.

DIMENSIONES:

- Pediátrica

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400168

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

DIMENSIONES

- Adulto

PRESENTACIÓN:

Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400135

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELTANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

DIMENSIONES

- Neonatal

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400136

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

DIMENSIONES

- Pediátrico

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400137

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. ELYANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Máscara Tipo: Polivinilo de uso clínico hospitalario.
- Bolsa de reservorio PVC grado médico uso hospitalario
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Máscara transparente, de forma anatómica. Con diafragmas laterales.
- Sujetador elástico regulable de ajuste firme.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Conector de la máscara adaptable a la conexión a la fuente de oxígeno.
- Con válvula central de flujo y válvulas laterales.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Conexión de oxígeno, de doble entrada, transparente.
- Bolsa de oxígeno, transparente de acoplamiento hermético a la máscara.

DIMENSIONES:

- Adulto

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400037

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 75282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Máscara Tipo: Polivinilo de uso clínico hospitalario.
- Bolsa de reservorio PVC grado médico uso hospitalario
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalérgico.

CARACTERÍSTICAS:

- Máscara transparente, de forma anatómica. Con diafragmas laterales.
- Sujetador elástico regulable de ajuste firme.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Conector de la máscara adaptable a la conexión a la fuente de oxígeno.
- Con válvula central de flujo y válvulas laterales.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Conexión de oxígeno, de doble entrada, transparente.
- Bolsa de oxígeno, transparente de acoplamiento hermético a la máscara.

DIMENSIONES:

- Pediátrico

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

DIMENSIONES:

- Adulto

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400007

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema Venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

DIMENSIONES:

- Neonatal

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 494700400164

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIATRICA

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema Venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

DIMENSIONES:

- Pediátrico

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700400030

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDOY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- **PORTATIL**
Para uso múltiple, invasivos o no invasivos
- **CAPACIDAD:**
Hasta 10 ml
- **TAMAÑO**
De partículas: menor de 2.5 cm.
- **TIEMPO**
De nebulización: 15 ó 30 minutos.
- **PESO**
230 grs.
- **ENERGIA**
110 - 240 VAC / 60 HZ
- **BATERIA**
Interna recargable.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142234

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P/15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO REUSABLE MAQUET

EMPAQUE:

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- **PORTATIL**
Para uso múltiple, invasivos o no invasivos, con conector neonatal – pediátrico y adulto.
Con nebulizador adicional (2 copas o nebulizador)
- **CAPACIDAD:**
Hasta 10 ml
- **TAMAÑO**
De partículas: menor de 2.5 cm.
- **TIEMPO**
De nebulización: 15 ó 30 minutos.
- **PESO**
300 grs.
- **ENERGIA**
100 - 240 VAC / 60 HZ
- **BATERIA**
Interna con autonomía mayor a 30 min.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ORTOFTALDEHIDO 0,55 % X 1 GAL

EMPAQUE:

- En envase se PVC x 1 galón.
- Rotulado impreso en el envase con letra legible en español, fecha de expiración, fabricación y número de lote.

CARACTERÍSTICAS:

- Desinfectante de alto nivel.
- Concentración al 0.55%
- Virucida
- Fungicida
- Esporicida
- Tuberculicida
- Biodegradable
- Atóxico
- Con sello de seguridad.
- Con set de tiras de control para medir la concentración mínima efectiva.
- Olor no penetrante.
- Libre de partículas extrañas.

DIMENSIONES:

- Galonera x 3780 cc., con contenido líquido.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días.

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700340055

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 18782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAÑO ABSORBENTE 28 CM. X 33 CM. X 50 CM. APROX.

EMPAQUE:

- Interno:
- De bolsa resistente sellado
- Externo:
- De cartón resistente al almacenaje y transporte
- Descartable.
- Wypall x 70 rollos blancos.

CARACTERÍSTICAS:

- Pre cortado.
- Resistente al rasgado.
- Adsorbente.
- Suave al uso.
- Resistente a la absorción a la humedad.
- Medidas 50.5 x 33 x 28.5 cm. Largo, Ancho y Alto respectivamente.

MATERIAL:

- Celulosa al 100 % Biodegradable.
- Polipropileno No Biodegradable.

PRESENTACIÓN:

- Caja x 6 Rollos de 88 Hojas Blancas c / rollo

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 135000210102

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDVILIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAÑOS DE ALGODÓN

EMPAQUE:

- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con la tecnología aquajet que logra capas de fibra entre cruzadas
- No desprende pelusas
- Gran poder de absorción
- El pre corte facilita su uso y la obtención de una cantidad determinada de algodón.
- Viene en cierre zipper que facilita el cerrado de la bolsa después de su uso protegiendo el producto.
- Diseñado para la higiene del bebé.
- Para la limpieza, aplicación de cremas y lociones al bebé.

PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 60 unidades.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 18782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAPEL CREPADO 1.20 M x 1.20 M (60 G) x 250

EMPAQUE:

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- De celulosa pura 100%

CARACTERÍSTICAS:

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m².
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

DIMENSIONES:

- 1.20m x 1.20m

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700960016

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL CREPADO 60 CM x 60 CM

EMPAQUE:

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- De celulosa pura 100%

CARACTERÍSTICAS:

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m².
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

DIMENSIONES:

- 60cm x 60cm

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700960013

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL CREPADO 40 CM x 40 CM (CORTADO) x 250

EMPAQUE:

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- De celulosa pura 100%

CARACTERÍSTICAS:

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m².
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

DIMENSIONES:

- 40cm x 40 cm (cortado) x 250

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700960014

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL FILTRO PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR PEDIATRICO X 100

EMPAQUE:

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Material descartable.

CARACTERÍSTICAS:

- Papel adaptable a cascada de humidificador del ventilador mecánico.
- Bordes en forma de serrucho.
- Filtro con revestimiento hidrófobo.
- Con dimensiones de 31 cm de largo x 9 cm. de ancho.

PRESENTACIÓN: Por 100 unidad

PLAZO DE ENTREGA:

Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

Un año

CÓDIGO SIGA: 493700140320

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL HIGIENICO X 500 M

EMPAQUE:

- **INMEDIATO**
Poliuretano o plástico termo contraible o cajá.
Resistente al transporte y almacenaje.

MATERIAL:

- Papel reciclado como mínimo el 90%

CARACTERÍSTICAS:

- Gramaje 18 grs /m2 a 21 grs./m2.
- Modelo Jumbo.
- Ecológico.
- Cofrado.

PRESENTACIÓN:

- Paquete x 6 rollos.

DIMENSIONES:

- 500 mts. A 550 mts. X 9.5 cm, mas 1 cms.

DISPENSADORES:

- En calidad de comodato.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 1392001200046

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAPEL KRAFT 60G DE 1.20 M. X 75 CM

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.

MATERIAL:

- Papel de color marrón claro.
- Para uso de envolturas de material médico en general.
- Para uso específico de esterilización.

DIMENSIONES:

- Unidad de medida 75 x 120 CMS.
- Espesor de 60 gramos

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 717200080009

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. CAROLINA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 47204
Jefe del Departamento de Esterilización

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY EMANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
Jefa del Departamento de Enfermería



PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL77 80 MM X 25 MM X 18 ROLLOS

EMPAQUE:

- En caja que garantice las propiedades físicas e integridad.
- De fácil apertura.
- Exento de partículas extrañas.
- Rebabas y aristas cortantes.

CARACTERÍSTICAS:

- Presentación en rollo de papel térmico de 80 mm de ancho x 25 mm de diámetro,

PRESENTACIÓN:

- En caja x 18 rollos.
- Propio para equipo de gases y electrolitos ABL 77

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 512000210199

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Firma]
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

[Firma]
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC 79MM x 30M

EMPAQUE:

Primario:

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

Secundario:

- Film flexible o plástico.

MATERIAL:

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

CARACTERÍSTICAS:

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

PRESENTACIÓN:

- ROLLO X: 79 mm x 30 mts. compatible con equipo STERI-VAC 5XL

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 512000210180

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. ELY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 47 MM x10 M

EMPAQUE:

Primario:

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

Secundario:

- Film flexible o plástico.

MATERIAL:

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

CARACTERÍSTICAS:

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

PRESENTACIÓN:

- ROLLO 47mmx10 mts compatible con equipo ESTERILIZA y OPPICI

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000210314

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDDY ELLIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 57 MM x10 M

EMPAQUE:

Primario:

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

Secundario:

- Film flexible o plástico.

MATERIAL:

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

CARACTERÍSTICAS:

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

PRESENTACIÓN:

- ROLLO 57mmx10 mts

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000210313

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI/SAN BARTOLOME

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL TOALLA HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS

EMPAQUE:

- Empaque individual
- Que garantice la integridad del producto

MATERIAL:

- Papel absorbente hoja por hoja, hoja gofrado que ayude a aumentar la capacidad de absorción.
- Hoja resistente y de gran absorción (para ahorro del usuario)
- Gramaje por hoja con un rango de 30 a 46 gr.
- Tomar en cuenta la Resolución Ministerial N° 021-2011-minam; asimismo no se debe alterar las características organolépticas solicitadas para dicho material, en el olor, color y grado de absorción.

CARACTERÍSTICAS:

- Color blanco
- Cada paquete debe presentar un rango de 200 hojas
- Inmediata velocidad de absorción.
- Al momento del secado no emane olor.

DIMENSIONES:

- Cada hoja debe medir largo 21 cm. a 24 cm. y ancho 21 cm. a 25 cm
- El postor que adjudique la buena Pro proporcionará los dispensadores, la cantidad de dispensadores a considerar es de 180 und.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO DE SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
Rosa Maria Carrasco Olivera
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
Edy Eliana Gonzalez Espinoza
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PASTA PARA OSTOMIA X 2 ONZAS

EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- Carboximetilcelulosa sódica y/o polímero absorbentes
- Pectina
- Gelatina
- La gelatina no debe ser de origen bovino, debiendo presentar la comprobación correspondiente

CARACTERÍSTICAS:

- Producto accesorio para la protección de ostomías (colostomía, ileostomía, fístulas) que ayuda a evitar la irritación cutánea.
- Pasta para el sellado y relleno de las áreas periestomales irregulares, evitando así los escapes del efluente.
- Pasta con acción de barrera cutánea que incrementa el tiempo de permanencia de las bolsas para ostomas.

PRESENTACIÓN:

- Tubo de 56.7 gr \pm 2.0 %

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741681

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PECTINA + CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA 0.1 g + 3.4 g / 100 g 30 g GEL

EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice las propiedades físicas químicas del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

MATERIAL:

- Gel viscoso, transparente, inoloro.
- Condición biológica: estéril, hipoadérgico, atóxico.

CARACTERÍSTICAS:

- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Favorece la cicatrización en medio húmedo.
- Su fórmula hidrocoloide incrementa la neoangiogenesis.
- Potencia el desbridamiento autolítico ayudando a remover el tejido necrótico y/o fibrinoide, sin remover el tejido sano.
- Facilita la contracción en herida de espesor total.
- Puede dejarse en la herida hasta por 7 días sin que se inactive.
- Capacidad de absorber fluido y donar humedad.

PRESENTACIÓN:

- Tubo de 30 gr \pm 1 %

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701410217

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50 % x 140 ml

EMPAQUE:

- Empaque en caja individual de cartón plastificado o caja plástica con tapa y divisores para 6 cartuchos.
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado indica nombre del producto, medida, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- Cartucho plástico completamente cerrado conteniendo 140 ml de Peróxido de Hidrógeno al 50% solución acuosa.
- Cada cartucho debe permitir realizar de 14 a 20 ciclos de esterilización por plasma de Peróxido de Hidrógeno.
- Código de barras en cada cartucho para reconocer los datos y el estado del producto.
- Cartucho debe poseer una tapa plástica para una mayor protección.
- Cartucho tiene impreso un círculo rojo guía para su correcta colocación dentro del esterilizador.
- Cada caja contiene instrucciones para el manejo.
- Efectivo y seguro.
- Condiciones biológicas: atóxico.

PRESENTACIÓN:

Cartucho x 140 ml de Peróxido de Hidrógeno al 50%

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 4 meses

CÓDIGO SIGA: 351000024557

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EOY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO

EMPAQUE:

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS:

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

DIMENSIONES:

- Adulto

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 513000040192

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PLACA DE RETORNO INDIFERENTE PEDIATRICO

EMPAQUE:

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS:

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

DIMENSIONES:

- Pediátrico

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 513000040429

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PLACA DE RETORNO INDIFERENTE NEONATAL

EMPAQUE:

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

CARACTERÍSTICAS:

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

DIMENSIONES:

- Neonatal

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 513000040476

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



POLVO REGULADOR PARA PIEL PERIOSTOMAL

EMPAQUE:

- Frasco individual.
- Resistente a la manipulación.
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado según bases.

MATERIAL:

- Carboximetilcelulosa sódica.
- Pectina
- Gelatina
- Condiciones biológicas: hipoalergenico, atoxico.

CARACTERÍSTICAS:

- Producto para la protección de la piel periestomal (colostomias, ileostomias, urostomias, fistulas) con acción regeneradora de la piel lesionada.
- Polvo para uso en piel periestomal irritada y lesionada, proporciona una superficie protectora con resultado de la interacción de los hidrocoloides y absorbentes, permitiendo la adhesión del anillo de la bolsa de ostomias.

DIMENSIONES:

- Frasco de 28.3 ± 2.0 gr.

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELVINA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE OXIDO DE ETILENO DE ESTERILIZADOR

EMPAQUE:

- Individual herméticamente sellado.
- De film flexible
- Resistente a la manipulación, garantiza la integridad del producto.
- Rotulados según bases.

CARACTERÍSTICAS:

- Descartable
- Tiempo de muestreo: de 15 min. y/o 8 horas.
- Clip de sujeción.
- Sensible la contaminación ambiental al gas de oxido de etileno.
- Con servicio integral de Asesoría, recojo, procesamiento y resultados del monitoreo ambiental por laboratorio acreditado en idioma español.
- Resultados en tiempos no mayores de 3 semanas.
- Medio Reactivo: compuesto químico de carbón celulósico tratado con bromuro de hidrógeno.

DIMENSIONES:

- Envase de plástico, contiene una capsula con broche de presión y sujetador de solapa metálico.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 493700090133

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 18282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PROTECTOR CUTANEO HEXAMETILDISILOXANO + TERPOLIMERO ACRILATO +
POLINILMETILSILOXANO x 20 ML**

EMPAQUE:

- Sachet Individual que contiene un hisopo embebido con la solución que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: *Peel Open*, (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con Instructivo de Uso en Español.
- Rotulado según bases

MATERIAL:

- Terpolímero de Acrilato: Material formador de película
- Polifenilmetilsiloxano: Plastificante flexible que no se agrieta o fisura
- Sistema de solventes: Hexametildisiloxano a base de silicona, e Isooctanos, no tóxicos y de rápida evaporación.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- Esterilización en radiación gamma.
- No contiene alcohol.
- estériles

CARACTERÍSTICAS

- Solución compuesta de un polímero que forma una película transparente y uniforme al ser aplicada sobre la piel.
- Solvente de rápida evaporación, tarda entre 10 y 30 segundos en secar.
- Cobertura de un área de 10cm x 10cm.
- Bajo condiciones normales, protege la piel hasta por 72 horas (tiempo de renovación total de la capa córnea de la piel).
- Actúa como protector entre la piel y los productos residuales y fluidos corporales, productos adhesivos y la fricción.
- El producto puede usarse en adultos y niños de más de un mes
- Permite la permeabilidad al oxígeno
- Estudios que certifican la citotoxicidad, sensibilización e Irritación de la piel del producto.
- Forma una barrera de protección transparente entre la piel y las sustancias irritantes.
- Fórmula libre de alcohol: No arde al aplicarse sobre la piel lesionada, eritematosa, escoriada o denudada.
- No ocluye pañales ni interfiere con almohadillas absorbentes.
- Hipo alérgica, estéril, no citotóxica: No interfiere con la cicatrización de las heridas.

PRESENTACIÓN: Sachet Individual


PLAZO DE ENTREGA: 02 días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 01 años

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIEN NACIDOS

EMPAQUE:

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Descartable
- Tele afranelada
- Acabado: que no libere pelusas, ni se deshilache

CARACTERÍSTICAS:

- Neonatal
- Con sujeción regulable (adhesivo) pega pega que mantenga un ajuste firme
- Bordes lisos que no lacere la piel del recién nacido
- No traslucido
- A traumático (que no lesione la piel durante su uso)

DIMENSIONES:

- De todo el pedido 75 % recién nacido a terminó
- 25% para prematuro

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 496600090179

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO ETILENO

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.

MATERIAL:

- Paquete para EO contiene:
- Un indicador biológico de lectura rápida Attest EO
- Un indicador químico externo.

CARACTERÍSTICAS:

- Que el paquete de prueba consista en un indicador biológico para gas oxido de etileno, colocada en un paquete compacto de polietileno.
- Condiciones biológicas: Aséptico
- Tira de papel impregnada con esporas del bacilo atrophius.
- Ampolla con medio de cultivo enzimático específico.
- Ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial presenta un orificio en el extremo superior cubierto por un filtro selectivo para el óxido de etileno.
- Está diseñado utilizando un desafío con camino tortuoso y ha demostrado la equivalencia con el paquete de jeringas recomendado por ANSI / AAMI ST 41:2008
- Contiene además un indicador químico en la parte externa del paquete de prueba que cambia de color externo después del proceso.
- Lectura por fluorescencia a las 4 horas.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 51200060236

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.

MATERIAL:

- Paquete para autoclave contiene:
- Un indicador biológico de lectura rápida Attest para vapor
- Un indicador químico externo.

CARACTERÍSTICAS:

- Paquete de prueba consiste en un indicador biológico para vapor, colocada en un paquete compacto de materiales porosos.
- Condiciones biológicas: Aséptico
- Tira de papel impregnada con esporas del bacilo *Sterothermophilus*.
- Ampolla con medio de cultivo enzimático específico.
- Ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial presenta un orificio en el extremo superior cubierto por un filtro selectivo para el vapor húmedo.
- Los materiales porosos deberán estar envueltos en una tela desechable y asegurados con una etiqueta indicadora para vapor.
- Diseñado para utilizarse como paquete de prueba para verificar la eficiencia del proceso de esterilización a vapor a temperatura de 121° C y 132°.
- Lectura por fluorescencia a las 3 horas.
- Empaque externo debe contener número de lote.

PRESENTACIÓN:

- Debe contener en la ampolla:
- Indicador externo.
- Nombre de bacilo
- Fecha de expiración.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060235

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS DE MATERIAL QUIRÚRGICO

EMPAQUE:

- Envase de polietileno de alta densidad con tapa interna y precinto de seguridad.
- Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.

MATERIAL:

- De acción rápida, ácido fosfórico y detergente no iónico.

CARACTERÍSTICAS:

- Que no malogre el acero inoxidable.

DIMENSIONES: Galón.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700741359

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE CO2 PEDIATRICO COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC

EMPAQUE:

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente : adulto y/o pediátrico
- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector circular (lado del equipo)
- Tipo Mainstream
- Reusable

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210251

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

[Signature]
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO PEDIATRICO PARA MONITOR PHILIPS

EMPAQUE:

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje

CARACTERÍSTICAS:

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol%
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo DATEX – OHMEDA
- Para monitor PHILIPS

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY

EMPAQUE:

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol %
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo
- Para monitor MINRAY

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37304
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO COMPLETO PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY

EMPAQUE:

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

CARACTERÍSTICAS:

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol %
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo
- Para monitor GOLD WAY

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 9282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas
- De fácil apertura
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Exento de partículas extrañas.

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente : adulto/pediátrico/neonatal
- Presentación : unidad
- Conector rectangular con 2 pines huecos y 6 pines metálicos

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210243

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas
- De fácil apertura
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Exento de partículas extrañas.

CARACTERÍSTICAS:

- Propio del equipo interno del ventilador mecánico
- Duración de acuerdo al uso del ventilador
- Descartable

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210348

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE PULSOXIMETRO 5 PINES PEDIÁTRICO CIRCULAR PARA CRITICARE

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Pediatrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propia de la empresa proveedora
- Universal.
- Entrada circular 5 pines
- Para monitor Criticare

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:


- Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37304
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE PULSOXIMETRO 9 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NELLCOR

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Neonatal
- Reusable
- Sensor de pulsoxímetro 9 pines
- Entrada rectangular
- En "y"

PRESENTACIÓN:

- Con 50 unidades de banda de fijación con pega pega (Adhesivos)
- Con cable adaptador

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210494

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.F. 3 209
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN Y PARA RECIEN NACIDO PARA MONITOR PHILIPS

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente: Neonatal.
- Longitud: mayor o igual a 2.0 mts.
- Conector semiluna de 8 pines (lado del equipo)
- Conector rectangular de 8 orificios.
- Reusable
- Terminación se sensor en "Y".

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210272

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION DE OXÍGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS
NONIN**

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente : Neonatal
- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector rectangular tipo DB9 de 9 pines (lado del equipo)
- Reusable
- Terminación se sensor en "Y".

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 493700210530

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL PARA MONITOR SPACELABS

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente: Neonatal.
- Longitud : mayor o igual a 1.0 mts
- Conector rectangular de 9 pines (lado del cable de saturación)
- Cable doble
- Terminación de sensor en Y
- Reusable.

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL PARA MONITOR MINRAY

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice sus propiedades físicas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de paciente: Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Para monitor MINRAY

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Resistente al manipuleo, libre de látex

CARACTERÍSTICAS:

- Reusable
- Con conector rectangular de 11 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor GENERAL ELECTRIC.
- **TIPO O MODELO:** Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

DIMENSIONES:

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO: 493700210242

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR
GOLD WAY**

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Resistente al manipuleo, libre de látex

CARACTERÍSTICAS:

- Reusable
- Con conector semi-circular de 8 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor GOLD WAY
- **TIPO O MODELO:** Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

DIMENSIONES:

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO: 493700210495

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.R. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR
PHILIPS**

EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- Resistente al manipuleo, libre de látex

CARACTERÍSTICAS:

- Reusable
- Con conector semi-circular de 8 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor PHILIPS.
- TIPO O MODELO: Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

DIMENSIONES:

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO: 493700210241

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 19282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 4

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 4

PRESENTACIÓN:

- Por unidad

PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO: 495700470004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 5

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 5

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470001

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 6

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 6

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C. E. P. 15242
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 8

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 8

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 10

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 10
-

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 12

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470010

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 14

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470006

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 16

EMPAQUE:

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

DIMENSIONES:

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700470014

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 8

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 8

RESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540057

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 10

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540014

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540022

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540025

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540024

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.I. 35472
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 18

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540017

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP: 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 20

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

DIMENSIONES:

- N° 20

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700540018

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N°12

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Sonda de látex siliconada grado medico.
- Flexible, resistente
- Extremo distal punta roma y de 2 orificios laterales a raumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación sin lesionar las mucosas de la vejiga.
- Balón autorretetivo de inflado simétrico con capacidad de insuflarse no menor de 5 a 15 ml sin romperse.
- Con línea radiopaca.
- Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula de conexión Luer Lock, para el buen llenado del balón, con buen ajuste de conexiones.
- Medidas referidas a luz interior
- Duración corta

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700540071

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
Lic. EGY ELIANA ORMAZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible resistente
- Textura uniforme de superficie lisa
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación, auto retenido de inflado simétrico e insuflable no menor de 20cc.
- Extremo proximal con 2 lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado de balón con un buen ajuste de conexión, que cuente con conector de plástico que permita el insuflado y desinflado del globo para usar cualquier tipo de jeringa.
- El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7 mm de espesor.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.
- Libre de fisuras, deformaciones burbujas, bordes filosos rugosidades, material extraño, piezas faltantes o sueltas.
- Estéril, atóxico e hipo alérgico

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700540065

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
SAN BARTOLOME

.....
LIC. ELYANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15242
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 20

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Una conexión universal
- Textura uniforme de superficie lisa
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación, auto retenido de inflado simétrico e insuflable no menor de 20cc.
- Extremo proximal con 2 lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado de balón con un buen ajuste de conexión, que cuente con conector de plástico que permita el insuflado y desinflado del globo para usar cualquier tipo de jeringa.
- El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7 mm de espesor.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.
- Libre de fisuras, deformaciones burbujas, bordes filosos rugosidades, material extraño, piezas faltantes o sueltas.
- Estéril, atóxico e hipo alérgico.

DIMENSIONES:

- Longitud de 40 cm +/- 5 cm.
- Calibre 20

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700540067

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 5

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos atraumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- sonda N° 5

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480051

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37304
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 6

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICA:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos atraumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 6

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480052

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-N
"SAN BARTOLOME"


LIC. ERY ELVIRA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 8

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICA:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 8

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480053

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 10

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480057

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ELIANA MORALES ESPINOZA
C.E.P. 1532
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO Nº 12

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICA:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda
- Sonda de Nº 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480058

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14

EMPAQUE:

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

MATERIAL:

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

DIMENSIONES:

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700480054

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 8

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en todas su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 8

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510007

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ESCUELA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15212
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 10

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510001

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 12

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta roma sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda debe ser r uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 14

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 16

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15182
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 18

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

CARACTERÍSTICAS:

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

DIMENSIONES:

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 18

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N°20

EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

CARACTERÍSTICAS:

- Material poliuretano o siliconado – PVC grado médico, uso clínico hospitalario.
- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente.
- De punta roma sin orificio ciego, con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todo su extensión incluyendo la unión con el conector
- Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades, material extraño.

DIMENSIONES:

- Longitud de 35 cm a 40 cm, grosos 6.7mm, pulgadas 265.
- Calibre 20

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700510009

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 18282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 06

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájln de la intervención.
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- Nº 06

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480028

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5292
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 08

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICA:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- Nº 08

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480023

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 10

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- Nº 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480026

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 18282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 12

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICA:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- N° 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480032

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP: 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 16262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 14

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICA:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájfn de la intervención,
- Textura uniforme.
- Suave y transparente; con conector universal.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vació o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480013

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL ROSA DE MADRE NI
SAN BARTOLOME

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 16

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480033

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP: 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E. N° 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 18

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájln de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

DIMENSIONES:

- Nº 18

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700480048

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NI
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA NASOGASTRICA N° 6

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

DIMENSIONES:

- N° 6

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500006

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA NASOGASTRICA N° 8

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

DIMENSIONES:

- N° 8

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500007

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIN
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 75287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA NASOGASTRICA N° 10

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

DIMENSIONES:

- N° 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA NASOGASTRICA N° 12

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

DIMENSIONES:

- N° 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15284
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA NASOGASTRICA N° 14

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicatzado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca transparente y flexible.
- Extremo distal abierto y 4 orificios laterales, todo al neumático.
- Extremo proximal con conexión universal

DIMENSIONES:

- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 34262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA NASOGASTRICA N° 16

EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

DIMENSIONES:

- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700500005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE
"SAN BARTOLOME"

[Signature]
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPIN
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMIA



SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 14

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

DIMENSIONES

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700530006

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA RECTA DESCARTABLE L N° 16

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Textura uniforme y suave
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

DIMENSIONES:

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700530002

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEF. DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 18

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes:
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

DIMENSIONES:

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 18

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700530008

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 22

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

DIMENSIONES

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 22

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 4957005300005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.J. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 24

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

CARACTERÍSTICAS:

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

DIMENSIONES

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 24

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO: 495700530009

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37264
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA TRANSPILORICA 6 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 6

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701150005

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15267
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA TRANSPILORICA 8 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 8

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701150003

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA TRANSPILORICA 10 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 10

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701150004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.F. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.F. 12282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA TRANSPILORICA 12 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 12

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701150006

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 18297
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA TRANSPILORICA 14 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 14

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 19237
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



SONDA TRANSPILORICA 16 FR CON MANDRIL Y LASTRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

MATERIAL:

- 100% Siliconada

CARACTERÍSTICAS:

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

DIMENSIONES:

- N° 16

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701150008

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TERMOMETRO DIGITAL ORAL

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Sensor de punta plana.
- Estuche protector resistente.
- Acorde a los estándares internacionales de calidad.
- **Pantalla LCD.**

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de medición - 32.0°C - 42.0°C (L < 32.0°C / H > 42.0°C).
- Escala de Temperatura - Celsius.
- Resolución de pantalla - 0.1°C.
- Precisión - ±0.1°C entre 32.0°C y 42.0°C.
- Tiempo de medición - 60 segundos oral
- Posición de medición - Oral
- Tiempo de apagado automático - 1 minuto después de la última medición o de haberlo encendido sin usarlo.
- Memoria - Última temperatura medida.
- Tipo de pila - Pila de Litio de botón 3.0 V DC, 1 CR2016.
- Duración de la pila - Aprox. 1.100 lecturas (con un uso de 1 vez al día hasta el aviso acústico).
- Peso - Aprox. 25 a 30 gramos (incluyendo pila).

TIPO:

- Termómetro oral,

DIMENSIONES:

- Aprox. - 34.0 mm (ancho) x 125.2 mm (alto) x 15.0 mm (largo).

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un Año

CÓDIGO SIGA: 495100100015

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 46272
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TERMOMETRO DIGITAL AXILAR

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Estuche protector resistente.
- Acorde a los estándares internacionales de calidad.
- **Pantalla LCD**
- **Sensor de punta plana.**

CARACTERÍSTICAS:

- Rango de medición - 32.0°C - 42.0°C (L < 32.0°C / H > 42.0°C).
- Escala de Temperatura - Celsius.
- Resolución de pantalla - 0.1°C.
- Precisión - ±0.1°C entre 32.0°C y 42.0°C.
- Tiempo de medición - 120 segundos axilar.
- Posición de medición -axilar.
- Tiempo de apagado automático - 1 minuto después de la última medición o de haberlo encendido sin usarlo.
- Memoria - Última temperatura medida.
- Tipo de pila - Pila de Litio de botón 3.0 V DC, 1 CR2016.
- Duración de la pila - Aprox. 1.100 lecturas (con un uso de 1 vez al día hasta el aviso acústico).
- Peso - Aprox. 25 a 30 gramos (incluyendo pila).

TIPO:

- Termómetro axilar.,

DIMENSIONES:

- Aprox.- 34.0 mm (ancho) x 125.2 mm (alto) x 15.0 mm (largo).

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un Año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 3582
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TEST BOWIE & DICK X 50

EMPAQUE:

- Multiempaque.
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de uso en español.
- Rotulado según bases.
- No estéril, pero que garantice la asepsia del producto.

MATERIAL:

- El paquete de prueba consiste de una hoja con indicador químico sensible al vapor, colocando dentro de un paquete de desafío conformado por láminas de papel de cartón – cartulina y papel de grado medico.
- El indicador de la hoja de prueba Bowie & Dick debe estar impreso un patrón, el cual cambie a un color uniforme excepto cuando existen fallas en la eliminación de aire tal como una fuga de aire.

CARACTERÍSTICAS:

- Indicador químico de esterilización Clase II.
- Paquete de desafío que incluye la hoja con el indicador químico.
- Diseñado para utilizarse como paquete de prueba de los esterilizadores de vapor asistidos por pre - vacío, para monitorear el correcto funcionamiento en la eficacia de la eliminación de aire con temperatura de 132 – 134 °C.
- Viraje sensible, consistente, confiable y conveniente a la valoración del operador.
- De fácil manejo, que no requiere de adiamientos especiales.

PRESENTACIÓN:

- Paquete estándar con empaque grado medico e indicador de proceso.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 512000060089

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las características físicas y químicas del producto
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Cinta flexible con área de recepción de la muestra de sangre capilar, venosa, arterial.
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptica

CARACTERÍSTICAS:

- Que tenga la sensibilidad y especificidad del método enzimático
- Volumen de muestra de 3 a 10 micro litros.
- Tiempo de medición menor o igual a 30 segundos.
- Rango de medición entre 20 a 600 mg/% o más.
- Que el hematocrito del paciente entre 20 y 65% o más, no interfiera con el método
- El principio de la prueba será fotométrico (reacción química) y/o amperométrico (electroquímico).

UNIDAD DE MEDIDA:

- Determinación

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 351100020524

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC.

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

MATERIAL:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700141943

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15292
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

MATERIAL:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y Tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142267

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 18212
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIP

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

MATERIAL:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700142225

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA
C. E. P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA DESCARTABLE MODELO DPT 6000 PARA MONITOR MINRAY

EMPAQUE:

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

MATERIAL:

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

CARACTERÍSTICAS:

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Marca GODAN PVB.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSAMARIA GARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 1528
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT N° 7 CON RESERVORIO X 150 ML

EMPAQUE:

- Empaque individual estéril.
- Garantiza la integridad y esterilidad del producto.
- Es resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Peel open.
- Este Exento de partículas extrañas.
- No tiene rebabas y/o aristas cortantes.

MATERIAL:

- 100 % de silicona.

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo de drenaje tipo Jackson Pratt: 100% silicona.
- Reservorio (bulbo) 100% silicona.
- Utilizado para el drenaje quirúrgico post – operatorio.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Radiopaco.
- Ancho: 7.0 mm; Alto: 3.2 mm; Largo Fenestrado: 150 mm; Largo total: 810 mm; Capacidad de reservorio: 100 cc

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701280070

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 27204
JEFA DEL SERVICIO DE GENERAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO EN T PARA NEBULIZADOR

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tipo: Polivinil, transparente, en forma de "T" , con conexión
- Acabado: Libre , rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica: Aséptico o estéril, atóxico

CARACTERÍSTICAS:

- Adaptable a tubo Endotraqueal y tubo de traqueotomía (estándar- 15 mm de medida)

DIMENSIONES

- Estándar

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700100011

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO EN T DE PLASTICO PARA OXIGENO

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

MATERIAL:

- Tubo en "T" 15 x 22 x 22 mm con tubo corrugado
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.

PLAZO DE ENTREGA. Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700142147

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 0

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- A traumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES

- N° 0

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701010037

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 31204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 00

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES:

- N° 00

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 49570010027

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37214
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 000

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES:

- N° 000

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701010028

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 17204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15202
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 1

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES:

- N° 1

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701010029

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
CEP. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDOYELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO Nº 2

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES:

- Nº 2

GARANTIA: Un Año

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701010030

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

.....
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 13282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 3

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

CARACTERÍSTICAS:

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

DIMENSIONES:

- N° 3

GARANTIA: Un Año

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495701010031

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBULADURA DE BULBO 7" 9/32 x 30.5 MTS

EMPAQUE:

- Caja de cartón
- Resistente, libre de aristas, rebabas, Exento de partículas extrañas.
- Rotulado según bases.

MATERIAL:

- PVC transparente.

CARACTERÍSTICAS:

- Tubuladura de bulbo conductivo
- Transparente que permite apreciar la naturaleza del fluido, succión, irrigación, lavado.
- Reutilizable, Autoclavable, resistente.
- Bulbo cada 91Cm.

PRESENTACIÓN: Por unidad

GARANTIA: Un Año

PLAZO DE ENTREGA: Dos días


VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 493700140323

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"


LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
CEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"


LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15287
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBULADURA DE SILICONA 7 MM X 30.5 MTS. PARA ASPIRADOR

EMPAQUE:

- Caja de cartón
- Resistente, libre de aristas, rebabas, Exento de partículas extrañas.
- Rotulado según bases.

MATERIAL:

- PVC transparente.

CARACTERÍSTICAS:

- Tabuladora de bulbo conductivo
- Transparente que permite apreciar la naturaleza del fluido, succión, irrigación, lavado.
- Reutilizable, Autoclavable, resistente.

PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30.5 MTS.

GARANTIA: Un Año

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700650044

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
SEP 37204
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
SFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



VALVULA EXHALATORIO REHUSABLE PARA VENTILADOR MAQUET

EMPAQUE:

- En caja estéril
- Acabado: libre de rebabas y aristas

CARACTERÍSTICAS:

- Con sensor de flujo espiratorio interno
- Reusable

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
[Signature]
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 27104
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
[Signature]
Lic. EDELIA ROSALES ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

VENDA ELASTICA 2" x 5 YD.

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas en integridad.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Algodón poliéster, con hilo elástico de uso hospitalario.
- Condiciones biológicas: Aséptico.

CARACTERÍSTICAS:

- Presentación en rollo.
- De color blanco o beige.
- Con ganchos sujetadores.
- Las vendas de 8 pulgadas debe traer 3 ganchos o sujetadores.
- Las vendas de 3, 4, 6 pulgadas deben tener 3 ganchos.
- Las vendas de 3 pulgadas deben traer 1 gancho

DIMENSIONES:

- 2" x 5 YD.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 01 año

CÓDIGO SIGA: 49570067004

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E. PINOZA
SERVICIO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIAZ PINOZA
C.E. PINOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



VENDA ELASTICA 8" x 5 YD.

EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas en integridad.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

MATERIAL:

- Tipo: Algodón poliéster, con hilo elástico de uso hospitalario.
- Condiciones biológicas: Aséptico.

CARACTERÍSTICAS:

- Presentación en rollo.
- De color blanco o beige.
- Con ganchos sujetadores.
- Las vendas de 8 pulgadas debe traer 3 ganchos o sujetadores.
- Las vendas de 3, 4, 6 pulgadas deben tener 3 ganchos.
- Las vendas de 3 pulgadas deben traer 1 gancho

DIMENSIONES:

- 8" x 5 YD.

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 01 año

CÓDIGO SIGA: 495700670008

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. YOSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

VENDA ELASTICA ADHESIVA 10 CM X 4.5 CM

EMPAQUE:

- Blíster estéril
- Resistencia a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases

MATERIAL:

- Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa extensible hasta un 80 %.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo hipoalergénico
- Alta porosidad
- Adhesivo incluso en los bordes
- Soporte hidrófugo
- 100% libre de látex

DIMENSIONES:

- Rollo de 10 cm x 4.5mts

PRESENTACIÓN: Individual

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: 02 años

CÓDIGO SIGA: 495700670102

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



YODO POVIDONA 8.5G / 100 ML (8.5%) SOL 1L

EMPAQUE:

- Polietileno de Alta Densidad.
- Con tapa rosca y Precinto de Seguridad.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Que Garantice las Propiedades Física Químicas e Integridad del Producto.
- De Fácil Ensamblaje.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

MATERIAL:

- Principio Activo: Povidona Yodada 8.5% en Líquido de Uso Clínico Hospitalario.

CARACTERÍSTICAS:

- Con Sustancia Tenso Activas Humectantes Regeneradoras de Piel

DIMENSIONES:

- De 1 Litro


PLAZO DE ENTREGA: Dos Días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 583600190021

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIDIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 3709
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 45282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 36

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.F. 5282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie.
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 37

PRESENTACIÓN: Por unidad


PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
DEPTO. DE ENFERMERIA
HOSPITAL NACIONAL DOCTRA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCTRA MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15782
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbedora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 38

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. JOSSAMARIA CARRASCO OLIVERA
SERVICIO NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15262
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 39

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 39

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 14282
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 40

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 40

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 5382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 5382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 41

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 41

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 15272
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GÓNZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15272
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 42

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA
C.E.P. 15382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA
C.E.P. 15382
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43

EMPAQUE:

- Individual

MATERIAL:

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

CARACTERÍSTICAS:

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

DIMENSIONES:

- N° 43

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
.....
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15242
Jefa del Departamento de Esterilización

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO
"SAN BARTOLOME"
.....
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA
C.E.P. 15242
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"



ANEXOS

2015

VIII. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS POR AREA USUARIA

MATERIALES	USUARIO
AEROCÁMARA ADULTO	EP, MP
AEROCÁMARA NEONATAL	UCI NEO, EP
AEROCÁMARA PEDIÁTRICA	EP, MP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 18 G x 1"	UCI NEO, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 20 G x 1 1/2"	UCI NEO, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 21 G x 1 1/2"	MP, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 22 G x 1 1/2"	MP, UTI
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 23 G x 1"	SOP, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 25 G x 5/8"	UCI NEO, EP
ALARGADOR DE LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE 15.2 CMS	UTI, SOP
ALCOHOL GEL 500 X ML	MP, EP
ALCOHOL GEL X 1L	UCI NEO, SOP
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 500 G	MP, SOP
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 100 G	MP, EP
APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN 10 CM x 10 CM	MP, EP
APÓSITO GEL HIDRATANTE CON ÁCIDO BORICO Y ALGINATO DE SODIO X 85 G	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 10 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA EN MECHA 2 CM X 45 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 10 CM X 10 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 15 CM X 15 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 20 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 4.4 CM x 4.4 CM	MP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 5 CM x 5.7 CM	MP, UCI NEO
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 6 CM x 7 CM	UTI, MP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 7 CM x 8.5 CM	UTI, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 8.5 CM x 11.5 CM	SOP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 10 CM x 12 CM	EP
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO x 500	EP
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO x 500	MP, EP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 59.4 CM x 38.1 CM x 14.1 CM	SOP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 74 CM x 23 CM x 14 CM	SOP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 44.9 CM DIAMETRO X 22.2 CM ALTO	SOP
BATERÍA RECARGABLE DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO RIESTER	EP, UTI
BATERÍA RECARGABLE DE 5 V PARA OTOSCOPIO HEINE	UTI, EP
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 100 ML	MP, EP
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 2 L	SOP, EP

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BOLSA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 L	UTI, SOP
BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM	UTI
BOLSA DE COLOSTOMIA NEONATAL	UTI
BOLSA DE RESUCITADOR ADULTO CON MASCARA	MP, UTI
BOLSA DE RESUCITADOR NEONATAL CON MASCARA	UTI, EP
BOLSA DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON MASCARA	UTI, MP
BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCIÓN DE FLUIDOS x 3 L CON FILTROS	SOP
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 1L	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 500 ML	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 250 ML	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 150 ML	NPT, MP
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 250 ML	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 500 ML	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 1 L	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 3 L	NPT
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑA (ROSADO)	EP, RN
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑO (CELESTE)	EP, RN
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO 23 A 34 CM CON BLADER	EP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO DE 52 CM x 14 CM CON UNA VIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO	EP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR WOLDWAY	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON 2 VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	UTI, SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 14 - 21.5 CM CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 17 - 25 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 24 - 32 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DIXTAL	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 27 - 35 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR PHILIPS	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 10 - 15 CM CON UNAVIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 12 - 19 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL PRESIÓN ARTERIAL ADOLESCENTE 43 x 12 CM CON UNA VIA PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 3.1 CM - 5.7 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	RN

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 4.3 CM - 9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	UCI NEO
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 5.8 CM - 10.9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	RN
BURETA PARA LINEA DE INFUSIÓN UNICANAL DE 150 ML	UTI
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA LACTANTE	UTI, EP
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA PRE - ESCOLAR	UTI
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PEDIÁTRICO	UTI
CABLE CONECTOR PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECÁNICO FISHER AND PIKEL	UTI, RN
CABLE DE ECG 03 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO MINRAY	UTI, SOP
CABLE DE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN DE CO2 CON 6 PINES FORMA CIRCULAR PARA MONITOR MINDRAY PM 8000	UTI
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN OXÍGENO RECTANGULAR 10 PINES P/MONITOR MULTIPARÁMETROS SPACELABS	MP, UCI NEO
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 4.8 MM	SOP
CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 MM X 3 M	SOP
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR PHILIPS	UCI NEO, RN, UTI
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS NIKON	UCI NEO
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO MASSIMO	RN, MP
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO NONIN	UCI NEO, UTI
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO DRAGUER	UCI NEO, RN
CABLE DE SENSOR DE BALANZA PARA INCUBADORA GIRAFE	UCI NEO
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GOLD WAY	SOP, UTI
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR PHILIPS	RN, UTI, SOP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-931-APU	CP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-933-APU	CP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO SM401	CP
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA DE CALOR RADIANTE FISHER AND PIKEL	UCI NEO, RN
CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER AND PIKEL	UCI NEO, RN, UTI
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA ATOM	UCI NEO, RN
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA FANEN	UCI NEO, RN
CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	RN, UCI NEO
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	RN
CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	UTI
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	UTI
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA GRAFFE	UCI NEO
CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR SPACELABS	MP, UCI NEO
CABLE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS PHILIPS	RN

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 7 L	UTI
CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 15 L	UTI, UCI NEO
CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ADHESIVO 30CM x 30CM	MP, UCI NEO
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO ADULTO	MP, UTI
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO NEONATO	MP, UTI
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO PEDIÁTRICA	MP, UTI
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	UTI
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	UTI, MP
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	UTI, MP
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 1 ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 23 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 26 G x 1" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UCI NEO, UTI
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 10 CM	UTI, MP
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1.9 FR	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2 FR x 30 CM	UCI NEO, UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2.6 FR x 50 CM	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 3 FR x 50 CM	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 100% SILICONA FR 1.9	RN, UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1 FR. x 20 CM	UCI NEO
CATÉTER PERCUTÁNEO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DOBLE LUMEN 2 FR. X 30 CM	UCI NEO, UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL UN LUMEN 4.2 FR X 75 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 3 FR X 6 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 CM	UTI
CELDA DE FLUJO DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E – 500	UTI
CEPILLO DE POLIESTER 9 MM DE DIÁMETRO X 30 CMS. DE LONGITUD PARA CÁNULA	SUMI
CEPILLO DE LIMPIEZA 21CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO	SUMI
CEPILLO DE LIMPIEZA 10 CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOTOMIA PEDIÁTRICO	MP, UTI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O NEONATAL	UTI
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O PEDIÁTRICO MAQUET	UTI
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REHUSABLE CON TRAMPA DE H2O ADULTO	UTI
CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL REHUSABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
CIRCUITO CORRUGADO PEDIÁTRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	RN
CLORHEXIDINA AL 2% X 1L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	SOP, UTI
CLORHEXIDINA AL 4 % X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	SOP
CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.05 GR/100 ML GEL 1 L CON DOSIFICADOR	ESTRATEGIAS SANITARIAS
CONECTOR BIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y PEDIÁTRICO	UTI
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y ADULTO	UTI
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y NEONATO	UTI
CONECTOR CON EXTESIÓN NEONATAL	UTI
CONECTOR PARA LINEA INTRAVENOSA DESCARTABLE N° 16 G	UTI
CONECTOR	UTI
CONECTOR EN Y PARA CIRCUITO PEDIÁTRICO DE 15 MM	MP, UTI
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 950 ML	MP, UTI
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 4.73 L	UTI
CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11 LTS	UTI
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ESTÉRIL 30 CM X 30CM X 5	SOP
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 48 CM X 48CM X 5	SOP
CUBRE CALZADO DESCARTABLE IMPERMEABLE	SOP, SUMI
DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE DOBLE RENDIMIENTO CON CUATRO ENZIMAS	SUMI, UTI
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL EN LAVADORAS DESINFECTORAS	SUMI
DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML	UTI, UCI NEO
DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E500	UTI
DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
ELECTRODO HOOK	SOP
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIÁTRICO	SOP, UTI
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	SOP
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 7.5 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 10.0 CM. x 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 15.0 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 20 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 25 CM X 100 M	SUMI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35.0 CM X 70 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 40 CM x 100 M	SUMI
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE	UCI NEO, UTI
EQUIPO DE VENOCCLISIS	MP, UTI
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE FORMA LINEAL PARA BOMBA DE INFUSIÓN	UTI, MP
EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA	MP, UTI
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LIQUIDOS FOTOSENSIBLES	UCI NEO
EQUIPO PARA BOMBA INFUSIÓN CON VOLUTROL	MP
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 19 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 28 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON REDONDO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 50 MM X 37 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DOBLE CABEZA DE 2 MM- 8 MM X 2.2 CM- 3.5 CM X 17.78 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON P LAVADO D INSTRUMENTAL FORMA CONICA DE 12.7 MM A 4.8 MM X 12.78 CM X 7.62 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 11 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM X 15.24 CM X 7.62 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 18.41CM APROX. X 3.81CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 2 MM x 30.48 CM x 2.54 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3 MM x 30.48CM x 2.54 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3.2 MM x 45.72CM x 5.08 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 30.48 CM x 6.35CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 6 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 9.6 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE EN ENDOSCOPIA DE 10 MM x 40.66 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 11 MM X 40.64 CM.	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 3.2 MM X 45.72 CMS.	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 5 MM X 40.64 CMS.	SUMI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 6 MM X 40.64 CMS.	SUMI
ESCOBILLA PARA CIRUJANO CON CERDAS SUAVES CON SOL DES	SOP
ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 2.5 CM X 9.1 M	UCI NEO
ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 30 CM X 9.14 M X 5 CORTES	UTI
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO	UTI
ESPATULA DE AYRE DE MADERA	SUMI
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 10 CM x 10CM x 5	SOP
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 7.5CM x 7.5CM x5	SOP
ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 CM X 4.5 CM	SOP
EXTENSIÓN DIS DE 3 VIAS	UTI
EXTENSORES PROLONGADORES DE DOBLE LÚMEN	UTI
EXTENSORES PROLONGADORES DE TRIPLE LÚMEN	MP, UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE ESPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE INSPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO BACTERIOLÓGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA ATOM	UCI NEO
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA FANEN MODELO VISIÓN 2186	CP
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA GRAFFE	UCI NEO
FILTRO DE ENTRADA PARA GDU DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN. 0.2 UM (FILTRO LINEA)	UTI
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN 1.2 UM (FILTRO LINEAL)	UTI
FILTRO DE VIA EXPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
FILTRO HEPA PARA VENTILADOR MECÁNICO MAQUET REHUSABLE	UTI
FILTRO PARA CALEFACTOR DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO PARA LA PREPARACIÓN DE QUIMIOTERAPICOS	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO	UTI, SOP
FOCO DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO TIPO RIESTER	UTI
FOCO DE LUZ HALOGENA 20 V - 150 W PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	CP
FOCO PARA LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER DE 3.5 V	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER DE 3.5 V FIBRA ÓPTICA	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER XL 11428 DE 2.5 V	UTI
FOCO PARA LINTERNA TIPO LAPICERO	UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 3 L	UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 4 L	UTI, MP
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1 L CON DOS PIPETAS	MP, UTI
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1L CON TRES PIPETAS	MP, UCI NEO, UTI,
FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 ML	MP, UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN 1 L CON TAPA DE POLICARBONATO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES	MP, UTI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 1.5 L	MP, UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 2.2. L	UTI
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 250 ML	UTI, UCI NEO
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 120 ML	UCI NEO, UTI
FRASCO DE VIDRIO DE 1 L	UTI
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA SHUCO DE 1.4 L	UTI
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA THOMAS DE 1.4 L	UTI, UCI NEO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 503	UTI
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 504	UTI
GAS ÓXIDO DE ETILENO 100% X 100 G	SUMI
GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10CM x 10 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UTI, SOP
GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM x 7.5 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UTI
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON TIRAS	SOP
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	SOP
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100 UNI	MP, UTI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100 UNI	UTI, MP
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100 UNI	SOP
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N°6	MP, SOPI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½	SOP, UTI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	SOP, UTI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 ½	UTI, SOP
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	SOP, UC NEO, RN
HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODÓN 6 IN X 100	UTI, MP
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT MR 410	UTI
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO LECTURA RAPIDA X 50	SUMI
INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CALOR HUMEDO X 100	SUMI
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR HUMEDO X 480	SUMI
INDICADOR EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO X 60 YD	SUMI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 50	SUMI
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 480	SUMI
INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 250	SUMI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A PEROXIDO DE HIDROGENO X 30	SUMI
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO 18 MM X 50 M	SUMI
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 60 YD	SUMI
INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 250	SUMI
JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L	SOP, MP
JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 50 ML	UTI, MP
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	UTI
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 27 G x 1 ½"	UCI NEO, RN

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 1ML C/A 25 G x 5/8"	UTI
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 21 x 1 ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 23 x 1"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 5 ML C/A 21 x 1 ½"	UCI NEO, UTI
JERINGA DESCARTABLE 10 ML C/A 21 x 1 ½"	MP, UCI NEO, UTI
JERINGA DESCARTABLE 20 ML C/A 21 x 1 ½"	UTI, MP
JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 1ML SIN AGUJA	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA	MP, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 5 ML S/A	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA	MP, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 50 ML S/A	MP
JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 26 X ½"	MP
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 29 G x ½"	UTI
JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	UCI NEO, RN
JERINGA DE 1 ML P/ GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/ HEPARINA DE LITIO	UTI, MP
JERINGA DE VIDRIO 5 ML CON PICO DE VIDRIO	SOP
JERINGA DE VIDRIO 10 ML CON PICO DE VIDRIO	SOP
JERINGA PERFUROSA DESCARTABLE N° 10 CC	MP
JERINGA PERFUROSA DESCARTABLE N° 20 CC	MP
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR ELECTRIC X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY X 4	UTI
CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO VELA	UTI
JUEGO DE CABLES PARA CALEFACCION DE HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECANICO VELA 810	UTI
JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UTI
KIT DE MONITORIZACION PICCO - GASTO CARDIACO UNIVERSAL	UTI
LAPIZ MARCADOR DE PIEL PARA CIRUGIA	SOP
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	SOP
LINEA DE INFUSIÓN SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	MP, CP
LINEA DE INFUSIÓN CON BURETA PAR PARA BOMBA DE INFUSIÓN	MP, CP
LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN	UTI
LINEA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA	UTI, UCI NEO

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	NPT
LINTERNA TIPO LAPICERO	UTI, MP, SOP
LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UTI, RN, MP
LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	SUMI
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA S	MP, UTI
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UTI, SOP
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L	MP, SOP,
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA S	MP, UTI
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M	UTI, SOP
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA L	SOP
MANDILÓN DESCARTABLE TALLA ESTANDAR	MP, UTI, SOP
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 7.5 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 2.5CM x 7.5 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 10 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 15 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 20 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 30 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 40 CM x 100 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 12CM x60M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 18 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 20 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 30 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 35 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 40 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 5 CM x 60 M	SUMI
MANTA ABSORVENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 IN X 40 IN	SUMI
MANTA ABSORVENTE ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO 45.72 CM X 1.02 CM APROX.	SUMI
MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTRO CON VISOR X 25	UTI, UCI NEO
MASCARILLA DESCARTABLE N 95	UTI, MP
MASCARILLA DESCARTABLE N 100	UTI, UCI NEO
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRÚRGICO C / TRES FILTROS x 50	UTI, SOP
MASCARA FACIAL	UTI
MASCARA FACIAL PEDIÁTRICA N° 0 SILICONADO	UTI
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	UTI, MP
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN NEONATAL	UTI, UCI NEO

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	MP, UTI
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIÁTRICO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL	UTI
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIÁTRICA	MP, UTI
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO REUSABLE MAQUET	UTI
ORTOFTALDEHIDO 0.55 % X 1 GAL	SOP
PAÑO ABSORBENTE 28 CM. X 33 CM. X 50 CM. APROX.	SOP
PAÑOS DE ALGODÓN	SUMI
PAPEL CREPADO 1.20 M x 1.20 M (60 G) x 250	SUMI
PAPEL CREPADO 60 CM x 60 CM	SUMI
PAPEL CREPADO 40 CM x 40 CM (CORTADO) x 250	SUMI
PAPEL FILTRO PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR PEDIÁTRICO X 100	UTI
PAPEL HIGIENICO X 500 M	UTI, SOP
PAPEL KRAFT 60G DE 1.20 M. X 75 CM	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL77 80 MM X 25 MM X 18 ROLLOS	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC 79MM x 30M	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 47 MM x10 M	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 57 MM x10 M	SUMI
PAPEL TOALLA HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS	SUMI
PASTA PARA OSTOMIA X 2 ONZAS	UTI
PECTINA + CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA 0.1 g + 3.4 g / 100 g 30 g GEL	UTI
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50 % x 140 ML	SUMI
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO	SOP
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE PEDIÁTRICO	SOP
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE NEONATAL	SOP
POLVO REGULADOR PARA PIEL PERIOSTOMAL	UTI
PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE ÓXIDO DE ETILENO DE ESTERILIZADOR	SUMI
PROTECTOR CUTANEO HEXAMETILDIOXANO + TERMOPOLIMERO ACRILATO POLINILMETILSILOXANO X 20 ML	UCI NEO
PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIÉN NACIDOS	UCI NEO
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO ETILENO	SOP
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR	SUMI
REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS DE MATERIAL QUIRÚRGICO	SUMI
SENSOR DE CO2 PEDIÁTRICO COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO COMPLETO PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY	UTI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
SENSOR DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
SENSOR DE PULSOXIMETRO 5 PINES PEDIÁTRICO CIRCULAR PARA CRITICARE	UTI
SENSOR DE PULSOXIMETRO 9 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NELLCOR	RN
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN Y PARA RECIÉN NACIDO PARA MONITOR PHILIPS	UTI, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UTU, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL PARA MONITOR SPACELABS	UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL PARA MONITOR MINRAY	UTI, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GOLD WAY	UTI
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR PHILIPS	UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 4	UCI NEO
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 5	UCI NEO
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 6	UCI NEO, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 8	UTI, MP
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 10	UTI, MP
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 12	MP, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 14	SOP, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 16	SOP
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 8	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 10	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	MP
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 20	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N°12	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 20	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 5	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 6	UCI NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 8	UCI NEO, UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 10	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 12	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 8	UTI, MP
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 10	UTI, MP
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 16	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 18	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N°20	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 06	UTI, UCI NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 08	UTI, UCI NEO

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 10	UTI, UCI, NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 12	UTI, MP
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 14	UTI, MP
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 16	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 18	UTI
SONDA NASOGÁSTRICA N° 6	MP, RN
SONDA NASOGÁSTRICA N° 8	UTI, MP
SONDA NASOGÁSTRICA N° 10	MP, UTI
SONDA NASOGÁSTRICA N° 12	MP, UTI
SONDA NASOGÁSTRICA N° 14	MP, UTI
SONDA NASOGÁSTRICA N° 16	MP
SONDA RECTAL N° 14	MP
SONDA RECTAL N° 16	MP
SONDA RECTAL N° 18	MP
SONDA RECTAL N° 22	UTI
SONDA RECTAL N° 24	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 6 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 8 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 10 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 12 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 14 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILÓRICA 16 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UTI
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UTI
TEST DE BOWIE AND DICK X 50 UNI	SUMI
TIRA REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE	UTI, MP
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC.	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA DESCARTABLE MODELO DPT 6000 PARA MONITOR MINRAY	UTI
TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT N° 7 CON RESERVORIO X 150 ML	UTI
TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	UTI
TUBO EN T DE PLÁSTICO PARA OXÍGENO	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 0	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 00	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 000	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 1	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 2	UTI
TUBO OROFARÍNGEO N° 3	UTI
TUBULADURA DE BULBO 7" 9/32 x 30.5 MTS	UTI, SOP
TUBULADURA DE SILICONA 7 MM X 30.5 MTS. PARA ASPIRADOR	UTI
VALVULA EXHALATORIO REHUSABLE PARA VENTILADOR MAQUET	UTI
VENDA ELÁSTICA 2" x 5 YD.	MP
VENDA ELÁSTICA 8" x 5 YD.	UTI
VENDA ELÁSTICA ADHESIVA 10 CM X 4.5	UTI
YODO POVIDONA 8.5G / 100 ML ESPUMA 1L	MP, SOP
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36	SOP, SUMI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37	UTI, SOP, MP
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 39	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 40	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 41	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43	SOP, SUMI

IX. RESPONSABILIDAD

El monitoreo del uso y aplicaciones del presente Manual de Especificaciones Técnicas de materiales e Insumos Médicos del Departamento de Enfermería debe ser realizado por las jefaturas de cada servicio. Los mismos que son responsables de sociabilizar el Manual a través de reuniones con las enfermeras asistenciales y de aquellas profesionales que conformen equipos y/o comités de adquisiciones.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones.
- Ley N° 27785. Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 27806. Ley de transparencia y Acceso a la Información Publica.
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 29873. Ley de modifica el Decreto Legislativo N° 1017.
- Decreto Supremo N° 184-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus modificatorias.
- Resolución N° 358-2009-OSCE/PRE que aprueba la Directiva N° 010-2009-OSCE/CD "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular".
- Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 "Directiva del Sistema Nacional de Inversión Publica".
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.