

OPERATIVIDAD DE EQUIPOS BIOMEDICOS POR SERVICIO EN COBERTURAVIGENTE APARTIR DE HOY 06/02/2013

ANEXO A

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
322239390008	ANATOMIA PATOLOGICA	ESTUFA ELECTRICA	PRECISION	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532278560034	ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO PENTACABEZAL	NIHON KOHDEN	ECLISE 50i	12107	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532279510027	ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	NIHON KOHDEN	ECLIPSE E200	761452	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
322239390007	ANATOMIA PATOLOGICA	ESTUFA ELECTRICA	THELCO	17	13-V-10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
112263860047	ANATOMIA PATOLOGICA	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	SANSUNG	RS-CSDB.SH	2BQ5000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532230010002	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	DESFIBRILADOR	PHYSIO CONTROL	LIFE PACK 9	14640708	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532230010007	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	DESFIBRILADOR	HEWLETT PACKARD	M172213	450011 0453	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532233820003	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	ELECTROBISTURI	ERBE	ICC-350	A-1050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532233820004	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	ELECTROBISTURI	ERBE	ERBOTOM-ICC200	D3333	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
532237630005	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO DE ANESTESIA	Drager	FABIUS	URLM0047	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532237630009	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO DE ANESTESIA	Drager	JULIAN PLUS	ARSF-0051	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
532237630012	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO DE ANESTESIA	DRAGER	PRIMUS/VISIA XL	ARXM-03277/539788245	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
532237630010	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO DE ANESTESIA	OHIO	UNITROL	ABDH00473	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7	X	-	X	X	X	-	X	-	X	-	X	-
532237630013	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO	Datex Ohmeda	Avance	ANBL00415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532237630014	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO DE ANESTESIA	DATEX OHMEDA	AVANCE S/5	ANBN01515	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	7	X	-	X	X	X	-	X	-	X	-	X	-
532237630015	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO	DATEX OHMEDA	AVANCE S/6	ANBQ01770	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532257620030	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	EQUIPO OFTALMOLOGIA	VISITEC	VITROFAGO	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532261420001	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	ESTIMULADOR FETAL	SIN MARCA	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281410004	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR CARDIACO PARA NEONATO	SPACELAB HEALTHCARE	90369	369-111790	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532281800006	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	DEFIBRILADOR CON MONITOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00449524	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281809132	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DIXTAL	DX2020	071302789	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281970011	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR DE PARAMETROS CONFIGURADO Y PRECONFIGURADO ADULTO - PEDIATRICO	MINDRAY	PM 8000	AA72D4709Q	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970027	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 7 PARAMETROS	GOLDWAY	UT 4000F PRO	4R5KAJK-024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288080001	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO	Criticare	504 US	192-134133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288080002	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO	CRITICARE	504 US	292-139674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390023	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO DE PULSOS	MASIMO	RAD 8 VERTICAL	805677	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390039	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06230014SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390038	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06250004SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532298040001	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL	ARIZANT HEALTHCARE	BOVE HUGER 750	33930	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532298060001	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	ALSA	EXCELL200 MCDS	1525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532298060002	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	ALSA	EXCELL200 MCDS	1536	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
536459520011	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA	NUOVA	F4ec	1142	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
536459520012	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MESA HIDRAULICA PARA OPERACION QUIRURGICA	MEDILAND	C-200	0840005OV3.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536462370001	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MESA DE OPERACIONES MECANICA HIDRAULICA	MAQUETTE	DELTACLASSIC 1115.01	13815	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
672293260002	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SELLADORA CONTINUA DE PAPEL PLASTICO	NUM	364	EEE-1500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	6	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
740877000057	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR A COLOR	SONY	S/M	2050131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
952238660002	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	FUENTE DE LUZ ESTABILIZADA	WOLF	4251	458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
952238660003	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	FUENTE DE LUZ ESTABILIZADA	STORZ	201320 - 20	5378	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120041	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	Thomas	1243	050000000297	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532227150002	AYUDA AL DIAGNOSTICO	CRIOSTATO	LEICA	CM1850UV	1175	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532250008102	AYUDA AL DIAGNOSTICO	ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON 730 PRO V	A40672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
675003800038	BANCO DE SANGRE (PATOLOGIA CLINICA)	CENTRIFUGA	HETTICH	HEAMATOKRIT	0001190-01-00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
112224260005	BANCO DE SANGRE (PATOLOGIA CLINICA)	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	THERMO CIENTIFIC	991	814811-495	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
952266250003	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	PROCESADOR DE PELICULAS	KODAK	S/M	1131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
532234770006	CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGIA	ELECTROCARDIOGRAFO	KENZ	ECG103	9106-4665	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532234770007	CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGIA	ELECTROCARDIOGRAFO DE MESA	NIHON KOHDEN	9020K	10692	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532234770011	CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGIA	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN INSTRUMENTS	ES- 6	63B0307C0313	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
322200250009	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AUTOCLAVE	PRESTIGE MEDICAL	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	11	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532224610001	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CORTADORA DE GASAS	MAIMIN	S/M	R59-32-11265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	6	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
532260470012	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR	MEMMERT	SE400	CH00032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532260470013	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR	3M STERI VAC	5XL	609250408	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
672290580002	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SECADORA DE TUBOS	3M	STERI VAC	459878	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	6	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
672293260001	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SELLADORA DE IMPULSION	KAMASA	TCS	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
672293260004	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SELLADORA DE IMPULSION	SEALER	PFS-300	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532260470014	CENTRAL DE ESTERILIZACION	ESTERILIZADOR	MEMMERT	SNB-200	C209-1028	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120051	CENTRO OBSTETRICO	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	ATOM	VP-400	9091706	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532230960015	CENTRO OBSTETRICO	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532230960016	CENTRO OBSTETRICO	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532250000002	CENTRO OBSTETRICO	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	TOSHIBA	SSA-340-A	DO554415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532270940013	CENTRO OBSTETRICO	LAMPARA CIALITICA	PHILIPS	S/M	40078-903	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532270940016	CENTRO OBSTETRICO	LAMPARA CIALITICA	BORTON	S/M	294	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281880005	CENTRO OBSTETRICO	MONITOR FETAL	HEWLETT PACKARD	M1351A	3816G16378	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281880007	CENTRO OBSTETRICO	MONITOR FETAL	HEWLETT PACKARD	M1351A	3326G02888	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281880008	CENTRO OBSTETRICO	MONITOR FETAL	HEWLETT PACKARD	M1350A	3121G02647	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281880011	CENTRO OBSTETRICO	MONITOR FETAL	HEWLETT PACKARD	M1351A	3816G15578	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390024	CENTRO OBSTETRICO	OXIMETRO DE PULSOS	MASIMO	RAD 8 VERTICAL	805683	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
536427150032	CENTRO OBSTETRICO	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO	STRYKER	1060	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
672259360002	CENTRO OBSTETRICO	EXTRACTOR (OTROS)	ATOM	VP-400	961145393 / 1044288	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
322239390018	CIRUGIA PEDIATRICA	ESTUFA ELECTRICA	Citecil	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
322239390019	CIRUGIA PEDIATRICA	ESTUFA ELECTRICA	Faedi	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
322239390020	CIRUGIA PEDIATRICA	ESTUFA ELECTRICA	DELONGHI	310920	9425	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532208120033	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	SCHUCO-VAC	230 A	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120034	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	GOMCO	402	A1-2285	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120035	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	SCHUCO-VAC	130	129500018709	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120036	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GOMCO	300	19990618001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120037	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GOMCO	790	B-84667	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120055	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	090500000634	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120071	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	12060000699	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X
532210020036	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407497	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532210020042	CIRUGIA PEDIATRICA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	BIOSENSOR	UNISET MB400	12000001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532210020045	CIRUGIA PEDIATRICA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	BIOSENSOR	UNISET MB400	12000004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532210020046	CIRUGIA PEDIATRICA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	BIOSENSOR	UNISET MB400	12000005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532227630005	CIRUGIA PEDIATRICA	CUNA RADIANTE PARA ATENCION AL RECIEN NACIDO	MEDIX	SM-401	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532227630009	CIRUGIA PEDIATRICA	CUNA DE CALOR RADIANTE	FISHER & PAYKEL	IW-930	060606000649	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532245240006	CIRUGIA PEDIATRICA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	MEDIX	LU-4P	1674	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532269990026	CIRUGIA PEDIATRICA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	AIR SHIELDS ISOLETTE	C100/200-2E	UH 31111	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532269990029	CIRUGIA PEDIATRICA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	AIR SHIELDS ISOLETTE	C-86	KN0020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532269990033	CIRUGIA PEDIATRICA	INCUBADORA PORTATIL	FANEM	IT-158TS	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532281970001	CIRUGIA PEDIATRICA	MONITOR MULTI PARAMETRO	BCI	58450A1	70134088	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390001	CIRUGIA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSOS	NELLCOR PURITAN BENNET	NPB-295	G00846002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390009	CIRUGIA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSOS	CRITICARE	504 US	197-250757	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532222390004	COLOSCOPIA	VIDEO COLPOSCOPIO	GOLDWAY	SLC-2000B	J5600601-017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532235720004	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 50	C-2129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
602248440001	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	IMPEDANCIMETRO	INTERACOUSTICS	AZ 26	SN202955	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120067	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	SILFAB	N36	12-027704A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281710002	CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGIA	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	ROZINN	RZ-250	R02760	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532243970002	CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA 1	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	RICHMAR	TM3L	0724971643	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532243970003	CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA 1	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	CHATTANOOGA	INTELECT ADVANCE	2131	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532296280001	CONSULTORIO DE MEDICINA FISICA 1	TANQUE DE PARAFINA	DICKSON	PB-107-B	87002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532260160001	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA	ESPIROMETRO	SIN MARCA	S/M	10100010233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288080010	CONSULTORIO DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PORTATIL	NONIN	8500A	102907681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
812236590001	CONSULTORIO NEUMOLOGIA	TROTADORA	MONARK SUPRA	BH-FITNESS	8A5640047	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	6	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
532235720003	CONSULTORIO PEDIATRIA	ELECTROCAUTERIO	KAMIYA	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532260160002	CONTROL DE TBC	ESPIROMETRO	SILBELMED	DATOSPIR 120B	118-F632	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
672247770006	DENTAL RAYOS X (ODONTOESTOMALOGIA)	EQUIPO DE RAYOS X	BELMOT	S/M	R07062	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532235720005	DERMATOLOGIA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 50	C-2078	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
672247770008	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EQUIPO DE RAYOS X	PHILIPS	PRACTIX 160	P3-016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532250000003	EMERGENCIA DE GINECO-OBSTETRICIA	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	TOSHIBA	PVG-366M	D6514293	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120018	EMERGENCIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	GOMCO	402	A1-2305	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120019	EMERGENCIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	GOMCO	402	A1-2313	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120049	EMERGENCIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	SCHUCO-VAC	S230A	100400000345	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120077	EMERGENCIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL DE MESA	MEDELA	VARIO 18	1197287	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390007	EMERGENCIA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSOS	MASIMO	RAD-8	805687	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532295720001	EMERGENCIA PEDIATRICA	PULSIOXIMETRO	CHARMCARE	CE 120	0A006A0037	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120677	EMERGENCIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECION PORTATIL MESA	MEDELA	VARIO 18	1197287	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532234770010	Emergencia y cuidados intensivos	ELECTROCARDIOGRAFO	CAREWELL	ECG 1101	E1B0701011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532269990042	Emergencia y cuidados intensivos	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	IT-158TS	CF3201	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281800007	Emergencia y cuidados intensivos	DESFIBRILADOR CON MONITOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00449525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390032	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - PEDIATRICO	NONIN	AVANT 9700	500137867	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
532288390033	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - PEDIATRICO	NONIN	AVANT 9700	500137883	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390034	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - PEDIATRICO	NONIN	AVANT 9700	500137843	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390035	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06240101SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390036	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06240254SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390037	Emergencia y cuidados intensivos	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06240197SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532215730002	FARMACIA (almacen) 3* PISO	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	BIOTECH	SHC-4A3	15589	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
675070900001	FARMACOTECNIA DE FARMACIA	SELLADORA DE BOLSA PLASTICA	KOBEDA	KB400	67678983	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532250000005	GINECO OBSTETRICIA	ECOGRAFO A COLOR	GENERAL ELECTRIC	VOLUSON 730 EXPERT	A15220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532222390004	GINECOLOGIA ONCOLOGICA	VIDEO COLPOSCOPIO	GOLDWAY	SLC-2000B	J5600601-017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532250000004	GINECO-OBSTETRICIA	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	PHILIPS	HD11	60733004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
675003800040	INMUNO (PATOLOGIA CLINICA)	CENTRIFUGA	THERMO SCIENTIFIC	CL30	308080010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532227630013	INTERMEDIO NEONATAL	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISYSTEM 2051	FAD21532	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390003	INTERMEDIO NEONATAL	OXIMETRO DE IMPULSOS	BCI	AUTOCORR PLUS	702557018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532270220001	JEFATURA DE ENFERMERIA CENTRO QUIRURGICO	INFUSOR A PRESION	KARL STORZ	S/M	S/N.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532247300001	JEFATURA DE RAYOS X DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	PHILIPS	PRACTIX 160	P3-529	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4	X	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
672247770008	JEFATURA DE RAYOS X DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EQUIPO DE RAYOS X	PHILIPS	PRACTIX 160	P3-016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
675003800027	LABORATORIO CITOLOGIA (ANATOMIA PATOLOGICA)	CENTRIFUGA	ADAMS	CT-3300	8101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532278560018	LABORATORIO CITOLOGIA GENETICA (ANATOMIA PATOLOGICA)	MICROSCOPIO (OTROS)	LEICA	020-518500	203655	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532278560035	LABORATORIO CITOLOGIA GENETICA (ANATOMIA PATOLOGICA)	MICROSCOPIO TRIOCULAR	LEICA	DM 1000	297606	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
952204660008	LABORATORIO DE EMERGENCIA (PATOLOGIA CLINICA)	ANALIZADORES (OTROS)	RADIOMETER	ABL77	202921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532278560014	LECTURA DE CITOLOGIA (ANATOMIA PATOLOGICA)	MICROSCOPIO (OTROS)	NIHON KOHDEN	YS2-H	2456	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532279510026	LECTURA DE CITOLOGIA (ANATOMIA PATOLOGICA)	MICROSCOPIO BINOCULAR	NIHON KOHDEN	S/M	762165	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532230960017	MATERNO FETAL- ECOGRAFIA OBST.	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532230960018	MATERNO FETAL- ECOGRAFIA OBST.	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532230960019	MATERNO FETAL- ECOGRAFIA OBST.	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M74	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532230960020	MATERNO FETAL- ECOGRAFIA OBST.	DETECTOR DE LATIDOS	TOITU	FD-390	9118M50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532209460001	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	EQUIPO DE BAÑO MARIA	NETZ	S/M	3013173	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
812219060001	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	BICICLETA ESTACIONARIA	MIRRAY	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532296280002	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	TANQUE DE PARAFINA	ENRAF NONIUS	S/M	68801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532243970001	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES	Carci	Sonomed	0861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532247700001	MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	EQUIPO DE TRACCION CERVICAL	ENRAF NONIUS	ELTRAC	20554	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120053	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	1205000 0629	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
602207850005	MEDICINA PEDIATRICA	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL DE 20 KG.	TITEC	NOVA-3	S5014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120054	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	1205000 0652	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120072	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	12060000716	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120073	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	THOMAS	1633GL	11060000443	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120074	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	THOMAS	1633GL	11060000427	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120078	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	040800001123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120079	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	050800001168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532208120080	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	050800001187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120081	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	050800001133	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120082	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	90800001802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120083	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	HERSIL	V7 PLUS AC	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120084	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	HERSIL	V7 PLUS AC	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532262380005	MEDICINA PEDIATRICA	ESTUFA	EWT	0193	L162762	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288080008	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PORTATIL	BCI	3303	470350555	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390018	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSOS	Drager	OXYTREND	SRTH0143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390019	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSOS	Drager	OXYTREND	SRTH0136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390045	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - PEDIATRICO	MINDRAY	PM-60	CR-8B105805	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532210730001	MICROBIOLOGIA 1* PISO (PATOLOGIA CLINICA)	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	LOGIC-3443821	080993672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
532261420002	MONITOREO FETAL	ESTIMULADOR ELECTRICO	TOITU	TR-30	9317796	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120029	NEONATOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	MISUHO	MSP-205A	90401056	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120030	NEONATOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GOMCO	402	A1-2280	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532245240003	NEONATOLOGIA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	AIR SHIELDS ISOLETTE	PT-03	AZ04013	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532245240004	NEONATOLOGIA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT 220	105030	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532269990014	NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES	ATOM	V-80	1054761	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532269990017	NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES	ATOM	V-80	1054764	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532269990049	NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	2186	CJ-3376	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390004	NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSOS	NELLCOR PURITAN BENNET	NPB-295	G00846360	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390005	NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSOS	BCI	AUTOCORR PLUS	702557018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120058	NEONATOLOGIA REFERIDOS	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243D	090500000631	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532227630003	NEONATOLOGIA REFERIDOS	CUNA DE CALOR RADIANTE	AIR SHIELDS ISOLETTE	S/M	01004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390021	NEONATOLOGIA REFERIDOS	OXIMETRO DE PULSOS	Drager	OXYTREND	SRTH-0098	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970016	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225298	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281970017	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225294	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970020	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225291	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970021	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225290	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532299680001	NEUMOLOGIA	VIDEO BRONCOSCOPIO	OLYMPUS	BF-XP160F	2800621	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532202070003	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	DABI ATLANTE	DOSAMIX	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
532202070054	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	SILAMAT	S/M	34002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-
532202070056	ODONTOLOGIA	AMALGAMADOR	DENTOMATIC-3	D3	D3002917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
532206520001	ODONTOLOGIA	APARATO DE LUZ HALOGENA	Denta America	Litex 680A	6804649	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
532208120009	ODONTOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GOMCO	402	A1-2309	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532208120038	ODONTOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECIONES	GOMCO	402	A1-2287	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
532246340001	ODONTOLOGIA	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO	GNATUS	JET SONIC	4393862050	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
532246340002	ODONTOLOGIA	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO	GNATUS	JET SONIC	4393862049	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
532271400003	ODONTOLOGIA	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	3M	5560 AF	7013861	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
532298200007	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	UNIDAD DENTAL	ALFA LUX	PORTATIL	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
532298200011	ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL	KAVO	UNIK	10046010039	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
532298200012	ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL	KAVO	UNIK	10046010040	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
532298200013	ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL	KAVO	CLINIC T	2008.00.187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
532298200014	ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL	KAVO	CLINIC T	2008.00.199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-
532271170008	OFTALMOLOGIA	LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-1E	155599	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532271170009	OFTALMOLOGIA	LAMPARA DE HENDIDURA	TOPCON	SL-1E	155536	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532285220030	OFTALMOLOGIA	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	RIESTER	COMPLETO	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532285220031	OFTALMOLOGIA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	HEINE	OMEGA-500	2167772	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532279980002	OFTALMOLOGIA	MICROSCOPIO QUIRURGICO	MORREL	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
602275740002	OFTALMOLOGIA	AUTORREFRACTOR	CHAROPS	MR-3100	3MR1J1702	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532285220015	OFTALMOLOGIA	OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	COMPLETO	DIRECTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532260470007	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ESTERILIZADOR	MAICO	S/M	70056	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
602205470001	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	AUDIOMETRO COMPUTARIZADO	MAICO	S/M	70056	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532235772004	CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	ELECTROCAUTERIO	ERBE	ICC 50	C-2129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
112224260004	PATOLOGIA CLINICA	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	FRIGIDAIRE	FFU-1764FW	WB71955244	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
112263860004	PATOLOGIA CLINICA	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	Coldex	TP1020	06201Z	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
112267820001	PATOLOGIA CLINICA	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	PHARMA SCIENTIFIC	3881	54579696	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
112267820002	PATOLOGIA CLINICA	REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL	FORMA SCIENTIFIC	3881	54579701	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
322200250003	PATOLOGIA CLINICA	AUTOCLAVE	OPPICI	S/M	9906/1587	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
532201600001	BANCO DE SANGRE (PATOLOGIA CLINICA)	AGITADOR (OTROS)	JMS	AB-2099-10-10048	9910148	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3			X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532215730001	PATOLOGIA CLINICA	CAMARA DE FLUJO LAMINAR	LABCONCO	S/M	011034186B	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
532220490001	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA PARA TUBOS	IEC	CLINICAL	42902029	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532258000001	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO PARA BAÑO DE FLOTACION	Leica	H1210	8614/08/09	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532260470002	PATOLOGIA CLINICA	ESTERILIZADOR	THELCO	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532262380004	PATOLOGIA CLINICA	ESTUFA	MEMMERT	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532278560001	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO TRINOCULAR	LEICA	DMLS	501095	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532278560003	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO (OTROS)	KIP	S/M	0039515	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532278560004	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO (OTROS)	CARL ZEISS	JENAMED	745752	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532278560008	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO (OTROS)	WESCO	S/M	978156	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532278560010	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO (OTROS)	NIHON KOHDEN	YS2-H	245598	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532279510002	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO ELECTRONICO	CARL ZEISS	JENAMED	748268	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532279510005	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO CON OBJETIVO DE INMERSION ELECTRONICO	WESCO	BIO VU2300	978130	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532279510028	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	NIHON KOHDEN	ECLIPSE E200	762232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532279510029	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	Leica	DME	321099917ZM0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532279510030	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	Leica	ZMO DME	321099917ZM0006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532279510031	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	Leica	ZMO DME	321099917ZM0014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532279510032	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	Leica	ZMO DME	321099917ZM0012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532279510033	PATOLOGIA CLINICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	Leica	ZMO DME	321099917ZM0010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
602206860001	PATOLOGIA CLINICA	BALANZA DE PRECISION	OWA LABOR	S/M	13862295	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
672243310001	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO BAÑO MARIA	Memmert	WB14	1496-0542	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
672243310002	PATOLOGIA CLINICA	EQUIPO DE BAÑO MARIA	MEMMERT	WB10	13970464	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
675003800023	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	KIP	800	183	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
675003800031	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	JANETZ KIT	T30B	73-3533	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
675003800032	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	IEC	Centra	31320297	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
675003800033	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	HETTICH	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532279510030	ANATOMIA PATOLOGICA	MICROSCOPIO BINOCULAR	LEICA	13595XXX	321099917ZM0006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
675003800037	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	HERAEUS	LABOFUGE 200	252893	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
675003800039	PATOLOGIA CLINICA	CENTRIFUGA	HETTICH	HEAMATOKRIT	0001199-01-00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
322239390003	PATOLOGIA CLINICA	ESTUFA ELECTRICA	KIP	S/M	510434	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
112261880001	PROGRAMA VACUNACION (COCHERA)	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	VESTFROST	MK304	200246	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
112261880002	PROGRAMA VACUNACION (COCHERA)	REFRIGERADORA CONSERV .D/MEDICAMENTOS Y LABOR.200 L.	VESTFROST	MK304	20095085240	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
672247770009	RAYOS X	EQUIPO DE RAYOS X	PHILIPS	DUO DIAGNOSTICO	000415	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390041	REFERIDOS DE NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NELLCOR PURITAN BENNET	N-600X	G07825384	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120048	SALA "A" NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	THOMAS	1243	110600000691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120060	SALA "A" NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243	1106-00000694	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120061	SALA "A" NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1633GL	110600000461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120062	SALA "A" NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243	110600000699	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532270940025	SALA "C" NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	LAMPARA CIALITICA	SIN MARCA	PORTATIL	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120021	SALA B NEONATAL CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	GOMCO	S/M	B-93479	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120027	SALA DE CHARLAS DE NEONATOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	SCHUCO-VAC	S/M	0188167	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532269990024	SALA DE CHARLAS DE NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES	AIR SHIELDS ISOLETTE	C100/200-2E	QF27604	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532279980003	SALA Nº 6 CENTRO QUIRURGICO	MICROSCOPIO QUIRURGICO	TOPCON	OMS-90	312970	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-
532208120057	UCI DE LA MUJER	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1243	010200000387	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120057	UCI DE LA MUJER	ASPIRADORA DE SECRECIONES	THOMAS	1243	010200000387	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3			X				X				X	

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532255710003	UCI DE LA MUJER	EQUIPO NEBULIZADOR ULTRASONICO	NEW-AEROGEN	AERONB PRO	AP061721	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532210020047	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION	B.BRAUN	FM-JERINGA	97714	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532210020048	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION	B.BRAUN	FM-JERINGA	98917	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532210020049	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION	B.BRAUN	FM-JERINGA	98923	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532245240011	UCI NEONATOLOGIA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	GNATUS MEDICAL	NEO BLUE 010068	18300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120007	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NIÑO	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	MEDICAL INDUSTRIES	9058CD18-18	D49800000015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532230010005	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL NIÑO	DEFIBRILADOR	HILLMED	S/M	9800942835	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120059	TOPICO DE MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1633GL	110600000427	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120046	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADORA DE SECRECION	THOMAS	1243	1020000 0385	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120058	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	THOMAS	1243	120600000716	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120069	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL	THOMAS	1617	2070000136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532210020035	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407496	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532210020037	UCI NEONATOLOGIA	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407495	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532227630010	UCI NEONATOLOGIA	CUNA DE CALOR RADIANTE	FISHER & PAYKEL	IW-930	060606000648	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532227630014	UCI NEONATOLOGIA	CUNA RADIANTE PARA ATENCION AL RECIEN NACIDO	FISHER & PAYKEL	IIW-930	080125000161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532227630015	UCI NEONATOLOGIA	CUNA RADIANTE PARA ATENCION AL RECIEN NACIDO	FISHER & PAYKEL	IW-930	080125000162	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532227630016	UCI NEONATOLOGIA	CUNA RADIANTE PARA ATENCION AL RECIEN NACIDO	FISHER & PAYKEL	IW-930	080125000163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532245240001	UCI NEONATOLOGIA	Equipo de Fototerapia	NATUS	NEOBLUE	18300	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532245240005	UCI NEONATOLOGIA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ATOM	PIT 220	105036	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532250008101	UCI NEONATOLOGIA	ECOGRAFO DOPPLER CON TRANSDUCTOR TRANSFONTANELAR PORTATIL	TOSHIBA	NEMIO XG(SSA-580A)	E2C0723449	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532269990034	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	ATOM	V-2100G	1679215	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990035	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	ATOM	V2100G TIPO A	1654892	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532269990036	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	ATOM	V2100G TIPO A	1654893	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532269990037	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	ATOM	V-2100G	1654894	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532269990038	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	ATOM	V2100G Tipo A	1654895	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990041	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA DE TRANSPORTE	FANEM	IT-158TS	CF3579	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990043	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	VISION 2186	CJ2954	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532269990044	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	VISION 2186	CI-2912	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990045	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	VISION 2186	CJ2967	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990046	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	VISION 2186	CI-2910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	4	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	X	-
532269990048	UCI NEONATOLOGIA	INCUBADORA PARA BEBES - INCUBADORA PARA NEONATOS	FANEM	VISION 2186	CJ3382	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532270940030	UCI NEONATOLOGIA	LAMPARA CIALITICA RODABLE	RIMSA	D400	9615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532270940031	UCI NEONATOLOGIA	LAMPARA CIALITICA RODABLE	Rimsa	D400	9615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970009	UCI NEONATOLOGIA	MONITOR (MULTIPARAMETRO) DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	NIHON KOHDEN	BSM-2301K	02143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532281970015	UCI NEONATOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225295	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970018	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225293	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970019	UCI NEONATOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225292	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970022	UCI NEONATOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225299	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970023	NEONATOLOGIA REFERIDOS	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62225296	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390017	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSOS	Drager	OXYTREND	SRTH-0044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390025	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSOS	Masimo	RAD 8 VERTICAL	805691	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390027	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137853	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390028	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137830	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390029	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137835	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390031	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSOS	MASIMO	RADICAL RDS-3	072230/32145232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390044	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	MINDRAY	VS-800	BY - 8B108074	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532298550013	UCI NEONATOLOGIA	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO NEONATAL	Drager	BABYLOG 8000 PLUS	ARYB-0018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	4	-	X	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532298550014	UCI NEONATOLOGIA	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO NEONATAL	Drager	BABYLOG 8000 PLUS	ARYB-0121	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532298550016	UCI NEONATOLOGIA	VENTILADOR NEONATAL	Drager	BABYLOG 8000 PLUS	ARYB-0085	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
952204660007	UCI NEONATOLOGIA	ANALIZADORES (OTROS)	BOEHRINGER	S/M	GAD1369122	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
952204660010	UCI NEONATOLOGIA	ANALIZADORES (OTROS)	RADIOMETER	ABL77	202919	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120050	UCI DE LA MUJER	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	Thomas	1243	090500000635	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532281800004	UCI DE LA MUJER	DEFIBRILADOR CON MONITOR	MEDTRONIC	LIFEPAK 20	35372935	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970007	UCI DE LA MUJER	MONITOR MULTI PARAMETRO	MINDRAY	PM 9000	W3BH0813R	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970028	UCI DE LA MUJER	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 7 PARAMETROS	GOLDWAY	UT 4000F PRO	4R5KAJK-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390014	UCI DE LA MUJER	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO	BCI	3303	704714197	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532288390026	UCI DE LA MUJER	OXIMETRO DE PULSOS	MASIMO	RAD 8 VERTICAL	805681	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532298550002	UCI DE LA MUJER	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO	VIASYS HEALTHCARE	AVEA	ADV04112	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
532230010008	UNIDAD DE ENDOSCOPIA	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	TEC-5531E	02033	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532264280001	UNIDAD DE ENDOSCOPIA	FIBROSCOPIO - BRONCOFIBROSCOPIO	PENTAX	LH-150PC	EB010488	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532299680003	UNIDAD DE ENDOSCOPIA	VIDEO BRONCSCOPIO	OLYMPUS	BF-XP60	2040728	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120014	UTIP	ASPIRADORA DE SECRECIONES	ATMOS	LC-16	OF1620347543	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120023	UTIP	ASPIRADORA DE SECRECIONES	Thomas	1133D	00017-09-03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120014	UTIP	ASPIRADORA DE SECRECIONES	ATMOS	S/M	4980000 0015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120042	UTIP	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	Thomas	1133GL	90060000109	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120047	UTIP	ASPIRADORA DE SECRECIONES CON FRASCO DE VIDRIO	THOMAS	1243	01200000386	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120063	UTIP	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	SILFAB	N36	06-0081-07A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120064	UTIP	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	SILFAB	N36	06-0820-07A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532210020038	UTIP	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407498	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532210020039	UTIP	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532210020040	UTIP	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532210020041	UTIP	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	ALARIS	ASENATIVA	800407499	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532227630004	UTIP	CUNA DE CALOR RADIANTE	FISHER & PAYKEL	S/M	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532234770008	UTIP	ELECTROCARDIOGRAFO	BURDICK	EK- 10	10960059707	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532236670002	UTIP	ELECTROENCEFALOGRAFO PORTATIL	NIHON KOHDEN	EEG-9100K	00231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281410006	UTIP	MONITOR CARDIACO PARA NEONATO	MINDRAY	PM 9000	W3AH080310RM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281800008	UTIP	DESFIBRILADOR CON MONITOR	PHILIPS	HEARTSTART	US00449526	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281970012	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	DASH 5000	SBG06462491GA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970013	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	DASH 5000	SBG06483169GA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970014	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	DASH 5000	SBG06462735GA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970024	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS CON PRESION ARTERIAL INVASIVA	PHILIPS	INTELLIVUE MP- 20	DE62224821	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970025	UTIP	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 7 PARAMETROS	GOLDWAY	UT 4000F PRO	4F5KAHW-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288080009	UTIP	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO PORTATIL	CRITICARE	503DX	198-268056	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390013	UTIP	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO	CRITICARE	Mini Spo2t	402-101400E	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390030	UTIP	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137846	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532298550005	UTIP	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO	Newport	E-500	CPM06050340	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532298550007	UTIP	VENTILADOR VOLUMETRICO MECANICO ADULTO/PEDIATRICO	VIASYS HEALTHCARE	VELA	AGTO- 4865	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
532298360002	UTIP	VENTILADOR MECANICO INFANTIL	NEWPORT	E-200	9912WG370	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X
532270940021	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	LAMPARA CIALITICA PARA EMPOTRAR EN EL TECHO	BERCHTOLD	CHROMOPHARE D 540	6500060-H1 10265	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
536459520012	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MESA DE OPERACIONES	MEDILAND	C-200	0840005OV3.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970026	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GOLDWAY	UT 4000F PRO	ARSKAIN-038	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532281970027	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GOLDWAY	UT 4000F PRO	ARSKAIN-024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532250008102	AYUDA AL DIAGNOSTICO	ECOGRAFO DOPPLER COLOR	GENERAL ELECTRI	VOLUSON 730 PRO V	A40672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120075	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PEDIATRICO RODABLE	THOMAS	1633GL	11060000461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120071	CIRUGIA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PEDIATRICO RODABLE	THOMAS	1243D	12060000699	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120088	CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1243		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120089	EMERGENCIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	CAMI	HOSPIVAC 350	4330	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390032	EMERGENCIA	OXIMETRO DE PULSO ADULTO - PEDIATRICO	NONIN	AVANT 9700	500137867	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532281800007	EMERGENCIA	DESFIBRILADOR CON MONITOR	PHILIPS	HEARTSTART XL /M4735A	US00449525	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
952204660009	EMERGENCIA	ANALIZADORES (OTROS)	RADIOMETER	ABL 77	202920	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602206340003	FARMACIA	BALANZA ANALITICA	SORES	AX	2750672009	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532250000005	GINECO OBSTETRICIA	ECOGRAFO A COLOR	GENERAL ELECTRI	VOLUSON 730 EXPERT	A15220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
536458570001	GINECOLOGIA	MESA DE PARTOS	BORCAD-LINET	AVE	1065	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
536458570002	GINECOLOGIA	MESA DE PARTOS	BORCAD-LINET	AVE	1067	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
536458570003	GINECOLOGIA	MESA DE PARTOS	BORCAD-LINET	AVE	1068	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532227630013	INTERMEDIO NEONATAL	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	MULTISYSTEM 2051	FAD21532	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120079	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	050800001168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120080	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	050800001187	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120081	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	50800001233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390045	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO	MINDRAY	PM-60	CR-8B105805	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120073	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PEDIATRICO RODABLE	THOMAS	1633GL	11060000443	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120072	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PEDIATRICO RODABLE	THOMAS	1243D	12060000716	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
536415730053	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
536415730054	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
536415730055	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
536415730056	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
536415730057	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
536415730058	MEDICINA PEDIATRICA	CAMA CLINICA C/BARANDA	METAX INDUSTRIA	M - 100B	S/S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390018	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO	DRAGER	OXYTREND	SRTH-0143	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390019	MEDICINA PEDIATRICA	OXIMETRO DE PULSO	DRAGER	OXYTREND	SRTH-0136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532260470015	MICROBIOLOGIA 1* PISO (PATOLOGIA CLINICA)	ESTERILIZADOR A VAPOR	SYSTEC	VX-100	3001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532210730001	MICROBIOLOGIA 1* PISO (PATOLOGIA CLINICA)	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	LOGIC-3443821	080993672	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390021	NEONATOLOGIA REFERIDOS	OXIMETRO DE PULSO	DRAGER	OXYTREND	SRTH-0098	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532298200014	ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL COMPLETA	KAVO	CLINIC T	SN:2008.00.199	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532270940030	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	LAMPARA CIALITICA RODABLE	RIMSA	D400	9615	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390038	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06230014SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532288390039	ANESTESIOLOGIA Y C.Q	OXIMETRO DE PULSOS	GE- DATEX OHMEDA	TRUSAT	FCD06250004SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120092	UCI DE LA MUJER	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	CAMI	HOSPIVAC 350	4460	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120093	UCI DE LA MUJER	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	CAMI	HOSPIVAC 350	4461	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532208120094	UCI DE LA MUJER	ASPIRADOR DE SECRECIONES ELECTRICO RODABLE	CAMI	HOSPIVAC 350	4462	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532298360015	UCI DE LA MUJER	VENTILADOR MECANICO- ADULTO PEDIATRICO	VIASYS HEALTHCARE	VELA C	AHT04943	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120068	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1617	2070000179	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120069	UCI NEONATOLOGIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1617	2070000136	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532245240007	UCI NEONATOLOGIA	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	DRAGER	4000	ARRD-0049	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532227630010	UCI NEONATOLOGIA	CUNA RADIANTE	FISHER & PAY	IW-930	60606000648	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390016	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO	DRAGER	OXYTREND	SRTH-0043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970019	UCI NEONATOLOGIA	MONITOR MULTIPARAMETRO DE SIGNOS VITALES NEONATAL DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP-20	62225292	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532288390027	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137853	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532288390029	UCI NEONATOLOGIA	OXIMETRO DE PULSO PEDIATRICO - NEONATAL	NONIN	AVANT 9700	500137835	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X

COD PAT	Servicio	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Observaciones		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
532281970028	UCI DE LA MUJER	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GOLDWAY	UT 4000F PRO	ARSKAIN-014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
532227630014	UCI NEONATOLOGIA	CUNA DE CALOR RADIANTE	FISHER&PAYKEL	IW930	80125000161	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532227630016	UCI NEONATOLOGIA	CUNA DE CALOR RADIANTE	FISHER&PAYKEL	IW930	80125000163	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532281970012	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	DASH 5000	SBG06462491GA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970014	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS	GENERAL ELECTRIC	DASH 5000	SBG06462735GA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970024	UTIP	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS CON PRESION ARTERIAL INVASIVA	PHILIPS	INTELLIVUE MP-20	62224821	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532281970025	UTIP	MONITOR DE SIGNOS VITALES	GOLDWAY	UT 4000F PRO	4F5KAHW-043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-
532208120074	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	THOMAS	1633GL	11060000427	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120078	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	040800001123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120082	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	90800001802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-
532208120078	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	040800001123	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120082	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	90800001802	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	3	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X
532208120074	MEDICINA PEDIATRICA	ASPIRADOR DE SECRECIONES PEDIATRICO RODABLE	THOMAS	1633GL	11060000427	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO	2	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
								80	99	102	114	101	105	117	119	95	107	120	108

TOTAL EQUIPOS: 413