



N° 0194-00-HONADOMANI-SB/2015



# Resolución Directoral

Lima... 07... de Mayo... de 20015

Visto, el Expediente N° 05266-15;

### CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, establece en su artículo 13° que "La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, las cuales deben cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos, normas metroológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere";

Que, en ese sentido, mediante Resolución Directoral N° 0022-DG-HONADOMANI-SB/2011, se aprueba el "Manual de Especificaciones Técnicas de Material e Insumos Médicos del Departamento de Enfermería-2010";

Que, mediante Nota Informativa N° 218-DE-HONADOMANI-SB-2015, la Jefa del Departamento de Enfermería remite al Director General el citado Documento Técnico: "Manual de Especificaciones Técnicas de Material e Insumos Médicos del Departamento de Enfermería", debidamente actualizado acorde con los cambios que se presentan cada año, para su aprobación via Resolución Directoral, el cual tiene entre sus objetivos "Facilitar los procesos de adquisición y selección óptima de material e insumos médicos que garantice la calidad de atención al usuario";

Que, mediante Informe N° 238-OEPE-INFORME N° 007-UPO-2015-HONADOMANI-SB, el Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico y la Coordinadora de Equipo de Planeamiento y Organización consideran que el referido Manual actualizado es pertinente y conveniente, por lo que emite opinión favorable, recomendando por ello, su aprobación via Resolución Directoral;

Que, mediante Oficio N° 066-DA-HONADOMANI-SB-2015, El Director Adjunto solicita al Director General del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" se apruebe mediante Resolución Directoral el Documento Técnico: "Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales e Insumos Médicos del Departamento de Enfermería", del Departamento de Enfermería;

Que, mediante Memorandum N° 0086-DG-HONADOMANI-SB-2015, el Director General del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé" solicita a la Jefatura de Asesoría Jurídica se proyecte la Resolución Directoral correspondiente;

Con las visaciones de la Dirección Adjunta, de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, de la Oficina de Gestión de la Calidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas al Director General mediante Resolución Jefatural N°34-2015/IGSS y la Resolución Ministerial N° 884-2003-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé";

OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA  
RECIBIDO  
15.1.2015  
13:05



**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.-** Aprobar el **DOCUMENTO TECNICO: "MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – 2015"** del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", el cual consta de Quinientos Treintisiete (537) folios, que forma parte de la presente Resolución Directoral.



**Artículo Segundo.-** Corresponde al Departamento de Enfermería, la responsabilidad de su difusión y cumplimiento en el Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé".

**Artículo Tercero.-** Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 0022-DG-HONADOMANI-SB/2011, de fecha 28 de Enero de 2011.



**Artículo Tercero.-** Disponer la publicación del **DOCUMENTO TECNICO: "MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIAL E INSUMOS MEDICOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA – 2015"** del Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé", en el Portal de la Pagina Web Institucional ([www.sanbartolome.gob.pe](http://www.sanbartolome.gob.pe)).



Regístrese y Comuníquese



EWVP/JCVO  
cc.

- DA
- OEPE
- OGC
- CAJ
- OEI
- Departamento de Enfermería
- Archivo

El Presente Documento es  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
Que He Tenido a la Vista

Sra. Lidia Cristina Alache Pérez.  
FEDATARIO  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
FECHA.....12 MAYO 2015

# TOMO I

# 2015

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO**  
**"SAN BARTOLOME"**



**DOCUMENTO TECNICO:**

**MANUAL DE ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DE MATERIALES E  
INSUMOS MEDICOS DEL  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

**MARZO 2015**

---

**MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES E INSUMOS  
MEDICOS. DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

**PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO QUE PARTICIPÓ EN LA  
ELABORACIÓN DEL PRESENTE MANUAL**

**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA:**

Lic. González Espinoza Edy Eliana

**ENFERMERAS SUPERVISORAS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA:**

Lic. Cárdenas Quintana Justa.

Lic. Castro Espinoza Dina. Susana

Lic. Grados Loza Lyly Deysi

Lic. López Palma Rosa Medalit.

Lic. Suyo Herrera Lucy Elizabeth

Lic. Tejeda Ipanaque Lindaura.

**ENFERMERAS JEFAS DE SERVICIO:**

Lic. Aliaga Ordoñez Juana Lucy

Lic. Ibañez Trujillo Yecika Deicy

Lic. Carrasco Olivera Rosa María

Lic. Carranza Castillo Teresa.

Lic. Gutiérrez Cahuana Virginia.

Lic. Lovera Avilés Victoria Eudocia

Lic. Macassi Meza María Dolores

Lic. Molina Espinoza Victoria Eufemia

Lic. Montoya Maury Marina Vicenta

Lic. Párraga Quintanilla Norma Alicia

Lic. Adama Rosales Zulma Nelsa

Lic. Tasayco Retuerto Elsa. Antonia

**PERSONAL DE APOYO:**

Lic. Rocío Patilla Bueno

Sr. Víctor Rojas Zavaleta

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

I. INDICE	PAGINA
I. INDICE	1
II. INTRODUCCION	15
III. FINALIDAD	15
IV. OBJETIVOS	15
V. BASE LEGAL	16
VI. AMBITO DE APLICACIÓN	16
VII. CONTENIDO	16
DEFINICION TECNICOS CONCEPTUALES	16
DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	17
AEROCÁMARA ADULTO	18
AEROCÁMARA NEONATAL	19
AEROCÁMARA PEDIÁTRICA	20
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 18 G x 1"	21
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 20 G x 1 1/2"	22
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 21 G x 1 1/2"	23
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 22 G x 1 1/2"	24
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 23 G x 1"	25
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 25 G x 5/8"	26
ALARGADOR DE LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE 15.2 CMS	27
ALCOHOL GEL 500 X ML	28
ALCOHOL GEL X 1L	29
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 500 G	30
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 100 G	31
APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN 10 CM x 10 CM	32
APÓSITO GEL HIDRATANTE CON ÁCIDO BORICO Y ALGINATO DE SODIO X 85 G	33
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 10 CM	34
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 20 CM	35
APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM	36
APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM	37
APÓSITO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM	38
APÓSITO HIDROFIBRA EN MECHA 2 CM X 45 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%	39
APÓSITO HIDROFIBRA 10 CM X 10 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	40
APÓSITO HIDROFIBRA 15 CM X 15 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	41
APÓSITO HIDROFIBRA 20 CM X 30 CM	42
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 4.4 CM x 4.4 CM	43
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 5 CM x 5.7 CM	44
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 6 CM x 7 CM	45
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 7 CM x 8.5 CM	46
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 8.5 CM x 11.5 CM	47
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 10 CM x 12 CM	48
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO x 500	49

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO x 500	50
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 59.4 CM x 38.1 CM x 14.1 CM	51
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 74 CM x 23 CM x 14 CM	52
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 44.9 CM DIAMETRO X 22.2 CM ALTO	53
BATERÍA RECARGABLE DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO RIESTER	54
BATERÍA RECARGABLE DE 5 V PARA OTOSCOPIO HEINE	55
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 100 ML	56
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 2 L	57
BOLSA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 L	58
BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM	59
BOLSA DE COLOSTOMIA NEONATAL	60
BOLSA DE RESUCITADOR ADULTO CON MASCARA	61
BOLSA DE RESUCITADOR NEONATAL CON MASCARA	62
BOLSA DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON MASCARA	63
BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCIÓN DE FLUIDOS x 3 L CON FILTRO	64
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 1L	65
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 500 ML	66
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 250 ML	67
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 150 ML	68
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 250 ML	69
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 500 ML	70
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 1 L	71
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 3 L	72
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑA (ROSADO)	73
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑO (CELESTE)	74
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO 23 A 34 CM CON BLADER	75
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO DE 52 CM x 14 CM CON UNA VIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO	76
BRAZALETE CONTRO DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	77
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	78
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR WOLDWAY	79
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON 2 VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	80
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	81
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 14 - 21.5 CM CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	82
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 17 - 25 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	83
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 24 - 32 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DIXTAL	84
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 27 - 35 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR PHILIPS	85
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 10 - 15 CM CON UNAVIA PARA MONITOR PHILIPS	86

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 12 - 19 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	87
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	88
BRAZALETE CONTROL PRESIÓN ARTERIAL ADOLESCENTE 43 x 12 CM CON UNA VIA PARA MONITOR DATEX OHMEDA	89
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 3.1 CM - 5.7 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	90
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 4.3 CM - 9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	91
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 5.8 CM - 10.9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	92
BURETA PARA LINEA DE INFUSIÓN UNICANAL DE 150 ML	93
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA LACTANTE	94
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA PRE - ESCOLAR	95
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PEDIÁTRICO	96
CABLE CONECTOR PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECÁNICO FISHER AND PIKEL	97
CABLE DE ECG 03 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO MINRAY	98
CABLE DE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	99
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN DE CO2 CON 6 PINES FORMA CIRCULAR PARA MONITOR MINDRAY PM 8000	100
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN DE OXÍGENO RECTANGULAR 10 PINES P/MONITOR MULTIPARÁMETROS SPACELABS	101
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 4.8 MM	102
CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 MM X 3 M	103
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR PHILIPS	104
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS NIKON	105
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO MASSIMO	106
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO NONIN	107
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO DRAGUER	108
CABLE DE SENSOR DE BALANZA PARA INCUBADORA GIRAFE	109
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GOLD WAY	110
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR PHILIPS	111
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-931-APU	112
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-933-APU	113
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO SM401	114
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA DE CALOR RADIANTE FISCHER AND PIKEL	115
CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER AND PIKEL	116
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA ATOM	117
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA FANEN	118
CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	119
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	120

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	121
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	122
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA GRAFFE	123
CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR SPACELABS	124
CABLE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS PHILIPS	125
CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 7 L	126
CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 15 L	127
CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ADHESIVO 30CM x 30CM	128
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO ADULTO	129
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO NEONATO	130
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO PEDIÁTRICA	131
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	132
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	133
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	134
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	135
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	136
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	137
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	138
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	139
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	140
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 Gx 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	141
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 23 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	142
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	143
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 26 G x 1" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	144
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	145
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 10 CM	146
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1.9 FR	147
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2 FR x 30 CM	148
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2.6 FR x 50 CM	149
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 3 FR x 50 CM	150
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 100% SILICONA FR 1.9	151

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1 FR. x 20 CM	152
CATÉTER PERCUTÁNEO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DOBLE LUMEN 2 FR.X 30 CM	153
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 CM	154
CATÉTER VENOSO CENTRAL UN LUMEN 4.2 FR X 75 CM	155
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 3 FR X 6 CM	156
CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 CM	157
CELDA DE FLUJO DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	158
CEPILLO DE POLIESTER 9 MM DE DIÁMETRO X 30 CMS. DE LONGITUD PARA CÁNULA	159
CEPILLO DE LIMPIEZA 21CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO	160
CEPILLO DE LIMPIEZA 10 CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOTOMIA PEDIÁTRICO	161
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O NEONATAL	162
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O PEDIÁTRICO MAQUET	163
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REHUSABLE CON TRAMPA DE H2O ADULTO	164
CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL REHUSABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	165
CIRCUITO CORRUGADO PEDIÁTRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	166
CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	167
CLORHEXIDINA AL 2% X 1L CON DISPOSITICO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	168
CLORHEXIDINA AL 4% X 1L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	169
CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.05 GR/100 ML GEL 1 L CON DOSIFICADOR	170
CONECTOR BIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y PEDIÁTRICO	171
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y ADULTO	172
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y NEONATO	173
CONECTOR CON EXTESIÓN NEONATAL	174
CONECTOR PARA LINEA INTRAVENOSA DESCARTABLE N° 16 G	175
CONECTOR	176
CONECTOR EN Y PARA CIRCUITO PEDIÁTRICO DE 15 MM	177
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 950 ML	178
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 4.73 L	179
CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11 LTS	180
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ESTÉRIL 30 CM X 30CM X 5	181
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 48 CM X 48CM X 5	182
CUBRE CALZADO DESCARTABLE IMPERMEABLE	183
DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE DOBLE RENDIMIENTO CON CUATRO ENZIMAS	184
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL EN LAVADORAS DESINFECTORAS	185
DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML	186
DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E500	187

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	188
ELECTRODO HOOK	189
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIÁTRICO	190
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	191
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 7.5 CM X 100 M	192
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 10.0 CM. x 100 M	193
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 15.0 CM X 100 M	194
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 20 CM X 100 M	195
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 25 CM X 100 M	196
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 CM X 100 M	197
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35.0 CM X 70 M	198
EMPAQUE TIPO TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 40 CM x 100 M	199
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE	200
EQUIPO DE VENOCLISIS	201
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE FORMA LINEAL PARA BOMBA DE INFUSIÓN	202
EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA	203
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LIQUIDOS FOTOSENSIBLES	204
EQUIPO PARA BOMBA INFUSIÓN CON VOLUTROL	205
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 19 CM	206
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 28 CM	207
ESCOBILLA DE NYLON REDONDO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 50 MM X 37 CM	208
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DOBLE CABEZA DE 2 MM- 8 MM X 2.2 CM- 3.5 CM X 17.78 CM	209
ESCOBILLA DE NYLON P LAVADO D INSTRUMENTAL FORMA CONICA DE 12.7 MM A 4.8 MM X 12.78 CM X 7.62 CM	210
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 11 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	211
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM X 15.24 CM X 7.62 CM	212
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 18.41CM APROX. X 3.81CM	213
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 2 MM x 30.48 CM x 2.54 CM	214
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3 MM x 30.48CM x 2.54 CM	215
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3.2 MM x 45.72CM x 5.08 CM	216

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 30.48 CM x 6.35CM	217
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	218
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 6 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	219
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 9.6 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	220
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE EN ENDOSCOPIA DE 10 MM x 40.66 CM	221
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 11 MM X 40.64 CM.	222
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 3.2 MM X 45.72 CMS.	223
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 5 MM X 40.64 CMS.	224
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 6 MM X 40.64 CMS.	225
ESCOBILLA PARA CIRUJANO CON CERDAS SUAVES CON SOL DES	226
ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 2.5 CM X 9.1 M	227
ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 30 CM X 9.14 M X 5 CORTES	228
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECÁNICO	229
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO	230
ESPATULA DE AYRE DE MADERA	231
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 10 CM x 10CM x 5	232
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 7.5CM x 7.5CM x 5	233
ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 CM X 4.5 CM	234
EXTENSIÓN DIS DE 3 VIAS	235
EXTENSORES PROLONGADORES DE DOBLE LÚMEN	236
EXTENSORES PROLONGADORES DE TRIPLE LÚMEN	237
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE ESPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	238
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE INSPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	239
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	240
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	241
FILTRO BACTERIOLÓGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO	242
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA ATOM	243
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA FANEN MODELO VISIÓN 2186	244
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA GRAFFE	245
FILTRO DE ENTRADA PARA GDU DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	246
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN, 0.2 UM (FILTRO LINEA)	247
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN 1.2 UM (FILTRO LINEAL)	248
FILTRO DE VIA EXPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	249
FILTRO HEPA PARA VENTILADOR MECÁNICO MAQUET REHUSABLE	250
FILTRO PARA CALEFACTOR DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	251
FILTRO PARA LA PREPARACIÓN DE QUIMIOTERAPICOS	252

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FOCO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO	253
FOCO DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO TIPO RIESTER	254
FOCO DE LUZ HALOGENA 20 V - 150 W PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	255
FOCO PARA LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER DE 3.5 V	256
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER DE 3.5 V FIBRA ÓPTICA	257
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER XL 11428 DE 2.5 V	258
FOCO PARA LINTERNA TIPO LAPICERO	259
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 3 L	260
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 4 L	261
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1 L CON DOS PIPETAS	262
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1L CON TRES PIPETAS	263
FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 ML	264
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN 1 L CON TAPA DE POLICARBONATO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES	265
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 1.5 L	266
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 2.2. L	267
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 250 ML	268
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 120 ML	269
FRASCO DE VIDRIO DE 1 L	270
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA SHUCO DE 1.4 L	271
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA THOMAS DE 1.4 L	272
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 503	273
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 504	274
GAS ÓXIDO DE ETILENO 100% X 100 G	275
GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10CM x 10 CM DE 8 PLEGUES X 5 UNI	276
GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM x 7.5 CM DE 8 PLEGUES X 5 UNI	277
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON TIRAS	278
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	279
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100 UNI	280
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100 UNI	281
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100 UNI	282
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N°6	283
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½	284
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	285
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 ½	286
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	287
HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODÓN 6 IN X 100	288
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT MR 410	289
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	290

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO LECTURA RAPIDA X 50	291
INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CALOR HUMEDO X 100	292
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR HUMEDO X 480	293
INDICADOR EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO X 60 YD	294
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 50	295
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 480	296
INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 250	297
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A PEROXIDO DE HIDROGENO X 30	298
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO 18 MM X 50 M	299
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 60 YD	300
INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 250	301
JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L	302
JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 50 ML	303
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	304
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 27 G x 1 ½"	305
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	306
JERINGA DESCARTABLE 1ML C/A 25 G x 5/8"	307
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 21 x 1 ½"	308
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 23 x 1"	309
JERINGA DESCARTABLE 5 ML C/A 21 x 1 ½"	310
JERINGA DESCARTABLE 10 ML C/ A 21 x 1 ½"	311
JERINGA DESCARTABLE 20 ML C/A 21 x 1 ½"	312
JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	313
JERINGA DESCARTABLE 1ML SIN AGUJA	314
JERINGA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA	315
JERINGA DESCARTABLE 5 ML S/A	316
JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA	317
JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA	318
JERINGA DESCARTABLE 50 ML S/A	319
JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK	320
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 26 X ½"	321
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 29 G x ½"	322
JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	323
JERINGA DE 1 ML P/ GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/ HEPARINA DE LITIO	324
JERINGA DE VIDRIO 5 ML CON PICO DE VIDRIO	325
JERINGA DE VIDRIO 10 ML CON PICO DE VIDRIO	326
JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 10 CC	327
JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 20 CC	328
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR ELECTRIC X 4	329

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY X 4	330
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS X 4	331
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY X 4	332
CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	333
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	334
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO VELA	335
JUEGO DE CABLES PARA CALEFACCION DE HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECANICO VELA 810	336
JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	337
KIT DE MONITORIZACION PICCO - GASTO CARDIACO UNIVERSAL	338
LAPIZ MARCADOR DE PIEL PARA CIRUGIA	339
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	340
LINEA DE INFUSIÓN SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	341
LINEA DE INFUSIÓN CON BURETA PAR PARA BOMBA DE INFUSIÓN	342
LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN	343
LINEA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA	344
LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	345
LINTERNA TIPO LAPICERO	346
LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	347
LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	348
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA S	349
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	350
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L	351
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA S	352
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M	353
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA L	354
MANDILÓN DESCARTABLE TALLA ESTANDAR	355
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 7.5 CM x 200 M	356
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM x 200 M	357
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 200 M	358
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 2.5CM x 7.5 CM x 100 M	359
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 10 CM x 100 M	360
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 15 CM x 100 M	361
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 20 CM x 100 M	362

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 30 CM x 100 M	363
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 40 CM x 100 M	364
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 12 CM x 60 M	365
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 60 M	366
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 18 CM x 60 M	367
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 20 CM x 60 M	368
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM x 60 M	369
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 30 CM x 60 M	370
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 35 CM x 60 M	371
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 40 CM x 60 M	372
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 5 CM x 60 M	373
MANTA ABSORVENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 IN X 40 IN	374
MANTA ABSORVENTE ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO 45.72 CM X 1.02 CM APROX.	375
MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTRO CON VISOR X 25	376
MASCARILLA DESCARTABLE N 95	377
MASCARILLA DESCARTABLE N 100	378
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRÚRGICO C / TRES FILTROS x 50	379
MASCARA FACIAL	380
MASCARA FACIAL PEDIÁTRICA N° 0 SILICONADO	381
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	382
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN NEONATAL	383
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICO	384
MASCARA DE OXÍGENO CON RESERVORIO ADULTO	385
MASCARA DE OXÍGENO CON RESERVORIO PEDIÁTRICO	386
MASCARA DE OXÍGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	387
MASCARA DE OXÍGENO TIPO VENTURI NEONATAL	388
MASCARA DE OXÍGENO TIPO VENTURI PEDIÁTRICA	389
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	390
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO REUSABLE MAQUET	391
ORTOFTALDEHIDO 0.55 % X 1 GAL	392
PAÑO ABSORBENTE 28 CM. X 33 CM. X 50 CM. APROX.	393
PAÑOS DE ALGODÓN	394
PAPEL CREPADO 1.20 M x 1.20 M (60 G) x 250	395
PAPEL CREPADO 60 CM x 60 CM	396
PAPEL CREPADO 40 CM x 40 CM (CORTADO) x 250	397
PAPEL FILTRO PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR PEDIÁTRICO X 100	398
PAPEL HIGIENICO X 500 M	399
PAPEL KRAFT 60G DE 1.20 M. X 75 CM	400
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL77 80 MM X 25 MM X 18 ROLLOS	401
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC 79MM x 30M	402
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 47 MM x10 M	403

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 57 MM x10 M	404
PAPEL TOALLA HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS	405
PASTA PARA OSTOMIA X 2 ONZAS	406
PECTINA + CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA 0.1 g + 3.4 g / 100 g 30 g GEL	407
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50 % x 140 ML	408
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO	409
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE PEDIÁTRICO	410
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE NEONATAL	411
POLVO REGULADOR PARA PIEL PERIOSTOMAL	412
PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE ÓXIDO DE ETILENO DE ESTERILIZADOR	413
PROTECTOR CUTANEO HEXAMETILDIOXANO + TERMOPOLIMERO ACRILATO POLINILMETILSILOXANO X 20 ML	414
PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIÉN NACIDOS	415
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO ETILENO	416
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR	417
REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS DE MATERIAL QUIRÚRGICO	418
SENSOR DE CO <sub>2</sub> PEDIÁTRICO COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	419
SENSOR DE CO <sub>2</sub> PARA CAPNOGRAFO PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	420
SENSOR DE CO <sub>2</sub> PARA CAPNOGRAFO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY	421
SENSOR DE CO <sub>2</sub> PARA CAPNOGRAFO COMPLETO PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY	422
SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	423
SENSOR DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	424
SENSOR DE PULSOXIMETRO 5 PINES PEDIÁTRICO CIRCULAR PARA CRITICARE	425
SENSOR DE PULSOXIMETRO 9 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NELLCOR	426
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN Y PARA RECIÉN NACIDO PARA MONITOR PHILIPS	427
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	428
SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL PARA MONITOR SPACELABS	429
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL PARA MONITOR MINRAY	430
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	431
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GOLD WAY	432
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR PHILIPS	433
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 4	434
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 5	435
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 6	436
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 8	437
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 10	438
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 12	439
SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 14	440

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 16	441
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 8	442
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 10	443
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	444
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	445
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	446
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18	447
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 20	448
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N°12	449
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16	450
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 20	451
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 5	452
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 6	453
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 8	454
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 10	455
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 12	456
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14	457
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 8	458
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 10	459
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	460
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	461
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 16	462
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 18	463
SONDA VESICAL TIPO NELATON N°20	464
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 06	465
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 08	466
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 10	467
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 12	468
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 14	469
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 16	470
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 18	471
SONDA NASOGASTRICA N° 6	472
SONDA NASOGASTRICA N° 8	473
SONDA NASOGASTRICA N° 10	474
SONDA NASOGASTRICA N° 12	475
SONDA NASOGASTRICA N° 14	476
SONDA NASOGASTRICA N° 16	477
SONDA RECTAL N° 14	478
SONDA RECTAL N° 16	479
SONDA RECTAL N° 18	480
SONDA RECTAL N° 22	481
SONDA RECTAL N° 24	482
SONDA TRANSPILORICA 6 FR CON MANDRIL Y LASTRE	483
SONDA TRANSPILORICA 8 FR CON MANDRIL Y LASTRE	484
SONDA TRANSPILORICA 10 FR CON MANDRIL Y LASTRE	485

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA TRANSPILORICA 12 FR CON MANDRIL Y LASTRE	486
SONDA TRANSPILORICA 14 FR CON MANDRIL Y LASTRE	487
SONDA TRANSPILORICA 16 FR CON MANDRIL Y LASTRE	488
TERMOMETRO DIGITAL ORAL	489
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	490
TEST DE BOWIE AND DICK X 50 UNI	491
TIRA REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE	492
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC.	493
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	494
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	495
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA DESCARTABLE MODELO DPT 6000 PARA MONITOR MINRAY	496
TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT N° 7 CON RESERVORIO X 150 ML	497
TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	498
TUBO EN T DE PLASTICO PARA OXÍGENO	499
TUBO OROFARINGEO N° 0	500
TUBO OROFARINGEO N° 00	501
TUBO OROFARINGEO N° 000	502
TUBO OROFARINGEO N° 1	503
TUBO OROFARINGEO N° 2	504
TUBO OROFARINGEO N° 3	505
TUBULADURA DE BULBO 7" 9/32 x 30.5 MTS	506
TUBULADURA DE SILICONA 7 MM X 30.5 MTS. PARA ASPIRADOR	507
VALVULA EXHALATORIO REHUSABLE PARA VENTILADOR MAQUET	508
VENDA ELASTICA 2" x 5 YD.	509
VENDA ELASTICA 8" x 5 YD.	510
VENDA ELASTICA ADHESIVA 10 CM X 4.5	511
YODO PÓVIDONA 8.5G / 100 ML ESPUMA 1L	512
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36	513
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37	514
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38	515
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 39	516
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 40	517
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 41	518
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42	519
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43	520
ANEXOS	521
VIII. DISTRIBUCION DE INSUMOS POR AREA USUARIA	522
IX. RESPOSABILIDAD	536
X. BIBLIOGRAFIA	537

## II. - INTRODUCCION

El Departamento de Enfermería viene preparándose constantemente para enfrentar los problemas que surgen al ejecutar los diferentes procesos de Enfermería utilizando para ello una serie de herramientas que permiten evaluar la gestión del cuidado. Es imperativo en la actualidad no contar con recursos que propongan innovaciones, funcionabilidad, calidad, tecnología, mejores costos, mejores beneficios y menores riesgos.

El Departamento de Enfermería permanece atento a las innovaciones que repercuten en la calidad de cuidado, no solo en el ámbito asistencial, sino también en la Gestión administrativa, para ello el Comité de Gestión de Departamento de Enfermería liderado por el Servicio de Central de Esterilización y Suministro, ha actualizado el "Manual de especificaciones Técnicas de Material e Insumos Médicos" de enfermería como usuario directo. El objetivo de esta herramienta es estandarizar las especificaciones técnicas de los insumos y material médico, agilizar los procesos de adquisición de materiales, estandarizar procedimientos de enfermería, ofrecer al paciente productos con garantía de calidad, minimizar costos para la institución, entre otros.

El presente Manual de Especificaciones Técnicas es considerado como un instrumento dinámico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades propias de la institución y de los adelantos tecnológicos en beneficio del paciente, para lo cual estaremos en constante búsqueda de insumos y materiales que aporten beneficios en la atención del paciente, reducción de riesgos, garantía y calidad de atención, costo beneficios para la institución, practicidad y funcionabilidad de su uso.

La elaboración del presente manual de tiene por finalidad estandarizar el uso y características de los insumos y material médico, siendo esta la 3era versión actualizada enmarcado dentro de la Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 1017 y su reglamento y a los códigos del SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIGA. como contenido describe: objetivo, alcance, base legal, lineamientos generales, definiciones, descripción de cada material o insumo, es decir las especificaciones técnicas..

### III.- FINALIDAD:

Contribuir a garantizar de calidad del cuidado mediante el uso de insumos y material médico en forma oportuna, de alta calidad que redunde en costo beneficio tanto para el paciente como para la institución.

### IV.- OBJETIVOS:

1. Facilitar los procesos de adquisición y selección óptima de material e Insumos médicos que garantice la reducción de tiempos en los procesos y la calidad del producto a ingresar.
2. Lograr que los diferentes comités de procesos de adquisición de materiales e insumos médicos que tenga a enfermería como usuario cumplan las especificaciones técnicas contenidas en el presente manual.
3. Constituir un instrumento guía y/o de referencia para demás servicios y/o usuarios de la institución.

### V.- BASE LEGAL:

- Ley N° 26842. Ley general de salud.

- R. M. N° 926-2011 - MINSA. Normas para la elaboración de documentos normativos del ministerio de salud.
- Ley de Contrataciones del Estado D.L. N° 1017 y su Reglamento , aprobado por D.S. N° 184-2008-EF.
- Decreto Ley N° 22056, que instituye el Sistema de Abastecimiento.
- Decreto Ley N° 22867 desconcentración de acciones del Sistema de Abastecimiento.
- Decreto supremo N° 184-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus Modificaciones.
- Resolución N° 358-2009-OSCE/PRE que aprueba la Directiva N°010-2009-OSCE/CD, "Lineamiento para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular."
- Resolución directoral N°003.-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N°001-2011-EF/68.01 "Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública".
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.

#### VI.- AMBITO DE APLICACIÓN:

El presente Manual de Especificaciones Técnicas de Materiales e Insumos Médicos actualizado, es de aplicación obligatoria en las unidades orgánicas que conforman el Departamento de Enfermería y por las Licenciadas Enfermeras que conforman los comités de adquisiciones.

#### VII.- CONTENIDO:

##### 7.1 DEFINICIONES TECNICOS CONCEPTUALES.-

**Bases de procesos de adquisición:** son los documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodología de evaluación, procedimientos y demás condiciones establecidas por la entidad para la selección del postor y la ejecución contractual respectiva, incluyendo cuando corresponda, la proforma del contrato, todo ello en el marco de la Ley y Reglamento de contrataciones del Estado

**Dispositivos Médicos :** Se define como dispositivo médico a cualquier instrumento, aparato, aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para ser usados directamente en seres humanos, siempre que su acción principal prevista en el cuerpo humano no se alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función; con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento, tratamiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de investigación o de reemplazo o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, o de regulación de la concepción

**Empaque:** Podemos definir como "empaque" cualquier material que encierra un artículo con o sin envase con el fin de salvaguardar la integridad del producto y facilitar la entrega del producto al consumidor.

El objetivo del empaque es 100% proteger el producto y conservarlo en buen estado. El empaque facilita el manejo, preserva la frescura del producto e incluso sirve de vendedor silencioso al poner publicidad en el. Por este motivo es de suma importancia hacerlo atractivo y agradable a la vista del consumidor.

El empaque puede ser intocable (que no cambia nunca) o efímero (usualmente cambia cada 3 años).

**Especificaciones Técnicas:** Son los documentos en los cuales se definen las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos, etc.

**Peel-open:** es un nuevo sistema de apertura superfácil, cómodo, anti cortante y antioxidante, para productos secos y productos esterilizables.

**Proveedor:** La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o de consultoría o ejecuta obras.

**Servicios:** Actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios generales o de consultoría o ejecuta obras

**Suministro:** Entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus actividades.

**Unidad Responsable:** Unidad administrativa perteneciente a una estructura básica de una dependencia facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas de una dependencia o entidad del Gobierno.

#### **7.2 DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

Las especificaciones técnicas son elaboradas por las usuarias directas, en este caso por las Jefas de Enfermería de los servicios, bajo la orientación de la jefatura del Servicio de Central de Esterilización-Suministro y finalizando, con la visación de la jefatura del Departamento de Enfermería, todo ello tomando en cuenta las normas y directivas vigentes.



## AEROCÁMARA ADULTO

### EMPAQUE:

- Empaque primario: bolsa plástica.
- Empaque secundario: caja de cartón.
- Que garantice la integridad y asepsia del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### MATERIAL:

- Tipo: Cámara de silicona de grado médico, de uso hospitalario.
- Aséptico.

### CARACTERÍSTICAS:

- La silicona debe ser transparente, que permita verificar su óptimo estado de limpieza.
- Superficies de acabado liso: sin ranuras, sin rebabas, sin porosidades en el interior
- Todos los componentes deben adaptarse perfectamente entre sí.
- Que la abertura del Aerocámara sea universal para que se adapte a cualquier tipo de inhalador.
- Máscara de forma anatómica
- De fácil lavado y secado
- Aerocámara con máscara y boquilla anatómica que cubra y se adapte perfectamente a nariz y boca del paciente.

**DIMENSIONES:** Adulto

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741428

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



## AEROCÁMARA NEONATAL

### EMPAQUE:

- Empaque primario: bolsa plástica.
- Empaque secundario: caja de cartón.
- Que garantice la integridad y asepsia del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### MATERIAL:

- Tipo: Cámara de silicona de grado médico, de uso hospitalario.
- Aséptico.

### CARACTERÍSTICAS:

- La silicona debe ser transparente, que permita verificar su óptimo estado de limpieza.
- Superficies de acabado liso: sin ranuras, sin rebabas, sin porosidades en el interior
- Todo los componentes deben adaptarse perfectamente entre si.
- Que la abertura del Aerocámara sea universal para que se adapte a cualquier tipo de inhalador.
- Máscara de forma anatómica
- De fácil lavado y secado.
- Aerocámara con máscara y boquilla anatómica que cubra y se adapte perfectamente a nariz y boca del paciente.

**DIMENSIONES:** Neonatal

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741566

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 4528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



## AEROCÁMARA PEDIÁTRICA

### EMPAQUE:

- Empaque primario: bolsa plástica.
- Empaque secundario: caja de cartón.
- Que garantice la integridad y asepsia del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

### MATERIAL:

- Tipo: Cámara de silicona de grado médico, de uso hospitalario.
- Aséptico.

### CARACTERÍSTICAS:

- La silicona debe ser transparente, que permita verificar su óptimo estado de limpieza.
- Superficies de acabado liso: sin ranuras, sin rebabas, sin porosidades en el interior
- Todos los componentes deben adaptarse perfectamente entre sí.
- Que la abertura del Aerocámara sea universal para que se adapte a cualquier tipo de inhalador.
- Máscara de forma anatómica
- De fácil lavado y secado.
- Aerocámara con máscara y boquilla anatómica que cubra y se adapte perfectamente a nariz y boca del paciente.

**DIMENSIONES:** Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741426

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CBP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 18 G x 1"**

**EMPAQUE:**

- Individual plastificada, con cerrado hermético y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 18 G x 1"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030049

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEF. DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 20 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 20 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030021

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP: 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N°21 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, apirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 21 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030024

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 22 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 22G x 1 ½"


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030027

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 23 G x 1"**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 23G x 1"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030029

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSY MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15284  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 25 G x 5/8"**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno, hipoalergénico.
- Cánula siliconada con punta biselada afilada de acero inoxidable.
- Conexión Luer Lock que garantice un ajuste seguro.
- Funda protectora.
- Color de cono de acoplamiento de acuerdo a norma nacional equivalente.

**DIMENSIONES:**

- 25G x 5/8"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700030031

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CAPRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ALARGADOR DE LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE 15.2 CMS**

**EMPAQUE:**

- Individual y resistente.
- Papel grado medico (Peel Open) x unidad.
- Estéril
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Exento de partículas extrañas.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polivinil y acero inoxidable quirúrgico.
- Acabado: libre de rebabas y/o aristas cortantes.
- Condiciones Biológicas: estéril, atóxico, hipoalergénico y biocompatible.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Para ser usados con los cordones para electrobisturí
- Controlados mediante pedal, brazo basculante o botón.
- Que realice corte y coagulación de tejidos blandos a distancia durante la cirugía.

**DIMENSIONES:**

- Tamaño: Longitud de 6" (15.2 cms)
- Electrodo de Espátula de 3/4 / 1.9 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700160359

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ALCOHOL GEL x 500 ML**

**EMPAQUE:**

- Envase aséptico translúcido de 500 ML.
- Doble sello de seguridad con tapa push pull y seguridad en la propia tapa.
- Rotulado según bases.

**COMPOSICIÓN:**

- Alcohol etílico..... 96%
- Humectante
- Excipientes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con tapa push pull
- No espumoso
- Secado rápido
- Incoloro
- Hipoalergénico
- Gel de consistencia homogénea

**DIMENSIONES:**

- 500 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 133000410071

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ALCOHOL GEL x 1 Lt

**EMPAQUE:**

- Envase aséptico translúcido de 1 litro.
- Doble sello de seguridad.
- Con tapa push pull.
- Rotulado según bases.

**COMPOSICIÓN:**

- Alcohol etílico, carbonero, triestano, lamina, y/o edita.

**CARACTERÍSTICAS:**

- No espumoso
- Secado rápido
- Líquido viscoso, incoloro.
- Hipoalergénico
- Gel de consistencia homogénea

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1000 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 133000410074

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ALGODÓN HIDRÓFILO DE 500 GRS**

**EMPAQUE:**

- Individual, aséptico y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Algodón 100% natural para uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Limpio y purificado
- Sin blanqueador óptico.
- Absorbente 100%
- Desprendimiento mínimo de pelusa.
- Aséptico, atóxico, hipoalergénico.
- Superficie pareja y compacta
- Napa homogénea, una sola pieza.
- Exento de partículas extrañas.

**DIMENSIONES:**

- Paquete de 500 gr.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700070005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA V. CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ALGODÓN HIDRÓFILO DE 100 GRS**

**EMPAQUE:**

- Individual de polietileno, aséptico y resistente.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Tipo: Fibra de Algodón 100% natural para uso hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Limpio y purificado
- Sin blanqueador óptico.
- Absorbente 100%
- Desprendimiento mínimo de pelusa.
- Aséptico, atóxico, hipoalergénico.
- Superficie pareja y compacta
- Napa homogénea, una sola pieza.
- Exento de partículas extrañas.

**DIMENSIONES:**

- Paquete de 100 gr.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700070011

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME  
LIC. EDY EVANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN 10 CM x 10 CM**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual.
  - Primario papel crepado grado médico.
  - Secundario papel plastificado (manga mixta).
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura ( con bordes de apertura no menor a 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Con indicador externo de proceso de esterilización.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa.- 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgadas cuadrada, más o menos 2 hilos (Gasa tipo VI de uso hospitalario).
- Algodón.- 100% natural de uso hospitalario, sin blanqueador óptico, absorbente, napa homogénea de 0.5 cm como mínimo, exento de partículas extrañas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Bordes ocultos, sin hilachas visibles
- Peso 5 a 6 GR
- Esterilización a vapor o a rayos gamma.

**DIMENSIONES:**

- Extensión total: 10 cm x 10 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410092

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO GEL HIDRATANTE CON ACIDO BORICO Y ALGINATO DE SODIO X 85 G**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenamiento.
- Que garantice las propiedades físico – químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Gel transparente.
- Condiciones biológica: Hipoalergenico, Atoxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gel cohesivo
- Absorbente
- Hidratante.
- Favorece la proliferación de tejido de granulación.
- Proporciona ambiente húmedo que favorece la cicatrización de heridas.

**DIMENSIONES:**

- Tuvo por 85 grs.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410213

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 17282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APOSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 10 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Composición: Apósito compuesto por: Carboximetil celulosa sódica, Pectina, Gelatina, película de poliuretano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece la promoción y formación de tejido de epitelización.
- Impermeable a microorganismos.

**DIMENSIONES:**

- 5 cm x 10 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1582  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 20 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Composición: Apósito compuesto por: Carboximetil celulosa sódica, Pectina, Gelatina, película de poliuretano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece la promoción y formación de tejido de epitelización.
- Impermeable a microorganismos.

**DIMENSIONES:**

- 5 cm x 20 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*Rosa*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*Edy*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Composición: Apósito compuesto por: Carboximetil celulosa sódica, Pectina, Gelatina, película de poliuretano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece la promoción y formación de tejido de epitelización.
- Impermeable a microorganismos.

**DIMENSIONES:**

- 10 cm x 10 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 3282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Composición: Apósito compuesto por: Carboximetil celulosa sódica, Pectina, Gelatina, película de poliuretano.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece la promoción y formación de tejido de epitelización.
- Impermeable a microorganismos.

**DIMENSIONES:**

- 15 cm x 15 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410025

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosario*  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy Eliana*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 35282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual: sobre de Aluminio.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Composición: Apósito compuesto por:
  - Carboximetil celulosa sódica: viscosidad y estabilidad.
  - Pectina: gelificante, PH bajo.
  - Gelatina: absorción y hemostasia.
  - Espuma de Poliuretano: retiene el exceso de exudado.
- Gelatina no debe ser de origen bovino.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece la promoción y formación de tejido de granulación.
- Impermeable a microorganismos.

**DIMENSIONES:**

- 20 cm x 20 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410024

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15286  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO HIDROFIBRA EN MECHA 2 CM X 45 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%**

**EMPAQUE:**

- Individual: sobre de Aluminio.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Apósito de hidrofibra con Carboximetil celulosa sódica y Plata lónica al 1.2 %.
- Condición Biología: Estéril, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gran capacidad de absorción superior a gasas y alginatos.
- Absorbente antimicrobiano, adaptable a la piel, recortable.
- Liberación de la Plata lónica en forma gradual.
- Antimicrobiano de amplio espectro contra gérmenes gran positivos y gran negativos, anaerobios, hongos y levaduras.
- Empapamiento vertical y lateral controlada, evita la maceración en la piel circundante.
- Atrapamiento mecánico de las bacterias dentro de las hidrofibras del apósito.
- Permite el cambio entre 1 a 7 días en heridas en quemaduras hasta 14 días.

**DIMENSIONES:**

- 2 cm x 45 cm  $\pm$  5 % en mecha

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410139

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CAF. RASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO HIDROFIBRA 10 CM X 10 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%**

**EMPAQUE:**

- Individual: sobre de Aluminio.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Apósito de hidrofibra con Carboximetil celulosa sódica y Plata Iónica al 1.2 %.
- Condición Biología: Estéril, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gran capacidad de absorción superior a gases y alginatos.
- Absorbente antimicrobiano, adaptable a la piel, recortable.
- Liberación de la Plata Iónica en forma gradual.
- Antimicrobiano de amplio espectro contra gérmenes gran positivos y gran negativos, anaerobios, hongos y levaduras.
- Empapamiento vertical y lateral controlada, evita la maceración en la piel circundante.
- Atrapamiento mecánico de las bacterias dentro de las hidrofibras del apósito.
- Permite el cambio entre 1 a 7 días en heridas en quemaduras hasta 14 días.

**DIMENSIONES:**

- 10 cm x 10 cm  $\pm$  5 %

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410082

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL BUENENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO HIDROFIBRA 15 CM X 15 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%**

**EMPAQUE:**

- Individual: sobre de Aluminio.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Apósito de hidrofibra con Carboximetil celulosa sódica y Plata Iónica al 1.2 %.
- Condición Biología: Estéril, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gran capacidad de absorción superior a gasas y alginatos.
- Absorbente antimicrobiano, adaptable a la piel, recortable.
- Liberación de la Plata Iónica en forma gradual.
- Antimicrobiano de amplio espectro contra gérmenes gran positivos y gran negativos, anaerobios, hongos y levaduras.
- Empapamiento vertical y lateral controlada, evita la maceración en la piel circundante.
- Atrapamiento mecánico de las bacterias dentro de las hidrofibras del apósito.
- Permite el cambio entre 1 a 7 días en heridas en quemaduras hasta 14 días.

**DIMENSIONES:**

- 15 cm x 15 cm  $\pm$  5 %

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410138

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO HIDROFIBRA 20 CM X 30 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual: sobre de Aluminio.
- Que garantice las propiedades físicas químicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Apósito de hidrofibra con Carboximetil celulosa sódica y Plata Iónica al 1.2 %.
- Condición Biología: Estéril, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gran capacidad de absorción superior a gasas y alginatos.
- Absorbente antimicrobiano, adaptable a la piel, recortable.
- Liberación de la Plata Iónica en forma gradual.
- Antimicrobiano de amplio espectro contra gérmenes gran positivos y gran negativos, anaerobios, hongos y levaduras.
- Empapamiento vertical y lateral controlada, evita la maceración en la piel circundante.
- Atrapamiento mecánico de las bacterias dentro de las hidrofibras del apósito.
- Permite el cambio entre 1 a 7 días en heridas en quemaduras hasta 14 días.

**DIMENSIONES:**

- 20 cm x 30 cm  $\pm$  5 %

**PRESENTACIÓN:** Por unidad.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410081

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL JOCEMTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. R. P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 4.4 CM x 4.4 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario polietileno de alta densidad.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de uso en español.
- Empaque estéril
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo, acrilato, hipoalergénico.
- Marco: papel siliconado.
- Libre de látex.
- Condiciones biológicas: estéril – atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- No oclusiva y permeable al oxígeno, permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación.
- Transparente, permite monitorear al área afectada.
- Sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil colocación
- Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente lo que brinda mayor comodidad.
- Radiolúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Su adhesivo es sensible a la presión.
- Estudios clínicos que respaldan la seguridad y eficacia del producto.
- Que cuente con fabricante de No Citotoxicidad.
- Estudios de Biocompatibilidad.

**DIMENSIONES:**

- 4.4 cm x 4.4 cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410103

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 5 CM x 5.7 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque Primario: Sobre de Polietileno de Alta Densidad.
- Empaque secundario: Caja de cartón.
- Empaque individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open, (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de Uso en Español.
- Rotulado: Según bases.
- Empaque estéril: Irradiación Gamma.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo: Acrilato: hipoalergénico y libre de látex.
- Marco: Papel siliconado.
- Condiciones Biológicas: Estéril – Atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- Resistente al agua, impermeable a líquidos y se pueden usar durante la ducha o el baño. Es impermeable a los exudados y sangre.
- No oclusiva y permeable al oxígeno. Permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación y tiras estériles de sujeción.
- Transparente, permite la observación continua del sitio.
- Fechador de papel – rayón no tejido.
- Soporte del apósito con la indicación gráfica de la aplicación correcta.
- Fácil de aplicar y sin producir irritación de la piel o maceración.
- Radiolúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Cuenta con estudios de impermeabilidad a virus.
- Declaración del fabricante de No Citotoxicidad.

**DIMENSIONES:**

- 5 cm x 5.7 cm.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15382  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 6 CM x 7 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario polietileno de alta densidad.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de uso en español.
- Empaque estéril
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo, acrilato, hipoalergénico.
- Marco: papel siliconado.
- Libre de látex.
- Condiciones biológicas: estéril – atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- No oclusiva y permeable al oxígeno, permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación.
- Transparente, permite monitorear al área afectada.
- Sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil colocación
- Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente lo que brinda mayor comodidad.
- Radiolúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Su adhesivo es sensible a la presión.
- Estudios clínicos que respaldan la seguridad y eficacia del producto.
- Que cuente con fabricante de No Citotoxicidad.
- Estudios de Biocompatibilidad.

**DIMENSIONES:**

- 6 cm x 7 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410012

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 7 CM x 8.5 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque Primario: Sobre de Polietileno de Alta Densidad.
- Empaque secundario: Caja de cartón.
- Empaque individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open, (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de Uso en Español.
- Rotulado: Según bases.
- Empaque estéril: Irradiación Gamma.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo: Acrilato: hipoalergénico y libre de látex.
- Marco: Papel siliconado.
- Condiciones Biológicas: Estéril – Atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- Resistente al agua, impermeable a líquidos y se pueden usar durante la ducha o el baño. Es impermeable a los exudados y sangre.
- No oclusiva y permeable al oxígeno. Permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación y tiras estériles de sujeción.
- Transparente, permite la observación continua del sitio.
- Fechador de papel – rayón no tejido.
- Soporte del apósito con la indicación gráfica de la aplicación correcta.
- Fácil de aplicar y sin producir irritación de la piel o maceración.
- Radiolúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Cuenta con estudios de impermeabilidad a virus.
- Declaración del fabricante de No Citotoxicidad.
- Estudios de Biocompatibilidad.

**DIMENSIONES:**

- 7 cm x 8.5 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por Unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 8.5 CM x 11.5 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque Primario: Sobre de Polietileno de Alta Densidad.
- Empaque secundario: Caja de cartón.
- Empaque individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open, (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de Uso en Español.
- Rotulado: Según bases.
- Empaque estéril: Irradiación Gamma.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo: Acrilato: hipoalergénico y libre de látex.
- Marco: Papel siliconado.
- Condiciones Biológicas: Estéril – Atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- Resistente al agua, impermeable a líquidos y se pueden usar durante la ducha o el baño. Es impermeable a los exudados y sangre.
- No oclusiva y permeable al oxígeno. Permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación y tiras estériles de sujeción.
- Transparente, permite la observación continua del sitio.
- Fechador de papel – rayón no tejido.
- Soporte del apósito con la indicación gráfica de la aplicación correcta.
- Fácil de aplicar y sin producir irritación de la piel o maceración.
- Radiolúcido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Cuenta con estudios de impermeabilidad a virus.
- Declaración del fabricante de No Citotoxicidad.
- Estudios de Biocompatibilidad.

**DIMENSIONES:**

- 8.5 cm x 11.5 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por Unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO:  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 10 CM x 12 CM**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario polietileno de alta densidad.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: Peel Open (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de uso en español.
- Empaque estéril
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Respaldo: Película transparente de poliuretano.
- Adhesivo, acrilato, hipoalergénico.
- Marco: papel siliconado.
- Libre de látex.
- Condiciones biológicas: estéril – atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Película estéril que proporciona una barrera impermeable a líquidos, bacterias y virus.
- Permeable al intercambio de gases de la piel con el exterior, permitiendo la entrada de oxígeno y la salida del vapor húmedo y dióxido de carbono.
- No oclusiva y permeable al oxígeno, permite la circulación del vapor de humedad.
- Con marco de aplicación.
- Transparente, permite monitorear al área afectada.
- Sistema de aplicación tipo marco que hace más rápida y fácil colocación
- Flexible y se adapta a los contornos corporales y a los movimientos del paciente lo que brinda mayor comodidad.
- Radio lucido, no interfiere con imágenes diagnósticas.
- Su adhesivo es sensible a la presión.
- Estudios clínicos que respaldan la seguridad y eficacia del producto.
- Que cuente con fabricante de No Citotoxicidad.
- Estudios de Biocompatibilidad.

**DIMENCIONES:**

- 10 cm x 12 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por Unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410042

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BAJALENGUA DE MADERA ADULTO x 500**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- De polietileno.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Madera balsa de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico, atóxico.
- Bordes lisos sin astillas ni perforaciones
- Que no pierda sus propiedades y características físicas).

**DIMENSIONES:**

- Adulto

**PRESENTACIÓN:** Caja por 500 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700110029

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BAJA LENGUA DE MADERA PEDIÁTRICO x 500**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- De polietileno.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Madera balsa de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico, atóxico.
- Bordes lisos sin astillas ni perforaciones
- Que no pierda sus propiedades y características físicas.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Caja por 500 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700110032

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO**  
**59.4 CM x 38.1 CM x 14.1 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL**

- Polietileno de Alta Densidad.

**CARACTERÍSTICAS**

- Autoclavable
- Bandeja no transparente, para no estropear el desinfectante.
- Cierre hermético para no permitir la difusión de gases del desinfectante.

**FORMA:**

- Rectangular.

**COMPONENTES**

- 1 Bandeja
- 1 Tapa.
- 1 Bandeja perforada

**DIMENSIONES:**

- 59.4 cm. x 38.1 cm. x 14.1 cm.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020206

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. N. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO  
DE 74 CM X 23 CM X 14 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Polietileno de Alta Densidad.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Autoclavable.
- Bandeja no transparente, para no estropear el desinfectante.
- Cierre hermético para no permitir la difusión de gases del desinfectante.
- Tapa con seguro

**FORMA:**

- Rectangular.

**COMPONENTES:**

- 1 Bandeja
- 1 Tapa.
- 1 Bandeja perforada.

**DIMENSIONES:**

- 740 mm x 230 mm x 140 mm
- 3.7 Galón


**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020201

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
D.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO  
DE 44.9 CM DIAMETRO X 22.2 CM ALTO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Polietileno de Alta Densidad.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Autoclavable.
- Bandeja no transparente, para no estropear el desinfectante.
- Cierre hermético para no permitir la difusión de gases del desinfectante.

**FORMA:**

- Circular

**COMPONENTES:**

- 1 Bandeja
- 1 Tapa.

**DIMENSIONES:**

- 449 mm Diámetro 222 mm
- 4.6 Galón

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020207

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15281  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BATERÍA RECARGABLE DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO RIESTER**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.  
Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Batería recargable de 3.5V de Ni-MH
- Código : 99.382

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 283400420049

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15281  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BATERÍA RECARGABLE DE 5 V PARA OTOSCOPIO HEINE**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Batería recargable de 3.5V de Ni-Cd
- Código : 99.380

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos día

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 283400420041

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA BONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15182  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA COLECTORA DE ORINA x 100 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- Que garantice las propiedades física e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: según bases

**MATERIAL:**

- Polímero plástico grado médico de uso clínico hospitalario.
- Exento de látex.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Disco** autoadhesivo, cinta hipoalergénico doble faz y anatómico. Borde y sellado totalmente atraumático.
- **Bolsa** transparente, con graduación indeleble en cc
- Pediátrica

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 100 ml, graduada

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700140009

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA COLECTORA DE ORINA x 2 L**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polivinil grado médico de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICA:**

- **Bolsa** resistente, flexible, transparente en la cara anterior y pudiendo ser transparente o blanco en la cara posterior, termo sellado, con ausencia de fugas, en circuito cerrado, con válvula anti retorno, con llave de drenaje, con graduación indeleble en c.c., con entrada para toma de muestra, punto para extracción de muestras próximo a cono de acoplamiento con clamp de seguridad.
- **Tubo** transparente, no menor 90cm., extremos reforzados para evitar acodamientos. Extremo proximal con tapa protectora.
- **Sujetador** o colgador de bolsa, rígido que no ceda al peso de la capacidad máxima de la bolsa.
- Con dispositivo de protección de drenaje o clamp de seguridad

**DIMENSIONES:**

- 2 litros

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700100006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. BOSSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15281  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA DE ASPIRACIÓN DE SECRECCIONES CON VALVULA Y FILTRO  
ANTIBACTERIANO 1.5 L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de polietileno de baja densidad
- Garantice la hermeticidad e integridad del producto
- Fácil de manipular manualmente
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Tapa: polipropileno
- Forro o bolsa: PVC

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente a caídas
- Antideslizante
- Bolsa de aspiración tapa adjunta uso clínico hospitalario
- Ensamblada de fábrica con sistema de sellado hermético irrompible.
- Transparente (permita una inspección visual de fluido)
- Filtro bacteriano de 99.98% de eficacia de filtración, debe tener estudio de filtros.
- Dispositivo antiespumante mecánico
- Con un as de transporte.
- Doble puerto de aspiración
- Válvula mecánica de cierre automático
- Descartable
- Un orificio para toma de muestra
- Que permita trabajar en aspiración con circuito cerrado entre 2 y 4 bolsas.
- La toma de vacío se encuentra ubicada en el CANISTER (para asegurar el correcto funcionamiento del equipo).
- CANISTER graduado
- Colector de muestra
- Coches para 2 y 4 CANISTER.

**DIMENSIONES:**

- De 1.5 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701430021

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELVIRA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Placa adhesiva hipoalergénico, constituida por: pectina, gelatina, resina natural o de origen sintético y Carboximetil celulosa sódica.
- Anillo de seguridad: adhesivo, hipoalergénico y microporoso.
- De contener gelatina esta no debe ser de origen bovino, debiendo presentar la comprobación correspondiente.

**CARACTERÍSTICAS:**

PLACA ADHESIVA:

- Con protector que tenga guía recortable en forma de circunferencias concéntricas, que facilite el recorte de acuerdo al tamaño de la estoma a diferentes medidas comprendidas entre los valores de 25 mm a 64 mm.
- El orificio iniciador precortado no debe ser menor de 10 mm de diámetro para facilitar el recorte y el remanente de placa adherible que queda después de la capacidad máxima de recorte debe ser no menor de 10 mm de ancho.
- Con anillo de seguridad extremo adicional flexible, no fijo a la bolsa, que deberá sobresalir como mínimo 10 mm, con respecto a la placa adhesiva.
- Tanto la placa, como el anillo de seguridad deben tener un adhesivo hipoalergénico, que permita una adecuada adherencia a la piel (no debe desprenderse durante su uso) sin causar daño ni dejar residuos de la misma.
- La placa debe estar adherida a la bolsa mediante sellado hermético.
- Protector transparente de la placa adhesiva de la bolsa.

BOLSA:

- Incoloro y transparente herméticamente sellado en sus bordes.
- De superficie lisa en su parte interna y externa microporosa.
- El lado en contacto con la piel del paciente debe presentar un soporte que no dañe la piel y que sea hipoalergénico y atóxica.
- Con bordes redondeando, libre de rebabas y aristas cortantes.
- Capacidad no menor de 600 cc.
- Con clamp de seguridad de plástico, liviano, resistente, curvo y anatómico (que no se deteriore o rompa con la manipulación)

**DIMENSIONES:**

- Largo total medido en su parte media de 27 a 30 cm
- Ancho total medido en su parte media de 14 – 16 cm
- Orificio de drenaje de la bolsa de 5 – 7

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700910025

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Firma]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE.  
"SAN BARTOLOME"  
*[Firma]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16288  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA DE COLOSTOMIA NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de particulas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Bolsa: compuesta EVA
- Placa adhesiva compuesta por: hidrocoloide: pectina, gelatina y carboximetil celulosa sódica.
- La gelatina no debe ser de origen bovino, debiendo presentar la comprobación correspondiente.

**CARACTERÍSTICAS:**

PLACA ADHESIVA:

- Con protector que tenga guía recortable que facilita el recorte de acuerdo al tamaño del estoma 8 – 10 mm a 50 mm.
- La placa debe estar adherida a la bolsa mediante sellado hermético.

BOLSA:

- Incoloro y transparente, herméticamente sellado en sus bordes.
- De superficie lisa en su parte interna microporoso.
- El lado en contacto con el paciente, debe presentar un soporte que no dañe la piel y que sea hipoalergénico y atóxica.
- Con bordes redondeados, libre de rebabas y/o aristas cortantes.
- Capacidad no menor de 270 a 300 cc.

CLAMP DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE:

- Varilla de cierre autoadhesivo acolchado de fácil uso. (uno para cada uso).

**DIMENSIONES:**

- Largo total medido en su parte media de 20 – 22.
- Ancho total en su parte media no mayor de 12 – 14.
- Orificio de drenaje de la bolsa entre 4 – 6

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700910023

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑA  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOSA  
C.E.P. 19289  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA DE RESUCITADOR ADULTO CON MASCARA**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mascarillas, válvulas y bolsa esterilizables en autoclave
- Con conector espiratorio para válvula PEEP

**VÁLVULAS:**

- Válvula paciente
- Válvula de seguridad de sobre presión (RELIEF.)
- Válvula de ingreso y salida de oxígeno de aire (INTAKE) integrada al Resucitador (sin piezas adicionales)
- Válvula PEEP reutilizable, con conectores de adulto de 30 mm.

**BOLSA:**

- De silicona
- Capacidad de 1000 a 1600 ml
- Con acumulador de oxígeno de 1800 a 2600 ml.
- Tubo de corrugado de reservorio de oxígeno (O<sub>2</sub>)

**MASCARILLA:**

- De forma anatómica.
- De bordes acojinados
- Transparente.
- Tres mascarillas faciales para adulto transparente de diferente tamaño con bordes inflables
- Anatómico, que sea lavable y esterilizable y resistente al uso continuo

**ACCESORIO**

- Estuche de transporte de material de plástico resistente o tipo maletín con tirante.
- Tres tubos de corrugados de reservorio de oxígeno adicionales.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701430043

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑ  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA DE RESUCITADOR NEONATAL CON MASCARA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mascarillas, válvulas y bolsa esterilizable en autoclave
- Con conector espiratorio para válvula PEEP.

**VÁLVULAS:**

- Válvula paciente
- Válvula de seguridad de sobre presión (RELIEF.)
- Válvula de ingreso y salida de oxígeno de aire (INTAKE) integrada al Resucitador (sin pieza adicionales )
- Válvula PEEP reutilizable, con conectores de 18 mm compatible adaptable a la bolsa Neonatal

**BOLSA:**

- De silicona
- Capacidad de 220 a 250 ml
- Con acumulador de oxígeno de 300 a 500 ml.
- Tubo de corrugado de reservorio de oxígeno (02)

**MASCARILLA:**

- De forma anatómica
- De bordes acojinados
- Transparente.
- Tres mascarillas faciales neonatales transparente de diferente tamaño con bordes inflables
- Anatómico, que sea lavable y esterilizable y resistente al uso continuo.

**ACCESORIO:**

- Estuche de transporte de material de plástico resistente o tipo maletín con tirante.
- Tres tubos de corrugados de reservorio de oxígeno adicionales.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701430042

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON MASCARA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mascarillas, válvulas y bolsa esterilizable en autoclave
- Con conector espiratorio para válvula PEEP.

**VALVULAS:**

- Válvula paciente
- Válvula de seguridad de sobre presión (RELIEF.)
- Válvula de ingreso y salida de oxígeno de aire (INTAKE) integrada al Resucitador (sin pieza adicionales )
- Válvula PEEP reutilizable, con conectores pediátricos de 18 mm

**BOLSA:**

- De silicona
- Capacidad de 500 a 600 ml
- Con acumulador de oxígeno de 900 1200ml.
- Tubo de corrugado de reservorio de oxígeno (02)

**MASCARILLA:**

- De forma anatómica.
- De bordes acojinados
- Transparente.
- Tres mascarillas faciales neonatales transparente de diferente tamaño con bordes inflables
- Anatómico, que sea lavable y esterilizable y resistente al uso continuo.

**ACCESORIO:**

- Estuche de transporte de material de plástico resistente o tipo maletín con tirante.
- Tres tubos de corrugados de reservorio de oxígeno adicionales.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701430041

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NII  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZ  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCIÓN DE FLUIDOS X 3 L CON FILTRO**

**EMPAQUE:**

- Individual,
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: atóxica apirógeno

**MATERIAL**

- Bolsa de aspiración de secreciones con válvula y filtro antibacteriano.
- Que incluya canister y soportes de pared, coches de acero inoxidable, manifold,

**CARACTERÍSTICAS:**

- Irrompible, antideslizante, transparente que permita una inspección visual y medición de fluido aspirado doble puerto de salida, con filtro hidrofóbico descartable, con orificio para toma de muestra, con asa de transporte.

**DIMENSIONES:**

- De 3 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701430065

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 1L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la hermeticidad, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según Bases

**MATERIAL:**

- Etil vinil acetato (EVA) o Polivinil, de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Bolsa herméticamente sellada en todos sus bordes.
- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Estéril, atóxico, a pirógeno
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Con regulador de flujo para bomba de infusión.
- Línea transparente, flexible, con cuenta gotas resistente a la manipulación.
- Extremo superior de la bolsa con tapa de cierre hermético.
- Extremo inferior con terminación en forma cónica con protector, que se adapte herméticamente a la sonda de alimentación.
- Asa sujetadora resistente al volumen.
- Compatible con bombas de infusión existentes en la institución

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 1 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310012

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA BONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 500 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la hermeticidad, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según Bases

**MATERIAL:**

- Etil vinil acetato (EVA) o Polivinil, de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Bolsa herméticamente sellada en todos sus bordes.
- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Estéril, atóxico, a pirógeno
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Con regulador de flujo para bomba de infusión.
- Línea transparente, flexible, con cuenta gotas resistente a la manipulación.
- Extremo superior de la bolsa con tapa de cierre hermético.
- Extremo inferior con terminación en forma cónica con protector, que se adapte herméticamente a la sonda de alimentación.
- Asa sujetadora resistente al volumen.
- Compatible con bombas de infusión existentes en la institución

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 500 ml.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310009

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 250 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la hermeticidad, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según Bases

**MATERIAL:**

- Etil vinil acetato (EVA) o Polivinil, de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Bolsa herméticamente sellada en todos sus bordes.
- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Estéril, atóxico, a pirógeno
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Con regulador de flujo para bomba de infusión.
- Línea transparente, flexible, con cuenta gotas resistente a la manipulación.
- Extremo superior de la bolsa con tapa de cierre hermético.
- Extremo inferior con terminación en forma cónica con protector, que se adapte herméticamente a la sonda de alimentación.
- Asa sujetadora resistente al volumen.
- Compatible con bombas de infusión existentes en la institución

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 250 ml.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310018

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSALBA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 150 ML**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario de polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de particulas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- De Etil vinil aceptado (EVA) de uso hospitalario, transparente en múltiple capas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno.
- Bolsa multicapa, que impida el paso de rayos UV
- Bolsa flexible, con sellado hermético en uniones y conexiones.
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Etiqueta autoadhesiva.
- Con asa sujetadora resistente al volumen.
- Línea de transferencia con tres entradas y tapas protectoras. De ajuste hermético, con filtros hidrófobos.
- Clamp de seguridad en la línea central y en las líneas de acceso.
- Los tres conectores terminales de goma y Luer Lock, deben tener sus respectivas tapas protectoras y clamp de seguridad.
- Cierre de bolsa conector Luer Lock

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 150 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310024

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEF. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 250 ML**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario de polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- De Etil vinil aceptado (EVA) de uso hospitalario, transparente en múltiple capas

**CARACTERISTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno.
- Bolsa multicapa, que impida el paso de rayos UV
- Bolsa flexible, con sellado hermético en uniones y conexiones.
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Etiqueta autoadhesiva.
- Con asa sujetadora resistente al volumen.
- Línea de transferencia con tres entradas y tapas protectoras. De ajuste hermético, con filtros hidrófobos.
- Clamp de seguridad en la línea central y en las líneas de acceso.
- Los tres conectores terminales de goma y Luer Lock, deben tener sus respectivas tapas protectoras y clamp de seguridad.
- Cierre de bolsa conector Luer Lock

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 250 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310016

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEF. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x500 ML**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario de polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- De Etil vinil aceptado (EVA) de uso hospitalario, transparente en múltiple capas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, apirógeno.
- Bolsa multicapa, que impida el paso de rayos UV
- Bolsa flexible, con sellado hermético en uniones y conexiones.
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Etiqueta autoadhesiva.
- Con asa sujetadora resistente al volumen.
- Línea de transferencia con tres entradas y tapas protectoras. De ajuste hermético, con filtros hidrófobos.
- Clamp de seguridad en la línea central y en las líneas de acceso.
- Los tres conectores terminales de goma y Luer Lock, deben tener sus respectivas tapas protectoras y clamp de seguridad.
- Cierre de bolsa conector Luer Lock

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 500 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310015

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. E. V. CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL CENTRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x1 L**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario de polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- De Etil vinil aceptado (EVA) de uso hospitalario, transparente en múltiple capas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno.
- Bolsa multicapa, que impida el paso de rayos UV
- Bolsa flexible, con sellado hermético en uniones y conexiones.
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Etiqueta autoadhesiva.
- Con asa sujetadora resistente al volumen.
- Línea de transferencia con tres entradas y tapas protectoras. De ajuste hermético, con filtros hidrófobos.
- Clamp de seguridad en la línea central y en las líneas de acceso.
- Los tres conectores terminales de goma y Luer Lock, deben tener sus respectivas tapas protectoras y clamp de seguridad.
- Cierre de bolsa conector Luer Lock

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 1 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 3 L**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario de polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- De Etil vinil aceptado (EVA) de uso hospitalario, transparente en múltiple capas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, apirógeno.
- Bolsa multicapa, que impida el paso de rayos UV
- Bolsa flexible, con sellado hermético en uniones y conexiones.
- Escala de graduación en c.c. indeleble, visible.
- Etiqueta autoadhesiva.
- Con asa sujetadora resistente al volumen.
- Línea de transferencia con tres entradas y tapas protectoras. De ajuste hermético, con filtros hidrófobos.
- Clamp de seguridad en la línea central y en las líneas de acceso.
- Los tres conectores terminales de goma y Luer Lock, deben tener sus respectivas tapas protectoras y clamp de seguridad.
- Cierre de bolsa conector Luer Lock

**DIMENSIONES:**

- Bolsa por 3 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701310011

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑA (ROSADO)**

**EMPAQUE**

- Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes: no deslizable
- Rotulado: Según Bases.

**MATERIAL**

- PVC o polímero de uso clínico hospitalario.
- Tarjeta de cartón blanco; movable para escritura; fácil para escribir y durable por largo tiempo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico, atóxico, hipoalergénico y atraumático.
- Flexible
- Con broche de presión de plástico, graduable y cierre hermético
- Con tarjeta que permita la impresión de los datos de identificación
- Color: Rosado

**DIMENSIONES:**

- Estándar

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700160003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CER. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑO (CELESTE)**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según Bases.

**MATERIAL:**

- PVC o polímero de uso clínico hospitalario.
- Tarjeta de cartón blanco; movable para escritura; fácil para escribir y durable por largo tiempo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico, atóxico, hipoalergénico y atraumático
- Flexible
- Con broche de presión de plástico, graduable y cierre hermético
- Con tarjeta que permita la impresión de los datos de identificación
- Color: Celeste

**DIMENSIONES:**

- Estándar

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700160002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18382  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO 23 A 34 CM CON BLADER**

**EMPAQUE**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERISTICAS:**

- Brazalete con blader de tensiómetro con perilla adulto, completo para tensiómetro tipo (pega pega) incluye blader de doble lumen y pera con válvula para tensiómetro adulto.

**PRESENTACION:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CODIGO SIGA: 493700120011**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO DE 52 CM x 14 CM CON UNA VIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reusable
- Impermeable
- Lavable

**CARACTERISTICAS:**

- Con dos vías
- Con adaptador
- Autoadhesivos
- Con marcas de posición en la parte exterior del mango

**DIMENSIONES:**

- 52 cm de largo x 14 cm de ancho

**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO CON UNA VIA PARA MONITORAR  
PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**GARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para adulto con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL CENTRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON USA  
VIA PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADULTO EXTRA GRANDE con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.


**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRADE CON UNA VIDA PARA MONITOR WOLDWAY**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADULTO EXTRA GRANDE con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON 2 VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para NEONATOS con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para NEONATOS con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 75282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 14 - 21.5 CM.  
CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS.**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADOLESCENTE con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 17 - 25 CM. CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADOLESCENTE con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 24 - 32 CM. CON DOS VIAS PARA MONITOR DIXTAL.**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADULTO con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 27 - 35 CM. CON DOS VIAS PARA MONITOR PHILIPS.**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADULTO con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIATRICO 10 - 15 CM. CON UNA VISA PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para PEDIATRICO con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIATRICO 12 - 19 CM. CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para PEDIATRICO con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para PEDIATRICO con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad.

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE CONTROL PRESIÓN ARTERIAL ADOLECENTE 43 X 12 CM. CON UNA VÍA PARA MONITOR DATEX OHMEDA**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Reutilizable de material poliuretano termoplástico.
- De fácil limpieza.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Manguito reutilizable para ADOLECENTE con conector.
- Poliuretano termoplástico duradero.
- Cubierta de material cómodo y duradero de fácil limpieza.
- Sin látex, buena Biocompatibilidad

**PRESENTACIÓN:**

- Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 3.1 CM -  
CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Con un vial compatible con monitor compatible para monitor PHILLIPS, SPACELABS Y HEALTHCARE.
- Libre de Látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con un vial compatible con monitor de funciones vitales, para toma de presión no invasiva.
- Fácil de limpiar.

**DIMENSIONES:**

- De 3.1 – 5.7 CMS. De Circunferencia para Neonatal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142242**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 3282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 4.3 CM - 9 CM  
P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Brazalete de presión sanguínea, descartable y resistente.
- Libre de Látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con un vial compatible con monitor compatible para monitor PHILLIPS, SPACELABS Y HEALTHCARE
- Fácil de limpiar.

**DIMENSIONES:**

- De 4.3 – 9 CMS. De Circunferencia para Neonatal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142237**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARTA OLIVERA  
.....  
JEFA DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
.....  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 5.8 CM - 169  
CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Brazalete de presión sanguínea, descartable y resistente.
- Libre de Látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con un vial compatible con monitor compatible para monitor PHILLIPS, SPACELABS Y HEALTHCARE
- Adaptable con los monitores NIBP.

**DIMENSIONES:**

- De 5.8 – 10.9 CMS. De Circunferencia para Neonatal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142236**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROCÍO MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**BURETA PARA LÍNEA DE INFUSIÓN UNICANAL DE 150 ML**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril.
- Fácil de abrir
- Resistente a la manipulación y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Bureta de acetato de celulosa, de material suave flexible.
- Permite que los medicamentos no se adhieran en las paredes.
- Garantiza el perfecto desempeño y precisión del funcionamiento de la bomba de infusión.
- Capacidad de 150 ml con graduaciones de 1 ml

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad


**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 455700741937**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15283  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA LACTANTE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Acrílico transparente o siliconado
- Acabado: libre de rebaba y aristas
- Condición: no estéril

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con orificio dos entradas para O2 y aire comprimido
- Con frasco nebulizador con manguera y válvula

**DIMENSIONES:**

- Largo: 30 y 40 cm.
- Alto 25 y 29 cm.
- Neonatal

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700140101

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CAPRASCÓ OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA PRE - ESCOLAR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Acrílico transparente o siliconado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con orificio 2 entradas para oxígeno y aire comprimido
- Con frasco nebulizador con manguera y válvula
- Libre de rebabas y aristas cortantes

**DIMENSIONES:**

- Largo: 40 A 50 cms
- Alto : 30 A 34cms
- Infante

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700140076**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E. 15302  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABEZAL DE OXIGENO DE ACRILICO PEDIÁTRICO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Acrílico transparente o siliconado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con orificio 2 entradas para oxígeno y aire comprimido
- Con frasco nebulizador con manguera y válvula
- Libre de rebabas y aristas cortantes

**DIMENSIONES:**

- Largo : 30 a 40 cms
- Alto : 25 a 29cms

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142248

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL BUENETE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ETIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE CONECTOR PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECÁNICO FISHER  
PIKEL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Cable resistente y reusable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Empaque individual aséptico
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Calefactor reusable
- Para usar con circuito corrugado reusable en la rama inspiratoria.
- Para uso universal con ventiladores marca DRAGUER
- Largo de cable aproximadamente 70 metros

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700170343

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE ECG 03 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO MINRAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color plomo
- Tamaño 4.16 metros
- Conector de entrada de ramales de forma rectangular con 3 entradas con 1 pin.
- Conector de entrada al monitor redondo con seis pines.
- Ramales distales de colores universales y con punto de broche.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con conexión de 3 o 5 ramales reusable.
- De entrada rectangular 11 pines universal

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170176**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN DE CO2 CON 6 PINES FORMA CIRCULAR  
PARA MONITOR MINDRAY PM 8000**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Longitud 3.54 mts.
- Cable de conector redondo pequeño de seis pines color plomo.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN OXÍGENO RECTANGULAR 10 PINES  
P/MONITOR MULTIPARÁMETROS SPACELABS**

**EMPAQUE:**

- Envase: Caja, estuche o bolsa
- Fácil apertura

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : mayor o igual a 2.0 mts
- Conector rectangular de 10 pines (lado del equipo)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170382**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE FIBRA ÓPTICA 4.8 MM**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Resistente a la Manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.
- No estéril.

**MATERIAL:**

- Autoclavable.
- Acabado: Libre de Rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones Biológicas: Asépticos, atóxicos.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cable de Luz de Fibra Óptica
- Termo resistente.
- Con Conexión recta
- Para fuente de Luz fría.
- Iluminación en Cavidad Abdominal.

**DIMENSIONES:**

- Diámetro de 4.8 MM
- Longitud de 300 MTS

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Un día

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 281600450240**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E. 15862  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 MM X 3 M**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Resistente a la Manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.
- No estéril.

**MATERIAL:**

- Autoclavable.
- Acabado: Libre de Rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones Biológicas: Asépticos, atóxicos.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cable de Luz de Fibra Óptica
- Termo resistente.
- Con Conexión recta
- Para fuente de Luz fría.
- Iluminación en Cavidad Abdominal.

**DIMENSIONES:**

- Diámetro de 3.5 MM
- Longitud de 3 M

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Un día

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 261000010702

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal
- Longitud: aproximadamente 3.0 mts.
- Conector semilunar de 8 orificios (lado del sensor de saturación)
- Conector semilunar de 8 pines (lado del equipo)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS NIKONS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector rectangular de 14 pines (lado del equipo)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170384**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL BUENAS MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO MASSIMO.**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal
- Longitud: mayor o igual a 3.0 mts.
- Conector rectangular plano 16 pines con clip.
- Terminación en "Y"
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO NONIN**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector rectangular de 9 pines (lado del equipo)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170369**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO DRAGUER**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal.
- Longitud: mayor o igual a 3.0 mts.
- Conector rectangular de 16 pines con clip (lado del equipo)
- Cable doble
- Terminación en "y"
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DECENTRAL MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE DE SENSOR DE BALANZA PARA INCUBADORA GIRAFE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal
- Longitud: mayor o igual a 1.2 mts.
- Conector circular de 8 pines (lado del equipo)
- Conector rectangular (lado balanza)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GOLD WAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color plomo
- Tamaño 3.74 mts. A 3.80 mts.
- Conector de entrada al monitor; redondo con 6 pines
- Conector de entrada de ramales de forma rectangular con 5 entradas para los ramales y cada entrada con 2 pines.
- Ramales distales de colores universales y con pinta de broche.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL JOCELYN MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERISTICA:**

- Con conexión de 3 o 5 ramales reusable.
- De entrada redonda de 12 pines universal

**PRESENTACION:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CODIGO SIGA: 493700170177**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA CANZALEZ ESPINOZA  
C. EP. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-931-APU**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : aproximadamente 1.50 mts
- Conector circular tipo redel (lado de la SERVOCUNA)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170174**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-933-APU**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : aproximadamente 1.50 mts
- Conector circular tipo redel (lado de la SERVOCUNA)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO SM401**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : aproximadamente 1.50 mts
- Conector circular (lado de la SERVOCUNA)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700170173

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosa*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA DE CALOR RADIANTE FISCHER AND  
PIKEL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : aproximadamente 1.20 mts
- Conector circular (lado de la incubadora)
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**


- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170371**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER AND PIKEL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS**

- Longitud : aproximadamente 1.80 mts
- Conector circular tipo redel 4 pines (lado del humidificador)
- Conector circular de metal 2 pines (lado de sensor de temperatura de corrugado)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170370**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA ATOM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: neonatal.
- Longitud: mayor o igual a 1.20 mts.
- Conector circular de 6 pines (lado de la incubadora)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA PASCO OLIVERA

JEFA DE:

ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA

C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA FANEN**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: neonatal.
- Longitud: mayor o igual a 1.20 mts.
- Conector circular de 3 pines (lado de la incubadora)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDZA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37294  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15412  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo "Y"
- Tipo de paciente: neonato
- Longitud: aproximadamente 3 metros
- Conector rectangular de 9 pines (lado del equipo)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. I: MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO  
NELLCOR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo "Y"
- Tipo de paciente: pediátrico
- Longitud: aproximadamente 3 metros
- Conector rectangular de 9 pines (lado del equipo)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRILLO OLIVERA  
C.E.P. 3720  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO  
CRITICARE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo "Y"
- Tipo de paciente: neonato
- Longitud: aproximadamente 3 metros
- Conector circular de 5 pines (lado del equipo)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO  
CRITICARE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo "Y"
- Tipo de paciente: neonato y pediátrico
- Longitud: aproximadamente 3 metros
- Conector circular de 5 pines (lado del equipo)
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA CONZUEVA ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA GRAFFE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud: mayor o igual a 2 mts.
- Conector circular de 3 pines (lado del equipo)
- Cable circular
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOREO  
SPACELABS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud: mayor o igual a 3 mts.
- Conector circular de metal de 1 pin (lado del equipo)
- Terminación cable conector de metal (entrada de brazalete)
- Cable circular delgado
- Manguera de extensión para PANI.
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LJC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DECENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15284  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CABLE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOREO MULTIPARÁMETROS PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje

**CARACTERÍSTICAS:**

- Longitud : aproximadamente 2.50 mts
- Manguera de un lúmen.
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700170383**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 7 L**

**EMPAQUE:**

- Individual, de polietileno
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

Caja de Cartón:

- Cartón micro corrugado (externo), no menor de 128 ondas/pie, resistentes a perforaciones.
- Cartón prensado.(interno)
- Cartón con recubierta impermeable (fondo)
- Bolsa de polietileno
- Polietileno (1 ml = 1/100 de pulgadas)

**CARACTERÍSTICAS:**

- Boca ancha.
- Caja de cartón de color amarillo, de un solo uso.(externo)
- Resistente a perforaciones por punzo cortante (método de prueba ASTM)
- El rotulado del contenedor debe de indicar instrucciones de uso, tener el símbolo universal de riesgo biológico.
- El contenedor debe tener visible la línea de llenado en la parte externa, en las  $\frac{3}{4}$  partes del volumen total del contenedor.
- Contar con instrucciones del armado de la caja.
- Cartón para refuerzo de paredes y fondo (interno)
- Cartón plastificado de  $\frac{1}{4}$  de altura de la capacidad total. (Fondo)
- Forma cúbica con asas, de fácil armado, con tapa de seguridad.
- Bolsa de polietileno con sellado anti derrames sin grietas ni perforaciones

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de la caja y bolsa de 7 litros.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000040205

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 15 L**

**EMPAQUE:**

- Individual, de polietileno
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

Caja de Cartón:

- Cartón micro corrugado (externo), no menor de 96 ondas/pie, resistentes a perforaciones.
  - Cartón prensado.(interno)
  - Cartón con recubierta impermeable (fondo)
- Bolsa de polietileno
- Polietileno (1 ml = 1/100 de pulgadas)

**CARACTERÍSTICAS:**

- Boca ancha.
- Caja de cartón de color amarillo, de un solo uso.(externo)
- Resistente a perforaciones por punzo cortante (método de prueba ASTM)
- El rotulado del contenedor debe de indicar instrucciones de uso, tener el símbolo universal de riesgo biológico.
- El contenedor debe tener visible la línea de llenado en la parte externa, en las  $\frac{3}{4}$  partes del volumen total del contenedor.
- Contar con instrucciones del armado de la caja.
- Cartón para refuerzo de paredes y fondo (interno)
- Cartón plastificado de  $\frac{1}{4}$  de altura de la capacidad total. (Fondo)
- Forma cúbica con asas, de fácil armado, con tapa de seguridad.
- Bolsa de polietileno con sellado anti derrames sin grietas ni perforaciones.

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de caja y bolsa de 15 litros.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000040159

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37284  
\* -EL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ADHESIVO 30CM x 30CM**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno
- Empaque secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tela no tejida de polipropileno 100% SMS.

**CARACTERÍSTICAS**

- Gramaje: 35 a 45 gr/m<sup>2</sup>.
- Cinta adhesiva.
- Estéril, aséptico, hipoalergénico, trilaminado antibacterial.
- Hidrófobo, repelente a fluidos.
- Antiestático.
- Que no desprenda pelusa.
- Resistente, que no ceda ni se desgarre durante su uso.
- Suave al contacto con la piel.
- Con borde adhesivo que no dañe la piel.
- Color azul ó celeste médico.

**DIMENSIONES:**

- De 30 x 30 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700970006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFE DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPIN  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Polímero sintético, transparente de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Asépticas, hipoalergénico, atóxico
- Conexión flexible, transparente
- Bigotera anatómica, con bordes de salida de oxígeno romos y suaves de dispersión no concéntrica (en abanico), de una sola pieza.
- Sujetadores graduables, que mantengan un ajuste firme
- Conector estándar adaptable a todos los tipos de fuentes de oxígeno

**DIMENSIONES:** Adulto

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700180005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 1282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

### CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO NEONATO

#### EMPAQUE:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

#### MATERIAL:

- Polímero sintético, transparente de uso clínico hospitalario.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Asépticas, hipoalergénico, atóxico
- Conexión flexible, transparente
- Bigotera anatómica, con bordes de salida de oxígeno romos y suaves de dispersión no concéntrica (en abanico), de una sola pieza.
- Sujetadores graduables, que mantengan un ajuste firme
- Conector estándar adaptable a todos los tipos de fuentes de oxígeno

#### DIMENSIONES:

- Neonatal

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700180025

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
CEP. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO PEDIÁTRICA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Polímero sintético, transparente de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Asépticas, hipoalergénico, atóxico
- Conexión flexible, transparente
- Bigotera anatómica, con bordes de salida de oxígeno romos y suaves de dispersión no concéntrica (en abanico), de una sola pieza.
- Sujetadores graduables, que mantengan un ajuste firme
- Conector estándar adaptable a todos los tipos de fuentes de oxígeno

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700180004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Tipo – Acrílico
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adulto
- Reusable.

**DIMENSIONES:**

- Universal.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA SOTO ALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MÉCANICO VIASIS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Tipo --Acrílico
- Acabado: libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICA:**

- Adulto
- Reusable

**DIMENSIONES:**

- Universal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Tipo – Acrílico
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediátrico
- Reusable.

**DIMENSIONES:**

- Universal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142855

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Tipo -Acrílico
- Acabado: libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediátrico
- Reusable
- Universal

**DIMENSIONES:**

- Universal.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700141944**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- Apirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termosensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 14 G x 2"

**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE M.  
SAN BARTOLOME  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 12282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termosensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 16 G x 2"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY EMILIA GONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- Apirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termosensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA:**

- Siliconada, Trifacetada biseleado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 18 G x 1 ¼"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRI  
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANE GONZALEZ ESP. N.  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- Apirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termosensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 20 G x 1 ¼"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDDY ELIANA GONZÁLEZ ESPIN  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERM

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- Apirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termo sensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 22 G x 1 ¼"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE Y NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPIN  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 1 3/4" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- Apirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termosensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:** 22 G x 1 3/4"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEF. U.E.I. SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORS MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPIN  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 23 G x 3/4" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termo sensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 23 G x 3/4"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE Y NIÑO  
SAN BARTOLOME  
  
Lic. EDY ELIANA GONZALES ESPIN  
C.E.P. 13242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termo sensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 24 G ¾"

**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 26 G x 1" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Peel open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Estéril.
- Atóxico.
- Hipo alergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con alas que brindan una mayor superficie de fijación y evitan la rotación y desplazamiento del catéter.
- Orificios para la colocación opcional de puntos de sutura.
- Poliuretano: Elastómero termo sensible resistente a acodaduras, mantiene permeabilidad del catéter.
- Biocompatible, radiopaco.
- No interactúa con las soluciones a transfundir.
- Diseño de seguridad: Empuñadura cuadrada para un firme control en la inserción, nervio o pestaña en la parte superior del conector del catéter para técnica de punción unimanual.
- Vida útil no menor a 3 días.
- Catéter sobre aguja.
- Protector de fácil manejo, diseñado para uso manual.
- Tapa de control de retorno con filtro hidrófobo, impide salida de sangre.
- Conexión Luer Lock, transparente permite visualizar retorno de sangre.

**AGUJA:**

- Siliconada, Trifacetada biselado posterior ampliado.
- Con sistema de protección que evite punciones accidentales y mantenga un acceso seguro.
- Sistema de protección, automática sin necesidad de acción alguna de parte del usuario.

**DIMENSIONES:**

- 26 G x 1"


**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 17282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24G x 3/4" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD**

**EMPAQUE:**

- Individual, de fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter con memoria elastomérica.
- Resistente a dobleces y con capacidad de recuperación, superficie lisa, punta que no se deforma.
- Termo sensible.
- Aguja siliconado c/bisel bi – angulado y Trifacetada.
- Protección del conjunto aguja/catéter.
- Conexión Luer Lock, translucido, codificado por colores y con ranuras para fijación.
- Cámara de reflujo en cristal y de forma anatómica.
- Tapa/ filtro de la cámara de reflujo de bioseguridad.

**DIMENSIONES:**

- 24G x 3/4"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
L: SAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
.....  
SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
L: Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
.....  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 10 CM.**

**EMPAQUE:**

- Individual, de fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atóxico.
- Hipoalergénico.
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter con memoria elastomérica.
- Resistente a dobleces y con capacidad de recuperación, superficie lisa, punta que no se deforma.
- Termo sensible.
- Aguja siliconado c/bisel bi – angulado y Trifacetada.
- Protección del conjunto aguja/catéter.
- Conexión Luer Lock, translucido, codificado por colores y con ranuras para fijación.
- Cámara de reflujo en cristal y de forma anatómica.
- Tapa/ filtro de la cámara de reflujo de bioseguridad.

**DIMENSIONES:**

- 22 G x 10 CM

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1.9 FR**

**EMPAQUE:**

- Individual hermético con Blíster Termo formado
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje, que garantice la esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura ( bordes de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Catéter 100% Siliconado grado médico de larga permanencia, libre de látex y PVC.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: estéril, a pirógeno, hipoalergénico.
- Kit: un introductor pelable, pinza descartable, cinta métrica, alargador, apósito estéril, lazo estéril, clamp de seguridad en cada lumen, apósito autoadhesivo con dispositivo para fijación de catéter.
- Catéter radiopaco graduado por centímetros y cada cinco centímetros.
- Volumen Muerto: 2 x 0.2 ml.
- Longitud de catéter 30 cm.
- Flujo 2 x 1,45 ml min (1 bar 14.5 psi)
- Prolongado de 9cm.
- Diámetro en french
- Indicador de esterilización visible.
- Radiopaco.
- Alita plana para fijación del catéter
- Cánula de introducción: Aguja Trifacetada con orificio lateral y Cánula Pelable
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto

**DIMENSIONES:**

- 1.9 FR

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700190440

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2 FR x 30 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual, Blister Termoformado.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano radiopaco.
- Condiciones biológicas: Estéril

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter picc de poliuretano 2 Fr. Con aleta de fijación.
- Longitud del catéter: 30cm.
- Diámetro: Ø 0.3 mm / 0.6 mm
- Material: Silicona
- Volumen muerto 0.12 ml
- Flujo: 4.4 ml/min (1bar. / 14.5 psi)
- De 2 FR / 24 G
- Marcas de profundidad cada centímetro, extremo distal marcado y marcas especiales cada 5 centímetros.
- Prolongadores de 9cm.
- Clamp de seguridad.
- Introducutor: aguja trifacetada con orificio lateral y catéter pelable 20G Ø 1.0 mm L21mm
- 1 Cinta métrica
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700190430

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIN CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 6529  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2.6 FR x 50 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual, Blíster Termoformado.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano radiopaco.
- Condiciones biológicas: Estéril

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter picc de poliuretano 2.6 Fr. Con aleta de fijación.
- Longitud del catéter: 50cm.
- Diámetro: Ø 0.3 mm / 0.6 mm
- Material: Silicona
- Volumen muerto 0.12 ml
- Flujo: 4.4 ml/min (1bar. / 14.5 psi)
- De 2.6 FR / 24 G
- Marcas de profundidad cada centímetro, extremo distal marcado y marcas especiales cada 5 centímetros.
- Prolongadores de 9cm.
- Clamp de seguridad.
- Introducutor: aguja trifacetada con orificio lateral y catéter pelable 20G Ø 1.0 mm L21mm
- 1 Cinta métrica
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700190653

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
ROSAMARY CARRASCO OLIVERA  
C.P. 37204  
CENTRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 3 FR x 50 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual hermético con Blíster Termo formado
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje, que garantice la esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura ( bordes de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Catéter 100% Siliconado grado médico de larga permanencia, libre de látex y PVC.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: estéril, a pirógeno, hipo alérgeno.
- Kit: un introductor pelable, pinza descartable, cinta métrica, alargador, apósito estéril, lazo estéril, clamp de seguridad en cada lumen, apósito autoadhesivo con dispositivo para fijación de catéter
- Catéter radiopaco graduado por centímetros y cada cinco centímetros.
- Volumen Muerto ml. 2 x 0.2
- Longitud de catéter 30 cm.
- Flujo 2 x 1,45 ml min (1 bar 14.5 psi)
- Prolongado de 9cm.
- Diámetro en french
- Indicador de esterilización visible.
- Radiopaco.
- Alita plana para fijación del catéter
- Cánula de introducción: Aguja Trifacetada con orificio lateral y Cánula Pelable
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto

**DIMENSIONES:**

- (3 Fr x 50 cm)

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700190161

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MDO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESP  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 100% SILICONA FR 1.9**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Fácil abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Catéter 100% Silicona, radiopaca.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, a pirógeno.
- Acabado libre de rebabas y/o aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de silicona de 1.9 Fr.
- Alita plana para fijación del catéter
- Longitud del catéter: 30 a 50 cm.
- Marcas de profundidad cada centímetro en su totalidad
- Clamp de seguridad
- Introducutor: pelable de 20 G, con agujero lateral que muestre la presencia de sangre instantáneamente durante la venopunción.
- 1 cinta métrica descartable
- Pinza metálica para colocación de catéter
- Un alargador o extensión con conexión Luer Lock.
- Conector sin aguja, que facilite la administración intermitente de medicamentos, manteniendo un circuito cerrado sin la necesidad de provocar pinchazos en el punto de inyección.
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto

**DIMENSIONES:**

- 1.9 FR x 30 CM

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700190005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO;  
C.E.P. 18242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1 FR. x 20 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual, Blíster Termo formado
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Fácil abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano-Radiopaco, grado médico, Bioestable, termosensible
- Condiciones biológicas: Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de una sola pieza con prolongador de 9 cm. de longitud.
- Con Clamp de seguridad en conexión.
- Alita plana con dos orificios para fijación del catéter.
- Extremo distal marcado, marcas en cada centímetro y marcas especiales cada 5 centímetros.
- Catéter con refuerzo proximal en unión alita y/o catéter, que evite el colapso, ruptura y/o acodamiento
- Introducutor: Aguja introduccora pelable 24 G 19 mm.
- 1 cinta métrica.
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto.
- Utilizado en prematuros y recién nacidos de bajo peso, inferior a los 800 gramos
- Nutrición parenteral.
- Antibioterapia intravenosa
- Inyección en continua de drogas Cardio o vaso-activas

**DIMENSIONES: Longitud del catéter: 20 cm.**

- **Tipo:** de un lumen diámetro Ø 0,17 mm x 0,35 mm
- **Material:** Flujo 1 ml/min. 1 bar/14,5 psi volumen muerto 0,15 ml.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 01 año.

**CÓDIGO SIGA:** 495700190678

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE Y NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOSA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1 FR. x 20 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual, Blíster Termo formado
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Fácil abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano-Radiopaco, grado médico, Bioestable, termosensible
- Condiciones biológicas: Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de una sola pieza con prolongador de 9 cm. de longitud.
- Con Clamp de seguridad en conexión.
- Alita plana con dos orificios para fijación del catéter.
- Extremo distal marcado, marcas en cada centímetro y marcas especiales cada 5 centímetros.
- Catéter con refuerzo proximal en unión alita y/o catéter, que evite el colapso, ruptura y/o acodamiento
- Introducutor: Aguja introduccutora pelable 24 G 19 mm.
- 1 cinta métrica.
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivo para la trazabilidad del producto.
- Utilizado en prematuros y recién nacidos de bajo peso, inferior a los 800 gramos
- Nutrición parenteral.
- Antibioterapia intravenosa
- Inyección en continua de drogas Cardio o vaso-activas

**DIMENSIONES: Longitud del catéter: 20 cm.**

- **Tipo:** de un lumen diámetro Ø 0,17 mm x 0,35 mm
- **Material:** Flujo 1 ml/min. 1 bar/14,5 psi volumen muerto 0,15 ml.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 01 año.

**CÓDIGO SIGA:** 495700190678

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE Y NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER PERCUTÁNEO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DOBLE LUMEN 2 FR 27 x 30 CM.**

**EMPAQUE:**

- Individual –Blister Termo formado
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: poliuretano- Radiopaco
- Condiciones biológicas: Estéril

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de una sola pieza dos lúmenes independientes
- Material: Poliuretano
- Volumen Muerto ml.: 2 x 02
- Flujo: 2 x 1,45 ml/min (1 bar/ 14., psi)
- Marcas de profundidad cada centímetro, extremo distal marcado y marcas especiales cada 5 centímetros
- Clamp de seguridad en cada lumen
- Alita plana para fijación del catéter de Prolongadores de 9 cm.
- Apósito autoadhesivo con dispositivo para fijación de catéter
- Introdutor: Aguja Trifacetada con orificio lateral y Cánula Pelable 20G  $\phi$  1,0mm L 21mm
- 1 Cinta métrica
- Inserto con indicaciones de uso
- Etiquetas de embalaje autoadhesivas para la trazabilidad el producto

**FUNCIÓN:**

- Utilizado para la administración simultánea de fármacos, incluso aquellos que presenten incompatibilidades químicas debido a que los lúmenes separados del mismo catéter permanecen separados en toda su longitud.

**DIMENSIONES:**

- De 2FR x 2x 0,20 mm x 0.60 mm
- Longitud: 30 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADR  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ES  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 CM.**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril
- Fácil de abrir
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Rotulado según base.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atóxico
- A pirógeno
- Hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter doble lumen (distal y proximal)
- 1 ó 2 dilatadores adaptable al diámetro del catéter
- Porta guía y guía flexible con extremo proximal en "J"
- Clip y clamp de seguridad
- Catéter con tiempo de recambio no menos a 7 días
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- Punta verde o azul del catéter más flexible que el cuerpo del catéter
- Atraumático, no tronbogenico y radiopaco
- No reesterilizable, de un solo uso.
- Punto donde debe fijar el catéter.

**DIMENSIONES:**

- Doble lumen 4 French x 13 cm.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701490019

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIETHA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER VENOSO CENTRAL UN LUMEN 4.2 FR X 75 CM.**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atoxico
- A pirógeno
- Hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de un lumen (distal y proximal).
- 1 o 2 dilatadores adaptable al diámetro del catéter.
- Porta gula y guía flexible con extremo proximal en "J".
- Clip y clamp de seguridad.
- Catéter con tiempo de recambio no menos a 7 días.
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación.
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- Punta verde o azul del catéter más flexible que el cuerpo del catéter.
- Atraumático, no trombogénico y radiopaco.
- No reesterilizable, de un solo uso
- Punto donde debe fijar el catéter.

**DIMENSIONES:**

- De un lumen 4.2 FR x 75 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701490085

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 3 FR X 6 CM.**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atoxico
- A pirógeno
- Hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter de doble lumen (distal y proximal).
- 2 dilatadores adaptable al diámetro del catéter.
- Porta gufa y gufa flexible con extremo proximal en "J".
- Clip y clamp de seguridad.
- Catéter con tiempo de recambio no menos a 7 días.
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación.
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- Punta del catéter más flexible que el cuerpo del mismo.
- Atraumático, no trombogénico y radiopaco.
- No reesterilizable, de un solo uso
- Punto donde debe fijar el catéter.

**DIMENSIONES:**

- Doble lumen 3 FR x 6 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701490013

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.F.P. 37204  
JEFE DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 CM.**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril
- Fácil de abrir
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Rotulado según base.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Estéril
- Atóxico
- A pirógeno
- Hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Catéter triple lumen (distal y proximal)
- 1 ó 2 dilatadores adaptable al diámetro del catéter
- Porta guía y guía flexible con extremo proximal en "J"
- Clip y clamp de seguridad
- Catéter con tiempo de recambio no menos a 7 días
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- Punta verde o azul del catéter más flexible que el cuerpo del catéter
- Atraumático, no trombogénico y radiopaco
- No reesterizable, de un solo uso.
- Punto donde debe fijar el catéter.

**DIMENSIONES:**

- Triple lumen 5 French x 13 cm.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701490047

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDOY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CELDA DE FLUJO DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E – 500

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Titanio

**CARACTERÍSTICAS:**

- Filamento microporoso resistente
- Con guizador para colocación.

**DIMENSIONES:**

- Medida universal

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad


**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141961

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROBERTA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1572  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CEPILLO DE POLIESTER 9 MM DE DIÁMETRO X 30 CMS. DE LONGITUD PARA CÁNULA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Poliéster
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 50 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 37 CMS.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142731**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CEPILLO DE LIMPIEZA 21CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Primario: polietileno
- Secundario: Caja de cartón que garantice la integridad transporte y almacenaje del producto.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Cerdas de nylon, alma (eje) de acero inoxidable
- Mango de plástico

**CARACTERÍSTICA:**

- Aséptica.
- Cerdas suaves y romas.
- Forma anatómica.
- Eje maleable.
- Mango rígido.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 21cm
- Cerdas 7 mm

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142706

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ESCO OLIVERA  
JEF. DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CEPILLO DE LIMPIEZA 10 CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOTOMIA  
PEDIÁTRICO**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Primario: polietileno
- Secundario: Caja de cartón que garantice la integridad transporte y almacenaje del producto.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Cerdas de nylon, alma (eje) de acero inoxidable
- Mango de plástico

**CARACTERÍSTICA:**

- Aséptica.
- Cerdas suaves y romas.
- Forma anatómica.
- Eje maleable.
- Mango rígido.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 10 cm
- Cerdas 3.5mm

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA  
H2O NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado transparente reusable.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Circuito de corrugados compuestos por:
- 5 corrugados, reusable transparente siliconados TUB24P
- 2 Trampa de agua acrílico, transparente, reusable WTR100P
- 12 Conectores acrílicos transparente, universal reusable ADP150M
- 2 codos acrílico, transparente reusable 900MR146
- 1 conector en Y reusable con entrada p/ línea proximal 900MR145
- 4 Adaptadores de corrugado, material flexible ADP333M
- Para maquina MAQUET.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700740322

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O PEDIÁTRICO MAQUET**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas:
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado transparente reusable.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Circuito de corrugados compuestos por:
  - 5 corrugados, reusable transparente siliconados
  - 2 Trampa de agua acrílico, transparente, reusable
  - 12 Conectores acrílicos transparente, universal reusable
  - 2 codos acrílico, transparente reusable
  - 1 conector en Y reusable con entrada p/ línea proximal
  - 4 Adaptadores de corrugado, material flexible
  - Para maquina MAQUET.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700740323

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CASASCO OLIVERA  
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 3382  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REHUSABLE CON TRAMPA DE H2O ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado transparente reusable.

**CARACTERISTICAS:**

- Circuito de corrugados compuestos por:
- 5 corrugados, reusable transparente siliconados
- 2 Trampa de agua acrílico, transparente, reusable
- 12 Conectores acrílicos transparente, universal reusable
- 2 codos acrílico, transparente reusable
- 1 conector en Y reusable con entrada p/ línea proximal
- 4 Adaptadores de corrugado, material flexible
- Para maquina MAQUET.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL REHUSABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO  
NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado transparente rehusable transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Circuito de corrugados compuestos por:
  - 5 corrugados, reusables transparente siliconados
  - 2 Trampa de agua acrílico, transparente, reusable
  - 10 Conectores acrílicos transparente, universal reusable
  - 1 Adaptador para sensor de temperatura reusable
  - 1 Conector en Y reusable con entrada p/ línea proximal
  - 3 Adaptadores de corrugados, material flexible
  - 1 Línea proximal de 1/8
  - 4 Sujetadores

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142709

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CIRCUITO CORRUGADO PEDIÁTRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO  
NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil apertura.
- Resistente a la manipulación que garantiza las propiedades físicas.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado transparente rehusable transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Circuito de corrugados compuestos por:
- 5 corrugados, reusables transparente siliconados
- 2 Trampa de agua acrílico, transparente, reusable
- 10 Conectores acrílicos transparente, universal reusable
- 1 Adaptador para sensor de temperatura reusable
- 1 conector en Y reusable con entrada p/ línea proximal
- 3 Adaptadores de corrugados, material flexible
- 1 Línea proximal de 1/8
- 4 Sujetadores

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742309

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE**

**EMPAQUE:**

- Individual que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (con borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes; no deslizable
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Polipropileno de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Estéril, atóxico, hipoalergénico.
- Clampaje seguro y permanente, con doble clip
- Bordes dentados romos.
- Resistente.
- Color claro (blanco).

**DIMENSIONES:**

- Estándar.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700230001

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NI  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CLORHEXIDINA AL 2% X 1L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL

**EMPAQUE:**

- Envase de polietileno de alta densidad, con dispensador en circuito cerrado (libre de PVC para el envase y el dispensador).

**INGREDIENTE ACTIVO:**

- Clorhexidina al 2% en espuma antimicrobiana de calidad farmacéutica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Llevar en su formulación sustancias tensoactivas y humectantes que protegen la piel.
- Dispensador lleva incorporado filtro para evitar el pasaje de gérmenes o partículas mayores a 0,1 micras.
- Con dispensador de pedal.
- Envase inmediato libre de pegamentos.
- Merma del producto debe ser menor al 1%

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1000 cc

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700340057

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15222  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CLORHEXIDINA AL 4 % X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL**

**EMPAQUE:**

- Envase de polietileno de alta densidad, con dispensador en circuito cerrado (libre de PVC para el envase y el dispensador).

**INGREDIENTE ACTIVO:**

- Clorhexidina al 4% en espuma antimicrobiana de calidad farmacéutica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Llevar en su formulación sustancias tenso activas y humectantes que protejan la piel
- Dispensador lleva incorporado filtro para evitar el pasaje de gérmenes o partículas mayores a 0,1 micras.
- Con dispensador de pedal.
- Envase inmediato libre de pegamentos.
- Merma del producto debe ser menor al 1%

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1000 cc

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700340011

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELLANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.05 GR/ 100 ML GEL 1 L CON DOSIFICADOR**

**EMPAQUE:**

- Resistente a la manipulación.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado en el envase, con impresión indeleble de nombre del producto, número de lote, número de registro sanitario.

**MATERIAL:**

- Envase de poliuretano.
- Atóxico
- A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fácil aplicación.
- Antiséptico desinfectante para manos de amplio espectro.
- Resistente a la manipulación y transporte.
- Exento de partículas extrañas.
- Válvula dispensadora.
- PH: 6.00 – 7.50

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1 L

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700340076

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. PATRICIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CONECTOR BIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y PEDIÁTRICO**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual, que mantenga las condiciones de esterilidad del producto.
- Fácil de abrir manualmente, resistente a la manipulación y almacenamiento.
- Peel pouch y peel open.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Libre de DEHP.
- Cubierta de Válox (policarbonato y fibra de vidrio), Sello de seguridad de silicona grado médico y cono de Policarbonato (pieza única).
- Condiciones biológicas; estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema microbiológica y mecánicamente cerrado.
- Sistema conector con extensión Bifurcada.
- Conector libre de agujas y tapones.
- Un sistema para la terapia intravenosa que elimina el uso de la aguja.
- Sistema de piezas única que no requiere de tapones ni agujas.
- Sellado de comprensión dinámico.
- Canal y paso de flujo interno (central).
- Velocidad de flujo 185 cc/min. Equivalente a una aguja de 16G (caudal).
- Sin látex ni componentes metálicos.
- Activaciones funcionales de hasta 600 veces.
- Dimensiones: Largo 13 cm. Capacidad: 0,45 ml.
- Duración de hasta 7 días.
- Compatible con lípidos, sangre e infusiones antineoplásicas y de medicamentos de alto riesgo.
- Conector universal: Lúer Lock y Lúer slip.
- Se puede utilizar para conexiones I.V. Centrales, arteriales, umbilicales, periféricas, NPT.
- Produce un cierre dinámico al conectar la jeringa o el equipo de infusión, evitando la salida de Sangre.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210362

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESP  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual, que mantenga las condiciones de esterilidad del producto.
- Fácil de abrir manualmente, resistente a la manipulación y almacenamiento.
- Peel pouch y peel open.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Libre de DEHP.
- Cubierta de Válox (policarbonato y fibra de vidrio), Sello de seguridad de silicona grado médico y cono de Policarbonato (pieza única).
- Condiciones biológicas; estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema microbiológica y mecánicamente cerrado.
- Sistema conector con extensión Trifurcada.
- Conector libre de agujas y tapones.
- Un sistema para la terapia intravenosa que elimina el uso de agujas.
- Sistema de piezas única que no requiere de tapones ni agujas.
- Sellado de comprensión dinámico.
- Canal y paso de flujo interno (central).
- Velocidad de flujo 185 cc/min. Equivalente a una aguja de 16G (caudal).
- Sin látex ni componentes metálicos.
- Activaciones funcionales de hasta 600 veces.
- Dimensiones: Largo 18 cm. Capacidad: 0,73 ml.
- Duración de hasta 7 días.
- Compatible con lípidos, sangre e infusiones antineoplásicas y de medicamentos de alto riesgo.
- Conector universal: Lúer Lock y Lúer slip.
- Se puede utilizar para conexiones I.V. Centrales, arteriales, umbilicales, periféricas, NPT.
- Produce un cierre dinámico al conectar la jeringa o el equipo de infusión, evitando la salida de Sangre.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210374

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MAD  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ESTANA GONZALEZ ESP  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

## CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y NEONATO

### EMPAQUE:

- Empaque individual, que mantenga las condiciones de esterilidad del producto.
- Fácil de abrir manualmente, resistente a la manipulación y almacenamiento.
- Peel pouch y peel open.
- Rotulado según bases.

### MATERIAL:

- Libre de DEHP.
- Cubierta de Válox (policarbonato y fibra de vidrio), Sello de seguridad de silicona grado médico y cono de Policarbonato (pieza única).
- Condiciones biológicas; estéril, atóxico y a pirógeno.

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema microbiológica y mecánicamente cerrado.
- Sistema conector con extensión Trifurcada.
- Conector libre de agujas y tapones.
- Un sistema para la terapia intravenosa que elimina el uso de agujas.
- Sistema de piezas única que no requiere de tapones ni agujas.
- Sellado de comprensión dinámico.
- Canal y paso de flujo interno (central).
- Velocidad de flujo 165 cc/min. Equivalente a una aguja de 16G (caudal).
- Sin látex ni componentes metálicos.
- Activaciones funcionales de hasta 600 veces.
- Dimensiones: Largo 18 cm. Capacidad: 0,7 ml.
- Duración de hasta 7 días.
- Compatible con lípidos, sangre e infusiones antineoplásicas y de medicamentos de alto riesgo.
- Conector universal: LúerLock y Lúer slip.
- Se puede utilizar para conexiones I.V. Centrales, arteriales, umbilicales, periféricas, NPT.
- Produce un cierre dinámico al conectar la jeringa o el equipo de infusión, evitando la salida de Sangre.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210445

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESP  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CONECTOR CON EXTESIÓN NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual, que mantenga las condiciones de esterilidad del producto.
- Fácil de abrir manualmente, resistente a la manipulación y almacenamiento.
- Peel pouch y peel open.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Libre de DEHP.
- Cubierta de Válox (policarbonato y fibra de vidrio), Sello de seguridad de silicona grado médico y cono de Policarbonato (pieza única).
- Condiciones biológicas; estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema microbiológica y mecánicamente cerrado.
- Sistema conector con extensión.
- Conector libre de agujas y tapones.
- Un sistema para la terapia intravenosa que elimina el uso de agujas.
- Sistema de piezas única que no requiere de tapones ni agujas.
- Sellado de comprensión dinámico.
- Canal y paso de flujo interno (central).
- Velocidad de flujo 165 cc/min. Equivalente a una aguja de 16G (caudal).
- Sin látex ni componentes metálicos.
- Activaciones funcionales de hasta 600 veces.
- Dimensiones: Largo 15 cm. Capacidad: 0,22 ml.
- Duración de hasta 7 días.
- Compatible con lípidos, sangre e infusiones antineoplásicas y de medicamentos de alto riesgo.
- Conector universal: LúerLock y Lúer slip.
- Se puede utilizar para conexiones I.V. Centrales, arteriales, umbilicales, periféricas.
- Produce un cierre dinámico al conectar la jeringa o el equipo de infusión, evitando la salida de Sangre.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210364

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SAL  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE A  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ  
C.E.P. 15283  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EI

**CONECTOR PARA LINEA INTRAVENOSA DESCARTABLE N° 16 G**

**EMPAQUE:**

- Individual, blíster estéril
- Resistencia a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL**

- Policarbonato lípido resistente
- Condiciones biológicas estériles

**CARACTERÍSTICAS**

- Dispositivo con resorte de acero inoxidable interno
- Lípido resistente, compatible con drogas citostáticas
- Con membrana de caucho natural seco en conector de bioseguridad, sin filtraciones – Sellado automático
- Volumen muerto: 0.018ml Flujo: 170ml/min.
- Desplazamiento neutro
- Compatible con todos los dispositivos Luer y Luer Lock
- Volumen ocupado 2.07dm<sup>3</sup> Volumen residual:0.02ml
- Volumen mínimo para cargar: 0.02ml
- Contra presión máxima de utilización: 760mmhg, (1bar), 14,5psi
- Desinfectable con cualquier tipo de solución
- Duración: 7 días

**DIMENSIONES**

- Longitud: 23.5mm Diámetro 10.6mm
- Peso:1.3g – Gauge equivalente: 16G

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210424

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15222  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



## CONECTOR

### EMPAQUE:

- Individual.
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Material atóxico y apirogeno

### CARACTERÍSTICAS:

- Tubos corrugados descartables, incluye conectores.
- Los productos están libres de látex y contienen plásticos que bajo condiciones normales no son tóxicos.
- Tubo corrugado colapsado que son extensibles hasta de 7 cm a 15 cm.
- Incluye adaptadores 22 F y 22 M / 15 F

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285000020027

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CONECTOR EN Y PARA CIRCUITO PEDIÁTRICO DE 15 MM**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Material de polipropileno
- Atoxico y a pirógeno
- Se acoplan a diversos diámetros de tubería
- Empaque individual estéril a pirógeno

**DIMENSIONES:**

- Conector de 5 en 1 (7.9 mm – 14.3)
- Conector de Y Largo (6.4 mm – 12.7 mm)

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210321

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 950 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas rebabas y/o aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Polipropileno rígido.
- Puede autoclavado o incinerados son contaminar el medio ambiente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Contenedor de Color Rojo translucido
- Permite visualizar las 3/4 partes del total.
- Cierre Temporal (Tapa que puede mantenerse cerrada temporalmente.)
- Cierre final definitivo.
- Restringe el acceso manual (Evita accidentes al no permitir contacto con jeringas y agujas ya utilizadas)
- Durables
- Impermeable
- Biodegradable
- Resistente a la punción, bajo toda condición ambiental normal.
- Material contenedor está compuesto de polipropileno rígido biodegradable
- Incinerable /Autoclavable
- Forma: Trapezoidal, con base cuadrada, con tapa cuadrada con puntas ovaladas
- Altura con tapa: 16 cm.

**DIMENSIONES:**

- Del área superior con tapa: 11 cm, ancho 11 cm
- De la base: Largo 7.5 cm, Ancho 7.5 cm
- De Área superior: Largo 10.5 cm; ancho 10.5 cm.
- Stiker con símbolo internacional de Material Bio Peligroso
- Cambio de color y textura en las 3/4 partes.
- Sistema desarmador de agujas.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020415

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPIN  
C.E.P. 15212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 4.73 L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas rebabas y/o aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Polipropileno rígido.
- Puede autoclavado o incinerados son contaminar el medio ambiente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Contenedor de Color Rojo translucido
- Permite visualizar las 3/4 partes del total.
- Cierre Temporal (Tapa que puede mantenerse cerrada temporalmente.)
- Cierre final definitivo.
- Restringe el acceso manual (Evita accidentes al no permitir contacto con jeringas y agujas ya utilizadas)
- Durables
- Impermeable
- Biodegradable
- Resistente a la punción, bajo toda condición ambiental normal.
- Material contenedor está compuesto de polipropileno rígido biodegradable
- Incinerable /Autoclavable
- Forma: Trapezoidal, con base cuadrada, con tapa cuadrada con puntas ovaladas
- Altura con tapa: 25.5 cm.

**DIMENSIONES:**

- Del área superior con tapa: 28 cm, ancho 13 cm
- De la base: Largo 22 cm, Ancho 8.3 cm
- De Area superior: Largo 28 cm; ancho 13.5 cm.
- Stiker con símbolo internacional de Material Bio Peligroso
- Cambio de color y textura en las 3/4 partes.
- Sistema desarmador de agujas

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020169

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.I.E.P. 1572  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11 LTS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas rebabas y/o aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Contenedor de polipropileno rígido.
- Incinerable / Autoclavable.
- Durable.
- Impermeable.
- Biodegradable.
- Resistente a la punción, bajo toda condición ambiental normal.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color Rojo translucido (Señal de Material Bio - Contaminado)
- Permite visualizar las 3/4 partes del total.
- Cierre Temporal (Tapa que puede mantenerse cerrada temporalmente.)
- Cierre final definitivo.
- Restringe el acceso manual (Evita accidentes al no permitir contacto con jeringas y agujas ya utilizadas)
- Indicador de nivel de llenado.
- Sistema desarmador de agujas y descopladorbisturi
- Forma: Poliédrica con base rectangular, tapa rectangular, puntas ovaladas
- Rectangulares para mesadas y soporte de fijación.
- Stiker con símbolo internacional de Material Biopeligroso.
- Cambio de color y textura en las 3/4 partes.

**DIMENSIONES:**

- Altura con tapa de 33 cm.
- Área superior con tapa: 31.5 cm.
- Ancho 15.3 cm.
- Base: Largo 27.5 cm., Ancho 12.5 cm.
- Área superior: Largo 31.5 cm, ancho 15.3 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020630

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL NIÑOS DE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ESTÉRIL 30 CM X 30CM X 5**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque Individual.
- Primario, papel crepado
- Secundario papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm).
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI).
- Cinta radiopaca.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- Tejido uniforme, libre de pelusas e impurezas, color blanco,
- Cinta radiopaca cosida o remallada. (asa)
- Bordes ocultos cosidos o remallados
- Esterilizado por rayos Gamma, o vapor presurizado.

**DIMENSIONES:**

- En 8 dobleces. Extendido 30cm x 30cm. Doblada 10cm x 15 cm( +2 cm) x 5 unidades.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700270228

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 48 CM X 48CM X 5**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque Individual.
- Primario, papel crepado
- Secundario papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm).
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI).
- Cinta radiopaca.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- Tejido uniforme, libre de pelusas e impurezas, color blanco,
- Cinta radiopaca cosida o remallada. (asa)
- Bordes ocultos cosidos o remallados
- Esterilizado por rayos Gamma, o vapor presurizado.

**DIMENSIONES:**

- En 9 dobleces. Extendido 48 cm x 48 cm. Doblada 15cm x 15 cm( +2 cm) x 5 unidades.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700270229

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CUBRE CALZADO DESCARTABLE IMPERMEABLE**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tela no tejida de celulosa o polipropileno SMS
- Gramaje de 30 a 40 gr/m<sup>2</sup>

**CARACTERÍSTICA:**

- Hidrófoba, Aséptico
- Elástico resistente al ajuste.
- Plantilla anti deslizable, que no se desgarre durante su uso,
- Exento de pelusas.

**DIMENSIONES:**

- Medidas de:  
ALTO 19 – 21 cm.  
LARGO 38 – 40 cm.

**PRESENTACIÓN:** Contenedor por 100 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500010587

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE DOBLE RENDIMIENTO CON CUATRO ENZIMAS**

**EMPAQUE:**

- Envase individual de plástico polimero transparente o traslúcido
- Rotulado, impreso en el envase con letra legible en español y fecha de expiración, fabricación y número de lote, indicación de su uso.
- No menor de 3785 CC.
- Cada envase de detergente portara con un vaso graduado para su medición al momento de su uso.

**MATERIAL:**

- Detergente liquido no espumoso y presentar la certificación que lo acredite como producto biodegradable.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Presencia de enzimas proteasas, amilasas, lipasas y carbohidrasas.
- Biodegradable: Mayor a 95%
- Bacteriostático.
- Rendimiento mínimo 315 galones diluidos por bidón concentrado
- No tóxico
- No irritante a ojos, piel, vias respiratorias.
- Que no dañe ningún metal, plástico, goma o tubo corrugado.
- PH neutro
- Sin espuma (evita reacciones a pirógenas y facilitar el enjuague de los instrumentos)
- Acción instantánea 3 a 5 minutos.
- Acción constante, no debe saturarse por rehusó
- Rotulado debe indicar forma de dilución

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701270008

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.EP. 47282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL EN LAVADORAS DESINFECTORAS**

**EMPAQUE:**

- Envase individual de plástico polímero transparente o traslúcido
- Rotulado, impreso en el envase con letra legible en español y fecha de expiración, fabricación y número de lote, indicación de su uso.
- Cada envase de detergente portara con un vaso graduado para su medición al momento de su uso.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Uso en lavadoras de instrumental quirúrgico.
- Puede usarse a altas temperaturas.
- Seguro para instrumental delicado.
- Libre de espuma
- Estable en condiciones adecuadas de almacenamiento.
- Presencia de secuestrantes para favorecer el ablandamiento del agua.
- No reutilizable
- Biodegradable
- Frasco contenedor de HDPE de 5 y 10 litros.

**USO:**

- Adopte medidas de bioseguridad: guantes, gafas, mascarillas y mandil de plástico.
- Diluir: 4 ml en 1 litro de agua de red.

**PRECAUCIONES:**

- Este producto es clasificado como irritante.
- Evitar agentes oxidantes fuertes como los blanqueadores (lejía) y ácidos fuertes
- No mezclar con otros detergentes.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 35282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual de 750 ml.
- Frasco de PVC de alta densidad que garantice las propiedades físicas y químicas e integridad del producto.
- Resistente al transporte y almacenaje
- Con Pulverizador.
- Libre de partículas extrañas.
- Rotulado según base.

**COMPOSICION:**

- Principio Activo: Propionato de amonio cuaternario, guanidino.
- Tensoactivos no iónicos.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Detergente
- Acción Bactericida, fungicida, virucida, con información técnica que sustente estas características.
- Dispensador tipo pulverizador para espuma con tapa rosca y precinto de seguridad.
- PH Neutro.
- No corrosivo.
- No tóxico.
- No irritante para ojos, vías respiratorias.
- Solución en espuma y con pulverizado controlado para desinfección de equipos médicos e incubadoras.
- Perfumado.
- Acción y evaporación rápida.
- Listo para usar.
- Acreditar ensayos microbiológicos
- Instrucciones de uso o información para el comprador.

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 133000410083

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE CENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.EIP 16782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT  
E500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Fácil de apertura
- Exento de partículas extrañas
- Libre de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERISTICAS:**

- Reusable Frasco plastificado con rosca
- Diafragma siliconado para válvula de exhalación
- Conexión o línea para válvula y ventilador
- Autoclave p/ventilador Mecánico. E.500

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142229

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril
- De Fácil de apertura
- Exento de partículas extrañas
- Libre de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Descartable
- Con dispositivo de flujo direccional
- MDI Pediátrico: entrada de 15 mm (hembra y macho)
- MDI Adulto: entrada 22 mm (hembra y macho)

**PRESENTACIÓN:** Individual.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días.

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año.

**CÓDIGO SIGA:** 493700142233

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ELECTRODO HOOK**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la Manipulación, transporte y almacenaje.
- Que Garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y/o aristas cortantes.
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Acero inoxidable y polímero grado médico.
- Autoclavable.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones Biológicas: Asépticos, atóxicas.
- Bioseguridad.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Electrodo para coagulación Monopolar.
- Vástago punta angulada recubierto de Material Aislante oscuro.
- Con conexión para Monopolar tipo pin macho.
- Punta de acero inoxidable.

**DIMENSIONES:**

- Diámetro de 5 MM
- Longitud de 36 CM.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700180118

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIÁTRICO**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto.
- Rotulado envase inmediato: Impresión indeleble de Nombre del producto en idioma español, N° de lote. N° de registro sanitario, fecha de vencimiento.

**COMPOSICIONES:**

- Tipo: Placa metálica con botón central y cubierta de material micro poroso adhesivo con gel electro conductor semisólido en cantidades suficientes para la buena tomas del registro y con pestaña lateral, con adhesivo resistente. (impermeable) al agua.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente al uso rutinario (que no se deteriore durante su uso).
- Con sustancia autoadhesivo resistente (que no se despegue) a cambios de postura del paciente y/o procedimientos de higiene.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico, diámetro total de 26 a 30 mm (incluyendo el botón central)

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días.

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700180175

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELLANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto.
- Rotulado envase inmediato: Impresión indeleble de Nombre del producto en idioma español, N° de lote. N° de registro sanitario, fecha de vencimiento.

**COMPOSICIONES:**

- Tipo: Placa metálica con botón central y cubierta de material microporoso adhesivo con gel electro conductor semisólido en cantidades suficientes para la buena tomas del registro y con pestaña lateral, con adhesivo resistente. (impermeable) al agua.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente al uso rutinario (que no se deteriore durante su uso).
- Con sustancia autoadhesivo resistente (que no se despegue) a cambios de postura del paciente y/o procedimientos de higiene.

**DIMENSIONES:**

- Adulto diámetro total de 35 a 45 mm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días.

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 4937010180173

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  
CM X 100 M.**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 7.5 CM x 100 M


**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742220

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPIN  
C. E. P. 3287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMIA

**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 10.0 CM. x 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 10.0 CM x 100 M.

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742287

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADR...  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESP  
C.E.P. 45287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  
CM X 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación; 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 15.0 CM x 100 M

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742219

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE M2  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENF

**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 20  
CM X 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Laminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrogeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 20 CM x 100 M

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días.

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año.

**CÓDIGO SIGA:** 495700742223

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE M...  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ E  
C.E.P. AS292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EN...



**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  
CM X 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 25 CM x 100 M

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742233

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE Y NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ EE  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENF

**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 CM X 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 30 CM x 100 M
- 

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742222

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MARIANA  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35.0  
CM X 70 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 35.0 CM x 70 M

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 70 M

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742415

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ E  
C.E.P. 17202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EMPAQUE TIPO TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 40 CM X 100 M**

**EMPAQUE:**

- Empaque primario: Bolsa plástico transparente.
- Empaque Secundario: caja de cartón reforzada.
- Que garantice las propiedades físicas del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Dos laminas:
- Tyvek.
- Film transparente de polipropileno y polietileno multilaminado, de ocho capas a más.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Polímero sintético Tyvek de 75 gr. M2.
- Film plástico transparente de Polietileno y Polipropileno multilaminado.
- Láminas selladas por calor.
- Resistente a la tracción y perforación.
- Excelente barrera bacteriana y microbiana.
- Sellable entre 110° C a 125° C
- Cuenta con indicador químico de proceso de esterilización por plasma de baja temperatura en los bordes, impreso dentro del sellado.
- El indicador cambia de color Amarillo a Azul al ser expuesto al peróxido de hidrógeno
- Los textos impresos en los bordes proporcionan información sobre la medida, marca y el número de lote del producto.
- Cuenta con sellos laterales de 1 cm. De ancho
- Vida útil desde su fecha de fabricación: 60 meses.

**DIMENSIONES:**

- 40 CM x 100M

**PRESENTACIÓN:** Rollo continuo sin cortes x 100 m.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742224

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE N.  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENF.



### EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE

#### EMPAQUE:

- Individual, que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

#### MATERIAL:

- Polivinil o similar grado médico de uso clínico hospitalario.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, apirógeno, hip alergénico
- Biodegradable, no debe interactuar con la sangre y derivados.
- Perforador con canal de evacuación, de acople hermético, con protector.
- Cámara de goteo flexible, transparente, con filtro.
- Con sistemas de cuenta gotas de metal.
- Tubo flexible con memoria de forma, sin perforaciones, transparente, diámetro interno no menor a 2.7mm, longitud entre 150cm. a 180cm.
- Regulador de goteo con tope y flujo constante. No debe perder sus propiedades y características físicas durante su uso.
- Conexión macho, Luer Lock ajuste hermético.

#### DIMENSIONES:

- Estándar

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701290041

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MAC  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESI  
C.E. 17282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**EQUIPO DE VENOCCLISIS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Sellado hermético, que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Cloruro de polivinilo de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, a pirógeno, hipoalergénico.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Con clip obturador superior
- Protectores superior e inferior que conserven la esterilidad del producto.
- Cono de Perforación resistente a la punción y de acople hermético.
- Cámara de goteo flexible, transparente, con filtro.
- Tubo Flexible hermético, transparente, en toda su extensión, diámetro interno no menor a 2.7 mm., longitud entre 1500 mm y 1800mm., con uniones herméticas en todas las partes.
- Regulador de goteo con tope y flujo constante. No debe perder sus propiedades y características físicas durante su uso.
- Con conexión en "Y", con acceso autosellable, cercano al extremo distal del tubo flexible.
- Extremo distal del tubo flexible con Luer look enroscable.

**DIMENSIONES:**

- Estándar

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701290012

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA BOMBA DE INFUSION**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual
- que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura
- exento de partículas extrañas sin rebabas ni aristas cortantes.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- TIPO: PVC (Cloruro de Polivinilo) de material suave y flexible que garantice el perfecto desempeño y precisión del funcionamiento de la bomba de infusión.
- CONDICIONES BIOLÓGICAS: Estéril, atóxico, no pirógeno, hipoalérgico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Equipo para administración de soluciones o medicamentos fotosensibles de forma lineal.
- Cámara de goteo color ámbar que permite la visualización del goteo, con filtro de aire y filtro de partículas en la base de la cámara, espigo perforador.
- Con tubuladuras flexibles de PVC grado médico color ámbar, (segmento de bomba incoloro para ser usado o no en el canal de la bomba de infusión).
- Con sitio en Y para medición suplementaria, con látex autosellable.
- Con conector universal-
- Llave de regulación de amplio recorrido con grupo para suspensión de goteo.
- Longitud del set de línea entre la bomba y el paciente debe ser tal que no dificulte la movilización del paciente (de preferencia mayor de 150 cm).
- Pinza azul o clamp azul que se inserte en la bomba de infusión para su funcionamiento (bomba colleague triple canal).

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**GARANTIA:** Un año

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701290066

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

### EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA

#### EMPAQUE:

- Individual hermético
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

#### MATERIAL:

- Polivinil o similar grado médico de uso clínico hospitalario.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, a pirógeno, hipoalergénico.
- Con clip obturador superior
- Protectores superior e inferior que conserven la esterilidad.
- Cono de Perforación resistente a la punción y de acople hermético.
- Bureta de polímero flexible de 100 c.c. y 150c.c., con dispositivo de entrada de Aire y filtro de 2.5 micras a 5 micras,
- Escala de graduación en c.c., indeleble, visible.
- Volumen residual de bureta menor a 0.5 ml.
- Cámara con sistema de microgotas, bulbo blando y con filtro.
- Tubo Flexible hermético en toda su extensión. Transparente, diámetro interno no menor a 2.7 mm, longitud entre 1500 mm y 1800mm., con uniones herméticas en todas las partes,
- Regulador de goteo con tope y flujo constante. No debe perder sus propiedades y características físicas durante su uso.
- Dispositivo de sujeción "orejuela".
- Con conexión en "Y", con acceso autosellable, cercano al extremo distal del tubo flexible.
- Extremo distal del tubo flexible con Luer lock enroscable

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701290044

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LIQUIDOS FOTOSENSIBLES**

**EMPAQUE:**

- Individual desechable con empaque estéril y/o empaque que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación y almacenaje exento de rebabas y aristas.
- Fácil de manipular manualmente.

**MATERIAL:**

- PVC grado médico.
- Manguera flexible, color naranja radiopaco.
- Libre de látex.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cámara de goteo; con punzón penetrante que va unido a una cámara de goteo seguido de una cassette; con dispositivo de entrada de aire con filtro de 3 micrones.
- Que al final de la línea posea un conector con sistema de seguridad SECURE LOCK, el cual asegura que la línea se mantenga sujeta al catéter, con un collarín giratorio.
- Equipo flexible longitud variable.
- Con tornillo regular de flujo que disminuye los riesgos de flujo libre.
- Con o son toma de inyección autosellable.
- Clamp de seguridad resistente al acodamiento fotosensible.

**DIMENSIONES:**

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es tal que no dificulta la movilización del paciente mayor 200 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701290074

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**EQUIPO PARA BOMBA INFUSIÓN CON VOLUTROL**

**EMPAQUE:**

- Individual desechable con empaque estéril y/o empaque que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación y almacenaje exento de rebabas y aristas.
- Fácil de manipular manualmente.

**MATERIAL:**

- PVC grado médico.
- Manguera flexible, color naranja radiopaco.
- Libre de látex.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Probeta (cámara) de 150 ml. Graduado.
- Dos sitios de inyección perforados, con conectores sin aguja.
- Que el dispositivo de entrada de aire posea un filtro que impida la entrada de gérmenes y bacterias (0.8 micras).
- Con cámara de goteo flexible, transparente que permite la observación continua del goteo seguida de un cassette.
- Que al final de la línea posea un conector con sistema de seguridad SECURE LOCK, el cual asegura que la línea se mantenga sujeta al catéter, con un collarín giratorio.
- Equipo flexible longitud variable.
- Con tornillo regulador de flujo disminuye los riesgos libre, con cámara atrapa burbujas y puerto secundario, con conector sin aguja.
- Con toma de inyección autosellable.
- Clamp de seguridad.

**DIMENSIONES:**

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es tal que no dificulta la movilización del paciente mayor 200 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Cinco días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Dos años

**CÓDIGO SIGA:** 495701290035

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 75222  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 19 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 13 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 19 CM.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020562

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosamaria Carrasco Olivera*  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy Eliciana Gonzalez Espinoza*  
Lic. EDY ELICIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 28 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Poliéster
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 13 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 28 CM.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020561

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosa Maria Carrasco Olivera*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy Elmana Gonzalez Espinoza*  
LIC. EDY ELMANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45224  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESCOBILLA DE NYLON REDONDO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 50 MM X 37 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Poliéster
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 50 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 37 CM.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020563

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DOBLE CABEZA DE 2 MM X 8 MM X 2.2 CM- 3.5 CM X 17.78 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla Pequeña - 2 MM
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla Grande - 8 MM
- Longitud total del Cepillo - 17.78 cm.
- Longitud Total de las Cerdas del Cepillo Pequeño - 2.2 cm.
- Longitud Total de las Cerdas del Cepillo Grande - 3.5 cm.

**PRESENTACIÓN:** Unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020604

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ESCOBILLA DE NYLON P LAVADO D INSTRUMENTAL FORMA CONICA DE 12.7 MM A 4.8 MM X 12.78 CM X 7.62 CM

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla Pequeña - 12.7 mm a 4.8 mm
- Longitud total de la Escobilla - 12.78 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 7.62 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020602

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 11 MM X 40.64 CM X 6.35 CM

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 11 MM
- Longitud total de la Escobilla - 40.64 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020540

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosamaria Carrasco Olivera*  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy Eliana Gonzalez Espinoza*  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM X 15.24 CM X 7.62 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 13 MM
- Longitud total de la Escobilla - 15.24 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 7.62 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020599

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
CEP. 15482  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 18.41CM x 3.81CM**

**EMPAQUE:**

- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 13 MM
- Longitud total de la Escobilla - 18.41 cms.
- Longitud total de las Cerdas de la Escobilla - 3.81 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020603

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 2 MM x 30.48 CM x 2.54 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 2 MM
- Longitud total de la Escobilla - 30.48 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 2.54 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020592

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3 MM x 30.48CM x 2.54 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 3 MM
- Longitud total de la Escobilla - 30.48 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 2.54 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020593

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3.2 MM x 45.72CM x 5.08 CM

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 3.2 MM
- Longitud total de la Escobilla - 45.72 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 5.08 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020594

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 30.48 CM x 6.35CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 5 MM
- Longitud total de la Escobilla - 30.48 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020595

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 60.96 CM x 6.35 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 5 MM
- Longitud total de la Escobilla - 60.96 cms
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020596

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 6 MM X 40.64 CM X 6.35 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 6 MM
- Longitud total de la Escobilla - 40.64 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020535

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 10782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 9.6 MM x 60.96 CM x 6.35 CM

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 9.6 MM
- Longitud total de la Escobilla - 60.96 cms.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 cms.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020600

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 10 MM X 40.66 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 10 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 40.66 CMS.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 CMS.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020388

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 11 MM X 40.64 CM.

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 11 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 40.64 CMS.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 CMS.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020387

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ECTANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 3.2  
MM X 45.72 CMS.

**EMPAQUE:**

- Individual
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atoxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 3.2 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 45.72 CMS.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 5.08 CMS.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020413

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15232  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 5 MM X 40.64 CMS.**

**EMPAQUE:**

- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 5 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 40.64 CMS.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 CMS.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020389

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 6 MM.  
X 40.64 CMS.**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Bolsa de Polietileno de Baja Densidad.
- Garantiza Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Manipular Manualmente.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Atóxico y A pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Escobilla de Nylon Blanco.
- Libre de Látex.
- Diámetro de la Cabeza de la Escobilla - 6 MM.
- Longitud Total de la Escobilla - 40.64 CMS.
- Longitud de las Cerdas de la Escobilla - 6.35 CMS.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020412

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESCOBILLA PARA CIRUJANO CON CERDAS SUAVES CON SOL DES**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril
- Garantiza la hermeticidad e integridad del producto.
- Fácil de manipular manualmente.
- Exento de partículas extrañas.
- PEEL OPEN

**MATERIAL:**

- Poliuretano libre de látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cepillo / esponja desechable para lavado antiséptico de manos impregnado
- No reutilizable
- Con limpiador de uñas
- ENVEVIDO Con 20ml de Gluconato de Clorhexidina al 4%.
- Dimensiones 45mm x 90mm x 35mm

**INSTRUCCIONES:**

- Humedezca manos y antebrazos con agua, limpie manos, dedos, espacios entre dedos, antebrazos y uñas mínimo 3 minutos

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 40 Unidades
- Con Dispensador Descartable de Cartón Fijable en Pared Conteniendo 40 Und.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700740261

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL SOCENIM MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPARADRAPO HIPOALERGENICO (DE TELA NO TEJIDA SUAVE) 2.5 CM X 9.1**

**EMPAQUE:**

- Garantiza la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con Instructivo de Uso en Español.
- Rotulado según bases.
- No estéril, pero garantiza la asepsia del producto.

**MATERIAL:**

- Material de respaldo: soporte de tela suave poliéster no tejido, poroso, adaptable.
- Adhesivo: poliacrilato.
- Libre de Látex

**CARACTERISTICAS:**

- Transpirable, permite el normal intercambio gaseoso de la piel.
- Hidrofóbico. Resistente al agua. De buen desempeño en pieles húmedas y sudorosas.
- Adaptable, a situaciones clínicas donde se anticipa inflamación, distensión, edema o movimiento del tejido. Excelente adaptabilidad a zonas de curvatura o pliegues corporales.
- Puede estirarse para acomodar inflamación o movimiento. Distensible en ambas direcciones.
- Brinda resistencia al rasgado, resistencia a la tracción y es poroso al aire.
- Fácil de cortar y manipular los rollos están precortados transversalmente cada 5 cm que facilita el rasgado sin necesidad de tijeras.
- Cuenta con adhesión inicial muy alta y que aumenta con el tiempo.
- Fácil de manipular con guantes.
- Es transparente a los rayos X.
- Gran poder adhesivo que no daña la integridad de la piel
- Fácil de aplicar y retirar; muy cómoda para el paciente
- Al retirarse, no deja residuos.
- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De Fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebajas y/o aristas cortantes.

**DIMENSIONES:** 1" X 10 Yards.

**PRESENTACIÓN:** Caja x 24 bolsas, cada bolsa con 1 rollo

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 30CM X 9.14 M X 5 CORTES**

**EMPAQUE:**

- Caja de 5 cortes.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Con letra legible en español, impreso en el envase fecha de expiración, fabricación, número de lote y el símbolo libre de látex.

**MATERIAL:**

- Seda microporoso, resistente con adhesivo. Libre de látex.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Seda micro poroso, resistente con adhesivo, libre de látex.
- Condiciones biológicas: aséptico, hipoalergénico y atóxico.
- El agente adhesivo debe ser de acrilato, tener distribución homogénea y no desprenderse de la seda de adhesión firme a la piel y al retiro no debe dejar residuos, ni dañar la piel, no debe deformarse al corte de fácil rasgado manual longitudinal y transversal no debe dejar hilachas.
- Pruebas de hipoalerginidad y citotoxicidad emitidas por el laboratorio fabricante del producto.

**DIMENSIONES:**

- De 1", 2", 3" y 4" x longitud (yarda)

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700250286

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECÁNICO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Látex free

**CARACTERÍSTICA:**

- Tapa protectora de orificio
- Surtidor del recipiente del MDI
- Sujetador del recipiente
- Orificio para el recipiente
- Cámara de retención del aerosol del ACE (espaciador)

**DIMENSIONES**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700740263

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA BONZALEZ ESPINO  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Látex free

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tapa protectora de orificio
- Surtidor del recipiente del MDI
- Sujetador del recipiente
- Orificio para el recipiente
- Cámara de retención del aerosol del ACE (espaciador)

**DIMENSIONES:**

- Adulto


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPATULA DE AYRE DE MADERA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Tipo: Madera blanca de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas, astillas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: aséptico ó estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- De material: Madera blanca pulida con bordes lisos.

**DIMENSIONES:**

- Estándar.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700740993

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 10 CM x 10CM x 5**

**EMPAQUE:**

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con hilo radiopaco entrelazado en la trama de la gasa.
- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

**PRESENTACIÓN:**

- En 16 dobleces, extendido 45cm x 45cm .Doblada 10cm x 10cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos dias

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700270193

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 7.5CM x 7.5CM x 5**

**EMPAQUE:**

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con hilo radiopaco entrelazado en la trama de la gasa.
- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

**PRESENTACIÓN:**


- En 16 dobleces, extendido 19cm x 35cm .Doblada 7.5cm x 7.5cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700270194

MINISTERIO DE SALUD  
"SAN BARTOLOME"  
  
MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.F.P. 37204  
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 CM X 4.5 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Estéril
- Film Polietileno de baja densidad y papel TYVEK
- Peel open
- Garantiza la hermeticidad e Integridad del Producto
- Tejidos y residuos de una sola pasada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Superficie abrasiva que remueve de forma efectiva los tejidos y residuos de una sola pasada
- Almohadilla universal de respaldo para la colocación
- Libre de látex
- Detectable por rayos X
- Diseño compacto.

**DIMENSIONES:**

- 4.5 cm x 4.5 cm.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020392

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**EXTENSIÓN DIS DE 3 VIAS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Sellado con una película grado médico.
- Rotulado envase inmediato: Impresión indeleble de Nombre del producto en idioma español. N° de lote N° de registro sanitario, Fecha de Vencimiento, datos del importador.

**MATERIAL:**

- Cuerpo de Balox grado médico.
- Longitud 50 a 80 cm.
- Diámetro interno 2.7 mm.
- Conector hembra en el extremo.
- Sellado de silicona y policarbonato.
- No contiene látex.
- Condición biológica: Estéril, atóxico, a pirógeno, tapa protectora.

**CARACTERISTICAS:**

- Sistema trifurcado para administración estándar o equipo de bomba.
- Uso en catéteres periféricos, centrales y arteriales en pacientes pediátricos.
- Cuatro pinzas retirables.
- Conector hembra con giro de 360 °C

**DIMENSIONES:**

- De 3 VIAS

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741447

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 35282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

## EXTENSORES PROLONGADORES DE DOBLE LÚMEN

### EMPAQUE:

- Blíster estéril
- Resistencia a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases.

### MATERIAL:

- Poliuretano
- Condiciones biológicas estériles

### CARACTERÍSTICAS:

- Prolongador o extensores de 2 vías.
- Extra flexibles, transparentes.
- Volumen muerto: 0.5ml, Flujo ml/min 160.
- Conectores de bioseguridad de 123mm ensamblados al prolongador en cada lumen, con cierre hermético y acceso sin agujas, de flujo neutro.
- Pinza de clampaje en cada vía codificado por color que permita la fácil identificación de soluciones administradas.
- Permite conectar a los catéteres varias líneas siendo c/u independiente hasta su llegada al catéter.

### DIMENSIONES:

- Longitud: 10cm
- Diámetro interno: 1.50mm
- Diámetro Externo: 2.50mm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOLENTE MADRE-NII  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZ  
C.E.P. 17282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**EXTENSORES PROLONGADORES DE TRIPLE LÚMEN**

**EMPAQUE:**

- Blíster estéril
- Resistencia a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano
- Condiciones biológicas estériles.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Prolongador o extensores de 3 vías Extra flexibles, transparentes
- Extra flexibles, transparentes.
- Volumen muerto: 0.5ml, Flujo ml/min 160
- Conectores de bioseguridad de 123mm ensamblados al prolongador en cada lumen, con cierre hermético y acceso sin agujas, de flujo neutro
- Pinza de clampaje en cada vía codificado por color que permita la fácil identificación de soluciones administradas.
- Permite conectar a los catéteres varias líneas siendo c/u independiente hasta su llegada al catéter.

**DIMENSIONES:**

- Longitud: 10cm
- Diámetro interno: 1.50mm
- Diámetro Externo: 2.50mm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MAD  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESP  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFE

**FILTRO ANTIBACTERIANO FASE ESPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Que proteja la Integridad del Producto.

**MATERIAL:**

- Filtrante hidrofóbico
- Libre de rebabas y arista cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa de plástico de color blanco de dos salidas adaptado al ventilador reusable
- Se esteriliza en autoclave

**DIMENSIONES:**

- De 3 a 3.5 pulgadas de diámetro por 5 o 6 pulgadas

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190063

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL BOGOTEN MADRE-NINO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO ANTIBACTERIANO FASE INSPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Que proteja la Integridad del Producto.

**MATERIAL:**

- Filtrante hidrofóbico.
- Libre de Rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa de plásticos de color blanco de dos salidas
- Adaptado al ventilador mecánico.
- Reusable.
- Esterilización en Autoclave.
- Tamaño: 3 a 3.5" pulgadas de diámetro por 5 o 6 pulgadas.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190012

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP: 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Que proteja la Integridad del Producto.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Hidrófobo
- Alta eficiencia de filtración antibacteriano

**DIMENSIONES**

- Standard

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190253

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15289  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Que proteja la Integridad del Producto.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa de plástico de color blanco ó azul de dos salidas adaptadas al ventilador descartable

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190132

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO BACTERIOLÓGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Que proteja la Integridad del Producto.

**MATERIAL:**

- Filtrante Hidrofóbico
- Libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa de plástico de color blanco transparente de dos salidas adaptadas al ventilador descartable.

**TAMAÑO:**

- De 3 a 3.5 pulgada de diámetro por 5 ó 6 pulgadas.
- E - 500.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190183

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA ATOM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Tipo paño pesado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Filtro de aire para incubadora neonatal con medidas 24cm x 16cm
- Color blanco con bordes de papel laterales

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190142

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA FANEN MODELO VISIÓN 2186**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Tipo paño pesado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Filtro de aire para incubadora neonatal con medidas 28 cm x 10 cm
- Color rosado con bordes de papel laterales

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190193

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
E.P. 17282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA GRAFFE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal
- Dimensiones: 14.0 cms x 3.5 cms.
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 12282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO DE ENTRADA PARA GDU DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Filtrante Hidrofóbico.
- Libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa de plástico de color blanco de dos salidas, adaptado al ventilador mecánico reusable.
- Esterilización en Autoclave.
- Tamaño de 3 a 3.5 pulgadas de diámetro por 5 ó 6 pulgadas.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190182

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15281  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN, 0.2 UM (FILTRO LINEA).**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril descartable
- Empaque fácil de abrir manualmente: Peel Open

**CARACTERÍSTICAS:**

- Filtro efectivo para retener bacterias y partículas a partir de 0.2 um y 1.2um
- Membrana de soporte de 0.2 um
- Filtro hidrófobo que retiene burbujas de aire (membrana de aire hidrofóbico)
- Área de filtración efectiva: 10.00 cm<sup>2</sup>
- Rango de flujo: >30 ml / min.
- Conexión Luer Lock
- Rotulado del empaque que especifique el N° de lote del producto, así como la fecha de vencimiento.
- Uso: Soluciones en infusión a presión o inyección.
- Presión: Mínimo 2.40 bar

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN 1.2 UM (FILTRO LINEAL)**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril descartable
- Empaque fácil de abrir manualmente: Peel Open

**CARACTERÍSTICAS:**

- Filtro efectivo para retener bacterias y partículas a partir de 0.2 um y 1.2um
- Membrana de soporte de 0.2 um
- Filtro hidrófobo que retiene burbujas de aire (membrana de aire hidrofóbico)
- Área de filtración efectiva: 10.00 cm<sup>2</sup>
- Rango de flujo: >30 ml / min.
- Conexión Luer Lock
- Rotulado del empaque que especifique el N° de lote del producto, así como la fecha de vencimiento.
- Uso: Soluciones en infusión a presión o inyección.
- Presión: Mínimo 2.40 bar

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15284  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO DE VIA EXPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Filtrante hidrófobico
- Libre de rebabas y arista cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Carcasa trasparente que permite una mejor inspección visual del medio filtrante.
- Se esteriliza en autoclave
- Producto reutilizable compatible para cualquier tipo de ventilador.
- Eficiencia de filtración 99.99% de retención de partícula  $> = 3 \text{ UM}$ .

**TAMAÑO:**

- De 3 a 3.5 pulgadas de diámetro por 5 o 6 pulgadas

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190181

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FILTRO HEPA PARA VENTILADOR MECÁNICO MAQUET REHUSABLE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- De Polipropileno transparente
- De papel fibra de vidrio (HIDROFOBICO)

**CARACTERISTICAS:**

- Entrada: cono coaxial.
- Salida: cono hembra.
- peso: > 55 grs.
- Volumen interno: 170 ml
- Presión: Max. 30 Kpa
- Fugas: > 2 ml/min
- Eficacia bactericida y vírica
- Caja x 60

**PRESENTACION:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**


- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CODIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO PARA CALEFACTOR DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Filtrante, acrílico transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente al flujo de aire
- Eficacia del Material Filtrante
- Papel interno, absorbente en forma de acordeón mínimo de 99.97%
- Esterilización: autoclave

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700190180

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FILTRO PARA LA PREPARACIÓN DE QUIMIOTERAPICOS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Filtrante, acrílico transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Dispositivo de seguridad (filtro).
- Posee filtro de aire de 0.2  $\mu$ m
- Posee filtro de partículas de 5 $\mu$ m que retiene partículas en suspensión.
- Posee válvula integrada doble vía, anti goteo en cualquier posición.
- Protege la medición de contaminación por bacterias
- Libre de látex.
- Ofrece un sistema cerrado en la preparación y reconstitución de fármacos, al conectar una jeringa el canal se abre, al retirarlo se cierra automáticamente.
- Facilita la eliminación de burbujas al aspirar, gracias a su válvula bidireccional.
- Permite la utilización de jeringas Luer slip y Luer Lock

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDOY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FOCO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Lámpara XLED para laringoscopio.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Fácilmente removible, desmontable.
- Compatible con hojas de laringoscopio estándar RIESTER.

**PRESENTACIÓN:**

- Lámpara de xenón XL de 3,5 V; para laringoscopios F.O. XL 3,5 v.
- Lámpara de LED de 2,5 V; para laringoscopios F.O. LED 2,5 V.
- Lámpara de vacío pequeña 2,7 V; para laringoscopios estándar ri-stadard Miller.
- Números 00 a 1.
- Lámpara de vacío grande 2,7; para laringoscopios estándar ri - standard Miller.
- Macintosh. 0 a 4.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080096

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FOCO DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO TIPO RIESTER**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Sello hermético.
- Estándar
- Individual o en caja de 6 focos de 3.5 voltios.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080419

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*Rosario*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*Edy*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FOCO DE LUZ HALOGENA 20 V - 150 W PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Luz Halógena
- De 150 W - 20 V – DDL
- Para fotómetro compatible con modelo LU - 4 P

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080346

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA BARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15482  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FOCO PARA LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER DE 3.5 V**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Sello hermético
- Estándar
- Individual o en caja de 6 focos de 3.5 voltios

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080673

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1523  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER DE 3.5 V FIBRA ÓPTICA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARÁCTERÍSTICAS:**

- Reusable.
- Sello hermético.
- Estándar.
- Individual de 3.5 voltios.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080674

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER XL 11428 DE 2.5 V**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de particulas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable.
- Lámpara de xenón XL 11428.
- Fibra óptica.

**PRESENTACIÓN:**

- De 2.5 voltios.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080268

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MAORE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA CONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FOCO PARA LINTERNA TIPO LAPICERO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Envase plastificado ó estuche.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Estándar
- Individual focos de 3.5 voltios.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 285400080254

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15182  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 3 L**

**EMPAQUE:**

- Individual, que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil apertura
- Exento de partículas extrañas

**MATERIAL:**

- Polímero transparente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa y nítida
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con tapa hermética y de fácil apertura, mas conexiones
- Cada tapa con triple empaquetadura de repuesto

**CAPACIDAD:**

- 3 litros

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142641**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 4 L**

**EMPAQUE:**

- Individual, que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Fácil apertura
- Exento de partículas extrañas

**MATERIAL:**

- Polímero transparente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa y nítida
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con tapa hermética y de fácil apertura, mas conexiones
- Cada tapa con triple empaquetadura de repuesto

**CAPACIDAD:**

- 4 litros

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1 L CON DOS PIPETAS**

**EMPAQUE:**

- Empaque Individual, que garantice integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Frasco de vidrio pñrex transparente.
- Cánulas de vidrio o polímero

**CARACTERÍSTICAS:**

- Frasco y cánulas autoclavables.
- Frasco graduado desde 10 ml hasta 1000 ml.
- Tapa de jebe con cierre hermético y con precinto de seguridad de metal enroscable, con perforaciones para cánulas.
- Cánulas de 25 cm, y de 12 cm de largo, diámetro de 10mm

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1000ml
- Con dos pipetas
- Kit de repuestos: cuatro juegos de cánulas. Según requerimiento.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141950

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1L CON TRES PIPETAS**

**EMPAQUE:**

- Empaque Individual, que garantice integridad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Frasco de vidrio pírex transparente.
- Cánulas de vidrio o polímero

**CARACTERÍSTICAS:**

- Frasco y cánulas autoclavables.
- Frasco graduado desde 10 ml hasta 1000 ml.
- Tapa de jebe con cierre hermético y con precinto de seguridad de metal enroscable, con perforaciones para cánulas.
- Cánulas de 25 cm, y de 12 cm de largo, diámetro de 10mm

**DIMENSIONES:**

- Capacidad de 1000ml
- Con tres pipetas
- Kit de repuestos: cuatro juegos de cánulas. Según requerimiento.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141951

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA BONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 75292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 ML.**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas, aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

**ACABADO:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes.

**CONDICIONES BIOLÓGICAS**

- Aséptico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Frasco con tapa de cierre hermético.
- Transparente graduado en cc
- Indicador nivel mínimo y máximo
- Adaptador para toma de oxígeno con punto de salida de fácil conexiones

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142053

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN 1 L CON TAPA DE POLICARBONATO PARA  
ASPIRADORA DE SECRECCIONES**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Polímero transparente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa y nítida
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con tapa hermética y de fácil apertura, más conexiones
- Cada tapa con triple empaquetadura de repuesto

**CAPACIDAD:**

- 1 litro

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700143006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 1.5 L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Polímero transparente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa y nítida
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con tapa hermética y de fácil apertura, mas conexiones.
- Cada tapa con triple empaquetadura de repuesto

**CAPACIDAD:**

- 1.5 litros

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700142856**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 2.2. L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Polímero transparente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa y nítida
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con tapa hermética y de fácil apertura, mas conexiones
- Cada tapa con triple empaquetadura de repuesto

**CAPACIDAD:**

- 2.2 litros

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142642

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE VIDRIO AMBAR 250 ML CON TAPA ROSCA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Fácil apertura

**MATERIAL**

- Vidrio Tipo Pyres Color Ámbar

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Graduado en tinta indeleble con logo de la institución y/o servicio según la necesidad del usuario
- Resistente a la esterilización.
- Tapa Rosca con protector.
- Capacidad del frasco de 250 CC.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000150211

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 120 ML

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Fácil apertura

**MATERIAL**

- Vidrio Tipo Pyres Color Ámbar

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Graduado en tinta indeleble con logo de la institución y/o servicio según la necesidad del usuario
- Resistente a la esterilización.
- Tapa Rosca con protector.
- Capacidad del frasco de 120 cc

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000150213

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



FRASCO DE VIDRIO X 1 L

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Polímero transparente, con tapa

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000150323

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

# TOMO II

# 2015

**HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO**  
**"SAN BARTOLOME"**



**DOCUMENTO TECNICO:**

**MANUAL DE ESPECIFICACIONES  
TECNICAS DE MATERIALES E  
INSUMOS MEDICOS DEL  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

**MARZO 2015**



**FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA  
SHUCO DE 1.4 L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Vidrio transparente.
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa nítida y durable.
- Con tapa hermética y de fácil apertura más conexión.
- Con triple repuesto jebe u otro que rodea la tapa del frasco de aspiración.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141959

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SANTO ESPÍRITO"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA  
THOMAS DE 1.4 L**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Vidrio transparente.
- Acabado libre de rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con graduación impresa nítida y durable.
- Con tapa hermética y de fácil apertura más conexión
- Con triple repuesto jebe u otro que rodea la tapa del frasco de aspiración

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141958

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFF. DFI. SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 75282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 503

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cable más adaptador (transformador) de 220 voltios reusable con garantía de un año

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700140908

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 504

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cable más adaptador (transformador) de 210 a 220 voltios reusable con garantía de un año

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700140907

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEI. SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**GAS OXIDO DE ETILENO 100% X 100 G**

**EMPAQUE:**

- Individual caja de cartón, que proteja la integridad del producto, que garantice el transporte y almacenaje.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tubo metálico blindado conteniendo sustancia esterilizante de óxido de etileno líquido al 100%.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico, incoloro.
- Límite de inflamabilidad inferior al 3% y superior al 100%.
- Irrompible ante golpes y caldas.
- Largo 16.5 cm diámetro 3.8 cm.
- Sellado hermético.
- Soluble al agua.
- Aroma detectable aprox. De 500 a 750 ppm.
- Cartucho debe ser insertado y retirado sin dificultad.
- El cartucho debe ser compatibles con el equipo.

**DIMENSIONES:**

- Peso: 100 gramos = 3.52 onzas

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 354300140014

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10CM x 10 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI**

**EMPAQUE:**

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI), que cumpla con la norma técnica nacional.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

**DIMENSIONES:**

- En 8 pliegues, extendido 45cm x 45cm .Doblada 10cm x 10cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700270214

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DE SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 37282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM x 7.5 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI**

**EMPAQUE:**

- Individual doble empaque.
- Interno papel crepado
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Gasa de hilo de algodón 100% natural de 20 x 16 hilos por pulgada cuadrada, (gasa tipo VI), que cumpla con la norma técnica nacional.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tejido uniforme, color blanco, inodoro
- Bordes ocultos cocido o remallados
- Libre de hilachas, pelusas e impurezas.
- Esterilización: rayos gamma, o vapor.

**DIMENSIONES:**

- En 8 pliegues, extendido 19cm x 35cm .Doblada 7.5cm x 7.5cm (+/- 2cm) x 5 unidades.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 495700270152**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 7528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON TIRAS**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual aséptico
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida o polipropileno SMS
- Gramaje 20 á30 gramos /m2 +/- 5%
- Copas de gorro 17 gr.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sistema de sujeción con dos amarres en la parte posterior
- Color verde ó azul
- Que no se desgarre durante su uso
- No desprenda pelusas
- Hidrofóbico

**DIMENSIONES:**

- Contorno 65 cm adaptable a todo tamaño de cráneo
- Alto de 13cm

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500011307

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON ELASTICO**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque en caja dispensadora o empaque individual aséptico
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tela no tejida de celulosa o polipropileno SMS
- Elástico en la circunferencia , suave y resistente
- Gramaje 20 a30 gramos x m2

**CARACTERÍSTICAS:**

- Elástico en la circunferencia , suave y resistente
- Diámetro 45cm
- Color verde o blanco
- Que no se desgarre durante su uso
- No desprenda pelusas
- Hidrófobo

**DIMENSIONES:**

- Adaptable a todo tamaño de cráneo.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500011306

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 75262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100 UNI**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

**DIMENSIONES:**

- Medidas: Small,

**PRESENTACIÓN:** Caja x 100 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700280019

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100 UNI**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.
- 

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

**DIMENSIONES:**

- Medio

**PRESENTACIÓN:** Caja x 100 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700280018

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY GERARDA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. N° 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100 UNI**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque con dispensador
- Que garantice la integridad del producto
- Rotulado: Según bases.
- 

**MATERIAL:**

- Látex de uso clínico hospitalario, Test de propiedades físicas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Ambidiestro
- De superficie lisa y uniforme
- Sin perforaciones
- Resistente al uso
- Longitud adecuada que cubra la muñeca.

**DIMENSIONES:**

- Large

**PRESENTACIÓN:** Caja x 100 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700280017

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ELYANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15280  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6**

**EMPAQUE:**

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Látex de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

**DIMENSIONES:**

- Talla : 6

**PRESENTACIÓN:** Par

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700290014

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2**

**EMPAQUE:**

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

**DIMENSIONES:**

- 6 1/2

**PRESENTACIÓN:** Par

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700290002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.B. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7**

**EMPAQUE:**

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

**DIMENSIONES:**

- Talla 7

**PRESENTACIÓN:** Par

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700290003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. N° 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2**

**EMPAQUE:**

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

**DIMENSIONES:**

- Talla 7 1/2,

**PRESENTACIÓN:** Par

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700290004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC EDY LUANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15182  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8**

**EMPAQUE:**

- Individual, doble empaque.
- Empaque primario tipo cartera de papel grado médico, indicando derecho e izquierdo.
- Empaque secundario de papel grado médico, herméticamente cerrado, de apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Indicador visible del método de esterilización.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- látex de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Esterilizado por rayos gamma.
- Forma anatómica.
- Sensible al tacto.
- Ligeramente áspero.
- Fécula de maíz absorbente.
- Color natural.
- Resistente al uso.
- Borde de la caña que ejerza una presión adecuada y evite el deslizamiento.
- Impresión de la talla indeleble o en alto relieve indicando derecho e izquierdo.

**DIMENSIONES:**

- Talla 8

**PRESENTACIÓN:** Par

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700290005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODÓN 6 IN X 100**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Algodón 100% natural para uso clínico hospitalario.
- Madera de superficie lisa.

**CARACTERÍSTICA:**

- Compacto con buena adhesiva del algodón a la varilla.
- Condición: aséptico.

**DIMENSIONES:**

- De 6 pulgadas.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 135000190094

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EGY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT MR 410**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Cámara acrílica
- Base de aluminio, espiral de aluminio.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Para uso en oxígeno terapia, halos y otras aplicaciones donde el flujo de gas sea constante
- Con control electrónico que mantiene preciso e invariable el calefactor a la T° del Gas
- Temperatura de control de Calefactor 45-75 C
- Protección contra sobre temperatura: 93° C más – menos 5° C
- Dimensiones: 13.5 x 17 cm x 15.6 cm
- Peso: 1.3 Kg
- Requerimiento de energía: 230 VC. 50-60 Hz
- Potencia de 85 W.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142239

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y partículas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Cámara acrílica.
- Base de aluminio, espiral de aluminio.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Para uso en oxígeno terapia, halos y otras aplicaciones donde el:
- Flujo de gas sea constante.
- Con control electrónico que mantiene preciso e invariable el calefactor a la T° del gas.
- Temperatura de control de calefactor de 45 – 75 °C.
- Protección contra sobre temperatura de 93 °C más – menos 5 °C.
- Máxima presión de trabajo 20 Kpa.
- Dimensiones 13.5 x 17 x 15.6 CMS.
- Peso de 1.3 Kg.
- Requerimiento de energía de 230 VAC 50 – 60 Hz.
- Potencia de 85 W.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142230

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL ROSENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO LECTURA RÁPIDA X

50

**EMPAQUE:**

- Multiempaque con caja dispensadora
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tubo vial de Polipropileno flexible, con filtro y orificio en extremo superior, con cinta conteniendo Esporas *sterothermophilus*
- Ampolla: vidrio con medio de cultivo enzimático.
- De lectura rápida de 1 a 3 horas.
- Acoplamiento hermético de tapa y cuerpo

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 50 unidades. Incubadora en calidad de comodataX: Incubadora o placa calefactora para lectura rápida 1 a 3 horas

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060086

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY EVANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.N. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CALOR HUMEDO X 100**

**EMPAQUE:**

- Multi- empaque
- Empaque de film flexible
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Pastilla química
- Papel y empaque laminado

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- Con movimiento frontal respondiendo a los parámetros de esterilización a vapor.
- Que responda a temperaturas de 121 °C y 134 °C.
- El Viraje visiblemente diferenciado a través de la ventada (no aceptado/ aceptado)
- Clase V

**DIMENSIONES:**

- Tira laminadas debe medir 2cm de ancho y de 5cm a 10cm de largo.

**PRESENTACIÓN:** Por 100 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060174

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR HUMEDO X 480

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad, manipulación, transporte y almacenaje del producto.
- De fácil apertura
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tiras de cartulina con sustancia química reactiva.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico.
- Reactiva al vapor, temperatura o tiempo.
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira..
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.
- Clase IV

**PRESENTACIÓN:**

- Tiras de cartulina debe medir 1.5cm de ancho y de 10cm a 12 cm de largo

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO**

**CÓDIGO SIGA:** 512000060080

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO X 60 YD

**EMPAQUE:**

- Doble empaque
- Empaque primario en cartón
- Empaque secundario en plástico
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Cinta indicadora adhesiva con tinta termoquímica

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- En el anillo interno debe estar impreso el nombre del producto, fecha de vencimiento, N° de lote.
- Cinta adhesiva con tinta reactiva al proceso de esterilización.
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.

**DIMENSIONES:**

- Rollo de 60 yardas.
- Clase I

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060050

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA DOMÍNGUEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 50**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque con caja dispensadora
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tubo de Polipropileno flexible con filtro para oxido de etileno y orificio en el extremo superior, conteniendo tira con Esporas de bacillus atrophaeus. Tubo con etiqueta y barra indicadora reactiva.
- Ampolla de vidrio con medio de cultivo enzimático.
- Tubo conteniendo el bio – indicador.
- De lectura rápida de 1 a 4 horas.
- Acoplamiento hermético de tapa y cuerpo

**DIMENSIONES:**

- 5.5 cm de largo, 0.8 cm de diámetro aproximadamente.

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 50 unidades. Incubadora en calidad de comodata: incubadora o placa calefactora para lectura rápida de 1 a 4 horas.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 512000060155**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 480**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad, manipulación, transporte y almacenaje del producto.
- De fácil apertura
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tiras de cartulina con sustancia química reactiva.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptico.
- Reactiva a uno o más parámetros de esterilización
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira.
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.
- Clase IV

**PRESENTACIÓN:**

- Tiras de cartulina 1.5 cm x 10 cm o 20 cm. aprox.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060106

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 250

**EMPAQUE:**

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tiras de papel con tinta reactiva.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Aséptico, atóxico.
- El Viraje visiblemente diferenciado.
- Clase V
- Reactiva a: Tiempo, Temperatura, Humedad relativa y Concentración de gas
- El Viraje debe ser uniforme y visiblemente diferenciado.
- Instrucciones de color de viraje en español en cada tira.
- Tinta indicadora homogénea en una sola cara de la tira.
- Con líneas perforadas que permitan ser divididas por la mitad.

**DIMENSIONES:**

- De 10 x 2 cm.

**PRESENTACIÓN:**

- 250 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060172

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A PEROXIDO DE HIDROGENO X 30**

**EMPAQUE:**

- Empaque en caja de cartón plastificado
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente
- Rotulado indica del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Vial con medio de cultivo con reactivo que evidencia un cambio de color (luego de ser procesado e incubado). Ante la supervivencia de microorganismos.
- Impregnado con esporas de *Geobacillus Sterothermophilus* y medio de cultivo, ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial tiene con medio selectivo para su uso con peróxido de hidrógeno.
- Tiempo de incubación 24 horas.

**PRESENTACIÓN:** Caja x 30

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060201

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO 18 MMS  
X 50 M

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la Manipulación y Almacenaje.
- Que garantice la Hermeticidad e Integridad del Producto.
- Fácil de Abrir Manualmente
- Exento de partículas Extrañas
- Exento de Rebabas y/o Aristas cortantes.
- Rotulado: Según Bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Cinta Adhesiva con Sustancia Química Reactiva
- Acabado: Libre de Rebabas y/o Aristas Cortantes.
- Condiciones Biológicas: Aséptico - Atoxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adecuado Viraje de Control en el anillo Interno debe estar impreso el Nombre del Producto y Fecha de Vencimiento.

**DIMENSIONES:**

- Rollo de 50 a 60 Yardas.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060203

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR QUIMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  
60 YD

**EMPAQUE:**

- Empaque individual dispensador.
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil abrir manualmente.
- Rotulado indica nombre del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Cintas indicadora reactiva con sustancia química de viraje a la esterilización por peróxido de hidrógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cinta con adhesivo sensible a la presión.
- Cinta con sustancia química en el lado no adhesivo sensible al peróxido de hidrógeno.
- El componente químico cambia de color cuando ha sido expuestos a las condiciones del proceso plasma peróxido de hidrógeno.
- Cambio de color rosado a azul.
- No genera residuos tóxicos o contaminantes.

**PRESENTACIÓN:** Rollo de 19 mm x 54 metros.

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060136

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY OLIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

INDICADOR QUIMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 250

**EMPAQUE:**

- Empaque en caja de cartón plastificado.
- Garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rababas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado indica del producto, medidas, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**MATERIAL:**

- Tira indicadora reactiva con sustancia química de viraje a la esterilización por peróxido de hidrógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tira de 7.5 a 10 cm. Con indicador químico.
- Posee una línea continua de tinta.
- Tinta que cambia de un color a otro color altamente diferenciado cuando ha sido expuesta a las condiciones del proceso plasma peróxido de hidrógeno.
- No genera residuos tóxicos o contaminantes.

**PRESENTACIÓN:** Caja x 250 tiras.


**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060137

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1L**

**PRESENTACIÓN:**

- Envase inmediato: Bolsa (Sachet) transparente que permite visualizar su contenido, inserta herméticamente a la válvula doble check anti goteo, para ser usado en dispensador con sensor (no requiere tocar el dispensador para servirse del producto).
- Envase que garantiza las propiedades físicas químicas e integridad del producto
- Empaque (envase secundario): Caja de cartón dúplex por unidad de bolsa. Resistente al manipulación, transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Jabón líquido
- Presentación: 1000 ml
- Sin partículas extrañas en el producto.
- Con triclosan al 0,025%
- Uso exclusivo para higiene de manos.
- pH neutro
- Transparente, por el cual permite visualizar el contenido del producto y si este contiene partículas en suspensión.
- Con sustancias tenso activas dermo protectoras y humectantes para la piel, para que su repetido uso afecte lo menos posible las manos del personal de salud.
- Con Notificación Sanitaria de acuerdo a la normativa vigente Decisión 516.
- Vencimiento del producto: mayor a 26 meses después de su fabricación.
- Con sistema de partes internas y externas movibles (no una sola pieza), con el fin de realizar la limpieza, mantenimiento y cambio de las piezas del dispensador.
- Con baterías incluidas.
- Dispensador con sensor automático que permite ser utilizado con bolsas de jabón líquido o alcohol gel x 500, 800 y 1200 ml
- Con dispositivo de cierre para evitar vandalismos.
- Con interruptor de seguridad, que apaga automáticamente la unidad; si el dispensador no ha sido cerrado correctamente. Con el fin de evitar el gasto innecesario de las baterías.
- Fabricado en plástico ABS, duradero y resistente y de uso continuo.
- Dispensador debe contar con una ventana rectangular en la tapa para visualizar los niveles de consumo de jabón o de alcohol gel.
- Instalación en forma permanente con tornillos y bandas adhesivas.
- Cuenta con indicaciones de uso, instalación y recomendaciones.

**DIMENSIONES:**

- Standard

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 139200100090

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL LICENCIADO MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 50 ML**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- De apertura fácil (borde de apertura no menor de 0.5cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Cuerpo PVC grado medico uso hospitalario.
- Bombilla de caucho natural o material sintético (Elastómero) de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico
- Que no presente fluorescencias ni defectos de apariencia.
- Con línea de graduación permanente.
- Con aletas que permitan ejercer presión
- Transparente, resistente a la manipulación, que no pierda sus propiedades y características físicas.
- Bombilla flexible, que se adapte al diámetro interno del cuerpo de la jeringa.
- Debe asegurar perfecta hermeticidad.
- Cono de acoplamiento (pivote) con protector y adaptable a los calibres de las sondas.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 50 ML

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350293

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDVÉLIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15222  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 1ml con aguja 21 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350040

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA CARRASCO ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 27 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 1ml con aguja 27 G x 1 ½"


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26 G x 1/2"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 1ml con aguja 26 G x 1/2"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350046

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA VARIÁ CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 1ML C/A 25 G x 5/8"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 1ml con aguja 25 G x 5/8 "

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350044

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 3 ML G/A 21 x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 3ml con aguja 21 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350021

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 23 x 1"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 3ml con aguja 23 G x 1"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350026

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 5 ML C/ A 21 x 1 1/2"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 5ml con aguja 21 G x 1 1/2"


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350032

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELVIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 10 ML C/ A 21 x 1 1/2"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 10ml con aguja 21 G x 1 1/2 "

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350051

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 20 ML C/A 21 x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 20ml con aguja 21 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350055

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 50ml con aguja 21 G x 1 ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350261

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EGY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 1ML SIN AGUJA**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1ml.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 1ml sin aguja

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350069

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROGA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 3ml sin aguja.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350061

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 5 ML S/ A**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 5ml sin aguja

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350062

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Graduado indeleble en cc.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 10ml sin aguja

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350057

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15482  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



### JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA

#### EMPAQUE:

- Individual
- Resistente a la manipulación. Transporte y almacenaje.
- Que garantice las propiedades de esterilidad e integridad del producto.
- Peel Open de apertura uniforme.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

#### MATERIAL:

- Tipo: Polímero médico y caucho natural de uso clínico hospitalario.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalérgico, atóxico.

#### CARACTERÍSTICAS:

##### PISTON (JUNTA DE ESTAQUEIDAD)

- Fabricado de elastómero (material de caucho natural o material sintético que no presenta (florescencias no defectos de apariencia)
- No podrá ser del mismo material que el vástago.
- El émbolo deberá desplazarse sin dificultad, moviéndose con suavidad a lo largo de su recorrido dentro del cilindro, tanto en su introducción como en su extracción.
- A pesar de ser una pieza distinta al vástago, no deberá separarse del mismo ni se apreciará movimiento axial relativo entre ellos durante su uso.
- Debe asegurar una completa hermeticidad.

##### LINEA INDICE (LINEA FIDUCIAL)

- Deberá ser una línea perimetral junto al extremo del pistón, bien definida y claramente visible
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.

##### CONO DE ACOPLAMIENTO

- De preferencia debe tener protector.
- Con Luer Lock hasta jeringas con capacidad de 20 cc.
- La configuración del vástago y del disco de empuje será la adecuada para permitir con facilidad y seguridad el desplazamiento del pistón en el cilindro su uso normal.

#### DIMENSIONES:

- Jeringa de 20ml sin aguja

PRESENTACIÓN: Por unidad

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA: 495700350060

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DESCARTABLE 50 ML S/A**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.

**CARACTERISTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 50 ml sin aguja

**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:** 495700350068

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa de 60 ml
- 

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350095

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 26 X 1/2"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARÁCTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Graduación: en 100 unidades.
- Con aguja, descartable, de 26 G x 1/2 "

**DIMENSIONES:**

- 26 G x 1/2"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350310

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 29 G x ½"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Graduación: en 100 unidades.
- Con aguja, descartable, de 29 G x ½ "

**DIMENSIONES:**

- 29 G x ½"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350098

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA 26 G x 1/2"**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Estéril, hipo alergénico, atóxico.
- El pivote con sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Cono de acoplamiento (pivote) deberá ser concéntrico al eje del cilindro.
- Deberá señalar en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa, la misma que debe ser de 1cc.
- Con aguja, descartable, de. 26G x 1/2"

**DIMENSIONES:**

- 26 G x 1/2"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350252

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 1282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DE 1 ML P/ GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/ HEPARINA DE LITIO**

**EMPAQUE:**

- Individual en papel rotulado de apertura uniforme y sin aristas cortantes.
- Que garantice esterilidad e integridad.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Jeringa para uso pediátrico.
- Heparina controlada, disminuye las interferencias con los electrolitos, especialmente los bivalentes heparina de litio 2.8 unidades internacionales.
- Aguja de pared ultra delgada de filo diamantado.
- Aguja de pared ultra delgada de filo diamantado Nº 25 G x 5/8".
- Muestreo Pre-seteado y aspirado. Facilita la toma permitiendo el uso del método más conveniente.
- Cilindro de Poli-propileno de alta densidad. Asegura una excelente estabilidad de los gases.
- Sistema de conexión Luer Lock. Una forma cómoda y segura de insertar la aguja.
- La rápida y homogénea mezcla del anti coagulante con la muestra.
- Formulación de la heparina estandarizada. Una correcta fórmula y capacidad anti coagulante que asegura la correlación con el tiempo entre lotes.
- Pistón de diseño patentado con evacuación del aire en forma circunferencia. Permite la completa eliminación del aire de la muestra y mejora el tiempo de llenado.
- Mecanismo de pistón de doble acción. Permite el aspirado de la muestra cuando es requerido sin necesidad de adaptadores.
- Diseño ultra moderno. Compartible con los nuevos analizadores gases y electrolitos en conjunto. Con paneles extensos de test por muestra.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700350251

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
GEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DE VIDRIO 5 ML CON PICO DE VIDRIO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Vidrio.

**CARACTERÍSTICA:**

- Jeringa graduada, con pico de vidrio, el embolo deberá desplazarse sin dificultad

**DIMENSIONES**

- Jeringa de 5 ml

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701130036

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSALBA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DE CENTRO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA DE VIDRIO 10 ML CON PICO DE VIDRIO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Vidrio.

**CARACTERISTICA:**

- Jeringa graduada, con pico de vidrio, el embolo deberá desplazarse sin dificultad

**DIMENSIONES**

- Jeringa de 10 ml

**PRESENTACION:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CODIGO SIGA:** 495701130013

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL TOCÉN DE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EBY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 10 CC**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 10cc.

**PRESENTACIÓN**

- Se solicitará de acuerdo a la necesidad las bombas Infusoras, en calidad de Connotada

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JERINGA PERFUOSA DESCARTABLE N° 20 CC**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIALES:**

- Cuerpo, embolo y pivote de Polímero de uso hospitalario.
- Embolo, parte distal caucho natural de uso hospitalario.
- Aguja hipodérmica

**CARACTERÍSTICAS:**

- Exento de partículas extrañas.
- Cuerpo con escala en mililitros.
- Embolo de fácil desplazamiento, debe asegurar hermeticidad.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalergénico, atóxico.
- El pivote con Luer Lock, sellado hermético.
- Aguja hipodérmica descartable tribiselada, estéril, de acero quirúrgico.
- Graduado indeleble en CC.

**DIMENSIONES:**

- Jeringa 20cc.

**PRESENTACIÓN:**

- Se solicitará de acuerdo a la necesidad las bombas Infusoras, en calidad de Connotada

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DE SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR M. MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR ELECTRIC X 4**

**EMPAQUE:**

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo tela- nilón, blando sin látex reutilizable
- Acabado, libre de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- De 2 entradas
- Con blender o blader (con especificación universal)
- Kit de 4 brazaletes de diferente tamaño.

**DIMENSIONES:**

	Circunferencia del brazo	ancho del manguito
• extremidad		
• lactante <	8 a 12.8cms	48mm a 52mm
• Lactante >	9 a 14 cms	5 o 6cms
• Preescolar	13 a 19 o 20cms	7 o 7.5 cms
• Escolar –adolescente	18 a 26 cms	9 o 9.5 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142223

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO  
PARA MONITOR MINRAY X 4**

**EMPAQUE:**

- Multi- empaque
- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo tela- nilón, blando sin látex reutilizable
- Acabado, libre de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- De una sola entrada
- Con blender o blader (con especificación universal)
- Kit de 3 brazaletes de diferente tamaño.

**DIMENSIONES:**

	Circunferencia del brazo o extremidad	ancho del manguito
• lactante <	8.5 a 12.8 cms	48mm a 52mm
• Lactante >	9 a 14 cms	5 o 6cms
• Preescolar	13 a 19 o 20cms	7 o 7.5 cms
• Escolar -adolescente	18 a 26 cms	9 o 9.5 cms

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO  
NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado, transparente reusable con N° de código.

**CARACTERÍSTICAS:**

**CIRCUITO DE CORRUGADO COMPUESTO POR:**

- 1 corrugados transparente reusable siliconados
- 3 corrugados transparente reusable siliconados
- 1 corrugado transparente siliconado
- Una línea proximal 1/8
- Dos trampas de agua de material acrílico, transparente, reusable.
- 4 sujetadores
- 1 codos acrílico para conexión a tubo Endotraqueal
- 1 adaptador acrílico para conexión a humidificador
- 1 pieza en "y" con entrada para línea proximal
- Sensor de temperatura
- 1 Adaptador, para pieza en Y.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142878

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR  
MECANICO NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Siliconado, transparente reusable con # de código.

**CARACTERÍSTICAS:**

**CIRCUITO DE COARRUGADOS COMPUESTO POR:**

- |  |           |
|--|-----------|
| • 05 Corrugados transparentes reusable siliconados                 | TUB24P    |
| • 03 Adaptadores de corrugados celeste de material flexible.       | ADP333M   |
| • 10 Conectores acrílico para corrugado                            | ADP150M   |
| • 01 Pieza en Y con entrada para línea proximal                    | 900MR145  |
| • 01 Línea proximal 1/8  | TUB1200P. |
| • 04 Sujetadores   | CLP150P.  |
| • 02 Trampas de agua de material acrílico con válvula de seguridad | WTR100P.  |
| • 01 Adaptador para sensor de temperatura transparente reusable    | 900MR146  |

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741786

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDCYLIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 11282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR  
MECANICO VELA**

**EMPAQUE:**

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Un adaptador de abrazadera D.I. de 22 mm
- Una conexión cónica, macho de 7.5 mm.
- Dos adaptadores acodados de 90 grados.
- Un conector en Y.
- Dos trampa de agua, natural, Autoclavable.
- Cuatros tubos del circuito, pared interior lisa, de 76.2 cms.
- Un tubo del circuito, pared interior lisa, de 45.7 cms.
- Un diafragma de la válvula de exhalación.
- Una válvula de exhalación.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741785

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**JUEGO DE CABLES PARA CALEFACCION DE HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECANICO VELA 810**

**EMPAQUE:**

- Empaque de cartón
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cable adaptador para humidificador
- Cable calentador para humidificador
- Sensor de temperatura
- Ventilador mecánico / Viasys

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700170271

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas y químicas del producto
- Fácil apertura
- Exento de partículas extrañas

**MATERIAL:**

- Corrugados resistentes y reusables

**CARACTERÍSTICAS:**

- 6 Corrugados de 10 mm
- 1 Cable calefactor para la rama inspiratoria.
- 2 Trampas de agua
- 1 Adaptador en "Y" con puerto de presión.
- 1 Adaptador recto con puerto de temperatura
- 1 Restrictor de flujo
- 7 Adaptadores
- 1 alambre pasa cable
- Corrugados originales para ventilador SLE5000

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142164

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEF. OFICINA DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EVELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**KIT DE MONITORIZACION PICCO – GASTO CARDIACO UNIVERSAL**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque.
- Fácil de abrir.
- Resistente a la manipulación y almacenaje.
- Rotulado envase inmediato, impresión indeleble de nombre del producto en idioma español, número de lote, número de registro sanitaria, fecha de vencimiento datos del importador.
- Libre de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Conjunto de receptor de la presión mas sensor PV 4048
- Resistente al acodamiento y de fácil manipulación
- Que conserve y mantenga la forma de origen (memoria de forma)
- A traumático, no trombogenico
- No reesterilizable, de un solo uso

**DIMENSIONES:**

- Standard.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**LAPIZ MARCADOR DE PIEL PARA CIRUGIA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Estéril
- Papel de grado medico Peel Open
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Exento de partículas extrañas

**MATERIAL:**

- Tinta de Cloruro de Metilrosanilina
- No toxica y sirve para marcar la capa EPIDERMIS de la piel.
- Estéril, atoxico, a pirógeno e hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- No produce arañones a la piel
- Marcador de piel de doble punta
- Una punta del marcador fina y la otra gruesa.
- Con regla estéril descartable
- Fácil de limpiar o borrar con alcohol.

**FUNCION:**

- Permite reducir el diámetro del trocar reusable de 10 mm a 5 mm
- Para la introducción de instrumentos endoscópicos de 5 mm a la cavidad abdominal.

**DIMENSIONES:**

- Tamaño: Longitud 350 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad con regla estéril descartable

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741154

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Policarbonato de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusables
- Transparente.
- Resistente a la manipulación (que no se deteriore durante su uso)
- Bordes anatómicos con protección de los ojos.
- Antifog (antiniebla) permanente, que no se empañe con su uso.
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Deben permitir el uso simultáneo de lentes con medida.

**DIMENSIONES:**

- Standard.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000280485

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**LINEA DE INFUSIÓN SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSIÓN**

**EMPAQUE:**

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

**MATERIAL:**

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara de goteo flexible en la sección inferior y rígida transparente en la sección superior, para permitir mejor y mayor visualización del goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonómico que permite mejor agarre y previene el deslizamiento, mejorando la seguridad en la manipulación de la línea.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas de 15 micras.
- Con regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción la momento de desechar la línea.
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados de medicamentos, autosellable.
- Con protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.
- Con clamp de seguridad y sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).

**DIMENSIONES:**

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741866

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15312  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**LINEA DE INFUSIÓN CON BURETA PARA PARA BOMBA DE INFUSIÓN**

**EMPAQUE:**

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

**MATERIAL:**

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara graduada de 150 ml.
- La cámara graduada de 150 ml cuenta con anillo de flotación para mejor visualización del nivel del fluido.
- Anillo de flotación de la cámara graduada posee membrana de silicona que previene la introducción de aire en la cámara de goteo al quedar vacía la cámara graduada de 150 ml.
- Cámara de goteo flexible en la sección inferior y rígida transparente en la sección superior para permitir mejor y mayor visualización del goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonometro que permite mejor agarre y previene deslizamiento.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas de 15 micras.
- Con regulador de flujo manual, que posee ranura para inserción de punzón para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.
- Con sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados de medicamentos, autosellable.
- Los protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.

**DIMENSIONES:**

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741867

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. EDY ELIANA RONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13786  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN

**EMPAQUE:**

- Individual desechable con empaque, estéril.
- De fácil apertura PEEL POUCH.
- Exento de partículas extrañas libre de rebabas y aristas cortantes.
- Con número de lote, fecha de vencimiento y registro sanitario.

**MATERIAL:**

- PVC de grado medico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con sello de bomba.
- Sin filtro de aire.
- Sin segmento de bomba.
- Con tubuladura de PVC grado médico.
- Adaptable a la bomba en cualquier parte de la línea.
- Con bayoneta universal que permita el ajuste hermético
- Que permita el paso de grandes, medianos y pequeños volúmenes de líquidos en tiempos reducidos.
- Con válvula en "Y" multiperforable.
- Con conector universal.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741868

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**LINEA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA**

**EMPAQUE:**

- Individual de papel plastificado con sellado hermético.
- Fácil apertura (bordes de apertura no menor de 0.5cm)
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Material polietileno o PVC grado médico uso hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico y a pirógeno.
- Extensión Flexible, transparente de doble entrada,
- Con extremos adaptables a la jeringa (Luer Lock corrugable), y el otro a la catéter del paciente Luer look- enroscable) y con protectores que mantengan la esterilidad.
- Longitud 1.5mts, volumen de interno 2.75 ml.
- Con memoria de forma.

**DIMENSIONES:**

(\*) Compatibles con modelos de bomba de infusión de acuerdo al cuadro de necesidades.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141874

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE INFUSIÓN**

**EMPAQUE:**

- Individual Peel open.
- Hermético para mantener las condiciones de esterilidad del producto.
- Que garantice las condiciones de integridad del producto

**MATERIAL:**

- Tubo flexible, transparente sin perforaciones.
- Material de PVC de grado médico, libre de DEHP.
- Con segmento para bombeo de silicona.
- Condición biológica: estéril, atóxico y a pirógeno.

**CARACTERÍSTICAS:**

- El perforador o punzón tiene un canal de evacuación y un canal de entrada de aire que tiene un filtro antibacteriano y antiviral con una eficiencia mínima de 99.99% para asegurar la protección del paciente.
- Con cámara de goteo de color anaranjado flexible en la sección inferior y rígida translúcida en la sección superior que permita visualizar el goteo.
- La cámara de goteo cuenta con anillo ergonómico que permite mejor agarre y previene el deslizamiento, mejorando la seguridad en la manipulación de la línea.
- Con cámara de goteo con filtro de fluido para partículas 15 micras.
- Con regulador de flujo manual que posee ranura de inserción de punzón, para prevenir contaminación y riesgo de punción al momento de desechar la línea.
- Con segmento para bombeo de silicona, que permite una mejor precisión de la administración del medicamento y una mayor duración del uso de la línea.
- Con sitio en "Y" para agregados, libre de aguja para mayor seguridad.
- Con protectores de conectores fáciles de instalar y retirar.
- Con conexión de sistema luer lock.
- Con clamp de seguridad y sistema que previene el flujo libre (clamp de seguridad que cierra automáticamente el set en caso de quitar la línea de la bomba de infusión: evita el flujo libre accidental).

**DIMENSIONES:**

- Longitud de la línea entre la bomba y el paciente es mayor 150 cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700742156

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



## LINTERNA TIPO LAPICERO

### EMPAQUE:

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes

### CARACTERÍSTICAS:

- Linterna médica de examen.
- Luz halógena para una iluminación constante y duradera.
- Tamaño máximo de 20 cms.
- Batería tipo pila AA ó AAA recargable.

### PRESENTACIÓN:

- Por unidad

### PLAZO DE ENTREGA:

- Dos días

### VIGENCIA DEL PRODUCTO:

- Un año

CÓDIGO SIGA: 285400110005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Garantiza la hermeticidad del producto.
- Papel
- Fácil apertura.

**MATERIAL:**

- Poliamida.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cuerpo de poliamida, hermético sin filtraciones.
- Rotación de la llave en 360 grados.
- Pivote Luer Lock que garantiza cierre hermético sin filtraciones.
- Con tapas protectoras en todos los conectores.
- Con tope cada 45°

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700380002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO**

**EMPAQUE:**

- Envase individual de polietileno de alta resistencia
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Rotulado según bases.

**COMPOSICION:**

- Lubricante vegetal hidrosoluble para instrumental quirúrgico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- No aceitoso
- No siliconado
- No pegajoso
- No toxico
- PH neutro
- Permite el paso del vapor de autoclave y gas de oxido de etileno.
- 

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad (galón de 4 litros)

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 175500300011

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA S**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminado)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB),
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONES:**

- Talla S

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500010972

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB),
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONES:**

- Talla "M"

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500010973

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME  
LIC. EDDY ELIANA SANCHEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19182  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Primario papel crepado grado medico
- Secundario de papel plastificado (manga mixta)
- De fácil apertura (bordes de apertura no menor de 2 cm)
- Con indicador de esterilización visibles.
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas)
- Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.
- Estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Protección laminar en delantero y media manga con tela no tejida de polipropileno.
- Puños tejidos de algodón de 10 cm de largo, dobles, elásticos, de punto resistente, sin costura (RIBB).
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Traslape de 22 cm (cruce posterior en espalda)
- Con cintas de amarre doble (anterior y posterior) totalmente cruzada en la espalda.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Largo de tira anterior 30 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m2

**DIMENSIONES:**

- Talla "L"

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500011275

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA S**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

**CARACTERÍSTICA:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONES:**

- Talla "S"

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500010442

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

**CARACTERÍSTICA:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONES:**

- Talla "M",

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500010435

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA L**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual de polietileno
- De fácil apertura
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Celulosa no tejida tipo SMS (compuesto por tres capas, trilaminadas) o Tela no tejida de polipropileno tipo SMS (compuesto por tres capas trilaminadas).
- Biodegradable, que no desprenda pelusa, atóxico, hipoalergénico.
- Tratamiento antiestático.

**CARACTERÍSTICA:**

- Resistencia tensil, resistencia al desgarre y porcentaje de elongación.
- Impermeable a líquidos y fluidos, permeable al aire.
- Puños con elástico.
- Antiestático. No inflamable al contacto con chispa o fuego.
- Liviana, suave que no guarden calor.
- Mangas largas de Corte ranglan.
- Delantero y espalda en un sola pieza
- Con abertura longitudinal en la espalda.
- Con cintas de amarre simple o doble, o velcro.
- Largo de tira posterior 65 cm.
- Cuello redondo bordeado con cinta.
- Gramaje de 50 – 60 gr/m<sup>2</sup>

**DIMENSIONES:**

- Talla "L"

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500011372

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
Lic EDY ELIANA LONZA LEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANDILÓN DESCARTABLE**

**EMPAQUE:**

- Polietileno de baja densidad de fácil apertura.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Tela no tejida de Polipropileno SMS

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico
- Tela no Tejida SMS
- Respirable.
- Con refuerzo plástico en el pecho y mangas.
- Ajustable al cuello
- Sistema de sujeción dorsal cómodo y seguro, mediante cintas o sistema similar, eficaz para utilización durante periodos prolongados de tiempo.
- Gramaje: 40 grs.

**PRESENTACIÓN:** Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495500011443

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EBY ELIZABETH GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 7.5 CM x 200 MTS**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m<sup>2</sup>
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y sus atmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES:**

- 7.5 cm x 200 mts

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340022

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL ROSCENIA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. FRY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15240  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM x 200 MTS**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a mas.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES:**

- 10 cm v 200 mts

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340023

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EGY EMIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15482  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 200 M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario de cartón
- Empaque secundario de plástico.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES:**

- 15 cm x 200 mts

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340058

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 2.5CM x 7.5 CM x 100M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m<sup>2</sup>
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y sus atmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 2.5 cm x 7.5 cm x 100 mts

**PRESENTACIÓN:** (en rollos)

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340054

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 12282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 10 CM x 100M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARÁCTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m<sup>2</sup>
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 5 cm x 10 cm x 100m


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340048

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 15  
CM x 100M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 5cm x 15 cm x 100 mts

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340049

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOLENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 20 CM x 100M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m<sup>2</sup>
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 5 cm x 20 cm x 100 m

**PRESENTACIÓN:** Por unidad (en rollos)

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340050

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15286  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 30  
CM x 100M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m2
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 8 cm x 30 cm x 100

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340091

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EBY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 40 CM x 100 M**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque.
- Empaque primario bolsa de plástico
- Empaque secundario caja de cartón.
- Que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Papel de grado hospitalario y polipropileno para esterilización.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico y atóxico
- Excelente barrera bacteriana
- Papel repelente al agua y líquidos
- De superficie lisa y uniforme.
- Gramaje del papel de 70 gr /m<sup>2</sup>
- Con doble indicador del método de esterilización e impreso.
- Polipropileno transparente.
- Porosidad controlada.
- Impermeable.
- Resistente al sellado de 170 grados a más.
- Soporte a presiones atmosféricas y subatmosféricas.
- Penetración homogénea del agente esterilizador.
- El borde sellado debe ser de 1 cm en cada lado en todo el largo de la manga.

**DIMENSIONES**

- 8 cm x 40 cm x 100 mts

**PRESENTACIÓN:** Por unidad (en rollos)

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EGY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 12 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 12cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 495701340064**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 15 cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340041

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 18 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 18cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340075

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 20 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 20cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 495701340038**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 25cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340042

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 30 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 30cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340043

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 12282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 35 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 35cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340044

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 40 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICA:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 40cm x 60 m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701340065

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 5 CM x 60 M**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polietileno de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Aséptico.
- Sin defectos ni agujeros.
- Resistente y transparente.
- Espesor no menor de 3mm.
- Color uniforme
- Que soporte el sellado a mayo de 160°.

**DIMENSIONES:**

- 5cm x 60m
- Largo no menor de 60m.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 495701340039**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELLIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANTA ABSORBENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 IN X 40 IN**

**EMPAQUE:**

- Que garantice la hermeticidad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Exento de partículas extrañas
- Empaque individual con bolsa de polietileno
- Atoxico, a pirógeno

**CARACTERÍSTICAS:**

- **SIMPLE:** Porque se coloca en la superficie donde absorbe u controla el flujo de fluidos.
- **SEGURO:** Mantiene limpia la superficie (protegiendo al grupo de trabajo y libre de deslizamiento, incluso durante procedimientos con liquido intenso)
- **EFFECTIVO:** Rápido absorción irrigaciones, sangre y fluidos corporales, propiedades de absorción y retención de fluidos.
- **CONVENIENTE:** Retiene todo tipo de soluciones, incluyendo salinas, betadine, sangre, fluidos corporales y agentes cáusticos. Fácil de usar y retirar.
- **COMPLETO:** Solo el absorbente de fluidos de superficie en centro quirúrgico contiene y controla desperdicio de fluidos. Estos deben ser desechados como desperdicios infecciosos.

**DIMENSIONES:**

- 46" x 40" (116.84 cm / 101.60 cm)

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 25 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 497000020437

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JSPA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MANTA ABSORBENTE ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO 45.72 CM X 1.02 CM.  
APROX.**

**EMPAQUE:**

- Que garantice la hermeticidad del producto.
- Fácil de manipular manualmente
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Exento de partículas extrañas
- Empaque individual con bolsa de polietileno
- Atoxico, a pirógeno

**CARACTERÍSTICAS:**

- SIMPLE: Porque se coloca en la superficie donde absorbe u controla el flujo de fluidos.
- SEGURO: Mantiene limpia la superficie (protegiendo al grupo de trabajo y libre de deslizamiento, incluso durante procedimientos con liquido intenso)
- EFECTIVO: Rápido absorción irrigaciones, sangre y fluidos corporales, propiedades de absorción y retención de fluidos.
- CONVENIENTE: Retiene todo tipo de soluciones, incluyendo salinas, betadine, sangre, fluidos corporales y agentes cáusticos. Fácil de usar y retirar.
- COMPLETO: Solo el absorbente de fluidos de superficie en centro quirúrgico contiene y controla desperdicio de fluidos. Estos deben ser desechados como desperdicios infecciosos.

**DIMENSIONES:**

- 45.72 cm \* 1.02 cm

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 25 unidades

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 497000020381**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.C. 15782  
A DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTRO CON VISOR X 25 UNIDADES**

**EMPAQUE**

:

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Mascarilla de tela no tejida, tres capas protectoras, suave, inodora, hipo alergénico, libre de pelusas, capa interior no irritante.
- Visor de material transparente tipo cristal, que no pierda durante el uso su transparencia, anti niebla Antifog), bordes anatómicas, libre de rebabas.
- Condiciones biológicas: aséptico, atóxica e hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- De tres (3) pliegues como mínimo y cuatro (4) amarras horizontales
- Debe tener una barra moldeable de adaptación anatómica a la nariz en el borde superior de la mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar ni producir incomodidad al usuario.
- Con una eficiencia de filtración mínima de 96%

**DIMENSIONES:**

- Estándar.

**PRESENTACIÓN:**

- Caja

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700410020

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
DRA. ECIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARILLA DESCARTABLE N 95**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Polipropileno de uso clínico hospitalario. (No fibra de vidrio).
- Sujetadores elásticos.
- Clip metálico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: Aséptico e hipo alergénico.
- Anatómica.
- Que no desprenda pelusas.
- Capacidad de filtración del 95% o más de partículas de 0.3 micras de diámetro.
- Con cintas elásticas selladas y resistentes que aseguren el ajuste y sello facial.
- reforzado con clip metálico de aluminio
- Que mantenga su memoria de forma conservando sus características.
- Impermeables a líquidos y fluidos.

**DIMENSIONES:**

- Estándar.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700410022

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL SOCERTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. U. P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARILLA DESCARTABLE N 100**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Polipropileno de uso clínico hospitalario. (No fibra de vidrio).
- Sujetadores elásticos.
- Clip aluminio.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: Aséptico e hipo alergénico.
- Anatómica.
- Filtro con nivel de eficacia igual o mayor a 99%
- Con válvula de exhalación.
- Que no desprenda pelusas.
- Con cintas elásticas selladas y resistentes que aseguren el ajuste y sello facial.
- reforzado con clip metálico de aluminio
- Que mantenga su memoria de forma conservando sus características.
- Impermeables a líquidos y fluidos.

**DIMENSIONES:**

- Estándar.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO:** 495700410141

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRÚRGICO C / TRES FILTROS x 50**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- No tejida no tejida de polipropileno SMS de alta eficiencia para la filtración bacteriana, hidrófoba.
- tres capas: fibra larga (no despeluz), microfibras (impermeable) y fibra larga (no despeluz)
- inodoro, hipoadérgico.
- Barra de aluminio.
- Amarras de tela no tejida SMS

**CARACTERÍSTICAS:**

- Condiciones biológicas: Aséptico.
- De tres (3) pliegues como mínimo.
- Cuatro (4) amarras horizontales extra largas, con costura o sellado resistente.
- Barra de aluminio en el borde superior de la mascarilla de fácil adaptación anatómica a la nariz.
- Con una eficiencia de filtración bacteriana mínima de 96%
- Debe indicar la parte que estará en contacto con la piel.

**DIMENSIONES:**

- Standard.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700410019

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA FACIAL**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Que garantice la integridad de su producto.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Polímero grado médico de uso hospitalario, transparente, con bordes de silicona de ajuste adecuado y cómodo para el paciente.
- Condiciones biológicas aséptico hipo alergénico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mascara oro nasal, con sujetador que permita buena fijación y retiro rápido
- Sin válvulas exhalatoria con conector universal para poder usarlo con ventilador de presión o volumen.

**DIMENSIONES:**

- "S"

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARA FACIAL PEDIATRICA N° 0 SILICONADO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Que garantice la integridad de su producto.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Polímero grado médico de uso hospitalario, transparente, con bordes de silicona de ajuste adecuado y cómodo para el paciente.
- Condiciones biológicas aséptico hipoalérgico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Mascara oro nasal, con sujetador que permita buena fijación y retiro rápido
- Sin válvulas exhalatoria con conector universal para poder usarlo con ventilador de presión o volumen.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrica

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400168

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

**DIMENSIONES**

- Adulto

**PRESENTACIÓN:**

Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**


Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400135

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELTANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

**DIMENSIONES**

- Neonatal

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400136

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Máscara y línea de oxígeno de Polivinilo (sin látex) de grado médico de uso hospitalario.
- Nebulizador PVC de grado médico de uso hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Máscara** libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico
- De forma anatómica Flexible, incolora y transparente. Con orificios laterales
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable con ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética adaptable a la conexión del nebulizador.
- **Nebulizador** cámara incolora graduada en centímetros cúbicos.
- Capacidad hasta 20 cc.
- Dispersión uniforme de la niebla.
- El dispositivo final de expulsión de la solución debe dar un tamaño de partículas promedio de 6 micras.
- Dispositivo del nebulizador con flujo central.
- Conector de nebulizador hermético, adaptable a la conexión de oxígeno.
- Línea de oxígeno transparente doble entrada.

**DIMENSIONES**

- Pediátrico


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400137

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ELYANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Máscara Tipo: Polivinilo de uso clínico hospitalario.
- Bolsa de reservorio PVC grado médico uso hospitalario
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máscara transparente, de forma anatómica. Con diafragmas laterales.
- Sujetador elástico regulable de ajuste firme.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Conector de la máscara adaptable a la conexión a la fuente de oxígeno.
- Con válvula central de flujo y válvulas laterales.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Conexión de oxígeno, de doble entrada, transparente.
- Bolsa de oxígeno, transparente de acoplamiento hermético a la máscara.

**DIMENSIONES:**

- Adulto

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400037

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 75282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura
- Exento de rebabas, aristas cortantes y partículas extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Máscara Tipo: Polivinilo de uso clínico hospitalario.
- Bolsa de reservorio PVC grado medico uso hospitalario
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Máscara transparente, de forma anatómica. Con diafragmas laterales.
- Sujetador elástico regulable de ajuste firme.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Conector de la máscara adaptable a la conexión a la fuente de oxígeno.
- Con válvula central de flujo y válvulas laterales.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Conexión de oxígeno, de doble entrada, transparente.
- Bolsa de oxígeno, transparente de acoplamiento hermético a la máscara.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

**DIMENSIONES:**

- Adulto


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400007

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema Venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

**DIMENSIONES:**

- Neonatal

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 494700400164

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIATRICA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero grado médico de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas
- Condiciones biológicas: Aséptico, hipoalergénico, atóxico.
- Máscara de forma anatómica, flexible, transparente.
- Clip metálico, ajustable a la nariz.
- Sujetador elástico regulable que mantenga ajuste firme.
- Conector de la máscara hermética y adaptable al sistema Venturi
- Con orificios laterales en la máscara.
- Línea de oxígeno transparente con entradas en ambos extremos.
- Con válvula reguladora de porcentaje de oxígeno.
- Con adaptador para nebulizaciones.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700400030

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDOY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **PORTATIL**  
Para uso múltiple, invasivos o no invasivos
- **CAPACIDAD:**  
Hasta 10 ml
- **TAMAÑO**  
De partículas: menor de 2.5 cm.
- **TIEMPO**  
De nebulización: 15 ó 30 minutos.
- **PESO**  
230 grs.
- **ENERGIA**  
110 - 240 VAC / 60 HZ
- **BATERIA**  
Interna recargable.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142234

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P/15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO REUSABLE MAQUET**

**EMPAQUE:**

- Multiempaque
- Que garantice la integridad del producto.
- Caja de cartón con dispensador que facilite la salida del producto individualmente
- Rotulado: Según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **PORTATIL**  
Para uso múltiple, invasivos o no invasivos, con conector neonatal – pediátrico y adulto.  
Con nebulizador adicional ( 2 copas o nebulizador)
- **CAPACIDAD:**  
Hasta 10 ml
- **TAMAÑO**  
De partículas: menor de 2.5 cm.
- **TIEMPO**  
De nebulización: 15 ó 30 minutos.
- **PESO**  
300 grs.
- **ENERGIA**  
100 - 240 VAC / 60 HZ
- **BATERIA**  
Interna con autonomía mayor a 30 min.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ORTOFTALDEHIDO 0,55 % X 1 GAL**

**EMPAQUE:**

- En envase se PVC x 1 galón.
- Rotulado impreso en el envase con letra legible en español, fecha de expiración, fabricación y número de lote.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Desinfectante de alto nivel.
- Concentración al 0.55%
- Virucida
- Fungicida
- Esporicida
- Tuberculicida
- Biodegradable
- Atóxico
- Con sello de seguridad.
- Con set de tiras de control para medir la concentración mínima efectiva.
- Olor no penetrante.
- Libre de partículas extrañas.

**DIMENSIONES:**

- Galonera x 3780 cc., con contenido líquido.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días.

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700340055

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



PAÑO ABSORBENTE 28 CM. X 33 CM. X 50 CM. APROX.

**EMPAQUE:**

- Interno:
- De bolsa resistente sellado
- Externo:
- De cartón resistente al almacenaje y transporte
- Descartable.
- Wypall x 70 rollos blancos.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pre cortado.
- Resistente al rasgado.
- Adsorbente.
- Suave al uso.
- Resistente a la absorción a la humedad.
- Medidas 50.5 x 33 x 28.5 cm. Largo, Ancho y Alto respectivamente.

**MATERIAL:**

- Celulosa al 100 % Biodegradable.
- Polipropileno No Biodegradable.

**PRESENTACIÓN:**

- Caja x 6 Rollos de 88 Hojas Blancas c / rollo

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 135000210102

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDVILIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



## PAÑOS DE ALGODÓN

### EMPAQUE:

- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas, aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con la tecnología aquajet que logra capas de fibra entre cruzadas
- No desprende pelusas
- Gran poder de absorción
- El pre corte facilita su uso y la obtención de una cantidad determinada de algodón.
- Viene en cierre zipper que facilita el cerrado de la bolsa después de su uso protegiendo el producto.
- Diseñado para la higiene del bebé.
- Para la limpieza, aplicación de cremas y lociones al bebé.

### PRESENTACIÓN:

- Bolsa por 60 unidades.

PLAZO DE ENTREGA: Dos días

VIGENCIA DEL PRODUCTO: Un año

CÓDIGO SIGA:

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PAPEL CREPADO 1.20 M x 1.20 M (60 G) x 250**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- De celulosa pura 100%

**CARACTERÍSTICAS:**

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m<sup>2</sup>.
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

**DIMENSIONES:**

- 1.20m x 1.20m

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700960016

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL CREPADO 60 CM x 60 CM**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- De celulosa pura 100%

**CARACTERÍSTICAS:**

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m<sup>2</sup>.
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

**DIMENSIONES:**

- 60cm x 60cm

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700960013

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PAPEL CREPADO 40 CM x 40 CM (CORTADO) x 250**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque
- Primario caja de cartón reforzado
- Secundario plastificado.
- Que garantice las propiedades físicas, almacenaje, transporte e integridad del producto.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- De celulosa pura 100%

**CARACTERÍSTICAS:**

- Efectiva barrera bacteriana
- Alta resistencia mecánica en seco y húmedo.
- Permeable al agente esterilizante.
- Gramaje de 60 a 70 gramos por m<sup>2</sup>.
- Impermeable y repelente al agua.
- Porosidad controlada.
- Color uniforme, inodoro y moldeable.
- Los cortes de medida deberán ser de fábrica.

**DIMENSIONES:**

- 40cm x 40 cm (cortado) x 250

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700960014

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL FILTRO PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR PEDIATRICO X 100**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Material descartable.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Papel adaptable a cascada de humidificador del ventilador mecánico.
- Bordes en forma de serrucho.
- Filtro con revestimiento hidrófobo.
- Con dimensiones de 31 cm de largo x 9 cm. de ancho.

**PRESENTACIÓN:** Por 100 unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700140320

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL HIGIENICO X 500 M**

**EMPAQUE:**

- **INMEDIATO**  
Poliuretano o plástico termo contraible o cajá.  
Resistente al transporte y almacenaje.

**MATERIAL:**

- Papel reciclado como mínimo el 90%

**CARACTERÍSTICAS:**

- Gramaje 18 grs /m2 a 21 grs./m2.
- Modelo Jumbo.
- Ecológico.
- Cofrado.

**PRESENTACIÓN:**

- Paquete x 6 rollos.

**DIMENSIONES:**

- 500 mts. A 550 mts. X 9.5 cm, mas 1 cms.


**DISPENSADORES:**

- En calidad de comodato.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 1392001200046

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.F.P. 15382  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PAPEL KRAFT 60G DE 1.20 M. X 75 CM**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.

**MATERIAL:**

- Papel de color marrón claro.
- Para uso de envolturas de material médico en general.
- Para uso específico de esterilización.

**DIMENSIONES:**

- Unidad de medida 75 x 120 CMS.
- Espesor de 60 gramos

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 717200080009

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. CAROLINA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 47204  
Jefe del Departamento de Esterilización

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY EMANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
Jefa del Departamento de Enfermería



**PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL77 80 MM X 25 MM X 18 ROLLOS**

**EMPAQUE:**

- En caja que garantice las propiedades físicas e integridad.
- De fácil apertura.
- Exento de partículas extrañas.
- Rebabas y aristas cortantes.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Presentación en rollo de papel térmico de 80 mm de ancho x 25 mm de diámetro,

**PRESENTACIÓN:**

- En caja x 18 rollos.
- Propio para equipo de gases y electrolitos ABL 77

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000210199

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*[Firma]*  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*[Firma]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC 79MM x 30M**

**EMPAQUE:**

Primario:

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

Secundario:

- Film flexible o plástico.

**MATERIAL:**

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

**PRESENTACIÓN:**

- ROLLO X: 79 mm x 30 mts. compatible con equipo STERI-VAC 5XL

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 512000210180**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. ELY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 47 MM x10 M**

**EMPAQUE:**

**Primario:**

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

**Secundario:**

- Film flexible o plástico.

**MATERIAL:**

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

**PRESENTACIÓN:**

- ROLLO 47mmx10 mts compatible con equipo ESTERILIZA y OPPICI

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000210314

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDDY ELLIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 57 MM x10 M**

**EMPAQUE:**

Primario:

- Caja de cartón que garantice las propiedades físicas, químicas e integridad del producto en el almacenaje y transporte.

Secundario:

- Film flexible o plástico.

**MATERIAL:**

- Papel térmico para impresión sensible al calor.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Papel para la impresión del registro de los ciclos de esterilización.
- Que permita la permanencia de la impresión a lo largo del tiempo

**PRESENTACIÓN:**

- ROLLO 57mmx10 mts

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000210313

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI/SAN BARTOLOME

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PAPEL TOALLA HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual
- Que garantice la integridad del producto

**MATERIAL:**

- Papel absorbente hoja por hoja, hoja gofrado que ayude a aumentar la capacidad de absorción.
- Hoja resistente y de gran absorción (para ahorro del usuario)
- Gramaje por hoja con un rango de 30 a 46 gr.
- Tomar en cuenta la Resolución Ministerial N° 021-2011-minam; asimismo no se debe alterar las características organolépticas solicitadas para dicho material, en el olor, color y grado de absorción.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color blanco
- Cada paquete debe presentar un rango de 200 hojas
- Inmediata velocidad de absorción.
- Al momento del secado no emane olor.

**DIMENSIONES:**


- Cada hoja debe medir largo 21 cm. a 24 cm. y ancho 21 cm. a 25 cm
- El postor que adjudique la buena Pro proporcionará los dispensadores, la cantidad de dispensadores a considerar es de 180 und.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO DE SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PASTA PARA OSTOMIA X 2 ONZAS**

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque.
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Carboximetilcelulosa sódica y/o polímero absorbentes
- Pectina
- Gelatina
- La gelatina no debe ser de origen bovino, debiendo presentar la comprobación correspondiente

**CARACTERÍSTICAS:**

- Producto accesorio para la protección de ostomías (colostomía, ileostomía, fístulas) que ayuda a evitar la irritación cutánea.
- Pasta para el sellado y relleno de las áreas periestomales irregulares, evitando así los escapes del efluente.
- Pasta con acción de barrera cutánea que incrementa el tiempo de permanencia de las bolsas para ostomas.

**PRESENTACIÓN:**

- Tubo de 56.7 gr  $\pm$  2.0 %

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741681

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

PECTINA + CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA 0.1 g + 3.4 g / 100 g 30 g GEL

**EMPAQUE:**

- Individual o Multiempaque.
- Que garantice las propiedades físicas químicas del producto.
- Exento de partículas extrañas.
- Rotulado: según bases.

**MATERIAL:**

- Gel viscoso, transparente, inoloro.
- Condición biológica: estéril, hipoadérgico, atóxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Favorece la cicatrización en medio húmedo.
- Su fórmula hidrocoloide incrementa la neoangiogénesis.
- Potencia el desbridamiento autolítico ayudando a remover el tejido necrótico y/o fibrinoide, sin remover el tejido sano.
- Facilita la contracción en herida de espesor total.
- Puede dejarse en la herida hasta por 7 días sin que se inactive.
- Capacidad de absorber fluido y donar humedad.

**PRESENTACIÓN:**

- Tubo de 30 gr  $\pm$  1 %

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701410217

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50 % x 140 ml**

**EMPAQUE:**

- Empaque en caja individual de cartón plastificado o caja plástica con tapa y divisores para 6 cartuchos.
- Que garantice las propiedades físicas y biológicas del producto.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Exento de partículas extrañas.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado indica nombre del producto, medida, normas, número de lote, fecha de fabricación y vencimiento.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Cartucho plástico completamente cerrado conteniendo 140 ml de Peróxido de Hidrógeno al 50% solución acuosa.
- Cada cartucho debe permitir realizar de 14 a 20 ciclos de esterilización por plasma de Peróxido de Hidrógeno.
- Código de barras en cada cartucho para reconocer los datos y el estado del producto.
- Cartucho debe poseer una tapa plástica para una mayor protección.
- Cartucho tiene impreso un círculo rojo guía para su correcta colocación dentro del esterilizador.
- Cada caja contiene instrucciones para el manejo.
- Efectivo y seguro.
- Condiciones biológicas: atóxico.

**PRESENTACIÓN:**

Cartucho x 140 ml de Peróxido de Hidrógeno al 50%

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 4 meses

**CÓDIGO SIGA:** 351000024557

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EOY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

**DIMENSIONES:**

- Adulto

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 513000040192

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PLACA DE RETORNO INDIFERENTE PEDIATRICO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

**DIMENSIONES:**

- Pediátrico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 513000040429

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PLACA DE RETORNO INDIFERENTE NEONATAL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Empaque de aluminio o mixto, grado hospitalario
- Que garantice las propiedades físicas, aséptico e integridad del producto
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Polímero base con gel autoadhesivo de propiedades aislantes para el uso del electrocauterio quirúrgico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Maleable y amoldable
- Entrada universal
- Cable de electro conducción no menor de 3 metros
- Con gel autoadhesivo que permita la movilización del paciente y que al retirarse no dañe ni deje residuos en la piel
- Compatible con los electrocauterios disponibles en la institución
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes
- Condiciones biológicas: Aséptico, atóxico, hipoalergénico.

**DIMENSIONES:**

- Neonatal

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 513000040476

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**POLVO REGULADOR PARA PIEL PERIOSTOMAL**

**EMPAQUE:**

- Frasco individual.
- Resistente a la manipulación.
- Que garantice la integridad del producto.
- Fácil de abrir manualmente.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- Carboximetilcelulosa sódica.
- Pectina
- Gelatina
- Condiciones biológicas: hipoalergenico, atoxico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Producto para la protección de la piel periestomal (colostomías, ileostomías, urostomías, fistulas) con acción regeneradora de la piel lesionada.
- Polvo para uso en piel periestomal irritada y lesionada, proporciona una superficie protectora con resultado de la interacción de los hidrocoloides y absorbentes, permitiendo la adhesión del anillo de la bolsa de ostomías.

**DIMENSIONES:**

- Frasco de  $28.3 \pm 2.0$  gr.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELVINA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE OXIDO DE ETILENO DE ESTERILIZADOR**

**EMPAQUE:**

- Individual herméticamente sellado.
- De film flexible
- Resistente a la manipulación, garantiza la integridad del producto.
- Rotulados según bases.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Descartable
- Tiempo de muestreo: de 15 min. y/o 8 horas.
- Clip de sujeción.
- Sensible la contaminación ambiental al gas de oxido de etileno.
- Con servicio integral de Asesoría, recojo, procesamiento y resultados del monitoreo ambiental por laboratorio acreditado en idioma español.
- Resultados en tiempos no mayores de 3 semanas.
- Medio Reactivo: compuesto químico de carbón celulósico tratado con bromuro de hidrógeno.

**DIMENSIONES:**

- Envase de plástico, contiene una capsula con broche de presión y sujetador de solapa metálico.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 493700090133

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PROTECTOR CUTANEO HEXAMETILDISILOXANO + TERPOLIMERO ACRILATO +  
POLINILMETILSILOXANO x 20 ML**

**EMPAQUE:**

- Sachet Individual que contiene un hisopo embebido con la solución que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Tipo de apertura: *Peel Open*, (pelado fácil), apertura desglosando ambas cubiertas.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con Instructivo de Uso en Español.
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Terpolímero de Acrilato: Material formador de película
- Polifenilmetilsiloxano: Plastificante flexible que no se agrieta o fisura
- Sistema de solventes: Hexametildisiloxano a base de silicona, e Isooctanos, no tóxicos y de rápida evaporación.
- Condiciones biológicas: Estéril, hipoalérgico, atóxico.
- Esterilización en radiación gamma.
- No contiene alcohol.
- estériles

**CARACTERÍSTICAS**

- Solución compuesta de un polímero que forma una película transparente y uniforme al ser aplicada sobre la piel.
- Solvente de rápida evaporación, tarda entre 10 y 30 segundos en secar.
- Cobertura de un área de 10cm x 10cm.
- Bajo condiciones normales, protege la piel hasta por 72 horas (tiempo de renovación total de la capa córnea de la piel).
- Actúa como protector entre la piel y los productos residuales y fluidos corporales, productos adhesivos y la fricción.
- El producto puede usarse en adultos y niños de más de un mes
- Permite la permeabilidad al oxígeno
- Estudios que certifican la citotoxicidad, sensibilización e irritación de la piel del producto.
- Forma una barrera de protección transparente entre la piel y las sustancias irritantes.
- Fórmula libre de alcohol: No arde al aplicarse sobre la piel lesionada, eritematosa, escoriada o denudada.
- No ocluye pañales ni interfiere con almohadillas absorbentes.
- Hipo alérgica, estéril, no citotóxica: No interfiere con la cicatrización de las heridas.


**PRESENTACIÓN:** Sachet Individual

**PLAZO DE ENTREGA:** 02 días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 01 años

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIEN NACIDOS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Peel open
- Que garantice la esterilidad del producto
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Descartable
- Tele afranelada
- Acabado: que no libere pelusas, ni se deshilache

**CARACTERÍSTICAS:**

- Neonatal
- Con sujeción regulable (adhesivo) pega pega que mantenga un ajuste firme
- Bordes lisos que no lacere la piel del recién nacido
- No traslucido
- A traumático (que no lesione la piel durante su uso)

**DIMENSIONES:**

- De todo el pedido 75 % recién nacido a terminó
- 25% para prematuro

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 496600090179

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO ETILENO**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.

**MATERIAL:**

- Paquete para EO contiene:
- Un indicador biológico de lectura rápida Attest EO
- Un indicador químico externo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Que el paquete de prueba consista en un indicador biológico para gas oxido de etileno, colocada en un paquete compacto de polietileno.
- Condiciones biológicas: Aséptico
- Tira de papel impregnada con esporas del bacilo atrophius.
- Ampolla con medio de cultivo enzimático específico.
- Ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial presenta un orificio en el extremo superior cubierto por un filtro selectivo para el óxido de etileno.
- Está diseñado utilizando un desafío con camino tortuoso y ha demostrado la equivalencia con el paquete de jeringas recomendado por ANSI / AAMI ST 41:2008
- Contiene además un indicador químico en la parte externa del paquete de prueba que cambia de color externo después del proceso.
- Lectura por fluorescencia a las 4 horas.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 51200060236

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.

**MATERIAL:**

- Paquete para autoclave contiene:
- Un indicador biológico de lectura rápida Attest para vapor
- Un indicador químico externo.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Paquete de prueba consiste en un indicador biológico para vapor, colocada en un paquete compacto de materiales porosos.
- Condiciones biológicas: Aséptico
- Tira de papel impregnada con esporas del bacilo *Sterothermophilus*.
- Ampolla con medio de cultivo enzimático específico.
- Ambos componentes auto contenidos en un vial de plástico.
- El vial presenta un orificio en el extremo superior cubierto por un filtro selectivo para el vapor húmedo.
- Los materiales porosos deberán estar envueltos en una tela desechable y asegurados con una etiqueta indicadora para vapor.
- Diseñado para utilizarse como paquete de prueba para verificar la eficiencia del proceso de esterilización a vapor a temperatura de 121° C y 132°.
- Lectura por fluorescencia a las 3 horas.
- Empaque externo debe contener número de lote.

**PRESENTACIÓN:**

- Debe contener en la ampolla:
- Indicador externo.
- Nombre de bacilo
- Fecha de expiración.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060235

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS DE MATERIAL QUIRÚRGICO**

**EMPAQUE:**

- Envase de polietileno de alta densidad con tapa interna y precinto de seguridad.
- Resistente a la manipulación transporte y almacenaje.
- Fácil de abrir manualmente.

**MATERIAL:**

- De acción rápida, ácido fosfórico y detergente no iónico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Que no malogre el acero inoxidable.

**DIMENSIONES:** Galón.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700741359

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE CO2 PEDIATRICO COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Caja de Cartón.
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente : adulto y/o pediátrico
- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector circular (lado del equipo)
- Tipo Mainstream
- Reusable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700210251**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO PEDIATRICO PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol%
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo DATEX – OHMEDA
- Para monitor PHILIPS

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol %
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo
- Para monitor MINRAY

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37304  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO COMPLETO PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Que garantice el transporte y almacenaje.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Con rango de 0 a 15 vol %
- Con precisión de 0.2 a 2% de lectura
- Con sensor infrarrojo
- Para monitor GOLD WAY

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 9282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas
- De fácil apertura
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Exento de partículas extrañas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente : adulto/pediátrico/neonatal
- Presentación : unidad
- Conector rectangular con 2 pines huecos y 6 pines metálicos

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210243

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas
- De fácil apertura
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Exento de partículas extrañas.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Propio del equipo interno del ventilador mecánico
- Duración de acuerdo al uso del ventilador
- Descartable

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700210348**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SENSOR DE PULSOXIMETRO 5 PINES PEDIÁTRICO CIRCULAR PARA CRITICARE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Pediatrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propia de la empresa proveedora
- Universal.
- Entrada circular 5 pines
- Para monitor Criticare

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**


- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37304  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE PULSOXIMETRO 9 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NELLCOR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Neonatal
- Reusable
- Sensor de pulsoxímetro 9 pines
- Entrada rectangular
- En "y"

**PRESENTACIÓN:**

- Con 50 unidades de banda de fijación con pega pega (Adhesivos)
- Con cable adaptador

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210494

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.F. 3 209  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN Y PARA RECIEN NACIDO PARA MONITOR PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal.
- Longitud: mayor o igual a 2.0 mts.
- Conector semiluna de 8 pines (lado del equipo)
- Conector rectangular de 8 orificios.
- Reusable
- Terminación se sensor en "Y".

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700210272

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION DE OXÍGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS  
NONIN**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente : Neonatal
- Longitud : mayor o igual a 3.0 mts
- Conector rectangular tipo DB9 de 9 pines (lado del equipo)
- Reusable
- Terminación se sensor en "Y".

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA: 493700210530**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL PARA MONITOR SPACELABS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Neonatal.
- Longitud : mayor o igual a 1.0 mts
- Conector rectangular de 9 pines (lado del cable de saturación)
- Cable doble
- Terminación de sensor en Y
- Reusable.

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL PARA MONITOR MINRAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice sus propiedades físicas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tipo de paciente: Pediátrico
- Reusable
- Cable o conexión resistente propio de la empresa proveedora
- Universal
- Para monitor MINRAY

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Resistente al manipuleo, libre de látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Con conector rectangular de 11 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor GENERAL ELECTRIC.
- **TIPO O MODELO:** Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

**DIMENSIONES:**

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO:** 493700210242

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GOLD WAY**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Resistente al manipuleo, libre de látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Con conector semi-circular de 8 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor GOLD WAY
- **TIPO O MODELO:** Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

**DIMENSIONES:**

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO:** 493700210495

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.R. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SENSOR DE SATURACION PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR  
PHILIPS**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Resistente a la manipulación de transporte y almacenaje
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- Resistente al manipuleo, libre de látex

**CARACTERÍSTICAS:**

- Reusable
- Con conector semi-circular de 8 pines
- Compatibilidad comprobada con monitor PHILIPS.
- TIPO O MODELO: Sensor de saturación de oxígeno tipo "Y" universal

**DIMENSIONES:**

- Longitud del cable 3 metros aproximadamente

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO:** 493700210241

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 4**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 4

**PRESENTACIÓN:**

- Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:**

- Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:**

- Un año

**CÓDIGO:** 495700470004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 5**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 5

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470001

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EGY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 6**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 6

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 8**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 8

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 10**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 10
- 

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 12**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470010

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 14**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Firma]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Firma]*  
Lic EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ALIMENTACIÓN Nº 16**

**EMPAQUE:**

- Individual estéril, sellado hermético.
- Que garantice la integridad del producto
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5cm ) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Poliuretano o silicona al 100% de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Transparente, flexible, radiopaca
- Estéril, atóxico, a pirógeno, exento de látex.
- Graduación indeleble para medir la distancia de inserción.
- Textura uniforme.
- Extremo distal tipo levine con orificios laterales a traumáticos.
- Extremo proximal con conexión universal.

**DIMENSIONES:**

- Longitud no menor de 50 cm.
- Nº 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700470014

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 8**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 8

**RESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540057

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ERIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 10**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540014

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540022

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540025

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*[Firma]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

*[Firma]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540024

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E. 35472  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 18

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540017

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP: 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 20**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, resistente, con memoria de forma.
- Condiciones biológicas Estéril, atóxico hipoalergénico y a pirógeno
- Textura uniforme de superficie lisa.
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales atraumáticos.
- Balón uniforme y resistente 5 – 10ml de retención que permita fijación sin lesionar la mucosa de la vejiga.
- Extremo proximal con dos lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado del balón con buen ajuste de conexión y el segundo para el drenaje de orina.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.

**DIMENSIONES:**

- N° 20

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700540018

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N°12**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Sonda de látex siliconada grado medico.
- Flexible, resistente
- Extremo distal punta roma y de 2 orificios laterales a raumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación sin lesionar las mucosas de la vejiga.
- Balón autorretetivo de inflado simétrico con capacidad de insuflarse no menor de 5 a 15 ml sin romperse.
- Con línea radiopaca.
- Extremo proximal, doble vía, una conexión universal tipo embudo y otra con válvula de conexión Luer Lock, para el buen llenado del balón, con buen ajuste de conexiones.
- Medidas referidas a luz interior
- Duración corta

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700540071

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
Lic. EGY ELIANA ORMAZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible resistente
- Textura uniforme de superficie lisa
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación, auto retenido de inflado simétrico e insuflable no menor de 20cc.
- Extremo proximal con 2 lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado de balón con un buen ajuste de conexión, que cuente con conector de plástico que permita el insuflado y desinflado del globo para usar cualquier tipo de jeringa.
- El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7 mm de espesor.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.
- Libre de fisuras, deformaciones burbujas, bordes filosos rugosidades, material extraño, piezas faltantes o sueltas.
- Estéril, atóxico e hipo alérgico

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700540065

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. ELYANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 20**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Una conexión universal
- Textura uniforme de superficie lisa
- Extremo distal punta roma y dos orificios laterales a traumáticos.
- Balón uniforme de retención que permita fijación, auto retenido de inflado simétrico e insuflable no menor de 20cc.
- Extremo proximal con 2 lúmenes, uno con válvula de conexión universal para el llenado y vaciado de balón con un buen ajuste de conexión, que cuente con conector de plástico que permita el insuflado y desinflado del globo para usar cualquier tipo de jeringa.
- El segundo lumen para drenaje de orina cuya pared debe tener por lo menos 1.7 mm de espesor.
- Impresión indeleble de la capacidad del balón y del calibre de la sonda.
- Libre de fisuras, deformaciones burbujas, bordes filosos rugosidades, material extraño, piezas faltantes o sueltas.
- Estéril, atóxico e hipo alérgico.

**DIMENSIONES:**

- Longitud de 40 cm +/- 5 cm.
- Calibre 20

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700540067

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTORA MADRE NIÑA  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. EDDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 5**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos atraumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- sonda N° 5

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480051

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37304  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 6**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICA:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos atraumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 6

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480052

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-N  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. ERY ELVIRA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 8**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICA:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 8

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480053

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 10**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480057

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ELIANA MATEO ESPINOZA  
C.E.P. 1532  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO Nº 12**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrillo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICA:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda
- Sonda de Nº 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480058

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N° 14**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Hermético
- Empaque estéril
- Envoltura de polietileno de baja densidad
- Resistente a la manipulación
- Transporte y almacenaje

**MATERIAL:**

- Polietileno
- Estireno butadieno acrilonitrilo
- Acrílico
- Polipropileno
- Cloruro de polivinilo
- Poliuretano
- Silicona
- Libre de látex y resina plastificada con DEHP

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible
- Resistente con memoria de forma, textura uniforme, suave y transparente
- Adaptador de tubo Endotraqueal en "Y, 2.0 y 2.5mm
- Funda protectora de sonda
- Válvula antirreflujo para lavado de la sonda
- Sonda graduada con, dos orificios laterales ambos a traumático
- Arandela y/o anillo de silicona para sellado, con cono antideslizante de acoplamiento al sistema de succión.

**DIMENSIONES:**

- Adaptador del tubo Endotraqueal en Y de acuerdo a la sonda.
- Sonda de N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700480054

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. & P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 8**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en todas su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 8

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510007

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL ESCUELA MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 10**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510001

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 12**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta roma sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda debe ser r uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 14**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 372/14  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 152/2  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 16**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) Peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15182  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N° 18**

**EMPAQUE:**

- Doble empaque individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm) peel open.
- Exento de particular extrañas
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente
- De punta romas sin orificio (ciego), con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda deber ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector.

**DIMENSIONES:**

- Longitud 40 cm aproximadamente.
- N° 18

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

### SONDA VESICAL TIPO NELATÓN N°20

#### EMPAQUE:

- Doble empaque individual
- Empaque primario polietileno de fácil apertura
- Empaque secundario papel plástico (manga mixta).
- Que garantice la esterilidad e integridad del producto.
- De fácil apertura (borde de apertura no menor de 0.5 cm)
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases

#### MATERIAL:

- Tipo: Látex siliconado, de uso clínico hospitalario

#### CARACTERÍSTICAS:

- Material poliuretano o siliconado – PVC grado médico, uso clínico hospitalario.
- Flexible, que no colapse durante su uso.
- Textura uniforme y transparente.
- De punta roma sin orificio ciego, con dos orificios laterales.
- Extremo distal con orificio adaptable a conectores convencionales.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todo su extensión incluyendo la unión con el conector
- Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades, material extraño.

#### DIMENSIONES:

- Longitud de 35 cm a 40 cm, grosos 6.7mm, pulgadas 265.
- Calibre 20

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700510009

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 06**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájln de la intervención.
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- Nº 06

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480028

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 5292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 08**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICA:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- Nº 08

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480023

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15267  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL Nº 10**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- Nº 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480026

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 12**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICA:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- N° 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480032

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP: 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 14**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretana o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICA:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájfn de la intervención,
- Textura uniforme.
- Suave y transparente; con conector universal.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vació o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480013

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL ROSA DE MADRE NI  
SAN BARTOLOME

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



### SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 16

#### EMPAQUE:

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

#### MATERIAL:

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájín de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

#### DIMENSIONES:

- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480033

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP: 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E. N° 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 18**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC siliconado de uso clínico hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Flexible, transparente y resistente (no debe deteriorarse) al trájln de la intervención,
- Suave y transparente; con conector universal.
- Textura uniforme.
- De punta roma con orificio y con uno o mas orificios laterales.
- Que no se adhiera al tubo Endotraqueal o mucosa si fuera al caso.
- Con dispositivo de control de flujo.
- Cono de acoplamiento al adaptador del sistema de vacío o dispositivo de succión de forma cilíndrica y antideslizante.
- El extremo proximal de la sonda debe coincidir con el Peel open del empaque.

**DIMENSIONES:**

- N° 18

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700480048

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NI  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA NASOGASTRICA N° 6**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

**DIMENSIONES:**

- N° 6

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA NASOGASTRICA N° 8**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

**DIMENSIONES:**

- N° 8

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500007

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIN  
"SAN BARTOLOME"  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 35287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA NASOGASTRICA N° 10**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

**DIMENSIONES:**

- N° 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA NASOGASTRICA N° 12**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

**DIMENSIONES:**

- N° 12
- 

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15284  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA NASOGASTRICA N° 14**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicatzado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca transparente y flexible.
- Extremo distal abierto y 4 orificios laterales, todo al neumático.
- Extremo proximal con conexión universal

**DIMENSIONES:**

- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 34262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA NASOGASTRICA N° 16**

**EMPAQUE:**

- Individual, papel plastificado (manga mixta) o polietileno herméticamente sellado.
- Que garantice las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto
- Apertura fácil (bordes de apertura no menor a 0.5cm) Peel Open
- Exento de partículas extrañas
- Exento rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Poliuretano o PVC silicizado de uso clínico hospitalario (sonda).

**CARACTERÍSTICAS:**

- Estéril, atóxico, hipoalergénico
- Transparente no debe deteriorarse durante el uso y no acodarse
- Con graduación cada 5 cm. (impresión permanente)
- Textura uniforme
- Un extremo con adaptador cónico compatible a pivote de jeringa, con tapa de seguridad.
- Longitud de la sonda debe estar en relación directa con el calibre de la misma.
- Longitud no menos de 50 cm.
- Con línea radiopaca.
- Graduada a intervalos
- Extremos distal abierto y orificio laterales
- Extremo proximal con conexiones universales con buen ajuste

**DIMENSIONES:**

- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700500005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE  
"SAN BARTOLOME"

*[Signature]*  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPIN  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMIA



**SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 14**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

**DIMENSIONES**

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700530006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA RECTA DESCARTABLE L N° 16**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textura uniforme y suave
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

**DIMENSIONES:**

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700530002

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEF. DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.F. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 18**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes:
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

**DIMENSIONES:**

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 18

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700530008

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 22**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

**DIMENSIONES**

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 22

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 4957005300005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.J. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA RECTAL DESCARTABLE N° 24**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Peel Open
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Poliuretano o PVC de uso clínico hospitalario.
- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortante.
- Condiciones biológicas: Estéril, atóxico, hipoalergénico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Textura uniforme.
- De punta roma sin orificios (ciego) con dos orificios laterales.
- El otro extremo abierto.
- El lumen de la sonda debe ser uniforme en todas las extensiones incluyendo la unión con el conector.
- La unión de la sonda con el conector debe ser resistente (hermético).

**DIMENSIONES**

- Longitud: 40 cm. + - 5%
- N° 24


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO:** 495700530009

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37264  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA TRANSPILORICA 6 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 6


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701150005

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15267  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA TRANSPILORICA 8 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 8

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701150003

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**SONDA TRANSPILORICA 10 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 10

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701150004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 12282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA TRANSPILORICA 12 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 12

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701150006

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18297  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA TRANSPILORICA 14 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 14

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 19237  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**SONDA TRANSPILORICA 16 FR CON MANDRIL Y LASTRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes

**MATERIAL:**

- 100% Siliconada

**CARACTERÍSTICAS:**

- Radiopaca que permite la adecuada visualización y adecuada visualización
- Lastres de tungsteno
- Mandril semi rígido
- rotulada a 20, 40 y 50cm del extremo distal
- Extremo distal cerrado con orificios
- Con una longitud de 1.05cm pediátrico y 1.25cm adulto

**DIMENSIONES:**

- N° 16

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701150008

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TERMOMETRO DIGITAL ORAL**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Sensor de punta plana.
- Estuche protector resistente.
- Acorde a los estándares internacionales de calidad.
- **Pantalla LCD.**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Rango de medición - 32.0°C - 42.0°C (L < 32.0°C / H > 42.0°C).
- Escala de Temperatura - Celsius.
- Resolución de pantalla - 0.1°C.
- Precisión - ±0.1°C entre 32.0°C y 42.0°C.
- Tiempo de medición - 60 segundos oral
- Posición de medición - Oral
- Tiempo de apagado automático - 1 minuto después de la última medición o de haberlo encendido sin usarlo.
- Memoria - Última temperatura medida.
- Tipo de pila - Pila de Litio de botón 3.0 V DC, 1 CR2016.
- Duración de la pila - Aprox. 1.100 lecturas (con un uso de 1 vez al día hasta el aviso acústico).
- Peso – Aprox. 25 a 30 gramos (incluyendo pila).

**TIPO:**

- Termómetro oral,

**DIMENSIONES:**

- Aprox. - 34.0 mm (ancho) x 125.2 mm (alto) x 15.0 mm (largo).

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un Año

**CÓDIGO SIGA:** 495100100015

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 16272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TERMOMETRO DIGITAL AXILAR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad del producto.
- Exento de defectos, partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Estuche protector resistente.
- Acorde a los estándares internacionales de calidad.
- **Pantalla LCD**
- **Sensor de punta plana.**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Rango de medición - 32.0°C - 42.0°C (L < 32.0°C / H > 42.0°C).
- Escala de Temperatura - Celsius.
- Resolución de pantalla - 0.1°C.
- Precisión - ±0.1°C entre 32.0°C y 42.0°C.
- Tiempo de medición - 120 segundos axilar.
- Posición de medición - axilar.
- Tiempo de apagado automático - 1 minuto después de la última medición o de haberlo encendido sin usarlo.
- Memoria - Última temperatura medida.
- Tipo de pila - Pila de Litio de botón 3.0 V DC, 1 CR2016.
- Duración de la pila - Aprox. 1.100 lecturas (con un uso de 1 vez al día hasta el aviso acústico).
- Peso - Aprox. 25 a 30 gramos (incluyendo pila).

**TIPO:**

- Termómetro axilar.

**DIMENSIONES:**

- Aprox.- 34.0 mm (ancho) x 125.2 mm (alto) x 15.0 mm (largo).

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un Año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 3582  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TEST BOWIE & DICK X 50

**EMPAQUE:**

- Multiempaque.
- Resistente a la manipulación y almacenaje
- Que garantice la hermeticidad e integridad del producto.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.
- Con instructivo de uso en español.
- Rotulado según bases.
- No estéril, pero que garantice la asepsia del producto.

**MATERIAL:**

- El paquete de prueba consiste de una hoja con indicador químico sensible al vapor, colocando dentro de un paquete de desafío conformado por láminas de papel de cartón – cartulina y papel de grado medico.
- El indicador de la hoja de prueba Bowie & Dick debe estar impreso un patrón, el cual cambie a un color uniforme excepto cuando existen fallas en la eliminación de aire tal como una fuga de aire.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Indicador químico de esterilización Clase II.
- Paquete de desafío que incluye la hoja con el indicador químico.
- Diseñado para utilizarse como paquete de prueba de los esterilizadores de vapor asistidos por pre - vacío, para monitorear el correcto funcionamiento en la eficacia de la eliminación de aire con temperatura de 132 – 134 °C.
- Viraje sensible, consistente, confiable y conveniente a la valoración del operador.
- De fácil manejo, que no requiere de adiamientos especiales.

**PRESENTACIÓN:**

- Paquete estándar con empaque grado medico e indicador de proceso.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 512000060089

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN



**TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las características físicas y químicas del producto
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Cinta flexible con área de recepción de la muestra de sangre capilar, venosa, arterial.
- Libre de rebabas y aristas cortantes
- Aséptica

**CARACTERÍSTICAS:**

- Que tenga la sensibilidad y especificidad del método enzimático
- Volumen de muestra de 3 a 10 micro litros.
- Tiempo de medición menor o igual a 30 segundos.
- Rango de medición entre 20 a 600 mg/% o más.
- Que el hematocrito del paciente entre 20 y 65% o más, no interfiera con el método
- El principio de la prueba será fotométrico (reacción química) y/o amperométrico (electroquímico).

**UNIDAD DE MEDIDA:**

- Determinación

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 351100020524

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC.**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días


**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700141943

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15292  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y Tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142267

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 18212  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIP**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700142225

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

LIC. EDY ERIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C. E. P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA DESCARTABLE MODELO DPT 6000 PARA MONITOR MINRAY**

**EMPAQUE:**

- Individual.
- Fácil apertura.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Acabado: Libre de rebabas y aristas cortantes.
- Condición: estéril.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Impermeable, recubierto es un sustrato de cerámica.
- Microchips asegura gran precisión.
- Conexión rectangular firme y segura, impide desconexión.
- De fácil montaje en organizador o precinto del brazo del paciente.
- Compatible con todo tipo de monitor.
- Con sistema de lavado (DPT 6000) y tubuladura para monitoreo hemodinámica.
- Marca GODAN PVB.
- Cable para Monitor: Universal reusable.

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

  
LIC. ROSAMARIA GARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL OCCIDENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

  
LIC. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 1528  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT N° 7 CON RESERVORIO X 150 ML**

**EMPAQUE:**

- Empaque individual estéril.
- Garantiza la integridad y esterilidad del producto.
- Es resistente a la manipulación, transporte y almacenaje.
- Peel open.
- Este Exento de partículas extrañas.
- No tiene rebabas y/o aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- 100 % de silicona.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tubo de drenaje tipo Jackson Pratt: 100% silicona.
- Reservorio (bulbo) 100% silicona.
- Utilizado para el drenaje quirúrgico post – operatorio.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- Radiopaco.
- Ancho: 7.0 mm; Alto: 3.2 mm; Largo Fenestrado: 150 mm; Largo total: 810 mm; Capacidad de reservorio: 100 cc

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701280070

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 27204  
JEFA DEL SERVICIO DE GENERAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO EN T PARA NEBULIZADOR**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tipo: Polivinil, transparente, en forma de "T" , con conexión
- Acabado: Libre , rebabas y aristas cortantes
- Condición biológica: Aséptico o estéril, atóxico

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adaptable a tubo Endotraqueal y tubo de traqueotomía (estándar- 15 mm de medida)

**DIMENSIONES**

- Estándar

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700100011

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

TUBO EN T DE PLASTICO PARA OXIGENO

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice la integridad y esterilidad del producto
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y aristas cortantes
- Rotulado: Según bases

**MATERIAL:**

- Tubo en "T" 15 x 22 x 22 mm con tubo corrugado
- Exento de látex.
- En envase individual estéril.

**PLAZO DE ENTREGA.** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700142147

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO OROFARINGEO N° 0**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- A traumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES**

- N° 0

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701010037

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.J. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO OROFARINGEO N° 00**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES:**

- N° 00

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 49570010027

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37214  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO OROFARINGEO N° 000**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES:**

- N° 000

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701010028

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 17204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACION

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



TUBO OROFARINGEO N° 1

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES:**

- N° 1

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701010029

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDOY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15382  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO OROFARINGEO Nº 2**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES:**

- Nº 2

**GARANTIA:** Un Año

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701010030

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 13282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBO OROFARINGEO N° 3**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- Plástico grado médico transparente, blando, libre de látex, esterelizable en ETO.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Atraumática, preformada, libre de rebabas, aristas y bordes cortantes, el número debe ser grabado en el tubo.

**DIMENSIONES:**

- N° 3

**GARANTIA:** Un Año

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495701010031

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP. 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBULADURA DE BULBO 7" 9/32 x 30.5 MTS**

**EMPAQUE:**

- Caja de cartón
- Resistente, libre de aristas, rebabas, Exento de partículas extrañas.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- PVC transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tubuladura de bulbo conductivo
- Transparente que permite apreciar la naturaleza del fluido, succión, irrigación, lavado.
- Reutilizable, Autoclavable, resistente.
- Bulbo cada 91Cm.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**GARANTIA:** Un Año

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 493700140323

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
CEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15287  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**TUBULADURA DE SILICONA 7 MM X 30.5 MTS. PARA ASPIRADOR**

**EMPAQUE:**

- Caja de cartón
- Resistente, libre de aristas, rebabas, Exento de partículas extrañas.
- Rotulado según bases.

**MATERIAL:**

- PVC transparente.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Tabuladora de bulbo conductivo
- Transparente que permite apreciar la naturaleza del fluido, succión, irrigación, lavado.
- Reutilizable, Autoclavable, resistente.

**PRESENTACIÓN:** ROLLO DE 30.5 MTS.

**GARANTIA:** Un Año

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 495700650044

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
SEP 37204  
JEFA DEL SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
SFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**VALVULA EXHALATORIO REHUSABLE PARA VENTILADOR MAQUET**

**EMPAQUE:**

- En caja estéril
- Acabado: libre de rebabas y aristas

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con sensor de flujo espiratorio interno
- Reusable

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 27104  
SERVICIO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
Lic. EDELIA ROSALES ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

VENDA ELASTICA 2" x 5 YD.

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas en integridad.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Algodón poliéster, con hilo elástico de uso hospitalario.
- Condiciones biológicas: Aséptico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Presentación en rollo.
- De color blanco o beige.
- Con ganchos sujetadores.
- Las vendas de 8 pulgadas debe traer 3 ganchos o sujetadores.
- Las vendas de 3, 4, 6 pulgadas deben tener 3 ganchos.
- Las vendas de 3 pulgadas deben traer 1 gancho

**DIMENSIONES:**

- 2" x 5 YD.


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 01 año

**CÓDIGO SIGA:** 49570067004

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E. PINOZA  
SERVICIO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELÍAS PINOZA  
C.E. PINOZA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**VENDA ELASTICA 8" x 5 YD.**

**EMPAQUE:**

- Individual
- Que garantice las propiedades físicas en integridad.
- Exento de partículas extrañas.
- Exento de rebabas y aristas cortantes.
- Rotulado: Según bases.

**MATERIAL:**

- Tipo: Algodón poliéster, con hilo elástico de uso hospitalario.
- Condiciones biológicas: Aséptico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Presentación en rollo.
- De color blanco o beige.
- Con ganchos sujetadores.
- Las vendas de 8 pulgadas debe traer 3 ganchos o sujetadores.
- Las vendas de 3, 4, 6 pulgadas deben tener 3 ganchos.
- Las vendas de 3 pulgadas deben traer 1 gancho

**DIMENSIONES:**

- 8" x 5 YD.

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** 01 año

**CÓDIGO SIGA:** 495700670008

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. YOSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**VENDA ELASTICA ADHESIVA 10 CM X 4.5 CM**

**EMPAQUE:**

- Blíster estéril
- Resistencia a la manipulación, transporte y almacenaje
- Que garantice la integridad del producto
- Fácil de abrir manualmente
- Exento de partículas extrañas
- Exento de rebabas y/o aristas cortantes
- Rotulado según bases

**MATERIAL:**

- Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa extensible hasta un 80 %.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Adhesivo hipoalergénico
- Alta porosidad
- Adhesivo incluso en los bordes
- Soporte hidrófugo
- 100% libre de látex

**DIMENSIONES:**

- Rollo de 10 cm x 4.5mts

**PRESENTACIÓN: Individual**

**PLAZO DE ENTREGA: Dos días**

**VIGENCIA DEL PRODUCTO: 02 años**

**CÓDIGO SIGA: 495700670102**

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCTOR MADRE NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15202  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**YODO POVIDONA 8.5G / 100 ML (8.5% ) SOL 1L**

**EMPAQUE:**

- Polietileno de Alta Densidad.
- Con tapa rosca y Precinto de Seguridad.
- Resistente a la Manipulación, Transporte y Almacenaje.
- Que Garantice las Propiedades Física Químicas e Integridad del Producto.
- De Fácil Ensamblaje.
- Exento de partículas, rebabas y aristas cortantes.

**MATERIAL:**

- Principio Activo: Povidona Yodada 8.5% en Líquido de Uso Clínico Hospitalario.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Con Sustancia Tenso Activas Humectantes Regeneradoras de Piel

**DIMENSIONES:**


- De 1 Litro

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos Días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:** 583600190021

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIDIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 3709  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 45282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 36

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. ROSAMARÍA CARRASCO OLIVERA  
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA GENERAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.F. 5282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie.
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 37


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
DEPTO. DE ENFERMERIA  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 38

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
LIC. JOSSAMARIA CARRASCO OLIVERA  
SERVICIO NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15262  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 39**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 39

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 14282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 40**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 40

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. ROSA MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 37004  
JEFATURA DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
*[Signature]*  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 3782  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 41**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 41

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
  
LIC. ROSA MARÍA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
LIC. EDY ELIANA GÓNZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15272  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 42


**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
MARIA CARRASCO OLIVERA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTERILIZACIÓN

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO  
"SAN BARTOLOME"  
  
Lic. EDY ELINA GONZÁLEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15282  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA



**ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43**

**EMPAQUE:**

- Individual

**MATERIAL:**

- De plástico termo inyectado
- Lavable
- Autoestáticos y Autoclavable

**CARACTERÍSTICAS:**

- Zueco, color verde o azul, resistente, impermeable.
- Antitranspirante, antideslizante.
- Planta anatómica con orificios para la ventilación del pie,
- Suela absorbadora de golpes y con indicadores de desgaste.

**DIMENSIONES:**

- N° 43

**PRESENTACIÓN:** Por unidad

**PLAZO DE ENTREGA:** Dos días

**VIGENCIA DEL PRODUCTO:** Un año

**CÓDIGO SIGA:**

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
Jefa del Departamento de Esterilización

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NINO  
"SAN BARTOLOME"  
.....  
LIC. EDY ELIANA GONZALEZ ESPINOZA  
C.E.P. 15242  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"



**ANEXOS**

**2015**

VIII. DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS POR AREA USUARIA

MATERIALES	USUARIO
AEROCÁMARA ADULTO	EP, MP
AEROCÁMARA NEONATAL	UCI NEO, EP
AEROCÁMARA PEDIÁTRICA	EP, MP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 18 G x 1"	UCI NEO, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 20 G x 1 1/2"	UCI NEO, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 21 G x 1 1/2"	MP, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 22 G x 1 1/2"	MP, UTI
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 23 G x 1"	SOP, EP
AGUJA HIPODÉRMICA DESCARTABLE N° 25 G x 5/8"	UCI NEO, EP
ALARGADOR DE LÁPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DE 15.2 CMS	UTI, SOP
ALCOHOL GEL 500 X ML	MP, EP
ALCOHOL GEL X 1L	UCI NEO, SOP
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 500 G	MP, SOP
ALGODÓN HIDRÓFILO DE 100 G	MP, EP
APÓSITO DE GASA Y ALGODÓN 10 CM x 10 CM	MP, EP
APÓSITO GEL HIDRATANTE CON ÁCIDO BORICO Y ALGINATO DE SODIO X 85 G	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 10 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 5 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 10 CM X 10 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM	UTI
APÓSITO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA EN MECHA 2 CM X 45 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2%	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 10 CM X 10 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 15 CM X 15 CM CON CONCENTRADO DE PLATA 1.2 %	UTI
APÓSITO HIDROFIBRA 20 CM X 20 CM	UTI
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 4.4 CM x 4.4 CM	MP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 5 CM x 5.7 CM	MP, UCI NEO
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 6 CM x 7 CM	UTI, MP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 7 CM x 8.5 CM	UTI, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 8.5 CM x 11.5 CM	SOP, EP
APÓSITO TRANSPARENTE ADHESIVO N° 10 CM x 12 CM	EP
BAJALENGUA DE MADERA ADULTO x 500	EP
BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO x 500	MP, EP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 59.4 CM x 38.1 CM x 14.1 CM	SOP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 74 CM x 23 CM x 14 CM	SOP
BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE 44.9 CM DIAMETRO X 22.2 CM ALTO	SOP
BATERÍA RECARGABLE DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO RIESTER	EP, UTI
BATERÍA RECARGABLE DE 5 V PARA OTOSCOPIO HEINE	UTI, EP
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 100 ML	MP, EP
BOLSA COLECTORA DE ORINA x 2 L	SOP, EP

## HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BOLSA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CON VALVULA Y FILTRO ANTIBACTERIANO 1.5 L	UTI, SOP
BOLSA DE COLOSTOMIA 70 MM	UTI
BOLSA DE COLOSTOMIA NEONATAL	UTI
BOLSA DE RESUCITADOR ADULTO CON MASCARA	MP, UTI
BOLSA DE RESUCITADOR NEONATAL CON MASCARA	UTI, EP
BOLSA DE RESUCITADOR PEDIÁTRICO CON MASCARA	UTI, MP
BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCIÓN DE FLUIDOS x 3 L CON FILTROS	SOP
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 1L	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 500 ML	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL x 250 ML	NPT
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 150 ML	NPT, MP
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 250 ML	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 500 ML	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 1 L	UTI
BOLSA PARA NUTRICIÓN PARENTERAL x 3 L	NPT
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑA (ROSADO)	EP, RN
BRAZALETE DE IDENTIFICACIÓN PARA NIÑO (CELESTE)	EP, RN
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO 23 A 34 CM CON BLADER	EP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO DE 52 CM x 14 CM CON UNA VIA PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO	EP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL ADULTO EXTRAGRANDE CON UNA VIA PARA MONITOR WOLDWAY	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON 2 VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NEONATAL CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	UTI, SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 14 - 21.5 CM CON UNA VIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADOLESCENTE 17 - 25 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 24 - 32 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DIXTAL	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PARA ADULTO 27 - 35 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR PHILIPS	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 10 - 15 CM CON UNAVIA PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO 12 - 19 CM CON DOS VIAS PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	SOP, UTI
BRAZALETE CONTROL PRESIÓN ARTERIAL ADOLESCENTE 43 x 12 CM CON UNA VIA PARA MONITOR DATEX OHMEDA	SOP
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 3.1 CM - 5.7 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	RN

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 4.3 CM - 9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	UCI NEO
BRAZALETE DESCARTAB PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA NEONATAL 5.8 CM - 10.9 CM P/ MONITOR MULTIPARÁMETRO	RN
BURETA PARA LINEA DE INFUSIÓN UNICANAL DE 150 ML	UTI
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA LACTANTE	UTI, EP
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PARA PRE - ESCOLAR	UTI
CABEZAL DE OXÍGENO DE ACRÍLICO PEDIÁTRICO	UTI
CABLE CONECTOR PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECÁNICO FISHER AND PIKEL	UTI, RN
CABLE DE ECG 03 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARÁMETRO MINRAY	UTI, SOP
CABLE DE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN DE CO2 CON 6 PINES FORMA CIRCULAR PARA MONITOR MINDRAY PM 8000	UTI
CABLE DE EXTENSIÓN DE SATURACIÓN OXÍGENO RECTANGULAR 10 PINES P/MONITOR MULTIPARÁMETROS SPACELABS	MP, UCI NEO
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 4.8 MM	SOP
CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 3.5 MM X 3 M	SOP
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR PHILIPS	UCI NEO, RN, UTI
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS NIKON	UCI NEO
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO MASSIMO	RN, MP
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO NONIN	UCI NEO, UTI
CABLE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PARA OXÍMETRO DE PULSO OXÍMETRO DRAGUER	UCI NEO, RN
CABLE DE SENSOR DE BALANZA PARA INCUBADORA GIRAFE	UCI NEO
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR GOLD WAY	SOP, UTI
CABLE ECG 03 RAMALES REHUSABLE PARA MONITOR PHILIPS	RN, UTI, SOP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-931-APU	CP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO IW-933-APU	CP
CABLE SENSOR DE PIEL PARA SERVOCUNA MODELO SM401	CP
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA CUNA DE CALOR RADIANTE FISHER AND PIKEL	UCI NEO, RN
CABLE DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA HUMIDIFICADOR FISHER AND PIKEL	UCI NEO, RN, UTI
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA ATOM	UCI NEO, RN
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA FANEN	UCI NEO, RN
CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	RN, UCI NEO
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO NELLCOR	RN
CABLE SENSOR REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	UTI
CABLE SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO COMPLETO PARA PULSOXÍMETRO CRITICARE	UTI
CABLE SENSOR DE TEMPERATURA PARA INCUBADORA GRAFFE	UCI NEO
CABLE DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR SPACELABS	MP, UCI NEO
CABLE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CON 1 PIN CIRCULAR PARA MONITOR MULTIPARÁMETROS PHILIPS	RN

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 7 L	UTI
CAJA DE CARTÓN DESCARTABLE PARA MATERIAL PUNZO CORTANTE X 15 L	UTI, UCI NEO
CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ADHESIVO 30CM x 30CM	MP, UCI NEO
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO ADULTO	MP, UTI
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO NEONATO	MP, UTI
CÁNULA BINASAL PARA OXÍGENO PEDIÁTRICA	MP, UTI
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	UTI
CASCADA REHUSABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	UTI, MP
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT	UTI, MP
CASCADA REHUSABLE PEDIÁTRICO PARA VENTILADOR MECANICO VIASIS	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 14 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 16 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 18 G x 2" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 20 G x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 x 1 ¼" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 1 ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 23 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 24 G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N° 26 G x 1" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	UCI NEO, UTI
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24G x ¾" CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD	MP, UTI
CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 G x 10 CM	UTI, MP
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1.9 FR	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2 FR x 30 CM	UCI NEO, UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 2.6 FR x 50 CM	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR 3 FR x 50 CM	UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 100% SILICONA FR 1.9	RN, UTI
CATÉTER PERCUTÁNEO CON INTRODUTOR PELABLE 1 FR. x 20 CM	UCI NEO
CATÉTER PERCUTÁNEO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DOBLE LUMEN 2 FR.X 30 CM	UCI NEO, UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL UN LUMEN 4.2 FR X 75 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 3 FR X 6 CM	UTI
CATÉTER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 5 FR X 13 CM	UTI
CELDA DE FLUJO DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E – 500	UTI
CEPILLO DE POLIESTER 9 MM DE DIÁMETRO X 30 CMS. DE LONGITUD PARA CÁNULA	SUMI
CEPILLO DE LIMPIEZA 21CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO	SUMI
CEPILLO DE LIMPIEZA 10 CM DE LARGO PARA TUBO DE TRAQUEOTOMIA PEDIÁTRICO	MP, UTI

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O NEONATAL	UTI
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REUSABLE CON TRAMPA DE H2O PEDIÁTRICO MAQUET	UTI
CIRCUITO CORRUGADO DE VENTILADOR MECANICO REHUSABLE CON TRAMPA DE H2O ADULTO	UTI
CIRCUITO CORRUGADO NEONATAL REHUSABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
CIRCUITO CORRUGADO PEDIÁTRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE	RN
CLORHEXIDINA AL 2% X 1L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	SOP, UTI
CLORHEXIDINA AL 4 % X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CON PEDAL	SOP
CLORHEXIDINA GLUCONATO 0.05 GR/100 ML GEL 1 L CON DOSIFICADOR	ESTRATEGIAS SANITARIAS
CONECTOR BIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y PEDIÁTRICO	UTI
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y ADULTO	UTI
CONECTOR TRIFURCADO CON ADAPTADOR EN Y NEONATO	UTI
CONECTOR CON EXTESIÓN NEONATAL	UTI
CONECTOR PARA LINEA INTRAVENOSA DESCARTABLE N° 16 G	UTI
CONECTOR	UTI
CONECTOR EN Y PARA CIRCUITO PEDIÁTRICO DE 15 MM	MP, UTI
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 950 ML	MP, UTI
CONTENEDOR DE PLÁSTICO DE BIOSEGURIDAD PORTÁTIL DE 4.73 L	UTI
CONTENEDOR DE PLASTICO DE BIOSEGURIDAD PORTATIL DE 11 LTS	UTI
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ESTÉRIL 30 CM X 30CM X 5	SOP
COMPRESA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 48 CM X 48CM X 5	SOP
CUBRE CALZADO DESCARTABLE IMPERMEABLE	SOP, SUMI
DETERGENTE MULTITENZIMATICO DE DOBLE RENDIMIENTO CON CUATRO ENZIMAS	SUMI, UTI
DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL EN LAVADORAS DESINFECTORAS	SUMI
DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 ML	UTI, UCI NEO
DIAFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E500	UTI
DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
ELECTRODO HOOK	SOP
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIÁTRICO	SOP, UTI
ELECTRODO DISCO AUTOADEHSIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	SOP
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 7.5 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 10.0 CM. x 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 15.0 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 20 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 25 CM X 100 M	SUMI

## HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30 CM X 100 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVECK PARA ESTERILIZACIÓN CON PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35.0 CM X 70 M	SUMI
EMPAQUE TIPO TYVEK PARA ESTERILIZACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 40 CM x 100 M	SUMI
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE	UCI NEO, UTI
EQUIPO DE VENOCCLISIS	MP, UTI
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE FORMA LINEAL PARA BOMBA DE INFUSIÓN	UTI, MP
EQUIPO MICROGOTERO CON CÁMARA GRADUADA	MP, UTI
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA LIQUIDOS FOTOSENSIBLES	UCI NEO
EQUIPO PARA BOMBA INFUSIÓN CON VOLUTROL	MP
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 19 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 28 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON REDONDO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 50 MM X 37 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DOBLE CABEZA DE 2 MM- 8 MM X 2.2 CM- 3.5 CM X 17.78 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON P LAVADO D INSTRUMENTAL FORMA CONICA DE 12.7 MM A 4.8 MM X 12.78 CM X 7.62 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 11 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM X 15.24 CM X 7.62 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 13 MM x 18.41CM APROX. X 3.81CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 2 MM x 30.48 CM x 2.54 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3 MM x 30.48CM x 2.54 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 3.2 MM x 45.72CM x 5.08 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 30.48 CM x 6.35CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 5 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 6 MM X 40.64 CM X 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE 9.6 MM x 60.96 CM x 6.35 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE EN ENDOSCOPIA DE 10 MM x 40.66 CM	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 11 MM X 40.64 CM.	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 3.2 MM X 45.72 CMS.	SUMI
ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 5 MM X 40.64 CMS.	SUMI

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ESCOBILLA DE NYLON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL DE ENDOSCOPIA DE 6 MM X 40.64 CMS.	SUMI
ESCOBILLA PARA CIRUJANO CON CERDAS SUAVES CON SOL DES	SOP
ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO DE PAPEL 2.5 CM X 9.1 M	UCI NEO
ESPARADRAPO IMPERMEABLE DE TELA 30 CM X 9.14 M X 5 CORTES	UTI
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
ESPACIADOR PARA VENTILADOR MECANICO ADULTO	UTI
ESPATULA DE AYRE DE MADERA	SUMI
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 10 CM x 10CM x 5	SOP
ESPONJA DE GASA QUIRÚRGICA RADIOPACA ÉSTERIL 7.5CM x 7.5CM x5	SOP
ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LÁPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 CM X 4.5 CM	SOP
EXTENSIÓN DIS DE 3 VIAS	UTI
EXTENSORES PROLONGADORES DE DOBLE LÚMEN	UTI
EXTENSORES PROLONGADORES DE TRIPLE LÚMEN	MP, UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE ESPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO FASE INSPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES	UTI
FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO BACTERIOLÓGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECÁNICO	UTI
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA ATOM	UCI NEO
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA FANEN MODELO VISIÓN 2186	CP
FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA GRAFFE	UCI NEO
FILTRO DE ENTRADA PARA GDU DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN. 0.2 UM (FILTRO LINEA)	UTI
FILTRO ÉSTERIL PARA INFUSIÓN 1.2 UM (FILTRO LINEAL)	UTI
FILTRO DE VIA EXPIRATORIA PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
FILTRO HEPA PARA VENTILADOR MECÁNICO MAQUET REHUSABLE	UTI
FILTRO PARA CALEFACTOR DE VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E-500	UTI
FILTRO PARA LA PREPARACIÓN DE QUIMIOTERAPICOS	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO ADULTO	UTI, SOP
FOCO DE 3.5 V PARA OTOSCOPIO TIPO RIESTER	UTI
FOCO DE LUZ HALOGENA 20 V - 150 W PARA LÁMPARA DE FOTOTERAPIA	CP
FOCO PARA LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO TIPO RIESTER DE 3.5 V	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER DE 3.5 V FIBRA ÓPTICA	UTI
FOCO PARA LARINGOSCOPIO TIPO RIESTER XL 11428 DE 2.5 V	UTI
FOCO PARA LINTERNA TIPO LAPICERO	UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 3 L	UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 4 L	UTI, MP
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1 L CON DOS PIPETAS	MP, UTI
FRASCO DE VIDRIO PARA DRENAJE TORÁXICO COMPLETO 1L CON TRES PIPETAS	MP, UCI NEO, UTI,
FRASCO DE PLÁSTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 ML	MP, UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN 1 L CON TAPA DE POLICARBONATO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES	MP, UTI

## HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 1.5 L	MP, UTI
FRASCO DE POLÍMERO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECCIONES X 2.2. L	UTI
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 250 ML	UTI, UCI NEO
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR CON TAPA 120 ML	UCI NEO, UTI
FRASCO DE VIDRIO DE 1 L	UTI
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA SHUCO DE 1.4 L	UTI
FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACIÓN COMPLETO PARA ASPIRADORA DE MESA THOMAS DE 1.4 L	UTI, UCI NEO
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 503	UTI
FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR 504	UTI
GAS ÓXIDO DE ETILENO 100% X 100 G	SUMI
GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10CM x 10 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UTI, SOP
GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM x 7.5 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UTI
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON TIRAS	SOP
GORRO QUIRÚRGICO DESCARTABLE CON ELASTICO	SOP
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S x 100 UNI	MP, UTI
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M x 100 UNI	UTI, MP
GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L x 100 UNI	SOP
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N°6	MP, SOPI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 ½	SOP, UTI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	SOP, UTI
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 ½	UTI, SOP
GUANTE QUIRÚRGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	SOP, UC NEO, RN
HISOPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODÓN 6 IN X 100	UTI, MP
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT MR 410	UTI
HUMIDIFICADOR COMPLETO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO LECTURA RAPIDA X 50	SUMI
INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN PARA CALOR HUMEDO X 100	SUMI
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN DE CALOR HUMEDO X 480	SUMI
INDICADOR EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A CALOR HUMEDO X 60 YD	SUMI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 50	SUMI
INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 480	SUMI
INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO X 250	SUMI
INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A PEROXIDO DE HIDROGENO X 30	SUMI
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO DE ETILENO 18 MM X 50 M	SUMI
INDICADOR QUÍMICO EXTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 60 YD	SUMI
INDICADOR QUÍMICO INTERNO DE ESTERILIZACIÓN A PERÓXIDO DE HIDRÓGENO X 250	SUMI
JABON GERMICIDA LÍQUIDO X 1 L	SOP, MP
JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 50 ML	UTI, MP
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	UTI
JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 27 G x 1 ½"	UCI NEO, RN

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

JERINGA DESCARTABLE 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 1ML C/A 25 G x 5/8"	UTI
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 21 x 1 ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 3 ML C/A 23 x 1"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 5 ML C/A 21 x 1 ½"	UCI NEO, UTI
JERINGA DESCARTABLE 10 ML C/A 21 x 1 ½"	MP, UCI NEO, UTI
JERINGA DESCARTABLE 20 ML C/A 21 x 1 ½"	UTI, MP
JERINGA DESCARTABLE 50 ML CON AGUJA 21 G x 1 ½"	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 1ML SIN AGUJA	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 3 ML SIN AGUJA	MP, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 5 ML S/A	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 10 ML SIN AGUJA	MP, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE 20 ML SIN AGUJA	UCI NEO, MP
JERINGA DESCARTABLE 50 ML S/A	MP
JERINGA DESCARTABLE 60 ML CON CONECTOR LUER LOCK	UTI, UCI NEO
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 26 X ½"	MP
JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1ML CON AGUJA 29 G x ½"	UTI
JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA 26 G x ½"	UCI NEO, RN
JERINGA DE 1 ML P/ GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS C/ HEPARINA DE LITIO	UTI, MP
JERINGA DE VIDRIO 5 ML CON PICO DE VIDRIO	SOP
JERINGA DE VIDRIO 10 ML CON PICO DE VIDRIO	SOP
JERINGA PERFUROSA DESCARTABLE N° 10 CC	MP
JERINGA PERFUROSA DESCARTABLE N° 20 CC	MP
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR ELECTRIC X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS X 4	UTI
JUEGO BRAZALETES CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY X 4	UTI
CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO NEWPORT E - 500	UTI
JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO REHUSABLE PARA VENTILADOR MECANICO VELA	UTI
JUEGO DE CABLES PARA CALEFACCION DE HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR MECANICO VELA 810	UTI
JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REHUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UTI
KIT DE MONITORIZACION PICCO - GASTO CARDIACO UNIVERSAL	UTI
LAPIZ MARCADOR DE PIEL PARA CIRUGIA	SOP
LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	SOP
LINEA DE INFUSIÓN SIN BURETA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	MP, CP
LINEA DE INFUSIÓN CON BURETA PAR PARA BOMBA DE INFUSIÓN	MP, CP
LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN	UTI
LINEA DE EXTENSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA	UTI, UCI NEO

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

LINEA DE EXTENSIÓN OPACA PARA BOMBA DE INFUSIÓN	NPT
LINTERNA TIPO LAPICERO	UTI, MP, SOP
LLAVE DE TRIPLE VIA DESCARTABLE	UTI, RN, MP
LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO	SUMI
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA S	MP, UTI
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	UTI, SOP
MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA L	MP, SOP,
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA S	MP, UTI
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA M	UTI, SOP
MANDIL DESCARTABLE IMPERMEABLE NO ESTERIL TALLA L	SOP
MANDILÓN DESCARTABLE TALLA ESTANDAR	MP, UTI, SOP
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACION SIN FUELLE 7.5 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 10 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 200 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 2.5CM x 7.5 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 10 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 15 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 5 CM x 20 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 30 CM x 100 M	SUMI
MANGA MIXTA PAPEL Y PLASTICO PARA ESTERILIZACIÓN CON FUELLE DE 8 CM x 40 CM x 100 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 12CM x60M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 15 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 18 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 20 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 25 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 30 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 35 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 40 CM x 60 M	SUMI
MANGA DE POLIETILENO PARA ESTERILIZACIÓN SIN FUELLE 5 CM x 60 M	SUMI
MANTA ABSORVENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 IN X 40 IN	SUMI
MANTA ABSORVENTE ANTIBACTERIAL DE POLIPROPILENO 45.72 CM X 1.02 CM APROX.	SUMI
MASCARILLA DESCARTABLE 3 FILTRO CON VISOR X 25	UTI, UCI NEO
MASCARILLA DESCARTABLE N 95	UTI, MP
MASCARILLA DESCARTABLE N 100	UTI, UCI NEO
MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRÚRGICO C / TRES FILTROS x 50	UTI, SOP
MASCARA FACIAL	UTI
MASCARA FACIAL PEDIÁTRICA Nº 0 SILICONADO	UTI
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN ADULTO	UTI, MP
MASCARA DE OXÍGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN NEONATAL	UTI, UCI NEO

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO	MP, UTI
MASCARA DE OXIGENO CON RESERVORIO PEDIÁTRICO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UTI, MP
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI NEONATAL	UTI
MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PEDIÁTRICA	MP, UTI
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
NEBULIZADOR ULTRASONIDO PARA VENTILADOR MECÁNICO REUSABLE MAQUET	UTI
ORTOFTALDEHIDO 0.55 % X 1 GAL	SOP
PAÑO ABSORBENTE 28 CM. X 33 CM. X 50 CM. APROX.	SOP
PAÑOS DE ALGODÓN	SUMI
PAPEL CREPADO 1.20 M x 1.20 M (60 G) x 250	SUMI
PAPEL CREPADO 60 CM x 60 CM	SUMI
PAPEL CREPADO 40 CM x 40 CM (CORTADO) x 250	SUMI
PAPEL FILTRO PARA HUMIDIFICADOR DE VENTILADOR PEDIÁTRICO X 100	UTI
PAPEL HIGIENICO X 500 M	UTI, SOP
PAPEL KRAFT 60G DE 1.20 M. X 75 CM	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS ABL77 80 MM X 25 MM X 18 ROLLOS	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR STERIVAC 79MM x 30M	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 47 MM x10 M	SUMI
PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ESTERILIZADOR 57 MM x10 M	SUMI
PAPEL TOALLA HOJAS SEPARADAS X 200 HOJAS	SUMI
PASTA PARA OSTOMIA X 2 ONZAS	UTI
PECTINA + CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA 0.1 g + 3.4 g / 100 g 30 g GEL	UTI
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50 % x 140 ML	SUMI
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO	SOP
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE PEDIÁTRICO	SOP
PLACA DE RETORNO INDIFERENTE NEONATAL	SOP
POLVO REGULADOR PARA PIEL PERIOSTOMAL	UTI
PORTADOSIMETRO PARA CONTROL DE ÓXIDO DE ETILENO DE ESTERILIZADOR	SUMI
PROTECTOR CUTANEO HEXAMETILDIOXANO + TERMOPOLIMERO ACRILATO POLINILMETILSILOXANO X 20 ML	UCI NEO
PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIÉN NACIDOS	UCI NEO
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A GAS OXIDO ETILENO	SOP
PRUEBA COMPLETA DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN A VAPOR	SUMI
REMOVEDOR DE OXIDO Y MANCHAS DE MATERIAL QUIRÚRGICO	SUMI
SENSOR DE CO2 PEDIÁTRICO COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO PEDIÁTRICO PARA MONITOR PHILIPS	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO CON ADAPTADOR PEDIÁTRICO PARA MONITOR MINRAY	UTI
SENSOR DE CO2 PARA CAPNOGRAFO COMPLETO PEDIÁTRICO PARA MONITOR GOLD WAY	UTI

**HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA**

SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO VELA	UTI
SENSOR DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO NEWPORT E - 500	UTI
SENSOR DE PULSOXIMETRO 5 PINES PEDIÁTRICO CIRCULAR PARA CRITICARE	UTI
SENSOR DE PULSOXIMETRO 9 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NELLCOR	RN
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN Y PARA RECIÉN NACIDO PARA MONITOR PHILIPS	UTI, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UTU, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN NEONATAL PARA MONITOR SPACELABS	UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL PARA MONITOR MINRAY	UTI, UCI NEO
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC	UTI
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR GOLD WAY	UTI
SENSOR DE SATURACIÓN PEDIÁTRICO UNIVERSAL COMPLETO PARA MONITOR PHILIPS	UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 4	UCI NEO
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 5	UCI NEO
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 6	UCI NEO, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 8	UTI, MP
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 10	UTI, MP
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 12	MP, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 14	SOP, UTI
SONDA DE ALIMENTACIÓN N° 16	SOP
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 8	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 10	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 12	MP, UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 14	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 16	MP
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 18	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DESCARTABLE N° 20	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N°12	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 16	UTI
SONDA VESICAL 2 VIAS DE SILICONA DE LARGA PERMANENCIA N° 20	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 5	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 6	UCI NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 8	UCI NEO, UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 10	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 12	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL CIRCUTO CERRADO N° 14	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 8	UTI, MP
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 10	UTI, MP
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 12	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 14	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 16	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N° 18	UTI
SONDA VESICAL TIPO NELATON N°20	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 06	UTI, UCI NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 08	UTI, UCI NEO

HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 10	UTI, UCI NEO
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 12	UTI, MP
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 14	UTI, MP
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 16	UTI
SONDA DE ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL N° 18	UTI
SONDA NASOGASTRICA N° 6	MP, RN
SONDA NASOGASTRICA N° 8	UTI, MP
SONDA NASOGASTRICA N° 10	MP, UTI
SONDA NASOGASTRICA N° 12	MP, UTI
SONDA NASOGASTRICA N° 14	MP, UTI
SONDA NASOGASTRICA N° 16	MP
SONDA RECTAL N° 14	MP
SONDA RECTAL N° 16	MP
SONDA RECTAL N° 18	MP
SONDA RECTAL N° 22	UTI
SONDA RECTAL N° 24	UTI
SONDA TRANSPILORICA 6 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILORICA 8 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILORICA 10 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILORICA 12 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILORICA 14 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
SONDA TRANSPILORICA 16 FR CON MANDRIL Y LASTRE	UTI
TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UTI
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UTI
TEST DE BOWIE AND DICK X 50 UNI	SUMI
TIRA REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE	UTI, MP
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR GENERAL ELECTRIC.	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	UTI
TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA DESCARTABLE MODELO DPT 6000 PARA MONITOR MINRAY	UTI
TUBO DE DRENAJE JACKSON PRATT N° 7 CON RESERVORIO X 150 ML	UTI
TUBO EN T PARA NEBULIZADOR	UTI
TUBO EN T DE PLASTICO PARA OXIGENO	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 0	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 00	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 000	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 1	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 2	UTI
TUBO OROFARINGEO N° 3	UTI
TUBULADURA DE BULBO 7" 9/32 x 30.5 MTS	UTI, SOP
TUBULADURA DE SILICONA 7 MM X 30.5 MTS. PARA ASPIRADOR	UTI
VALVULA EXHALATORIO REHUSABLE PARA VENTILADOR MAQUET	UTI
VENDA ELASTICA 2" x 5 YD.	MP
VENDA ELASTICA 8" x 5 YD.	UTI
VENDA ELASTICA ADHESIVA 10 CM X 4.5	UTI
YODO POVIDONA 8.5G / 100 ML ESPUMA 1L	MP, SOP
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 36	SOP, SUMI

## HONADOMANI "SAN BARTOLOME" DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 37	UTI, SOP, MP
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 38	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 39	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 40	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 41	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 42	SOP, SUMI
ZAPATO PARA USO EN QUIROFANO N° 43	SOP, SUMI

## IX. RESPONSABILIDAD

El monitoreo del uso y aplicaciones del presente Manual de Especificaciones Técnicas de materiales e Insumos Médicos del Departamento de Enfermería debe ser realizado por las jefaturas de cada servicio. Los mismos que son responsables de sociabilizar el Manual a través de reuniones con las enfermeras asistenciales y de aquellas profesionales que conformen equipos y/o comités de adquisiciones.

## X. BIBLIOGRAFÍA

- Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones.
- Ley N° 27785. Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica.
- Ley N° 27806. Ley de transparencia y Acceso a la Información Publica.
- Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 29873. Ley de modifica el Decreto Legislativo N° 1017.
- Decreto Supremo N° 184-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y sus modificatorias.
- Resolución N° 358-2009-OSCE/PRE que aprueba la Directiva N° 010-2009-OSCE/CD "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular".
- Resolución Directorial N° 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 "Directiva del Sistema Nacional de Inversión Publica".
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno.